

**Наименование заказчика: ПМСУ РБ Комрат им. И. Гурфинкеля**

**Технические спецификации Автоклав 150 л**

**Cod CPV: 33191110-9**

| <b>Горизонтальный паровой стерилизатор</b> |   |
|--|---|
| Объём камеры                               | Минимум 150 л   |
| Размещение                                 | Напольное   |
| Тип стерилизатора                          | Паровой   |
| Тип конструкции                            | Непроходной   |
| Тип управления                             | Автоматический  |
| Тип загрузки                               | Горизонтальный  |
| Тип камеры                                 | Круглая или квадратная  |
| Тип двери                                  | Ручная распашная или автоматическая   |
| Тип дисплея                                | Многоцветный ЖК или LCD   |
| Встроенный принтер                         | Наличие   |
| Материал корпуса                           | Сталь с полимерно-порошковым покрытием или нержавеющая сталь  |
| Материал камеры                            | Нержавеющая сталь   |
| Количество стандартных циклов              | Минимум 7   |
| Характеристики энергопотребления           | Потребляемая мощность, кВт:<br>максимум 12<br>Напряжение питания, В: 380 или 400<br>Частота тока, Гц: 50 или 60 |
| Система фильтрации воды                    | Система фильтрации воды- тип обратный осмос, с резервуаром 500л, подключенная к автоклаву                       |
| Гарантия производителя                     | Минимум 12 месяцев  |
| Поставка, установка и инструктаж           | Поставка оборудования, его установка и инструктаж персонала включены в стоимость оборудования.                  |

Председатель рабочей группы \_\_\_\_\_ Райлян Н.Л.