

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dispozitive medicale pentru 2023
prin procedura de achiziție Licitatie Publică

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Policlinica de Stat
2. IDNO: 1006601003924
3. Adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70
4. Numărul de telefon/fax: 022-25-15-08
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: <http://pcs.gov.md/achizitii.pcs@gmail.com>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție publică, ocrotirea sănătății
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	33100000-1	Ultrasonograf general, Cardiac performanță înaltă	buc	1	Aplicații clinice: Cardiac Consolă cu mișcări independente: sus/jos; dreapta/stânga Probe Porturi active: ≥ 4 Probe tip, MHz: - Liniar - 8-16 MHz - Convex Mono Cristal – 1,5-7,5 MHz; Elemente fizice: ≥ 192 - Phased/Vector Mono Cristal 1-5; Elemente fizice: ≥ 80 . Frecvența maximă a sistemului: ≥ 22 MHz Nivele de gri: ≥ 250 Preprocesare, canale digitale: ≥ 6 000 000 Gama dinamică: ≥ 250 dB Adâncimea de scanare: ≥ 38 cm Postprocesare: - amplificare generală	721 666,67

				- TGC - corecție de unghi Doppler - reglarea gamei dinamice - hărți de gri și hărți de culoare - reducerea zgomotului de fond - formatul afișat - ajustarea liniei de bază în Doppler spectral - posibilitatea măririi zonei de interes - optimizarea automată a imaginii. Multifrecvențe: ≥ 7 Moduri de scanare: - 2D mod – Da - M-mod – Da - Color M- mod – Da - B-mod – Da - Anatomical M – mod – Da - Mod Panoramic – Da - Mod Trapezoidal – Da - Compunere spațială- ≥ 7 trepte - Mod de procesare adaptivă pentru eliminare- ≥ 10 trepte - Investigarea velocităților tisulare TVI - Da - Harmonic Imaging – Da - Curverd Anatomical M-mode – Da. DOPPLER: - Tip - CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI - Direcțional-PDI – Da - Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sanguin – Da - Duplex – Da - Triplex – Da - Metode de măsurare – Manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real Moduri de vizualizare: -2D/PW – Da -2D/Color Doppler – Da -2D/M mode – Da -2D/PW/Color Doppler sau PDI – Da -Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI – Da. Funcționalități: - Măsurători digitale – Da - Auto optimizare prin acționarea unui singur buton – Optimizare 2 D mode, Modurile Doppler, Doppler Baseline - Auto IMT – Da - Auto EF – Da - Speckle Tracking – Da - Rapoarte - Auto generate PAN/ZOOM:	
--	--	--	--	--	--

					-Imagine în timp real – Da -Imagine înghețată (stop cadru) – Da. Stocare Imagini: -Capacitate ≥ 1 TB -Butare rapidă ≥ 120 Gb SSD -Cine – Da DICOM 3.0 COMPLIANT Monitor integrat de control tip tactil (touch-screen) $\geq 10''$ Pachete de analiză: -Cardiac – Da -Strain Rate – Da -Stress Echo – Da Monitor: -Diagonala - $\geq 21,5''$ -Rezoluție - $\geq 1920 \times 1080$ Periferice: -Bloc ECG – Da -Încălzitor de gel -Imprimantă Alb/Negru incorporată – Da <u>Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.</u> Garanție: ≥ 24 luni	
Lotul 2	33100000-1	Cuptor de calcinare	buc	1	Volum cameră de lucru: 65 ± 5 l Interval de temperatură: $50 \dots 350^{\circ}\text{C}$ Abaterea admisibilă: $\pm 5^{\circ}\text{C}$ Timpul încălzirii până la temperatura maximă: $30 \dots 40$ min Protecție la supraîncălzire: Da Rafturi incluse: Da Ventilator inclus: Da Rafturi reglabile pe înălțime: Da Materialul camerei de lucru: Oțel inox Termoregulator electronic: Da Calibrare sistem măsurare temperatură: Da Consum redus de curent: Da Abilități de autodiagnosticare: Da Tensiune alimentare/frecvență: 220 V 50Hz Puterea nominală: ≤ 2000 W Condiții de exploatare: Temperatura $15 \dots 35^{\circ}\text{C}$ Umiditatea relativă a aerului $\leq 80\%$ Dimensiunile camerei de lucru: Lățime 390 ± 10 mm Lungime 445 ± 10 mm Înălțime 390 ± 10 mm Dimensiuni de gabarit: Lățime 650 ± 10 mm Lungime 690 ± 10 mm	25 000,00

					Înălțime 530±10mm Masă: ≤ 40kg Stare tehnică: Nou Control metrologic/periodic: Valabil Manual de utilizare în limba română <u>Anul fabricării</u>: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii. Garanție: ≥ 24 luni	
Lotul 3	33100000-1	Dulap de uscat	buc	1	Caracteristici generale: - convecție forțată a aerului; - capacitatea camerei: 80...120 l; - interior cameră oțel inox; - exterior metalic vopsit sau oțel inox; - reglare viteză ventilator 0...100%; - diapazon de temperatură 50°C...350°C; - abaterea medie de temperatură de la valoarea setată, nu mai mult de ±6°C; - abaterea maximă de temperatură a oricărui regim setat, nu mai mult de ±3°C; - timp de încălzire în gol până la t:+350 °C ,nu mai mult de 60 min; - Consum de curent:≤ 2,5 kW; - Temperatura de declanșare a alarmei, nu mai mult de 361°C; - Dimensiunile camerei de lucru,nu mai puțin de: lățime 560 mm, adâncime 360mm, înălțime 400mm; - Dimensiunile externe ale dispozitivului, nu mai mult de: Lățime 680 mm, adâncime 665 mm, înălțime 600mm; - Masa, nu mai mult de 44 kg Garanție: ≥ 24 luni <u>Anul fabricării</u>: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii. Manual de utilizare în limba română: da	8 333,33
Lotul 4	33100000-1	Set lentile de probă	buc	1	Lentile: Sticlă optică albă 22mm diametru sferă/ 22x18 mm cilindru Cadru: Plastic, diametrul 38 mm Montură de probă inclusă în set care permite montarea până la 4 perechi de lentile: Da Lentile sferice: 35 perechi concave și convexe 0,12 0,25...3,75 cu pasul 0,25D	13 750,00

					4,00...7,50 cu pasul 0,50D 8,00...16,00 cu pasul 1,00D 18,00, 20,00 Lentile cilindrice: 17 perechi concave și convexe 0,12 0,25...2,50 cu pasul 0,25D 3,00...5,00 cu pasul 0,50D 6,00 Prisme: Dioptria 0,50 – 2 perechi 1,00 – 2 perechi 2,00 – 2 perechi 3,00 – 1 pereche 4,00 - 1 pereche 5,00 - 1 pereche 6,00 - 1 pereche 8,00 - 1 pereche 10,00 - 1 pereche Lentile auxiliare: Ocluzor (BL) – 1 buc. Diafragmă cu fantă (SS) – 1 buc. Filtru roșu (RF) – 1 buc. Filtru verde (GF) – 1 buc. Cilindru Maddox (MR) – 2 buc. Diafragma cu punct (PH) – 1 buc. Placă mată (FL) – 1 buc. Placă plan-paralelă (PL) – 1 buc. Cilindri încrucișați (CL) – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Verificare periodică/metrologică valabilă: Da Produs nou: Da Servietă de transport: Da Dimensiuni servietă : Lungime: 540±20 mm; Înălțime: 65±20 mm; Lățime: 360±20 mm; Masa: 4,5±0,5 kg Manual de utilizare în limba română:Da <u>Anul fabricării</u> : 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii. Garanție: ≥ 24 luni	
Lotul 5	33100000-1	Otoscop	buc	1	Mărire optică: 3x; Tip bec : vacuum; Tensiune alimentare: 3 V; Pâlnie urechi de unică folosință: d4,0mm – 20 buc d5,0mm – 20 buc Mâner pentru baterii: metalic	1 250,00

					Cap otoscop: metalic Ajustarea intensității luminoase: reostat Sistem de fixare cap otoscop-mâner: sistem Clic Husă cu fermoar; Marcaj de conformitate european CE Garanție: 24 luni. Manual de utilizare în limba română: Da Accesorii incluse: Baterii tip AA: 2 buc. <u>Anul fabricării</u>: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii.	
Lotul 6	33100000-1	Reflector frontal cu lampă și baterii ORL	buc	1	Diametru oglindă: D100 mm Oglindă cu brățară ajustabilă pentru cap: Da Termen îndelungat de funcționare a lămpii: Da Carcasă bloc baterii 2x3V CR-123A Geantă pentru transport din cordură: Da Manual de utilizare în limba română: Da <u>Anul fabricării</u>: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii.	3 666,67
Lotul 7	33100000-1	Reflector frontal ORL (simplu)	buc	2	Distanța focală a oglinzii: 175±15 mm Diametrul orificiului de observare: 14±1mm Diametru oglindă: 95±5 mm Distanța focală: 175±10 mm Dimensiuni de gabarit: 700 ±10 x 95 ±2 mm Masa: 120 ±10g Rezistență raze UV: Da Manual de utilizare în limba română: Da Certificat de conformitate CE și/sau declarație de conformitate <u>Anul fabricării</u>: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii.	666,67
Lotul 8	33100000-1	Sterilizator pentru straturi la bucătăria	buc	1	Dirijare automată: Da Posibilitatea de ajustare a parametrilor de lucru: Da Tensiune rețea: 380 V Putere absorbită: - pentru încălzire 6±0,5 kW - pentru fierbere 2,5±0,5 kW Consum de apă pentru 1 oră de lucru: nu mai mult de 100 l; Masa: ≤50 kg Timp de fierbere : 1...60 min Dimensiuni de gabarit: Lungime 800± 20 mm Lățime 400± 20mm Înălțime 700±20mm Dimensiunile cuvei de sterilizare:	49 166,67

		galvanică			Lungime 670± 20 mm Lăţime 280± 20mm Înălţime 180±20mm Dimensiuni tava încărcare: Lungime 585± 20 mm Lăţime 245± 20mm Înălţime 80±20mm Material de execuţie: Oţel inoxidabil înalt aliat Set piese de schimb: 1 set Tava încărcare: 2 buc. Garanţie: ≥ 24 luni Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	
Lotul 9	33100000-1	Termostat aer uscat	buc	1	Descriere: Termostat utilizat în secţiile de laborator Volum util: 80...100 l Cameră cu două compartimente: Da Interval de temperatură: +5...+70°C Pasul de setare temperatură: 0,1°C Abaterea maximă a temperaturii în punctele de control: ±1°C Domeniu de temperatură: Programabil Rezoluţia de programare: ≤ 1° Timp de funcţionare: 1...999 ore, neîntrerupt Afişaj: LCD sau LED Control: Microprocesor Uşa dublă: Da Uşa internă: Din sticlă Construcţie interioară: Oţel inox Alarmă vizuală şi sonoră: Da Alarmă divergenţă faţă de temperatura setată: Da Alimentare reţea: 220V, 50Hz Putere absorbită: ≤ 500W Dimensiuni de gabarit (L x h x l): 650±20 mm 790±20 mm 530±20 mm Masa: ≤ 90kg Rafturi incluse: Da, cel puţin două Garanţie: ≥ 24 luni Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	11 666,67
Lotul 10	33100000-1	Termostat aer uscat	buc	1	Descriere: Termostat utilizat în secţiile de laborator Volum util: 120...160 l Cameră cu două compartimente: Da Interval de temperatură: +5...+70°C	16 666,67

					Pasul de setare temperatură: 0,1°C Abaterea maximă a temperaturii în punctele de control: ±1°C Domeniu de temperatură: Programabil Rezoluția de programare: ≤ 1° Timp de funcționare: 1...999 min., neîntrerupt Afișaj: LCD sau LED Control: Microprocesor Ușa dublă: Da Ușa internă: Din sticlă Construcție interioară: Oțel inox Alarmă vizuală și sonoră: Da Alarmă divergență față de temperatura setată: Da Alimentare rețea: 220V, 50Hz Dimensiuni de gabarit (L x h x l): 720...900 mm 900...1300mm 700...800 mm Masa: ≤ 120kg Rafturi incluse: Da, cel puțin două Garanție: ≥ 24 luni Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	
Lotul 11	33100000-1	Inhalator cu compresor tip Boreal	buc	1	Tensiune/frecvență de alimentare: 220±10V, 50/60 Hz Putere absorbită: 130±10VA Presiune maximă a aerului: 1,5 bar Debit aer: 8±2 l/min Dimensiuni de gabarit: Lungime:250±10 mm Lățime:220±10 mm Înălțime:150±10 mm Masa: ≤ 2kg Perioada de funcționare neîntreruptă: 60 min Dimensiunea particulelor pulverizate: 0,8...2,82μm Volumul medicamentului turnat: ≤ 7 ml Dispersia aerosolului cu atomizor RF-2 și orificiul închis "B" în modulul 1: 0,8...2 μm Dispersia aerosolului cu atomizor RF-2 și orificiul deschis "B" în modulul 2: 2...10 μm Dispersie de aerosoli cu nebulizator RF4 în modul 3: cca.2,82 μm Debitul de medicament cu nebulizator RF2 și portul închis "B" în modul 1: cca.0,22 ml/min	2 500,00

					Debitul de medicament cu nebulizator RF2 și portul deschis "B" în modul 2: cca.0,42 ml/min Debitul medicamentului cu nebulizator RF4 în modul 3: cca.0,32 ml/min Temperatura de funcționare a dispozitivului: +10...+40°C Umiditatea relativă de funcționare: 10...95% Presiunea atmosferică: 520...795mmHg Masca inclusă în set: Da Manual de utilizare în limba română: da <u>Anul fabricării</u>: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	
Lotul 12	33100000-1	Microscop binocular	buc	1	Microscop de laborator: Da Tip constructiv: Binocular Obiective Plan Achromat, fabricate din sticlă: 100X, 40X, 10X, 4X/1,25 Ulei Câmp vizual deschis/închis: Da Tip revolver: 4 obiective (din sticlă) Masa mecanică: Da Condensor: Universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe Lumina: LED sau Halogen Filtru KB-P: Da Ulei de imersie: Da Măsuța: mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasare pe X-Y Focalizare coaxială: Dură și fină Interval de focalizare totală: 15±2 mm Focalizare fină: 300±20μm/rev, scala 2,5μm Unghi înclinare tub binocular: 30° Tub binocular:cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52...75 mm Oculare: 10/20x – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Unitate de alimentare: încorporată Elemente optice prelucrate antifungic: Da Cadru metalic: Da Accesorii: Ulei de imersie – un recipient Stare tehnică: Produs nou Garanție: ≥ 24 luni Manual de utilizare în limba română: da <u>Anul fabricării</u>: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	37 500,00
Lotul 13		Microscop	buc	1	Microscop de laborator: Da Tip constructiv: Monocular	8 333,33

	33100000-1	monocular			Oculare: 10/20x Obiective acromate: 100x, 40x, 10x, 4x Puteri de mărire: 40x, 80x, 100x, 200x, 400x, 800x, 1000x și 2000x Construcție integral metalică: Da Focalizare: Fină și rapidă Iluminare inferioară: Halogen sau LED Condensator: Da Postură vizualizare: 30...45° vedere înclinată, cap rotativ 360° Ulei de imersie: Da Măsuța: mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasare pe X-Y Masa: ≤ 3 kg Garanție: ≥ 24 luni Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii.	
Lotul 14	33100000-1	Aspirator pentru prelevarea probelor de aer	buc	2	Număr canale de absorbție: 4 Carcasă metalică: da Afișaj: LCD Dispunerea canalelor: Paralel Intervale de debit: - 0,2...2,0 l/min (canal 1 și 2) - 2,0...20 l/min (canal 3 și 4) Eroare setare debit: ±5% Rezistența absorbantului: 0...5 kPa Timp de prelevare: 1...99 min Cronometru prelevare medie zilnică: da Indici de temperatură a aerului, presiune atmosferică, umiditate: da Alimentare: Rețea curent alternativ 220V/50Hz sau baterie de acumulatori 12 V Baterie încorporată: da Dimensiuni de gabarit: 450x160x320 mm Masa: ≤ 6,3 kg Condiții de exploatare: Temperatură: -10...+40°C Umiditate relativă: ≤ 98%, la 25°C Presiune atmosferică: 630...800 mmHg Suport metrologic: da Garanție: ≥ 24 luni Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii.	70 000,00
Lotul 15			buc	1	Volum: 100±20 l Presiune de lucru camera de sterilizare: ≤ 0,22 MPa Temperatura de lucru: 80...136°C	

	33100000-1	Autoclavă cu aburi			Abatere admisibilă temperatură: $\leq 0,1^{\circ}\text{C}$ Rețea electrică: 220V/ 50Hz sau 380V/50Hz Puterea absorbită, kVA: ≤ 8 Material de execuție a camerei de sterilizare: Oțel inox Cameră cilindrică: da Amplasare verticală :da Mod de funcționare: Semiautomat sau automat Timp de încălzire: ≤ 30 min Filtru de aer antibacterian: da Generator de abur încorporat: da Pre-vacuum: da Funcție de uscare: da Protecție contra nivelului de apă scăzut: da Protecție contra suprapresiunii: da Masa: ≤ 170 kg Garanție: ≥ 24 luni Manual de utilizare în limba română: da <u>Anul fabricării</u>: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	58 333,33
Lotul 16	33100000-1	Glucometru	buc	1	Codificare automată: da Iluminare ecran: da Cantitate de sânge necesară pentru testare: 0,75...1,4μl Timp necesar măsurării: 5...10 sec. Capacitate memorie: ≥ 300 măsurări cu dată și oră Tip alimentare: Baterii Accesorii: Trusă: da Dispozitiv de înțepare: da Benzi de testare: da Baterii: da Greutate: ≤ 400 g Manual de utilizare în limba română: da <u>Anul fabricării</u>: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	833,33
Lotul 17	33100000-1	Montură de probă (oftalmologică)	buc	2	Distanța inter-axială suport lentile dreapta/stânga până la axa verticală a cadrului (nas) : 24...40 mm Valoarea unei diviziuni: 1 mm Cadran cu scară gradată (scara TABO) cu gradație 0...180° : da Valoarea unei diviziuni : 5° Numărul de cleme pentru lentile și elemente necesare instalării în suportul cadrului de încercare: ≤ 5 Arcuri variabile pe lungime	7 500,00

					(a ochelarilor) : 100...135 mm Masa:≤125 g. Manual de utilizare în limba română: da <u>Anul fabricării</u> : 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	
Lotul 18	33100000-1	Masă cu aspirații	buc	1	Dimensiuni: Lungime:≤1500 mm Lățime: ≤850 mm Înălțime:≤2600 Suprafața de lucru: Dimensiuni Lungime:≥ 1450 mm Lățime: ≥ 650 mm Grosime:≤ 3 mm Material suprafața de lucru: Oțel inoxidabil Înălțimea suprafeței de lucru: 850...900 mm Blat rezistent la acțiunea acizilor și bazelor : da Debit sistem de evacuare ajustabil în intervalul: 600...1300 m³/h Motor electric sistem de evacuare monofazat cu IP55: da Nivel zgomot:≤ 70 dB Tensiune/frecvență rețea: 220V/50Hz Iluminare interioară: LED integrat Grad de iluminare, lux:≥ 800 Protecție anti-vapori iluminator: da Flux laminar: Vertical Viteza fluxului de aer: 0,3...0,8 m/s Consum curent:≤400W Accesorii: Iluminator UV integrat: da Filtru HEPA: da Manual de utilizare în limba română: da <u>Anul fabricării</u>: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	34583,33
Lotul 19	33100000-1	Spectrofotometru	buc	1	Diapazon spectral: 190...1100 nm Domeniul de măsurare al spectrului, coeficientul de transmisie direcțională,% : 0,1...100 Limitele abaterii absolute la măsurarea coeficientului transiterii direcționale: - diapazon spectral de la 400...750 nm:±0,5 Restul intervalului spectral: ±1,0 Precizia ajustării lungimii de undă:0,1 nm Gama fotometrică, A: - 3...+3 Lățimea fantei: 1,4 nm Modul scanare	62 416,67

					- posibilitatea alegerii : pasului scanării: da viteza de scanare: da timpul de integrare: da - viteză maximă scanare: ≤12 000 nm/min Administrare Calculatoare extern (PC): da Soft integrat cu bază de date pentru analiza diferitor tipuri de probe: da Dispozitive optice pentru obținerea unei imagini optimizate a spectrului: Asferică Sistem detectare: detectoare CDD controlate termostatic Număr detectoare: ≥ 2 Surse de radiații pre-ajustate și stabilizate la tensiune: da Număr fascicule sistem spectrofotometric: ≥ 2 Măsurarea simultană a semnalelor de operare și de referință: da Filtru holmiu încorporat: da Posibilitatea analizei probelor tulburi: da Garanție: ≥ 24 luni Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii.	
Valoarea estimativă totală						1 133 833,34

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se utilizează
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) **Pentru mai multe loturi;**
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit**
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în **60 zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2023**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu se admit**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	DUAЕ	Conformat prin semnătura electronică	Obligatori
2	Declarație privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Documentația Standard	Conformată prin semnătura electronică	Obligatori
3	Propunerea tehnică	Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificații tehnice (anexa nr. 22) Conformată prin semnătura electronică	Obligatori
4	Propunerea financiară	Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23) Conformată prin semnătura electronică	Obligatori
5	Garantia pentru oferta in valoare de 2% din suma ofertei fara TVA.	Anexa nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <i>sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924,</i> mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA	Obligatori
6	Garantia de buna executie a contractului 5% din valoarea totala a contractului.	conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont in marime de 5% , <i>sau prin transfer pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat</i>	Obligatori

		C/F 1006601003924 , mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA	
7	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
8	Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova	Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului	La solicitare în termen de 3 zile.
9	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Original- Declarația Aprobata prin Ordinul Ministerului de Finante nr.145 din 24 noiembrie 2020, cu semnătura electronică a Operatorului economic Doar pentru agenții economici castigatori .	Obligativ
10	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie-confirmată prin semnătura electronică a Operatorului economic	La solicitare în termen de 3 zile.
11	Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor(cu indicarea numărului de înregistrare din "Lista producătorilor") sau demonstrează că este în proces de obținere a acestuia.	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ

17. Garanția pentru oferta în valoare de 2% din suma ofertei fără TVA .

18. Garanția de bună execuție a contractului, 5% din valoarea totală a contractului.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____ nu se aplică _____

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ____ nu se aplică ____
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _nu se aplică_
22. Ofertele se prezintă în valuta ____ lei MD ____
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: ____ cel mai mic preț ____
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: ____ nu se aplică ____
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: -conform SIA RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: ____ SIA RSAP ____
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Limba română.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____ nu ____
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _- _
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _- _
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _- _
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.04.2023
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____ nu ____ (se specifică da sau nu)
39. Alte informații relevante:

NOTĂ: Cerințele pentru asistență la toate dispozitivele medicale.

1. SERVICE IN GARANTIE
Durata : 24 luni, curg din momentul instalării și punerii în funcțiune de către operatorul economic la sediul cumpărătorului.
Timp de intervenție maxim: 24 ore
2. SERVICE POST GARANTIE
Perioada: cel puțin 3 ani (Furnizorul să dispună de un atelier de reparații și specialiști autorizați de către producător)
Timp de intervenție maxim: 24 ore
3. INSTALARE: De către furnizor
4. PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE: nu mai puțin de 3 ani
5. TRENING: De către furnizor
6. Documente și manual: Toate dispozitivele medicale trebuie să fie livrate cu manuale de service și utilizare, inclusiv în limba de stat, cheile de acces și software-ul pentru dispozitive medicale.
7. Anul producerii : 2022-2023
8. Prezența marcajului CE sau actului ce confirmă înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de stat

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Viorica EFROS.**