

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice**
(lista suplimentară 7)

prin procedura de achiziție: **Licitație deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

N r. L ot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			Unitat ea de măsur ă	Canti tatea	Valoarea estimată fără TVA a dispozitivului medical	Benefi ciarul
1	Monitor de pacient cu CO2, Anesteziol ogie	Descriere	Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.		buc	4	336000,00	SCM SF. Treime
		Parametrul		Specificația				
		Tip pacient	Adult	obligatoriu				
		Display, tip	Diagonala	≥ 15 inch				
			LCD TFT sau LED, Touchscreen	obligatoriu				
			Numărul de curbe afișate concomitent	între 3 și 12 minim				
			Parametri afișați	ECG				
				Pulsul				
				SpO2				
				Fotopletismograma				
				Presiunea sanguină neinvaziv				
				Presiunea sanguină invaziv				
				Capnografia				
				Temperatura				
		Analiza automată a undeii ST	Trendingul ST	obligatoriu				
			Media în analiza segmetului ST	obligatoriu				
		Modul ECG	Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi	obligatoriu				
			I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn	obligatoriu				
			Sensivitatea	diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV				

			Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz	≥ 100 dB				
			Rata cardiacă Adult	diapazon min. 15 - 300 bpm				
			Detectarea aritmiei	obligatoriu				
			Detectarea pacemaker	obligatoriu				
			Monitorizarea respirației Adult	diapazon min. 0 - 150 rpm				
			Protecție împotriva șocurilor de defibrilare	obligatoriu				
		Modul SpO2	Diapazonul	1 - 100%				
			Acuratețea la 70 - 100 %	≤ 2 %				
			Monitorizarea rata pulsului	diapazon min. 20 - 300 bpm				
			Monitorizarea pletismogramei	obligatoriu				
			Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat	<i>(exemplu: masimo, nellcor, etc)</i>				
		Modul NIBP	Diapazonul	diapazon min. 10 - 280 mmHg				
			Regim de măsurare	manual, automat, butonul Start				
			Regim automat	5, 10, 15, 30, 60, 120 min.				
			Buton de activare/dezactivare manual a NIBP	obligatoriu				
			Metoda de măsurare	oscilometrică				
			Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult	297-300 mmHg				
		Modul IBP	Modul IBP	obligatoriu				
			Diapazonul	-50 ... +350 mmHg				
			Acuratețea	± 1 mmHg				
			Sensivitatea de intrare	5 μ V/mmHg				
			Monitorizarea unei IBP	obligatoriu				

		Modul Capnografie (CO2)	Modul Capnografie (CO2)	obligatoriu				
			Diapazonul	0 - 150 mmHg				
			Rata respiratorie	diapazon min. 0 - 150 rpm				
			Timp de înregistrare Apnea	10 - 40 s				
			Monitorizarea undei CO2	obligatoriu				
		Modul Temperatura	Diapazonul	0 - 50.0 °C				
			Acuratețea	±0.1 °C				
			Rezoluția	≤ 0.1 °C				
			Număr de senzori	1 unit.				
		Memorie internă		obligatoriu				
		Trendingul evenimentelor		obligatoriu				
		Arhivarea datelor		obligatoriu				
		Imprimantă	Încorporată	obligatoriu				
		Forme de raportare	Viteza de înscriere	min. 25, 50 mm/s				
			Înscriere continuă	obligatoriu				
			Preprogramate	obligatoriu				
			Personalizate	obligatoriu				
		Alimentarea	rețea electrică 220 V, 50 Hz	obligatoriu				
			Baterie internă	obligatoriu				
			Timp de lucru autonom a bateriei	minim 2 h				
		Interfata de conectare la monitorul central	Ethernet / wireless / RS-232 / etc.	obligatoriu				
		Alarma	Vizuala, sonora	obligatoriu				
			Manjetă deconectată	obligatoriu				
			Manjetă defect	obligatoriu				
			Senzor SpO2 deconectat	obligatoriu				
			Senzor SpO2 defect	obligatoriu				
			Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită	obligatoriu				
			Nivelul baterie scăzut	obligatoriu				
			Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită	obligatoriu				
			Lipsă sursă externă de alimentare	obligatoriu				

			Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore	obligatoriu				
			Ajustarea nivelului de alarmă	obligatoriu				
		Accesorii						
		Cablu ECG	cu 3 electrozi	1 buc., să se indice codul produsului				
			cu 5 electrozi	1 buc., să se indice codul produsului				
		Senzor SpO2	adult, reutilizabil tip cleste	2 buc., să se indice codul produsului				
		Senzor Temperatură	adult, reutilizabil	1 buc., să se indice codul produsului				
		Manjete NIBP	adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)	2 set., să se indice codul produsului				
		Hîrtie termică		10 buc., să se indice codul produsului				
		Circuite pentru Presiunea sanguină invaziv	adult, unică utilizare	1 set., să se indice codul produsului				
		Circuite pentru Capnografie (CO2)	adult, unică utilizare	10 set., să se indice codul produsului				
		Suport de fixare pe mașina de anestezie	pe bara/consola/pendant (la solicitare)	1 buc., să se indice codul produsului				
		Altele	Garanție	≥ 36 luni				
				Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului				
			Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului	da				

			Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile.	da					
			Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul	da, la solicitarea beneficiarului					
			Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service	Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.					
			Manual de part list	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.					
2	Mașină de anestezie	Descriere	Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical		buc	2	1000000,00	SCM SF. Treime	
		Parametru		Specificația					
		Prize de gaz		O2, Aer					
		Display mașina de anestezie		≥15", color TFT sau LCD					
				touch screen					
	Debitmetre	tipul		electronice					
		gaz		O2, Air					
		gama, L/min		diapazon min. 0.2 - 15					
	Vaporizator	tip vaporizator acceptate	Izofluran	obligatoriu					
			Sevofluran	obligatoriu					

[illegible]

		Sistem de management al consumului de agent anestezic		opțional						
		Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului	cu funcție de încălzire a amestecului gazos							obligatoriu
			port auxiliar ieșire a amestecului gazos							obligatoriu
		Parametri monitorizați și afișați pe display	Presiunea de aer	Alarmă de înaltă presiune						obligatoriu
				Alarma presiune subatmosferică						obligatoriu
				Presiune scăzută / apnee						obligatoriu
				Alte alarme de presiune						obligatoriu
			Volumul minut, l/min							obligatoriu
			Concentrația de O2	Timp de răspuns, sec						<35
			Concentrația de CO2	alarmă apnee						obligatoriu
			Monitorizare agent	Tipul de agenți						Halothan, isofluran, sevofluran
				Auto indentificarea gazelor anestezice						obligatoriu
				Alarmă concentrare agent						obligatoriu
				Determinarea și afișarea valorii MAC						obligatoriu
			spirometria							opțional
		Modulul de gaze	încorporat la mașina de anestezie							obligatoriu
			determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici							obligatoriu
			Celulă determinare O2 tip paramagnetic							obligatoriu
		Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale	display	≥19", color TFT sau LCD						obligatoriu
				touch screen						obligatoriu

[illegible]

		Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc		obligatoriu					
		Frână centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți		obligatoriu					
		Presiune de alimentare cu gaze		3.0 - 6 bar					
		Accesorii:							
		Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat		1 buc.					
		Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen (conector standard DIN)		1 buc.					
		Furtunul cu conector de conectare la sursa de AGSS		1 buc.					
		Circuit de ventilare	Adult, reutilizabil	≥ 2 set., să se indice codul produsului					
		Plămîn de test	Adult, reutilizabil	≥ 2 buc., să se indice codul produsului					
		Senzor de flux	Reutilizabil	≥ 2 buc., să se indice codul produsului					
		Filtru antibacterial	Adult, unică utilizare	≥ 50 buc., să se indice codul produsului					
		Accesorii modul de gaz CO2	Adult	≥ 4 set., să se indice codul produsului					
		Cablu ECG	Adult, reutilizabil min. 5 fire	≥ 2 buc., să se indice codul produsului					
		Senzor SpO2	Adult, reutilizabil	≥ 4 Buc., să se indice codul produsului					
		Manșete NIBP	Adult, reutilizabilă	≥ 4 buc., să se indice codul produsului					
			Adult mare, reutilizabilă	≥ 2 buc., să se indice codul produsului					
		Senzor de temperatură	Adult, reutilizabil	≥ 1 buc., să se indice codul produsului					
		Accesorii necesare de functionare a modului BIS sau TOF/ NMT	Accesorii pentru Adult	≥ 5 buc., să se indice codul produsului					
		Altele	Garanție	≥ 36 luni					

				Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului					
			Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile.	da					
			Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul	da, la solicitarea beneficiarului					
			Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service	Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriiile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.					
			Manual de part list	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.					

			Training pentru personal tehnic	Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare				
3	Sistem de rezecție artroscopice	Descriere: Dispozitiv de șlefuire destinat intervențiilor chirurgicale artroscopice cu o gamă largă a vitezei de rotație cu putere înaltă. Turnul de artroscopie să fie din următoarele componente: 1. Troleu artroscopice - 1 buc.; 2. Monitor medical min. 4K - 1 buc.; 3. Videoprocesor cu rezoluție min. 4K - 1 buc.; 4. Sursa de lumina - 1 buc. 5. Dispozitiv Shaver - 1 buc; 6. Artropompă - 1 buc.; 7. Modul de electrocoagulare - 1 buc." Parametru Specificația: Troleu artroscopice: Înălțime ≥ 1400 mm; Lățime ≥ 500 mm; Adâncime ≥ 500 mm; Polițe standard ≥ 4; Sertar ≥ 1; Roți blocabile ≥ 2 Suport pentru cap cameră 1 buc. Suport sau compartiment pentru cabluri; Cablul de alimentare ≥ 4 m lungime; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Transformator, capacitate ≥ 1500 VA, 220-240 V Sistem de distribuție al energiei electrice încorporat în trolu (lateral sau spate) min. 8 prize Buton central de On/Off central Ușă din spate cu grilă pentru ventilație Suport pentru monitorul de bază, staționar sau flexibil Monitor medical: Integrat/separat; Monitor optimizat pentru aplicațiile artroscopice; Rezoluția ≥ 3800x2100 pxl, min. 4K; Alimentarea de la rețeaua de electricitate, (220-240V, 50 Hz); Diagonala display ≥ 30";	buc	1	1700000,00	SCM SF. Treime		

	Unghi de vizualizare (orizontal & vertical) $\geq 175^{\circ}$; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Videoprocessor cu cap cameră: Integrat/separat; Videoprocessorul: min. 3800x2100, min. 4K; posibilitate de capturare foto cu rezolutia min. 1080p; posibilitate de capturare video min. 1080p; Memoria SSD min. 128 Gb; prezenta următoarelor funcții: zoom, balans alb, foto, înregistrare video, reglaj intensitate, standby lumina. Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Cap camera: Senzor cu rezoluție minim 4K; conține min. 2 butoane programabile; TV coupler-lul (lentila) intergrat/sau separat; lungimea min. 2.5m; Sursa de lumina: Integrat în videoprocessor sau aparte; Puterea de ieșire, ≥ 300 Watt sau ≥ 1600 lumeni; Durata de funcționare, ore Led > 20000; Conector pentru fibra tip turet(baraban): Olympus, Wolf, Storz; Controlul iluminării manual sau automat; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Shaver: Sistem motorizat; Posibilitate de conectare pedală Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz); Piesa Shaver: min. 1 buton de control; posibilitatea de a: porni/opri, schimbarea sensului de rotatie, setarea vitezei si modul de oscilare; viteza de rotatie maximala ≥ 8000 rpm. Lungime cablu minim 4 m Artropompa: Tip peristaltică; Debit $\geq 1,5$ L/min; Mod de irigare automat, cu senzor de presiune integrat; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Modulul de electrocoagulare sau sistem de ablație Parametrii modulului de electrocoagulare: Port pentru pedală min. 1 buc				
--	---	--	--	--	--

		Tăierea monopolară min. 350 W; Coagularea monopolară min. 200 W; Tăierea bipolară min. 200 W; Coagularea bipolară min. 200 W; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Parametrii sistemului de ablație: Port pentru pedală min. 1 buc Regim de ablație și coagulare Selectarea puterii Putere max generată ≥ 400 W Sondă de lucru inclusă min. 5 buc Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Accesorii: Cap Camera compatibil cu videoprocessor min. 1 buc. Optică telescopică 4K: unghiul de vizionare 30° - min. 2 buc; diametru min. 4 mm;lungimea de lucru min. 150 mm;tip format: eyecup; Shaver handpiece min 1 buc. Altele: Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriiile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. Manual de part list - Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.				
LOT NR.4- Luxmetru	Descriere: Luxmetrul este un instrument destinat măsurării nivelului de iluminare în spații interioare sau exterioare, utilizat pentru evaluarea condițiilor de iluminat în laboratoare, instituții medicale, spații de lucru sau zone publice. Domeniu de măsurare: 0 – 99 999 lx Afișaj: LCD digital Unități de măsură afișate: lx / fc Rezoluție: - 1 lx pentru intervalul 0 – 19 999 lx - 10 lx pentru intervalul 20 000 – 99 999 lx	Bucătă	2	7 500,00	Policlinica de Stat	

		Precizie: $\pm 3\%$ Timp de răspuns / înregistrare: 0,5 – 1,5 s Funcție de resetare la zero: disponibilă Funcție de înregistrare a datelor: disponibilă Funcție de păstrare a datelor (Data Hold): disponibilă Funcție de memorare a valorii maxime (Peak Hold): disponibilă Moduri de măsurare pentru diferite tipuri de iluminare: disponibile (selectabile) Senzor de lumină: extern Capac protector pentru senzor: inclus Indice de protecție: IP40 Temperatură de funcționare: 0 °C – +50 °C Protocol / certificat de calibrare: inclus Accesorii incluse: - baterii pentru alimentare.				
	LOT NR.5- Sistem motoriza t cu mișcare alternativ e pentru operații primare pe cord deschis	Descriere: Sistemul motorizat cu mișcare alternativă a lamei (sternotom) este un instrument chirurgical utilizat în intervențiile de chirurgie cardiacă pentru realizarea sternotomiei mediane, necesară accesului la cord și structurile toracice. Dispozitivul funcționează prin mișcarea oscilantă de mare viteză a unei lame specializate, asigurând tăierea controlată a sternului și reducând riscul de lezare a țesuturilor adiacente. Caracteristici de bază: 1. Tip de sistem motorizat cu mișcare alternativă a lamei 2. Dimensiuni - 200mm (+/- 10mm) x 190mm (+/- 10mm) x 50mm (+/- 5mm) 3. Greutate - $\leq 2\text{kg}$ 4. Puterea motorului - minim 250 Watt 5. Frecvența diapazonul de turație de la 0 - la minim 14000 per minut; 6. Ciclul de lucru continuu, minim 30 de secunde cu pauza de maxim 30 secunde, repetabil de minim 5 ori; 7. Carcasa - Titan sau material analog după proprietate fizice si chimice, apt pentru sterilizare în substanțe alcaline. 8. Sterilizare - Apt pentru spălare/dezinfecție automată. Apt pentru autoclavare la 134°C 9. Container din aluminiu pentru stocare și sterilizare la 134°C cu accesorii de fixare a motorului în timpul sterilizării, coș perforat și filtru de până la 1000 cicluri de sterilizare. 10. Fixare lamele, unghi - 180° 11. Schimbare lamele - Fără chei speciale, prin apăsarea butonului 12. Poziționare lamele, poziții - Minim 2 13. Protecție lame instalata pe sternotom. Accesorii obligatorii: • acumulate pentru sternotom cu minim 400 cicluri de reîncărcare 2 buc;	Bucată	1	250 000,00	SCR

		• container de sterilizare pentru sistemul dat - 1 buc; • stație de reîncărcare al acumulatorilor cu minim 2 sloturi pentru acumulatele livrate – 1 buc; • Lame reutilizabile, autoclavabile pentru efectuarea sternotomiei cu lungimea de 35 mm ± 4 mm, grosime de 0.7 mm ± 0.1 mm, pasul între dinți de 1.1 mm ± 0.1 mm- 15 buc.				
	LOT NR.6-Regulator Vacuum centralizat cu consumabile	Descriere: Dispozitivul de aspirație medicală pentru rețeaua centralizată de vacuum este destinat colectării și evacuării secrețiilor sau lichidelor biologice în timpul procedurilor medicale și chirurgicale. Sistemul este prevăzut cu regulator de vacuum cu manometru pentru controlul precis al presiunii negative, vas gradat pentru colectarea secrețiilor și filtru antiviral și antibacterian pentru protecția sistemului și a mediului. Caracteristici de bază: Conector la rețeaua centralizată de vacuum standard DIN; Distanța dintre manometru de control și priza de vacuum ≥ 60 mm sau prin furtun de extensie; Manometru de control al presiunii negative cu scară gradată dublă – kpa și mmHg; Valorile limite ale manometrului de control – 0-100 kpa (0-750 mmHg); Posibilitatea de rotire a manometrului la 360°; Clasa de acuratețe a manometrului de control, conform EN 837, ≤ 2,5; Valoarea maximă de vacuum creat – -90kpa (-675mmHg); Fluxul de aspirație – 0-55 L/min; Greutatea ≤ 1kg; Aspectul vizual al dispozitivului (culorile utilizate) conform standardului ISO pentru gazele medicale; Duza de ieșire pentru vacuum – Ø 6 mm; Filtru antiviral și antibacterian reutilizabil; Rata de reținere a filtrului virală/bacteriană – 99.99%; Vas pentru acumulare de secreții gradat numeric ≤ 1000 mL; Capac ușor detașabil cu supapa de siguranță la supra umplere; Accesorii obligatorii: • Vas pentru acumulare de secreții – 2 buc. • Capac cu supapa de siguranță la supra umplere – 2 buc. • Filtru antiviral și antibacterian reutilizabil – 2 buc. • Suport cu mâner pentru fixare, transportare vas – 1 buc. • Fixator pentru suport pe șina pandativei (linear rail locking clamp) – 1 buc; • Furtune pentru aspirație: sistema de vacuum – borcan și borcan – pacient (minimum 1.5 metri) – 2 seturi."	Bucată	10	125 000,00	SCR
	LOT NR.7-Debitmetru tip	Descriere: Debitmetru medical pentru oxigen cu umidificator, destinat administrării controlate a oxigenului pacienților prin conectare la rețeaua centralizată de gaze medicale. Sistemul permite reglarea precisă a debitului de oxigen și umidificarea acestuia înainte de administrare, pentru a	Bucată	20	58 333,33	SCR

	Bobrov	preveni uscarea căilor respiratorii. Caracteristici de bază: Tipul conexiunii la O2 – DIN; Distanța dintre recipientul umidificator și priza de oxigen ≥ 60 mm; Presiunea de intrare – 3-5 bar; Carcasa debitmetrului, regulatorul de flux, inclusiv toate tuburile cu orificii destinate pentru transportul oxigenului atât în interiorul recipientului umidificator cât și în exterior, ieșirea pentru canula nazală, să fie confecționate din oțel inoxidabil, aluminiu sau metal galvanizat. Tipul recipientului umidificator – reutilizabil, autoclavabil; Indicator nivel de apă în recipient – minim și maxim; Capacitatea recipientului umidificator – 200-300 ml; Reglarea debitului de O2 la ieșire – 0-15 L/min; Indicatorul fluxului – scară gradată numeric; Ieșiri canulă de O2 – minim 1; Accesorii obligatorii: • Recipient umidificator (de rezervă) – 1 buc.				
	LOT NR.8- Sistem de criochirurgie pentru tratamente minim-invazive endobronșice și pulmonare	Unitate de criochirurgie cu CO2 Destinat pentru: Unitate de criochirurgie pentru criobiopsie, criorecanalizare și criodevitalizare în bronhoscopie flexibilă Obligatoriu Poate fi utilizat în biopsia pulmonară endobronșică și transbronșică Obligatoriu Recunoasterea sondelor: Unitatea va recunoaște instrumentul conectat și va ajusta automat parametrii pentru fiecare tip de sondă. Obligatoriu Afișare pe ecran: Toate setările sunt vizibile pe afișajul panoului frontal Obligatoriu Afișare pe ecran: numărare a timpului pentru a indica durata de activitate și a asista utilizatorul cu semnale acustice și vizuale Obligatoriu Gaz: Gaz de răcire CO2 Gaz: Presiunea de admisie a gazului 45-65 bar Accesul la sonda flexibilă trebuie asigurat și compatibil, prin intermediu unui bronhoscop (exemple ale Olympus BF-Q170, BF-1TQ170 existente în instituție) obligatoriu Programe presetabile minim 10 Pedală de activare/ control- 1 buc Sonde criochirurgicale flexibile, de unica folosință, diametru 1.1mm, lungime 1150mm, cu teacă de protecție cu lungimea de 800(+/- 20)mm; pentru canalul de lucru a bronhoscopului cu diametrul minim de 2.6mm (5 buc/ set ambalate steril/per bucată- 3 seturi Sonde criochirurgicale flexibile, de unica folosință, diametru 1.7-1.9mm, lungimea 1150mm, (5buc/set, ambalat steril/ per buc)- 3 set Sonde criochirurgicale flexibile, de unica folosință, diametru 2-2.4 mm, lungimea 1150mm, (5buc/set, ambalat steril/ per buc)- 3 set	Bucată	1	810 000,00	IP Chiril Dragan iuc

	Echipat cu coș pentru accesorii Butelie pentru CO2: 1x minim 5L (DIN) sau volumul furnizat de bitelie să fie optim conform recomandărilor producătorului. Obligatoriu Regulator de CO2 (DIN) cu manometru Furtun de CO2 Necesarul adițional de furtun, conectoare și adaptoare pentru instalație. Conform recomandările producătorului Alte accesorii necesare pentru punerea în funcțiune a dispozitivului (să se prezinte lista completă)				
	Total			4 286833,33	

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii" Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei, copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
<u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală,	DA

		confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
20	Declarație de la ofertant	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
21	Cerințe pentru mijloace de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic	Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;	DA
22	Cerințe pentru mijloace de cântărit	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livrare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max...; - limita minimă de cântărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;	DA

		- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organisme naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
 Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
 Cod fiscal: 1016601000212
 Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
 Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
 Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Cod fiscal:

1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: 10.03.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 10.03.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG