

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziția *Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSB beneficiare (listă suplimentară 5)*

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă	Beneficiar
1	Sistem automat de colorare cu statie de uscare a lamelor histologice	Bucata	1	<p>Descriere Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru hematologie, citologie, histologie, bacteriologie, s.a.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Caracteristici sistem procesare simultana ≥ 5 stative</p> <p>statii de procesare, total ≥ 20</p> <p>statii de încărcare ≤ 2</p> <p>statii de descarcare ≤ 3</p> <p>statii de spalare ≤ 3</p> <p>capacitate stativ ≥ 30 lame</p> <p>volum reagent / statie ≥ 300 ml</p> <p>memorie ≥ 20 programe</p> <p>Dispozitivul va putea funcționa fără conectare la PC da</p> <p>posibilitatea de a programa sistemul de agitare și de spălare pentru fiecare statie in parte</p> <p>posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare statie in parte da</p> <p>program special pentru statii de spalare da</p> <p>țimp de imersie 1 sec - 59 min, pasul ≥ 1 sec</p> <p>memorie reagenti pre-programati ≥ 20</p> <p>definiti de utilizator ≥ 20</p> <p>real-time display pentru protocoalele executate da</p> <p>functie de drenare reagent da</p> <p>interfata USB pentru transmiterea datelor spre calculator sau analogic da</p> <p>Sistem de evacuare a vaporilor toxici prin filtru de cărbune da</p> <p>conectare la apeduct presiunea ≤ 4 bar</p> <p>temperatura ≤ 30 °C</p> <p>standard conectare $\frac{3}{4}$"</p> <p>sistem canalizare drenaj prin gravitatie sau forțat da</p> <p>Caracteristici alimentare 220V da</p> <p>UPS (autonomie minim 2 ore) da</p> <p>Acesorii</p> <p>Dispozitivul sa fie livrat impreuna cu toate accesoriile necesare pentru punerea in functiune al dispozitivului</p> <p>vas pentru reagenti ≥ 20 buc</p> <p>vas pentru apa ≥ 3 buc</p> <p>capac pentru vas ≥ 23 buc</p> <p>stativ pentru lame (capacitatea minim 30 lame) ≥ 3 buc</p> <p>suport pentru stativ cu lame ≥ 3 buc</p> <p>tub pentru conectarea la sistemul de apa ≥ 1 (~1,5 metri)</p> <p>tub pentru conectarea la sistemul de canalizare ≥ 1 (~3 metri)</p>	320 000	IMSP AMT Buiucani

				<p> filtru pentru purificare aer cu carbon activat ≥ 1 buc Cablu USB pentru conectarea la calculator ≥ 1 buc UPS (autonomie minim 2 ore) ≥ 1 buc Statie de descarcare Nu mai putin de 2 Statie de uscare 1 buc Diapazon setare temperatura statie de uscare 30-70C </p>		
2	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe	bucată	1	<p> "Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem deschis Metode de analiză 3 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 40 Diluarea automată Afișaj graphic Imprimantă încorporată Sistem ID pacient da Introducerea datelor manual Interfața PC da Afișarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea- automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă > 1000 pacienți </p>	36 000	IMSP CS Horești

				<p>Accesorii Vas pentru deșeuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți ""Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 500 probe"" Accesorii, consumabile Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 500 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni "</p>		
3	Colposcop binocular cu sistem video de rezoluție înaltă bucată	bucată	1	<p>Descriere Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. Împreună cu examenul citologic și histologic colposcopia stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permițând o decizie terapeutică în timp util și urmărirea fazelor tratamentului. Parametrul Specificația Sursă de lumină Tip LED Separată nu integrată în capul colposcopului. Instalată pe troleu Putere ≥150W sau echivalentul în Lux Timp de viață lampă ≥50.000h Filtre de lumina Minim verde Intensitatea Control minim în 10 nivele sau pași Bratele troleului Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Axa de rotație ≥2 Înălțimea bratului pe care este colposcopul reglabil Unghi de rotație a bratului ≥ 300 grade Posibilitatea de blocarea a mișcărilor de rotație da Sistemul optic Unghiul de iluminare și vizualizare reglabil Lentile acromatice da Focus micrometric da Înălțimea față de podea min ≤750 pînă la maxim ≥ 900 mm Camera VIDEO Integrată în capul microscopului Rezoluția minimă HD, să se indice de către ofertant Port ieșire de comunicare HDMI minim 1 Compatibil cu linie histeroscopie da Distanța focală minim 300 mm Zoom 2,5 x pînă la 27x în minim 10 pași (sa fie prezente obiectivele zoom indicat) Tip oculare Binocular da Dioptrie Ajustabilă Distanța între oculare Ajustabilă Mișcare cap minim 30° Suport Mobil da</p>	333 333	IMSP AMT Botanica

				<p>Diametru roți ≥ 6 cm Suport pentru monitor da Frână ≥ 2 Monitor Tip MEDICAL Diagonala Minim 22 inch Rezolutia Minim 1920x1080 pix Matrice Tip LCD Porturi de intrare HDMI/ DVI/ VGA Compatibil cu troleul da Soft Pentru comunicare cu sistem video da Formarea baza de date cu nume, prenume, virsta etc da Tipul de date salvate Imagine fixa (foto) si video Pedala Pentru controlul salvarii imaginii la necesitate medicului Calcualtor Blocul central de procesare Conform caracteristicilor producatorului Monitor tip IPS cu diagonala minim de 22 inch Mouse si tastiera Inclusa Sisteme de operare licentiate minim Windows 10 Profesional Adaptor sau convertor digital pentru transfer date de la colposcop catre Calculator da inclus Alimentarea 220-240V, 50-60Hz Anul de productie nu mai vechi de 2021 Garantia 24 luni</p>		
4	Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic	bucată	2	<p>Parametrii tehnici solicitati Spătar și înclinație Trendelenburg reglabil cu pistoane cu gaz Pedală pentru reglare înclinație Trendelenburg Scăriță rabatabilă Dimensiuni: Înălțime min. 85cm Spătar min. 58x80cm Șezut min 58x40cm Suport picioare min. 58x35cm Inclinatie Trendelenburg min. 60o</p>	66 666	IMSP AMT Botanica
5	PEF Metru (peak-flow meter)	bucată	1	<p>Domeniul de măsurare 50-800 lit/min Va contine markeri colorati ce permit pacientului și medicului monitorizarea schimbărilor în debitul de aer. Pini indicatori pentru definirea intervalelor (normal, patologic) Se calibrează în mod individual Indicatori de zonă: Verde - Galben - Rosu. Accesorii: piese de gură de unică folosință – 500 buc</p>	833,33	IMSP AMT Botanica

6	Pulsoximetru pediatric	bucată	3	<p>Destinat măsurării nivelului saturației oxigenului în sânge și a pulsului la copii de la 1 la 12 ani.</p> <p>Parametri tehnici solicitati</p> <p>Modul de măsurare: pe deget, destinat copiilor 1-12 ani</p> <p>Afișaj OLED cu ecran color</p> <p>Domeniu de măsurare SPO2: 70% - 100%±2%</p> <p>Afișarea valorii ratei pulsului</p> <p>Interval de măsurare puls: 30bpm ~ 250bpm</p> <p>2 Seturi de baterii incluse</p> <p>Indicator nivelul încărcării bateriei</p> <p>Deconectare automata după maxim 10 sec de pauză</p>	1 625,00	IMSP AMT Botanica									
7	Tonometru ocular mecanic Maklakov	bucată	3	<p>Este destinat pentru măsurarea manuală a tensiunii intraoculare după metoda lui Maklakov.</p> <p>Parametri tehnici solicitati</p> <p>Parametrii tehnici solicitati</p> <p>Cilindre metalice -2buc</p> <p>Masa unui cilindru – 10g</p> <p>Mîner pentru cilindre – 1 buc</p> <p>Nomogramă – 3 buc</p> <p>Husă – 1 buc</p>	7 500,00	IMSP AMT Botanica									
8	Rectoscop cu iluminare prin fibră optică	bucată	1	<p>Rectoscop cu iluminare prin fibră optică - 1 buc</p> <p>Este destinat pentru procedurile de rectoromanoscopie.</p> <p>Parametri tehnici solicitati</p> <p>Parametrii tehnici solicitati Parametrii tehnici oferiti</p> <p>Sursa de lumină prin fibră optică</p> <p>Tub cu obturator diametru 20±1mm, lungime 250±5mm autoclavabil – 2 buc</p> <p>Tub cu obturator diametru 20±1mm, lungime 300±5 mm autoclavabil – 2 buc</p> <p>Tub cu obturator diametru 15±1mm, lungime 200±5 mm autoclavabil – 1 buc</p> <p>Dispozitiv optic – 1buc</p> <p>Adaptor pentru tuburi de unică folosință (la dispozitivele care nu permite conectarea directă a tuburilor de unică folosință) - 1 bucată</p> <p>Lentilă – 1 buc</p> <p>Instrument pentru colectarea probelor bacteriene – 1 buc</p> <p>Mîner -1 buc</p>	75 000,00	IMSP AMT Botanica									
9	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă	bucată	1	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă - 1 buc</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PROBE PORTURI</td> <td>≥4</td> </tr> <tr> <td>PROBE TIP, MHz</td> <td>Linear</td> <td>cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valaorae maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 40 mm</td> </tr> </table>	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă - 1 buc			PROBE PORTURI		≥4	PROBE TIP, MHz	Linear	cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valaorae maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 40 mm	2 083 333	IMSP AMT Botanica
Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă - 1 buc															
PROBE PORTURI		≥4													
PROBE TIP, MHz	Linear	cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valaorae maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 40 mm													

	Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică	cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz - si cu valoarea maxima nu mai mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 80 °
	Endovaginal 4D	cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valoarea maxima nu mai mică de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 135 °
	Volum 4D	cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz - si cu valoarea maxima nu mai mică de 8 Mhz, banda activă câmpul de vedere minim 80 °
NIVELE DE GRI		≥256
PREPROCESARE, canale digitale		≥300.000
Sumarul gamei dinamice		≥350dB
Adîncimea de scanare	minima	≤ 1 cm
	maxima	≥ 50 cm
Posibilitate de rotare a imaginii minim pînă la		≥ 180 °
Posibilitatea de oglindire a imaginii Stînga / Dreapta		da
Cine memorie		≥500 MB
POSTPROCESARE		da
IMAGINE MODURI	M-mod	da
	M-mod și 2-D/B-Mode	da
	3-D (automatic)	da
	4-D (live 3-D)	da
	Harmonic imaging	da
	STIC	da
	STIC in regim Dopler color	da
	STIC in regim Dopler tisular	da

	Elastografie tip compresivă activă pentru sonda linară și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul	da
DOPPLER	Tip	CW, PW, CFM, TD.
	Afișare frecvență	da
	Afișare viteză	da
	Power Doppler	da
	HPRF	da
	Duplex	da
	Triplex	da
FUNȚIONALITĂȚI	Măsurători digitale	da
	Configurarea Masurartorilor conform necesitatilor utilizatorului	da
	Diapazon dimamic selectabil	da
	Focalizare de transmisie ajustabilă	da
	Măsurători pe reluarea video	da
	Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorului final.	da
	Tehnologia de SonoBiometrie, măsurare autmata a dimensiunilor BPD, AC, HC, FL, HL.	da
	Regim 4D (3D live) si 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapilor de culori, prezenta tehnologie de formare a culori nature a fatului.	da

					<p>Regim de postprocesare pentru imaginile 4D (3D live) si 3D cu posibilitate de taiere a sectiunilor care nu sint necesare, schimbare unghiului de vizualizarea, adancimeii pe toate axelor de formare a imaginii.</p>	da
					<p>In formarea imaginii 3D si 4D prezenta obligatoriu a tehnologie de reconstrucie "slice to slice" sau reconstrucție tomografica cu posibilitate de control a grosimeii</p>	da
					<p>Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru in regim automat. La necesitate se va putea adauga voliculi care nu a fost inclusi in tabel.</p>	da
					<p>Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitivul. In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul arborilui vascular la rinichi la mama si fat (trimestru 3), Cap fat trimestru 2,3, ficat mama si fat. La fel pentru vasele periferice.</p>	da
					<p>Regim specilizat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 3. (Prezența imaginii pentru</p>	da

				modelul de dispozitiv propus)	
				Regim specializat pentru dopler color așa numitul HD Flow, având o acuratețe mai mare de cât doplerul color standard. Prezentare imagini pentru modelul de dispozitiv propus	da
				Prezenta tehnologie de marire a imaginii fără a micșora rezoluția contrastul și claritate zonei care este marite.	da
				Sistem automatizat de ajustare a imaginii pentru regim 2D/ B-mode	da
				Ajustarea frecvențelor de lucru automat de către dispozitiv	da
				Tehnologia Omniview sau analogic	da
				Regim de formare panoramică a imaginii pentru sonda liniară	da
				Măsurători automatizate în regim de dopler pulsativ (PW)	da
				Vizualizare de rezoluție înaltă în 1 trimestru pentru măsurarea transparenței nucleare	da
			PAN/ZOOM	imagini în timp real	13428-7092
				imagini înghețate	da
			STOCARE IMAGINI	Capacitate	≥ 500GB
				Cine	da

DICOM 3.0		da
Porturie pentru intrari iesiri	USB 2.0 si 3.0	da
	HDMI	da
	VGA	da
	LAN/NET RJ45	da
PACHETE DE ANALIZĂ	Obstetric	da
	Ginecologie	da
	Abdomen	da
	Small Parts/ Parti moi	da
	Sin	da
	Vascular	da
	Pediatric	da
	Cardiologie	da
	Transrectal	da
	Cap	da
	Muscoschiletal (MSK)	da
	Omniview sau anlogic	da
	Elastografie tip compresivă	da
MONITOR	Diagonala	≥ 23"
	Rezolutia minimă	1920x1080
	Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe inaltime și articulare dreapta stinga	da
DIVIZARE MONITOR	Prezenta obligatoriu a monitorului de control	da
	Tehnologie Touch screen	da
	Diagonala	≥ 10"
Tastieră	Integrata digitală / pe consola sau glisantă	da
	Iluminare din spate	da
Iluminare consola	Control a intensitati iluminari console pentru butoane si claviatura	da

			Butoane programabile pentru utilizator	da	
			Consola de lucru	Ajusare înălțime	da
				Ajustare stinga si dreapta fara miscarea totala a dispozitivului fata de podea.	da
			Prezenta rotilor	minim	4
				Frine minim	4
			Termoprinter alb/negru integrat	da	
			Printer extern	Prezentarea listei de printere cu care posible de conectat dispozitivul	da
			GEL USG	≥5 L	

Valoarea estimativă totală : 2 924 290,33 lei

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot.
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 120 de zile de la înregistrarea contractului.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. **Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p> <p>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</p>	DA

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare (OBLIGATORIU). Manual de service. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul	DA

		companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 36 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei)	DA
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			

19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	<p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <p>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”</p> <p>Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă 150 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.</p>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

- 19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**
- 20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,001%, 3 runde).**
- 21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**
- 22. Ofertele se prezintă: în lei.**
- 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**
- 24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
- 25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- conform SIA RSAP MTender
- 26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
- 27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile**
- 28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
- 29. Ofertele întârziate vor fi respinse.**
- 30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
- 31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**
- 32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**
- 33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 28.02.2023

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 28.02.2023

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG