

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice**
(lista suplimentară 4)

prin procedura de achiziție: **Licitație deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată
1	Monitor de pacient portabil	Descriere: Monitor de pacient portabil (sistem), conceput pentru a fi purtat direct de pacient, permițând monitorizarea continuă a semnelor vitale chiar în timpul deplasării acestuia prin secție sau spital. Parametru Specificația: Sistem de monitorizare a semnelor vitale compatibil cu sistemul central de monitorizare BeneVision CMS Mindray din dotarea instituției Obligatoriu Transmiterea în timp real a parametrilor, formelor de undă și alarmelor către sistemul central Obligatoriu Module compacte wireless/wired fixate pe pacient: ECG, SpO2, NIBP Obligatoriu Monitorizarea datelor ECG, Respirație, SpO2, NIBP Obligatoriu Funcții suplimentare de detecție(somn, odihnă, exerciții fizice, detectarea căderilor) ≥4 Afișarea semnelor vitale pe ecran ≥3 sau afișarea formei de undă pe ecran ≥1 Notificare grafică pentru accesoriile deconectate Obligatoriu Stocarea parametrilor măsurați ≥5 ore Unitatea principală a sistemului dirijează configurarea și împerecherea modulelor între ele și conexiunea la rețea wireless Interfețe de comunicare: Wi-Fi Obligatoriu Bluetooth Obligatoriu sau altele să fie specificate Baterii reîncărcabile Li-Ion Obligatoriu Autonomie baterie: SpO2/ECG ≥48 ore continuu NIBP ≥500 măsurători Grad de protecție pentru toate modulele ≥IPX2 Siguranță Tip CF, rezistent la defibrilare Modul ECG Monitorizarea ECG cu 3 derivații (I, II și III) Rată cardiacă: minim 15–350 bpm Acuratețe ECG: ±1 bpm Detectare aritmii Obligatoriu Respirație: 0–120 rpm Modul SpO2 Diapazon SpO2: 1–100% Acuratețea ±3%(70–100%) Rată puls: 30–300 bpm Indice de perfuzie Obligatoriu Modul NIBP: Diapazon NIBP: 30–290 mmHg Acuratețea ± 5 mmHg Metoda de măsurare: Oscilometrie Obligatoriu Regimuri măsurare: Manual Obligatoriu automat Obligatoriu secvențial Obligatoriu Accesorii incluse Cablu ECG cu 3 electrozi ≥2 Electrozi ECG adult, unică utilizare ≥50 Senzor SpO2 reutilizabil ≥2	Bucată	20	166666,67

Manjete NIBP Adult ≥ 2
Încărcător cu mai multe sloturi pentru bateriile Li-Ion ≥ 1
Stand pentru depozitarea modulelor și accesoriilor ≥ 1
Instalarea, configurarea și conectarea la stația centrală BeneVision CMS Obligatoriu
Garanție ≥ 24 luni

2	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o usa	Descriere	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel	Bucată	1	333000,00
		Domeniul de utilizare	instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil			
		Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților	obligatoriu			
		Volumul camerei	≥ 150 L			
		Carcasa exterioră	din oțel inoxidabil AISI 304			
		Camera de spălare construită	din oțel inoxidabil AISI 316L			
		Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent	obligatoriu			
		Pompa de apă, internă	obligatoriu			
		Pompa de aer, internă	obligatoriu			
		Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C	obligatoriu			
		Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului	obligatoriu			
		Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor	obligatoriu			
		Numărul de uși	1 unitate			
		Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil	obligatoriu			
		Iluminare internă a camerei	obligatoriu			
		Programe de dezinfecție implicite	Min. 10			
		Programe care pot fi programate de către utilizator	Min. 30			
		Ecran LCD, color	obligatoriu			
		Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului	obligatoriu			
		Limbajul interfeței și meniului	română / rusă			

Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție	obligatoriu
Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului	obligatoriu
Imprimantă termică, integrată	obligatoriu
Temperatura de uscare	≥ 125 grade
Filtrarea aerului	HEPA filtru
Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului	obligatoriu
Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului	obligatoriu
Brațe rotative pentru jetul de apă	≥ 2 unități
Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă	obligatoriu
Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor	obligatoriu
Alarmer	sonore și vizuale
Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere	obligatoriu
Alarma de finalizare a ciclului	obligatoriu
Tensiunea de alimentare	380V, 50 Hz
Accesorii și consumabile:	
Rafturi de încărcare	2 buc., să se indice codul produsului
Coșuri pentru instrumente	min. 5, să se indice codul produsului
Hîrtie imprimantă	30 buc., să se indice codul produsului
Detergenti, (dezinfectant) volum min. 5L, prezentarea instructiunii în limba romană (să se indice modelul și producătorul)	5 buc
Neutralizator (clătitor), volum min. 5L, prezentarea instructiunii in limba romană (să se indice modelul și producătorul)	3 buc

3	Autoclav	1	CAPACITATE	Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală	85l (+/-5L)		Bucată	1	283000,00
		2	CADRU, CORP	ușa cu balamale/ cu închidere automată / cu închidere verticală glisantă / ușa manuală	da				
				Cameră din oțel inoxidabil AISI 316L	da				
				Dispozitivul poate fi ca versiune independentă sau de masă (desktop).	da				
				Exterior din oțel inox	da				

						Etanșarea ușii trebuie asigurată de garnitură din silicon	da			
						Garnituri de rezervă pentru ușa	Minim 2			
						Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului	da			
						Tipul camerei de sterilizare - rotundă	da			
						Egalizarea presiunii in camera de sterilizare asigurată de filtru HEPA	da			
						Imprimantă termică încorporată	da			
						Hârtie pentru imprimantă	minim 20 rulouri			
						3	GENERATOR DE ABURI	Generator electric de abur incorporat. Sterilizatorul are un generator de abur incorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de căldură.	da	
								Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurtcircuit	da	
								Protecție la supraîncălzire. Această protecție previne supraîncălzirea generatorului de abur dacă protecția împotriva fierberii uscate nu funcționează.	da	
								Control al nivelului apei în generator		
								Cameră generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L	da	
						4	CICLU	Regimuri prestabilite de sterilizare	≥5 programe	
								Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator	≥5 programe	
								Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit	da	
								Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick	da	
								Control electronic: microprocesor	da	
								Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, timp, starea sterilizării	da	
								Echipat cu pompă de vacuum pe baza de apă, integrată	da	
								Afișarea graficului de sterilizare pe ecran	da	
								Gama de temperatură: 121 -134 grade C	da	
								La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie	da	

			(stocarea paralelă a datelor în memorie).				
		5	SIGURANȚĂ	Protecție împotriva temperaturii excesive	da		
				Alarme: temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare	da		
				Camera va menține o presiune ≥ 3 bar, echipată cu supapă de siguranță	da		
				Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori	da		
				Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare	da		
				Buton de urgență	da		
				Supapă de siguranță pentru presiune excesivă în camera de sterilizare			
				Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare	da		
		6	CARACTERISTICI ELECTRICE	380V, 50 Hz, 3 faze sau 220V monofazat, 50Hz Putere de consum ≤ 8 kW	da		
		7	Caracteristici electronice	Panou cu ecran multicolor de minim 4 inch	da		
				Memorie internă pentru stocarea a minim 500 de cicluri	da		
4	Termometru pentru frigider	"Termometru pentru frigider, din sticlă cu lichid Interval de temperatură: -30°C – 100°C Nu conține mercur sau alte substanțe periculoase Funcționează fără necesitatea de baterii Este dotat cu husă din plastic cu cârlig de fixare pe polițele frigiderului."			Bucată	210	44100,00
5	Monitor pacient mobil cu trolu	"Monitor pacient mobil cu trolu Descriere generală Monitor pacient portabil, destinat supravegherii parametrilor vitali în secții de terapie, urgență și transport intern. Aparatul va fi montat pe trolu mobil, stabil, cu roți pivotante și frâne, pentru deplasare facilă între saloane și utilizare la patul pacientului. Cerințe tehnice minime Parametri monitorizați (obligatoriu): SpO ₂ (saturația de oxigen); NIBP (tensiune arterială non-invazivă); ECG (minim 3 derivații); temperatură corporală. Afișaj: ecran color ≥ 7 inch, lizibil, cu interfață simplă. Alarme: vizuale și sonore pentru valori critice. Memorie: stocare date pacient ≥ 12 ore.			Bucată	1	18000,00

		Alimentare: rețea 220V și acumulator intern cu autonomie ≥ 2 ore. Construcție: carcasă compactă, rezistentă la dezinfectanți. Troliu mobil Structură: metal vopsit sau inox medical. Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 100 mm, cel puțin 2 cu frâne. Stabilitate: bază lată, anti-răsturnare. Accesorii: suport pentru cabluri și senzori, coș pentru accesorii. Să fie inclus setul minim de accesorii (toate modulele solicitate) pentru punerea dispozitivului în funcțiune. Servicii asociate: Garanție minimă: 24 luni. Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore."			
6	Termometru mecanic de salon	"Termometru mecanic de salon, Specificații generale Domeniu de măsurare: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Precizie: $\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ la temperatura camerei; rezoluție $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tip senzor: termometru lichid în sticlă fără mercur (alcool colorat sau spirit inert) sau alternativ termometru bimetalic mecanic cu cadran. Cerințe de construcție și materiale: Carcasă: oțel inox AISI 304, aluminiu anodizat, sau plastic rezistent; geam protector din sticlă securizată. Tub/element termometric sticlă borosilicăată cu lichid colorat non toxic; alternativ element bimetalic protejat. Cadran: diametru minim 80 mm, gradație $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$, marcaje pentru praguri clinice (ex. $36,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, $37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$). Montaj: suport perete și opțiune suport pe stativ; înclinare reglabilă pentru citire ușoară. Protecție la mediu: etanșare IP22 minim; rezistență la substanțe dezinfectante uzuale. Funcționalitate și ergonomie Citire rapidă: scala clară, contrast ridicat; indicator mobil pentru marcarea manuală a valorii. Marcaje vizuale: culoare/zonă evidențiată pentru intervalele critice. Întreținere: acces facil pentru curățare; instrucțiuni compatibilitate dezinfectanți."	Bucată	21	3150,00
7	Peakflowmetru (PEF meter) digital adulți	"Peakflowmetru (PEF meter) pentru adulți, utilizare la cabinet/staționar/domiciliu. Destinație: Măsurarea Peak Expiratory Flow (PEF) la pacienți adulți (monitorizare/screening). Unități afișare/scala: L/min (litri pe minut) Domeniu de măsurare (adulți): Minim 60–800 L/min Afișaj digital: indicator mobil zona verde-galben-roșu. Materiale: Rezistente la dezinfectanți uzuali; suprafețe netede; Muștiucuri de unică folosință ≥ 100 buc. Husă/cutie transport 1 buc."	Bucată	13	6500,00
8	Peakflowmetru (PEF meter) digital pediatric	"Peakflowmetru (PEF meter) pentru pediatric, utilizare la cabinet/staționar/domiciliu. Măsurarea Peak Expiratory Flow (PEF) la copii (monitorizare astm/bronhoobstrucție). Unități afișare/scala: L/min (litri pe minut) Domeniu de măsurare (copii): Minim 30–400 L/min Afișaj digital: indicator mobil zona verde-galben-roșu. Materiale: Rezistente la dezinfectanți uzuali; suprafețe netede; Muștiucuri de unică folosință ≥ 100 buc. Husă/cutie transport 1 buc."	Bucată	8	4000,00

Sistem videoendoscopic
pentru
videocolonoscopie și
Videogastroscopie
(caracteristici avansate)

Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și Videogastroscopie (caracteristici avansate)			
Descriere		Sistem video pentru investigarea internă , destinat pentru a vizualiza și trata afecțiuni în interiorul intestinului gros	
Parametrul			Specificația
Videoprocessor	Intrări cameră		≥1
	Imaginea HDTV / HD		≥1920x1080 pixeli
	Controale / caracteristici	Ajustare nuanță	obligatoriu
		Iluminare	auto
		Balans de alb	auto
		Acuitate	obligatoriu
		Înghetarea imaginii	obligatoriu
		Reducerea zgomotului imaginii	obligatoriu
		Iris automat	obligatoriu
		Zoom electronic	obligatoriu
		Videocompensare	obligatoriu
	Ieșiri	RGB	1
		Y/C	≥1
		Digital (DVI, SDI, HD-SDI)	obligatoriu
Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei			obligatoriu
Sursa de lumină	Tip		integrată cu procesorul
	Tip lampă		Xenon sau LED
	Timp de viață lampă		≥500 h
	Putere lampă		≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W
	Putere lampă de rezervă		≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon)
	Contor lampă		obligatoriu
	Mod standby		obligatoriu
	Lampă de rezervă		da, (doar in cazul lampii Xenon)
Periferece disponibile	Display medical HD		≥ 23 inch

Bucată

1

770000,00

		Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode		DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil	
		Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu)		≥ 50 înregistrări	
		Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta și semnele diacritice		obligatoriu	
		Suport pe roțile		obligatoriu	
		Sistem de furnizare a aerului/apăi		minim 3 regimuri de lucru	
				volumul vasului pentru apă minim 250 ml	
		Sistem de aspirație	Să se indice modelul oferit		modelul
			Tip		Separat de procesor
			Volumul rezervorului		obligatoriu
			Vid		da
			Dirijarea nivelului de aspirare		în trepte
		Accesorii:	Sursa de lumină	modelul oferit	
				1 unit.	
			Pompă	inclusă	
				0,3- 0,6 Pa	
			Lampă halogen de rezervă	2 unit., (doar în cazul lampii Xenon)	
			Tester automat	1 unit. (să se indice modelul)	
			Aspirator endoscopic	≥0.85 bar	
			Vas de rezervă pentru aspirator	≥ 1,4 litri, 1 unit.	
			Filtre pentru aspirator	5 unit.	
			Monitor	1 unit.	

		Trolu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor	1 unit. (să se indice modelul)
		Polite reglabile la înălțime	4 unit.
Videocolonoscop	Să se indice modelul oferit		modelul
	Tip HDTV / HD		≥ 1920x1080 pixeli
	Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei		obligatoriu
	Tubul de inserție	Lungimea totală	≥1990
		Lungimea de lucru	≥ 1680 mm
		Diametrul exterior	≤ 12.8 mm
	Canalul de lucru	Diametrul	≥ 3,7 mm
	Optica	Unghiul câmpului de vedere	> 160
		Înclinarea câmpului vizual	0 grade
		Adâncimea câmpului vizual	3-100
	Rata de deflecție	sus/jos	180 grade
		stînga/dreapta	160 grade
	Cu functie de rigidizare in trepte/graduală regabil a portiunii distale care da posibilitatea ajustarii rigiditatii colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare de pe manerul endoscopului		obligatoriu
	Funcționalitatea mâinerului de dirijare	butoane	≥4
		înghețarea imaginii	obligatoriu
eliberarea imaginii		obligatoriu	
capturare imaginii		obligatoriu	

			reglarea intensității lumnii	obligatoriu
			reglarea tonului de culoare (filtre optice)	obligatoriu
			modificarea contrastului	obligatoriu
			pornirea / oprirea pompei suplimentare de apa	obligatoriu
			zoom electronic	obligatoriu
			Canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri	obligatoriu
			Spălarea obiectivului	obligatoriu
			Imersibil	obligatoriu
		Metode de sterilizare	Chimic	
			Etilen oxid opțional	
	Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare			
	Videogastroscoop	Să se indice modelul oferit	modelul	
		Tip HDTV / HD	≥ 1920x1080 pixeli	
		Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei	obligatoriu	
		Tubul de inserție	Lungime totală	≥ 1300 mm
			Lungime de lucru	≥ 1000 mm
			Diametrul exterior	≤ 9.3 mm
			Marcaj de lungime	da
		Canal de lucru	Numărul de canale	≥1
			Diametrul	≥ 2,8 mm
Optica		Unghiul câmpului vizual	≥ 140 grade	
	Înclinația câmpului vizual	0 grade		
	Adâncimea câmpului vizual	2-100 mm		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Oximetrie digitală Înregistrarea sforăitului printr-un senzor de flux sau un microfon încorporat Senzor de poziție corporală pe trei axe (pe spate, pe burtă, pe lateral, vertical) Afișarea undei de puls pentru validarea saturației Inclus pentru descărcarea datelor, analiză automată și editare manuală a evenimentelor mecanism de pornire automată sau pornire cu un singur buton Funcție de feedback imediat după finalizarea testului Înregistrare continuă a datelor ≥12 ore Alimentare Baterii standard sau acumulator pachet software pentru încărcarea datelor, analiza automată și editarea manuală a evenimentelor respiratorii. Format de raport editabil cu posibilitatea de a exporta datele într-un format standard (EDF) Compatibilitate deplină cu criteriile AASM Kit de accesorii reutilizabile: senzor oximetrie centură toracică reglabilă Garanție≥24 luni"																																	
12		<table><tr><th>Parametri tehnici</th><th>Specificația</th></tr><tr><td colspan="2">Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare.</td></tr><tr><td>Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției</td><td>Da</td></tr><tr><td>Gama de volum</td><td>De la 0,025 pînă la 8 L</td></tr><tr><td>Eroare de volum</td><td>±3%</td></tr><tr><td>Gama de flux</td><td>Pînă la 16 l/s</td></tr><tr><td>Eroare de flux</td><td>±5%</td></tr><tr><td>Memorizarea tuturor testelor efectuate</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Parametrii măsurați</td><td>FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf</td></tr><tr><td>Elaborare și printare raport</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Interfața PC</td><td>USB/RS 232</td></tr><tr><td>Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații</td><td>filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare</td></tr><tr><td>Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile</td><td>Minim 5 bucăți</td></tr><tr><td>Seringa de calibrare / sau altă metodă de calibrare</td><td>obligatoriu</td></tr></table>	Parametri tehnici	Specificația	Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare.		Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției	Da	Gama de volum	De la 0,025 pînă la 8 L	Eroare de volum	±3%	Gama de flux	Pînă la 16 l/s	Eroare de flux	±5%	Memorizarea tuturor testelor efectuate	obligatoriu	Parametrii măsurați	FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf	Elaborare și printare raport	obligatoriu	Interfața PC	USB/RS 232	Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate	obligatoriu	Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații	filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare	Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile	Minim 5 bucăți	Seringa de calibrare / sau altă metodă de calibrare	obligatoriu	Bucată	1	425000,00
Parametri tehnici	Specificația																																		
Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare.																																			
Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției	Da																																		
Gama de volum	De la 0,025 pînă la 8 L																																		
Eroare de volum	±3%																																		
Gama de flux	Pînă la 16 l/s																																		
Eroare de flux	±5%																																		
Memorizarea tuturor testelor efectuate	obligatoriu																																		
Parametrii măsurați	FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf																																		
Elaborare și printare raport	obligatoriu																																		
Interfața PC	USB/RS 232																																		
Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate	obligatoriu																																		
Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații	filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare																																		
Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile	Minim 5 bucăți																																		
Seringa de calibrare / sau altă metodă de calibrare	obligatoriu																																		
13	Sistem automat pentru analize ELISA (2 plăci)	Descriere: Sistemul automat pentru analize ELISA este un analizator complet automatizat care realizează pipetarea, incubarea, spălarea și citirea optică a testelor ELISA. Echipamentul permite procesarea simultană a minimum două microplăci de 96 de godeuri, cu încărcare continuă a probelor și reactivilor. Este destinat utilizării în laboratoare de diagnostic, asigurând reproductibilitate și eficiență ridicată.	Bucată	1	500000,00																														

		1. Configurație și Capacitate Tip sistem: Analizator complet automatizat, de tip "open system" (sistem deschis), capabil să execute simultan toate etapele protocolului ELISA: pipetare, incubare, spălare și citire optică. Capacitate de procesare: Minim 2 plăci de microtitrare (96 godeuri fiecare) procesate simultan. Capacitate probe: Încărcare continuă a probelor (minim 50 poziții pentru eprubete primare). Capacitate reactivi: Minim 20 de poziții pentru reactivi, cu monitorizarea nivelului de lichid. 2. Sistemul de Manipulare a Lichidelor (Pipetare) Sistem de pipetare: Braț robotizat echipat cu sondă din oțel inoxidabil sau vârfuri de unică folosință, cu senzor de detectare a nivelului de lichid și a cheagurilor (clot detection). Precizie pipetare: CV (coeficient de variație) sub 2% pentru volume de 100 µl. Spălare sondă: Sistem de spălare internă și externă a sondei pentru eliminarea riscului de contaminare încrucișată (carry-over < 10⁻⁶). 3. Incubare și Spălare Incubare: Control precis al temperaturii (de la temperatura camerei până la minim 40°C), cu agitare programabilă a plăcilor. Sistem de spălare: Cap de spălare dedicat (8 sau 12 canale), cu posibilitatea de a seta volumul de spălare, numărul de cicluri și timpul de submersie (soak time). 4. Sistem Optic (Cititor Microplăci) Metoda de citire: Fotometrie/Absorbanță. Domeniu spectral: 400 – 700 nm, cu minim 4 filtre incluse (standard: 405, 450, 492, 620 nm). Sursă lumină: Lampă halogen sau LED cu durată lungă de viață. Linearitate: 0.000 – 3.000 OD (Unități de Densitate Optică). 5. Software și Integrare Interfață: Software intuitiv, în mediu Windows, care să permită programarea protocoalelor ELISA de la diferiți producători. Management date: Calcularea automată a rezultatelor (calitativ, semicantitativ și cantitativ) folosind diferite curbe de calibrare (ex: 4-PL, Point-to-Point, Linear, etc.). Conectivitate: Interfață bidirecțională pentru integrarea cu sistemul informatic al laboratorului (LIS). • Gestione curbe de calibrare: Software-ul trebuie să permită calculul concentrațiilor folosind modele matematice avansate (ex. 4-Parameter Logistics / 4-PL), esențiale pentru acuratețea determinărilor hormonale și a catecolaminelor. • Incubare protejată: Sistemul de incubare trebuie să fie închis și protejat de lumina ambientală pentru a asigura stabilitatea analiților fotosensibili (ex. catecolaminele). • Agitare (Shaking): Funcție de agitare a plăcilor cu viteză și amplitudine programabilă, necesară pentru omogenizarea reacției în testele de tip Aldosteron/Catecolamine. Garanție: Minimum 24 luni, cu asigurarea mentenanței preventive.			
14	Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM)	Descriere: Sistemul de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) este un dispozitiv medical portabil destinat măsurării automate și repetate a tensiunii arteriale pe o perioadă de 24–48 de ore, în condiții de viață obișnuite. Acesta permite evaluarea variațiilor tensionale diurne și nocturne, contribuind la diagnosticul și monitorizarea hipertensiunii arteriale. Sistemul include unitatea de înregistrare, manșetă și software de analiză a datelor. 1. Caracteristici Generale și Parametri de Măsurare Metoda de măsurare: Oscilometrică, cu senzori de presiune și algoritm de filtrare a artefactelor de mișcare. Domeniul de măsurare presiune: Sistolică (60 – 260 mmHg) și Diastolică (30 – 160 mmHg). Precizia sistemului: ±3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată. Validare clinică: Dispozitivul trebuie să fie validat conform protocoalelor internaționale ESH (European Society of Hypertension) sau BHS (grad A/A). Protecție la suprapresiune: Sistem de siguranță pentru eliberarea automată a aerului la depășirea pragului de siguranță. 2. Construcție și Ergonomie Design: Dispozitiv compact, cu carcasă rezistentă la șocuri mecanice și dezinfectanți medicali.	Bucată	5	416666,67

		Interfață utilizator: Indicatori de stare (LED sau ecran integrat) pentru monitorizarea funcționării, nivelului bateriei și confirmarea înregistrării datelor. Greutate: Maxim 200 grame (fără baterii), pentru a asigura confortul pacientului pe durata a 24-48 ore. Alimentare: baterii sau acumulatori reîncărcabili. Comunicare PC: Interfață USB pentru programare și descărcarea datelor. 3. Funcționalități și Confort Tehnologie de umflare: Adaptarea automată a presiunii de umflare în funcție de valorile anterioare (logica fuzzy sau similar), pentru reducerea timpului de compresie și a disconfortului. Buton de eveniment: Posibilitatea marcării manuale de către pacient a momentelor cu simptomatologie specifică. Programare: Intervalele de măsurare programabile individual pentru perioadele de zi și de noapte. 4. Software de Analiză și Management Date Licențiere: Software cu licență completă, activată prin cheie hardware (dongle USB) sau cheie software permanentă (fără limitare în timp). Bază de date: Gestionarea electronică a pacienților, cu funcții de căutare, arhivare și backup. Analiză statistică: Calcularea mediilor tensionale (Total, Zi, Noapte). Calculul indicelui de dipping, a sarcinii tensionale (pressure load) și a presiunii pulsului. Interpretare automată. Raportare: Generare de rapoarte grafice (trenduri, histograme) și tabelare, cu posibilitatea exportului în format PDF sau Excel. 5. Accesorii și Garanție Accesorii incluse: Unitate de înregistrare. Minim 2 manșete reutilizabile, fără latex, dimensiuni diferite (ex: Adult Standard și Adult Large). Husă de protecție și centură/curele de fixare. Cablu de date și software de analiză. Garanție: Minimum 24 luni pentru unitatea centrală. Servicii: Instalare, configurare și instruirea personalului medical la livrare.			
15	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile: Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile	Bucată	60	1666666,67

		Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit +accesorii inclusă			
16	Dispozitiv chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor)	Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice prin livrarea curenților de frecvență înaltă RF în domeniul kHz sau prin ultrasunet, dotat cu modul sau opțiuni de sigilare a vaselor de până la 7 mm inclusiv, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, - bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și chirurgie generală. Parametrul Specificația Canale de ieșire Monopolar 2 port, bipolar, sigilare a vaselor da Comutare de la pedală și de la bisturiu da Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite da Moduri de lucru Monopolar Tăiere (pure cut), ≥ 300 W ≥ 200 Ohm Monopolar Coagulare (fulguration), max. ≥ 100 W ≥ 450 Ohm Bipolar Coagulare (forțată), max. ≥ 95 W ≥ 50 Ohm Bipolar Sigilare vaselor, coagulare, max. ≥ 170 W ≥ 20 Ohm Moduri de lucru preselectate minimum 10 regimuri (Pure cut, blend, soft, spray, etc) da Modul coagulare cu argon (opțional) da Modul/opțiunile necesare de sigilare a vaselor incluse da Sigilarea vaselor de minim 7 mm da Recunoașterea automată a finalizării ciclului de etanșare a vaselor (fuziunea țesuturilor, etanșarea vaselor) cu emiterie de sunet de finalizare da Comunicare interactivă de eroare pe ecran, în caz de nefinalizare a ciclului de sigilare da Funcție de autotestare da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Operare cu min. 4 instrumente da Detectare automată a instrumentului și cu configurare de energie automată da Salvarea personalizată a setărilor/template-uri pentru chirurg min.5 da Operare cu min. 2 instrumente bipolare și/sau ultrasonic cu setare individuală și activare simultană da Control continuu a rezistenței de contact a electrodului neutru cu pacientul și alarmare în caz de pierdere de contact da Indicator calitate de contact electrod neutru și pacient da Clasa de securitate I și CF da Clasa de siguranță carcasă min. IP 21 da Conector pentru echipotențial cu cablu de 1 - 1,5 mm da Accesorii: Cablu reutilizabil pentru electrod neutru reutilizabil, min. 3 metri 2 buc. Cablu reutilizabil pentru electrod neutru de unică folosință 2 buc. Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața $\geq 350 \text{ cm}^2$, fără latex, autoclavabil la 134°C de minim 75	Bucată	1	500000,00

ori sau electrod pasiv de unică utilizare (set de min.100 buc) 2 buc. reutilizabil sau
2 set. de unică folosință
Electrod pasiv de unică utilizare (set minim 100 buc) suprafața $\geq 100 \text{ cm}^2$ 1 set.
Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/coagulare) diametru conector lamă 2,4 mm, cablu min. 3 metri cu conexiune internațională cu 3 pini, rezistent la putere de minim 6000 Vp, autoclavabil la 134°C de minim 100 ori, sau de unică folosință (set minim 100 buc) 2 buc. reutilizabil sau
2 set. de unică folosință
Lame tip cuțit reutilizabile pentru bisturiu (set 5 buc), tensiune de operare min. 5500 Vp, diametru conector 2,4 mm,, autoclavabile la 134°C de minim 75 ori sau de unică folosință (set minim 375 buc) 2 set.
Lame tip ball reutilizabile pentru bisturiu (set 5 buc), tensiune de operare min. 5500 Vp, diametru conector 2,4 mm,, autoclavabile la 134°C de minim 75 ori sau de unică folosință (set minim 375 buc) 1 set.
Burete pentru curățirea lamelor (set de 50 buc) 3 set.
Electrod / pencetă bipolară standart, drept, lungime $270 \pm 10 \text{ mm}$, lungime fălci $8 \pm 1 \text{ mm}$, lățime fălci 2 - 2,5 mm , autoclavabil la 134°C de minim 75 ori sau de unică folosință (set minim. 75 buc) 2 buc.
Cablu pentru electrod bipolar, autoclavabil la 134°C de minim 95 ori, min. 3 metri 2 buc.
Pedală dublă pentru coagulare și tăiere cu suport pentru deplasare cu picior 1 buc.
Modulul/opțiune pentru lucru în regimul de rezeecție în soluție salină da
Foarfece de sigilare a țesuturilor cu cablu, lungime $220 \pm 10 \text{ mm}$, autoclavabil la 134°C de minim 50 ori sau de unică utilizare (set minim 50 buc) 1 buc. reutilizabil sau
1 set. de unică folosință
Set pensă complet de sigilare a vaselor la operații deschise, cu mecanism de tăiere integrat, min. $270 \pm 10 \text{ mm}$, diametru de 5 mm, cu mânerul tip pistol, cu teacă cu fălci de apucare curbe analogic la Maryland, cu tija de împingere și tija lamei, dotat cu cablu, setul autoclavabil la 134°C de minim 20 ori sau de unică utilizare (set minim 20 buc), cu perii de curățare (set minim 6 buc). 2 set. reutilizabil
sau 2 set de unică folosință
Lame/Cuțite de unica folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil de 5 mm, (set 10 buc) 5 set.
Casoletă pentru sterilizarea tuturor instrumentelor propuse da
Trolu (opțional) Să se indice modelul oferit model
Mobil pe 4 roți da
Minim 2 roți cu frână da
Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da
Mâner pentru transportare da
Altele **Garanție** ≥ 36 luni
Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului
Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului da
Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. da
Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului
Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.
Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.
Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în

		care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Manual de part list Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător. Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.			
17	Dermatom electric	Consolă portabilă Piesa de mâna cu motor încorporat sau separat Casoleță de sterilizare cu capac. Lame de unică folosință Accesorii/ustensile adiționale pentru fixarea lamelor, dacă sunt prevăzute de producător Adâncimea de tăiere minim 0,05 mm – 0.75 mm cu pas de incrementare cu reglare manuală. Dermatomul și motorul cu sau fără lubrifiere adițională al mecanismelor de lucru. Dacă necesită lubrifiere, să se ofere adaptorii necesari și spray pentru lubrifiere - minim 3 buc. Viteză variabilă interval minim necesar 5000-6000 cicluri pe minut / 500 – 40 000 rpm Accesorii și piese de schimb: Plăci de reducere pentru dermatom: pentru reducerea lățimii de tăiere 50 mm ± 1 mm, 75 mm ± 1 mm, 100 mm ± 2 mm *câte o bucată de fiecare dimensiune. Lama de rezervă pentru dermatom: 50 mm -10 bucăți; 75 mm- 10 bucăți; 100 mm- 10 bucăți Coș de sterilizare și depozitare pentru sistemul dermatom. Cu suport pentru piesele manuale ale dermatomului, motor electronic cu cablu și lamele de taiere. Capac pentru coșul de sterilizare Pedală de lucru, dacă dispune Meshes Sistem de extindere al pielii (Meshes)- 1 buc Cutie de sterilizare pentru sistemul dat cu elemente de fixare al tuturor componentelor-1 buc Accesorii: taietor corespunzător pentru raporturile de taiere: 1.5:1 – 1 buc. 3:1 – 1 buc, 6:1 – 1 buc. Purtător derma pentru placă de plasă: placa purtător 1.5:1 - 20 bucăți; placa purtător 3:1 - 20 bucăți; placa purtător 6:1 - 20 bucăți.	Bucată	1	275000,00

18	Fierăstrăul Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrelor inferioare Electric Cu dirijare de la buton încorporat în piesa de mină Multifuncțional Putere minim 100W Greutate maxim 4kg Sterilizabil, autoclavabil Viteza de rotație minim 10000 rpm Mecanism de blocare Casoletă pentru sterilizare cu capac pentru piesa de mână cu adaptor și lame Baterii minim 2 Stație de încărcare baterii pentru minim 2 baterii Accesorii/adaptoare Ferestrău oscilant adaptor pentru piesa de mina - 1 buc Frecvența r.p.m minim 10000. Sterilizare, autoclavare da Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mișcare) pentru ferăstrăul oscilant: 3 buc, lățimea lamei minim 40 mm. Lungimea minim 50 mm.	Bucată	1	141666,67
19	Freze oscilante			
19	Display cu rezoluția $\geq 1024 \times 768$ Port HDMI pentru video output Possibilitatea de înregistrare imagini și video Transferul înregistrărilor pe un suport extern Acumulator cu autonomie ≥ 2 ore în timpul lucrului Lamelele să fie produse din material inoxidabil Accesorii Lamelă reutilizabilă Mac 3 în set cu cablu de conexiune - 1 set Lamelă reutilizabilă Mac 4 în set cu cablu de conexiune - 1 set Trolu pe roțile cu minim 2 roți cu frână, sistem de fixare a monitorului, coș pentru accesorii - 1 set Cablu/Bloc de alimentare cu conector tip Schuko - 1 buc	Bucată	1	358333,33
20	Videolaringoscop rigid			
20	Regimurile de stimulare cardiacă: DDD, D00, VDD, VVI, V00. Prezența funcției Atrium Burst/Overdrive Protecție la curenți de frecvență înaltă (unitate electrochirurgicală) Protecție la defibrilare Parametrii ajustabili: Rata transmiterii impulsurilor de bază: 30-220 ppm (pace per minute) Rata transmiterii impulsurilor Atrium Burst/overdrive: 70-1000 ppm AV delay: 15-400 ms Pragul sensibilității Atriale: 0,2-10 mV Pragul sensibilității Ventriculare: 1-20 mV Amplitudinea impulsului Ventricular: 0,1-17 V Parametrii prestabiliți: Durata impulsului: 1 ms Tipul impulsului: Asimetric, bifazic Protecție pentru a nu depăși rata maximă a impulsurilor de bază transmise	Bucată	2	166666,67
	Cardiostimulator extern			

		Protocoloale prestabilite pentru a nu depăși perioada refractară a atriilor și ventriculelor Alarmer vizuale și sonore Greutatea dispozitivului ≤500 g Alimentarea: Baterie internă tip IEC 6LR61 Timp de lucru autonom a bateriei ≥ 300 h Timpul de lucru autonom al dispozitivului după sustragerea bateriei ≥30 sec Accesorii: Baterie tip IEC 6LR61 - 3 buc Set cabluri interconectare dispozitiv - pacient - 3 seturi			
21	Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), portabil cu troliu	Tip laptop sau analogic; APLICAȚII CLINICE: Cardiac PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE (minim): 3 unități (posibil prin multiplicator); NIVELE DE GRI (minim): 256; GAMA DINAMICĂ (minim): 250dB; RATA DE CADRE ASIGURATĂ DE DISPOZITIV (minim): 1000 fps CANALE PREPROCESARE (minim): 286 500 (digitale) / 512 (fizice); ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 33 cm; DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1,5-18,0 Mhz (minim); TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: matriciale, convexe, sectoriale, volumetrice, CW pencil; Număr frecvențe emise de un traductor (minim): 8; POSTPROCESARE DA; Moduri de imagistică: M-mod DA; B-mod DA; Armonici Tisulare DA; M-mode anatomic DA (opțional); M-Mode color DA; DOPPLER Tip: continuu (CW), pulsativ (PW), color (CDI), tisular (TDI/TVI). Măsurări automatizate DA; Calcul automate DA; Power Doppler DA; Duplex și Triplex DA MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE: Cordului: - Diametru aortă DA; - Diametru atriu stâng DA; - Diametru telediastolic ventriculului stâng DA; - Diametru telesistolic ventriculului stâng DA; - Grosimea peretelui ventriculului stâng DA; - Grosimea sept interventricular DA; - Grosimea ventriculului drept DA; - Volum telediastolic ventricular stâng DA;	Bucată	1	1000000,00

- Volum telesistolic ventricular stâng DA; - Calcularea fracției de ejeecție al ventriculul stâng DA; - Calcularea fracției de scurtare al ventriculul stâng DA; - Calcularea debitului cardiac DA; APLICAȚII CU MĂSURĂRILE ȘI CALCULE OPȚIONAL :(care pot fi instalate/procurate ulterior): Vaselor: - Carotida DA; - Vertebrae DA; -Arterial membrelor inferioare și superioare DA; -Venos membrelor inferioare și superioare DA. FUNCȚIONALITĂȚI: Ajustare frecventa DA; Diapazon dinamic reglabil DA; Număr focusuri minim 4, ajustabile; Ajustare mape de culori minim 6; Selectare automata a sondei la aplicarea presetului DA; Reglare GAIN DA; TGC DA; Funcție de optimizare automată a imaginii DA; Vizualizare simultană duală a imaginii DA; Reglarea semnalului acustic DA; Măsurători în timp real si în freeze DA; Pachet IMT (Intima Media Thickness) cu măsurare automata; Zoom de înaltă definiție DA; Imagine înghețată DA; Spațiul de stocare (minim): 250 GB; Memorie CINE (minim): 500 MB sau 45.000 cadre; Porturi extensie USB (minim): 2 unități; Video/Audio DA; DICOM 3.0 DA; TRADUCTOARE NECESARE MĂSURĂRILOR ENUMERATE CU DIAPAZONUL MINIM: Sectorial 1,5~4,0 MHz - 1 unitate; Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR HD minim 15 inch Rezoluție minim 1024x768; Să permită configurarea meniului și a butoanelor după necesitatea utilizatorului, Baterie incorporata, cu durata de lucru minim 60 min Imprimanta termica alb/negru – 1buc; DVD/CD RW incorporat DA; TROLIU: 4 roti, minim 2 blocabile DA; Să asigure reglarea pe verticala diapazonul minim necesar 85-100 cm; Suport pentru imprimanta DA; Sursa de alimentare incorporată DA; Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus. Prezentarea mostrei, dispozitivului cu transductorul propus, în oricare instituție din țară ar fi un avantaj.			
---	--	--	--

		Garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni.			
22	Incalzitor de pacient	Interfața cu utilizatorul – panou de control a parametrilor ajustabili Modul de încălzire a pacientului – prin intermediul unei plapume/saltea gonflabilă cu aer cald; Domeniul de temperatură ajustabil – temperatura mediului ambiant - 43°C; Filtrarea preventivă a aerului atmosferic; Permiabilitatea filtrului de aer $\leq 0,3 \mu\text{m}$; Alimentarea rețea electrică – 220 V, 50 Hz; Accesorii per dispozitiv: Troliu Cablu de alimentare (euro plug) Plapuma/saltea gonflabilă	Bucată	5	145833,33
23	Dispozitiv de sigilare mecanic	Descriere: Dispozitivul este destinat sigilării rolelor și pungilor pentru sterilizare utilizate în autoclave, asigurând o închidere etanșă și sigură a ambalajelor pentru instrumentar medical. Parametrul Specificația Putere: $\geq 100\text{W}$ Încărcare: laterală Mod de sigilare: Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare. Temperatura de sigilare 160 - 200°C Lățime de sigilare minimă: 10 mm Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu Alimentare: 220V, 50Hz Consumabile și accesorii: Rolă 5 cm x 200 m 3 Buc. Rolă 7.5 cm x 200 m 3 Buc. Rolă 15 cm x 200 m 3 Buc. Logistică: Transportare la locul solicitat obligatoriu Instalare obligatoriu Testare obligatoriu Cerințe față de producător și furnizor: Garanție Minimum 2 ani Training pentru personalul medical: Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea.	Bucată	10	80000,00
24	Densitometru McFarland	Dispozitiv pentru măsurarea turbidității suspensiilor prin metodă optică Domeniu de măsurare 0.1 - 4 McF Acuratețea: $\leq 5\%$ la 2 McF Volum minim măsurat: $\leq 2 \text{ ml}$ Posibilitate funcționare de la rețea sau baterii/acumulatori Afișare date pe ecran LCD Diametru eprubete acceptate: 16 mm	Bucată	1	21000,00

Accesorii livrate: baterii/acumulator,, cablu alimentare, bloc alimentare(în caz de alimentare de la sursă externă), set
standarde pentru calibrare (în cazul necesității calibrării periodice).

Valoarea estimată totală

9 116 583,33 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii" Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
<u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală,	DA

		confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
20	Declarație de la ofertant	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
21	Cerințe pentru mijloace de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic	Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;	DA
22	Cerințe pentru mijloace de cântărit	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livrare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max...; - limita minimă de cântărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;	DA

		- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organisme naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
 Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
 Cod fiscal: 1016601000212
 Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
 Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
 Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Cod fiscal:

1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: 12.02.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 12.02.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG