

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice**
(lista suplimentară 4)

prin procedura de achiziție: **Licitație deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată
1	Monitor de pacient portabil	Descriere: Monitor de pacient portabil (sistem) sau sistem de telemetrie , conceput pentru a fi purtat direct de pacient, permițând monitorizarea continuă a semnelor vitale chiar în timpul deplasării acestuia prin secție sau spital. Parametru Specificația: Sistem de monitorizare a semnelor vitale compatibil cu sistemul central de monitorizare BeneVision CMS Mindray din dotarea instituției Obligatoriu Transmiterea în timp real a parametrilor, formelor de undă și alarmelor către sistemul central Obligatoriu Module compacte wireless/wired fixate pe pacient: ECG, SpO2, NIBP Obligatoriu Monitorizarea datelor ECG, Respirație, SpO2, NIBP Obligatoriu Funcții suplimentare de detecție(somn, odihnă, exerciții fizice, detectarea căderilor) ≥4 Afișarea semnelor vitale pe ecran ≥3 sau afișarea formei de undă pe ecran ≥1 Notificare grafică pentru accesoriile deconectate Obligatoriu Stocarea parametrilor măsurați ≥5 ore Unitatea principală a sistemului dirijează configurarea și împerecherea modulelor între ele și conexiunea la rețea wireless Interfețe de comunicare: Wi-Fi Obligatoriu Bluetooth Obligatoriu sau altele să fie specificate Baterii reîncărcabile Li-Ion Obligatoriu Autonomie baterie: SpO2/ECG ≥48 ore continuu NIBP ≥500 măsurători Grad de protecție pentru toate modulele ≥IPX2 Siguranță Tip CF, rezistent la defibrilare Modul ECG Monitorizarea ECG cu 3 derivații (I, II și III) Rată cardiacă: minim 15–350 bpm Acuratețe ECG: ±1 bpm Detectare aritmii Obligatoriu Respirație: 0–120 rpm Modul SpO2 Diapazon SpO2: 1–100% Acuratețea ±3%(70–100%) Rată puls: 30–300 bpm Indice de perfuzie Obligatoriu Modul NIBP: Diapazon NIBP: 30–290 mmHg Acuratețea ± 5 mmHg Metoda de măsurare: Oscilometrie Obligatoriu Regimuri măsurare: Manual Obligatoriu automat Obligatoriu secvențial Obligatoriu Accesorii incluse Cablu ECG cu 3 electrozi ≥2 Electrozi ECG adult, unică utilizare ≥50 Senzor SpO2 reutilizabil ≥2	Bucată	20	166666,67

Manjete NIBP Adult ≥ 2
Încărcător cu mai multe sloturi pentru bateriile Li-Ion ≥ 1
Stand pentru depozitarea modulelor și accesoriilor ≥ 1
Instalarea, configurarea și conectarea la stația centrală BeneVision CMS Obligatoriu
Garanție ≥ 24 luni

Descriere	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel
Domeniul de utilizare	instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil
Sistem deschis de utilizare a detergentilor și dezinfectanților	obligatoriu
Volumul camerei	≥ 150 L
Carcasa exterioră	din oțel inoxidabil AISI 304
Camera de spălare construită	din oțel inoxidabil AISI 316L
Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent	obligatoriu
Pompa de apă, internă	obligatoriu
Pompa de aer, internă	obligatoriu
Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C	obligatoriu
Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului	obligatoriu
Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor	obligatoriu
Numărul de uși	1 unitate
Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil	obligatoriu
Iluminare internă a camerei	obligatoriu
Programe de dezinfecție implicite	Min. 10
Programe care pot fi programate de către utilizator	Min. 30
Ecran LCD, color	obligatoriu
Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului	obligatoriu
Limbajul interfeței și meniului	română / rusă

Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușă

Bucată

1

333000,00

Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfectie	obligatoriu
Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului	obligatoriu
Imprimantă termică, integrată	obligatoriu
Temperatura de uscare	≥ 125 grade
Filtrarea aerului	HEPA filtru
Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului	obligatoriu
Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului	obligatoriu
Brațe rotative pentru jetul de apă	≥ 2 unități
Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă	obligatoriu
Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor	obligatoriu
Alarmer	sonore și vizuale
Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere	obligatoriu
Alarma de finalizare a ciclului	obligatoriu
Tensiunea de alimentare	380V, 50 Hz
Accesorii și consumabile:	
Rafturi de încărcare	2 buc., să se indice codul produsului
Coșuri pentru instrumente	min. 5, să se indice codul produsului
Hîrtie imprimantă	30 buc., să se indice codul produsului
Detergenti, (dezinfectant) volum min. 5L, prezentarea instructiunii în limba romană (să se indice modelul și producătorul)	5 buc
Neutralizator (clătitor), volum min. 5L, prezentarea instructiunii in limba romană (să se indice modelul și producătorul)	3 buc

				Bucătă	1	
1	CAPACITATE	Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală	85l (+/-5L)			
2	CADRU, CORP	ușa cu balamale/ cu închidere automată / cu închidere verticală glisantă / ușă manuală	da			
		Cameră din oțel inoxidabil AISI 316L	da			
		Dispozitivul poate fi ca versiune independentă sau de masă (desktop).	da			
		Exterior din oțel inox	da			

					Etanșarea ușii trebuie asigurată de garnitură din silicon	da		
					Garnituri de rezervă pentru ușa	Minim 2		
					Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului	da		
					Tipul camerei de sterilizare - rotundă	da		
					Egalizarea presiunii in camera de sterilizare asigurată de filtru HEPA	da		
					Imprimantă termică încorporată	da		
					Hârtie pentru imprimantă	minim 20 rulouri		
				3	GENERATOR DE ABURI	Generator electric de abur incorporat. Sterilizatorul are un generator de abur incorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de căldură.	da	
						Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurtcircuit	da	
						Protecție la supraîncălzire. Această protecție previne supraîncălzirea generatorului de abur dacă protecția împotriva fierberii uscate nu funcționează.	da	
						Control al nivelului apei în generator		
						Cameră generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L	da	
				4	CICLU	Regimuri prestabilite de sterilizare	≥5 programe	
						Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator	≥5 programe	
						Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit	da	
						Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick	da	
						Control electronic: microprocesor	da	
						Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, timp, starea sterilizării	da	
						Echipat cu pompă de vacuum pe baza de apă, integrată	da	
						Afișarea graficului de sterilizare pe ecran	da	
						Gama de temperatură: 121 -134 grade C	da	
						La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie	da	

			(stocarea paralelă a datelor în memorie).				
		5	SIGURANȚĂ	Protecție împotriva temperaturii excesive	da		
				Alarme: temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare	da		
				Camera va menține o presiune ≥ 3 bar, echipată cu supapă de siguranță	da		
				Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori	da		
				Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare	da		
				Buton de urgență	da		
				Supapă de siguranță pentru presiune excesivă în camera de sterilizare			
				Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare	da		
		6	CARACTERISTICI ELECTRICE	380V, 50 Hz, 3 faze sau 220V monofazat, 50Hz Putere de consum ≤ 8 kW	da		
		7	Caracteristici electronice	Panou cu ecran multicolor de minim 4 inch	da		
				Memorie internă pentru stocarea a minim 500 de cicluri	da		
4	Termometru pentru frigider	"Termometru pentru frigider, din sticlă cu lichid Interval de temperatură: -30°C – 100°C Nu conține mercur sau alte substanțe periculoase Funcționează fără necesitatea de baterii Este dotat cu husă din plastic cu cârlig de fixare pe polițele frigiderului."			Bucată	210	44100,00
5	Monitor pacient mobil cu trolu	"Monitor pacient mobil cu trolu Descriere generală Monitor pacient portabil, destinat supravegherii parametrilor vitali în secții de terapie, urgență și transport intern. Aparatul va fi montat pe trolu mobil, stabil, cu roți pivotante și frâne, pentru deplasare facilă între saloane și utilizare la patul pacientului. Cerințe tehnice minime Parametri monitorizați (obligatoriu): SpO ₂ (saturația de oxigen); NIBP (tensiune arterială non-invazivă); ECG (minim 3 derivații); temperatură corporală. Afișaj: ecran color ≥ 7 inch, lizibil, cu interfață simplă. Alarme: vizuale și sonore pentru valori critice. Memorie: stocare date pacient ≥ 12 ore.			Bucată	1	18000,00

		Alimentare: rețea 220V și acumulator intern cu autonomie ≥ 2 ore. Construcție: carcasă compactă, rezistentă la dezinfectanți. Troliu mobil Structură: metal vopsit sau inox medical. Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 100 mm, cel puțin 2 cu frâne. Stabilitate: bază lată, anti-răsturnare. Accesorii: suport pentru cabluri și senzori, coș pentru accesorii. Să fie inclus setul minim de accesorii (toate modulele solicitate) pentru punerea dispozitivului în funcțiune. Servicii asociate: Garanție minimă: 24 luni. Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore."			
6	Termometru mecanic de salon	"Termometru mecanic de salon, Specificații generale Domeniu de măsurare: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Precizie: $\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ la temperatura camerei; rezoluție $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tip senzor: termometru lichid în sticlă fără mercur (alcool colorat sau spirit inert) sau alternativ termometru bimetalic mecanic cu cadran. Cerințe de construcție și materiale: Carcasă: oțel inox AISI 304, aluminiu anodizat, sau plastic rezistent; geam protector din sticlă securizată. Tub/element termometric sticlă borosilică cu lichid colorat non toxic; alternativ element bimetalic protejat. Cadran: diametru minim 80 mm, gradație $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$, marcaje pentru praguri clinice (ex. $36,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, $37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$). Montaj: suport perete și opțiune suport pe stativ; înclinare reglabilă pentru citire ușoară. Protecție la mediu: etanșare IP22 minim; rezistență la substanțe dezinfectante uzuale. Funcționalitate și ergonomie Citire rapidă: scala clară, contrast ridicat; indicator mobil pentru marcarea manuală a valorii. Marcaje vizuale: culoare/zonă evidențiată pentru intervalele critice. Întreținere: acces facil pentru curățare; instrucțiuni compatibilitate dezinfectanți."	Bucată	21	3150,00
7	Peakflowmetru (PEF meter) digital adulți	"Peakflowmetru (PEF meter) pentru adulți, utilizare la cabinet/staționar/domiciliu. Destinație: Măsurarea Peak Expiratory Flow (PEF) la pacienți adulți (monitorizare/screening). Unități afișare/scala: L/min (litri pe minut) Domeniu de măsurare (adulți): Minim 60–800 L/min Afișaj digital: indicator mobil zona verde-galben-roșu. Materiale: Rezistente la dezinfectanți uzuali; suprafețe netede; Muștiucuri de unică folosință ≥ 100 buc. Husă/cutie transport 1 buc."	Bucată	13	6500,00
8	Peakflowmetru (PEF meter) digital pediatric	"Peakflowmetru (PEF meter) pentru pediatric, utilizare la cabinet/staționar/domiciliu. Măsurarea Peak Expiratory Flow (PEF) la copii (monitorizare astm/bronhoobstrucție). Unități afișare/scala: L/min (litri pe minut) Domeniu de măsurare (copii): Minim 30–400 L/min Afișaj digital: indicator mobil zona verde-galben-roșu. Materiale: Rezistente la dezinfectanți uzuali; suprafețe netede; Muștiucuri de unică folosință ≥ 100 buc. Husă/cutie transport 1 buc."	Bucată	8	4000,00

Sistem videoendoscopic
pentru
videocolonoscopie și
Videogastroscopie
(caracteristici avansate)

Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și Videogastroscopie (caracteristici avansate)			
Descriere		Sistem video pentru investigarea internă , destinat pentru a vizualiza și trata afecțiuni în interiorul intestinului gros	
Parametrul			Specificația
Videoprocessor	Intrări cameră		≥1
	Imaginea HDTV / HD		≥1920x1080 pixeli
	Controale / caracteristici	Ajustare nuanță	obligatoriu
		Iluminare	auto
		Balans de alb	auto
		Acuitate	obligatoriu
		Înghetarea imaginii	obligatoriu
		Reducerea zgomotului imaginii	obligatoriu
		Iris automat	obligatoriu
		Zoom electronic	obligatoriu
		Videocompensare	obligatoriu
	Ieșiri	RGB	1
		Y/C	≥1
		Digital (DVI, SDI, HD-SDI)	obligatoriu
Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei			obligatoriu
Sursa de lumină	Tip		integrată cu procesorul
	Tip lampă		Xenon sau LED
	Timp de viață lampă		≥500 h
	Putere lampă		≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W
	Putere lampă de rezervă		≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon)
	Contor lampă		obligatoriu
	Mod standby		obligatoriu
	Lampă de rezervă		da, (doar in cazul lampii Xenon)
Periferece disponibile	Display medical HD		≥ 23 inch

Bucată

1

770000,00

				Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode	DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil
				Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu)	≥ 50 înregistrări
				Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta și semnele diacritice	obligatoriu
				Suport pe roțile	obligatoriu
		Sistem de furnizare a aerului/apelor			minim 3 regimuri de lucru
					volumul vasului pentru apă minim 250 ml
		Sistem de aspirație	Să se indice modelul oferit		modelul
			Tip		Separat de procesor
			Volumul rezervorului		obligatoriu
			Vid		da
			Dirijarea nivelului de aspirare		în trepte
		Accesorii:	Sursa de lumină	modelul oferit	
				1 unit.	
			Pompă	inclusă	
				0,3- 0,6 Pa	
			Lampă halogen de rezervă	2 unit., (doar în cazul lampii Xenon)	
			Tester automat	1 unit. (să se indice modelul)	
			Aspirator endoscopic	≥0.85 bar	
			Vas de rezervă pentru aspirator	≥ 1,4 litri, 1 unit.	
			Filtre pentru aspirator	5 unit.	
			Monitor	1 unit.	

		Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor	1 unit. (să se indice modelul)
		Polیte reglabile la înălțime	4 unit.
Videocolonoscop	Să se indice modelul oferit		modelul
	Tip HDTV / HD		≥ 1920x1080 pixeli
	Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei		obligatoriu
	Tubul de inserție	Lungimea totală	≥1990
		Lungimea de lucru	≥ 1680 mm
		Diametrul exterior	≤ 12.8 mm
	Canalul de lucru	Diametrul	≥ 3,7 mm
	Optica	Unghiul cîmpului de vedere	> 160
		Înclinarea cîmpului vizual	0 grade
		Adîncimea cîmpului vizual	3-100
	Rata de deflecție	sus/jos	180 grade
		stînga/dreapta	160 grade
	Cu functie de rigidizare in trepte/graduală regabil a portiunii distale care da posibilitatea ajustarii rigiditatii colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare de pe manerul endoscopului		obligatoriu
	Funcționalitatea mîinerului de dirijare	butoane	≥4
		înghețarea imaginii	obligatoriu
eliberarea imaginii		obligatoriu	
capturare imaginii		obligatoriu	

			reglarea intensității lumnii	obligatoriu
			reglarea tonului de culoare (filtre optice)	obligatoriu
			modificarea contrastului	obligatoriu
			pornirea / oprirea pompei suplimentare de apa	obligatoriu
			zoom electronic	obligatoriu
			Canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri	obligatoriu
			Spălarea obiectivului	obligatoriu
			Imersibil	obligatoriu
			Metode de sterilizare	Chimic
				Etilen oxid opțional
	Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare			
	Videogastrosco		Să se indice modelul oferit	modelul
			Tip HDTV / HD	≥ 1920x1080 pixeli
			Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei	obligatoriu
		Tubul de inserție	Lungime totală	≥ 1300 mm
			Lungime de lucru	≥ 1000 mm
			Diametrul exterior	≤ 9.3 mm
			Marcaj de lungime	da
		Canal de lucru	Numărul de canale	≥1
			Diametrul	≥ 2,8 mm
Optica		Unghiul câmpului vizual	≥ 140 grade	
	Înclinația câmpului vizual	0 grade		
	Adâncimea câmpului vizual	2-100 mm		

		<table><tr><td rowspan="2">Tipul și unghiurile de deflecție</td><td>Sus/jos</td><td>210/90 grade</td></tr><tr><td>Stînga/dreapta</td><td>100/100 grade</td></tr><tr><td rowspan="9">Funcționalitatea mâinerului de dirijare</td><td>butoane</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td>înghețarea imaginii</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>eliberarea imaginii</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>capturare imaginii</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>reglarea intensității lumii</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>reglarea tonului de culoare (filtre optice)</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>modificarea contrastului</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>zoom electronic</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitîndu-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etanșare</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Spălarea obiectivului</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td rowspan="3">Metode de sterilizare</td><td>Chimic</td><td></td></tr><tr><td>Etilen oxid opțional</td><td></td></tr><tr><td>Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare</td><td></td></tr></table>	Tipul și unghiurile de deflecție	Sus/jos	210/90 grade	Stînga/dreapta	100/100 grade	Funcționalitatea mâinerului de dirijare	butoane	≥ 4	înghețarea imaginii	obligatoriu	eliberarea imaginii	obligatoriu	capturare imaginii	obligatoriu	reglarea intensității lumii	obligatoriu	reglarea tonului de culoare (filtre optice)	obligatoriu	modificarea contrastului	obligatoriu	zoom electronic	obligatoriu	Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitîndu-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etanșare	obligatoriu	Spălarea obiectivului	obligatoriu	Metode de sterilizare	Chimic		Etilen oxid opțional		Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare				
Tipul și unghiurile de deflecție	Sus/jos	210/90 grade																																				
	Stînga/dreapta	100/100 grade																																				
Funcționalitatea mâinerului de dirijare	butoane	≥ 4																																				
	înghețarea imaginii	obligatoriu																																				
	eliberarea imaginii	obligatoriu																																				
	capturare imaginii	obligatoriu																																				
	reglarea intensității lumii	obligatoriu																																				
	reglarea tonului de culoare (filtre optice)	obligatoriu																																				
	modificarea contrastului	obligatoriu																																				
	zoom electronic	obligatoriu																																				
	Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitîndu-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etanșare	obligatoriu																																				
Spălarea obiectivului	obligatoriu																																					
Metode de sterilizare	Chimic																																					
	Etilen oxid opțional																																					
	Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare																																					
10	Rectoscop rigid	"Este destinat pentru procedurile de rectoromanoscopie. Parametrii tehnici solicitati: Cap de iluminare cu transmisie a luminii prin fibră optică Tub cu obturator diametru 20mm, lungime 30(+/-1) cm, autoclavabil – 2 buc Tub cu obturator diametru 16mm, lungime 30 (+/-1) cm, autoclavabil – 1 buc Forceps pentru burete, 40 (+/-1) cm – 1 buc Tub de aspirație, 40 (+/-1) cm Forceps pentru biopsie, falci medii, rotative, izolate, lungime 40-45 cm – 1 buc Atașament de lucru, cu inel de blocare pentru tub rectoscop cu 2 canale pentru instrumente cu diametrul de până la 5 mm Telescop oblic, cu ocular înclinat la 30/45°, diametru 4/5 mm, lungime 28-30 cm, pentru utilizare cu tubul rectoscop și atașamentul de lucru Sursă de lumină LED, compatibilă cu rectoscopul 220V Cablu din fibră optică, diametru 3,5mm, lungime minimă 2 m, compatibil cu capul de iluminare a rectoscopului.	Bucată	1	208000,00																																	
11	Sistem de poligrafie cardiorespiratorie	Descriere: Dispozitiv portabil destinat screening-ului și diagnosticului tulburărilor de respirație în timpul somnului, cu operare simplificată pentru utilizarea la domiciliul pacientului. Design compact, robust, cu sistem integrat de senzori. Parametru Specificația Asigurarea înregistrării simultane (minim 7 canale) Flux de aer (nasal) prin canulă de presiune	Bucată	1	83333,33																																	

Oximetrie digitală
 Înregistrarea sforăitului printr-un senzor de flux sau un microfon încorporat
 Senzor de poziție corporală pe trei axe (pe spate, pe burtă, pe lateral, vertical)
 Afișarea undei de puls pentru validarea saturației
 Inclus pentru descărcarea datelor, analiză automată și editare manuală a evenimentelor
 mecanism de pornire automată sau pornire cu un singur buton
 Funcție de feedback imediat după finalizarea testului
 Înregistrare continuă a datelor ≥12 ore
 Alimentare Baterii standard sau acumulator
 pachet software pentru încărcarea datelor, analiza automată și editarea manuală a evenimentelor respiratorii.
 Format de raport editabil cu posibilitatea de a exporta datele într-un format standard (EDF)
 Compatibilitate deplină cu criteriile AASM
 Kit de accesorii reutilizabile: senzor oximetrie
 centură toracică reglabilă
 Garanție ≥24 luni"

12	Spirometru pentru PC	<table><tr><th>Parametri tehnici</th><th>Specificația</th></tr><tr><td colspan="2">Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare.</td></tr><tr><td>Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției</td><td>Da</td></tr><tr><td>Gama de volum</td><td>De la 0,025 pînă la 8 L</td></tr><tr><td>Eroare de volum</td><td>±3%</td></tr><tr><td>Gama de flux</td><td>Pînă la 16 l/s</td></tr><tr><td>Eroare de flux</td><td>±5%</td></tr><tr><td>Memorizarea tuturor testelor efectuate</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Parametrii măsurați</td><td>FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf</td></tr><tr><td>Elaborare și printare raport</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Interfața PC</td><td>USB/RS 232</td></tr><tr><td>Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații</td><td>filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare</td></tr><tr><td>Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile</td><td>Minim 5 bucăți</td></tr><tr><td>Seringa de calibrare / sau altă metodă de calibrare</td><td>obligatoriu</td></tr></table>	Parametri tehnici	Specificația	Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare.		Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției	Da	Gama de volum	De la 0,025 pînă la 8 L	Eroare de volum	±3%	Gama de flux	Pînă la 16 l/s	Eroare de flux	±5%	Memorizarea tuturor testelor efectuate	obligatoriu	Parametrii măsurați	FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf	Elaborare și printare raport	obligatoriu	Interfața PC	USB/RS 232	Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate	obligatoriu	Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații	filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare	Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile	Minim 5 bucăți	Seringa de calibrare / sau altă metodă de calibrare	obligatoriu	Bucată	1	42000
Parametri tehnici		Specificația																																	
Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare.																																			
Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției		Da																																	
Gama de volum		De la 0,025 pînă la 8 L																																	
Eroare de volum		±3%																																	
Gama de flux		Pînă la 16 l/s																																	
Eroare de flux		±5%																																	
Memorizarea tuturor testelor efectuate		obligatoriu																																	
Parametrii măsurați		FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf																																	
Elaborare și printare raport		obligatoriu																																	
Interfața PC		USB/RS 232																																	
Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate		obligatoriu																																	
Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații		filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare																																	
Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile		Minim 5 bucăți																																	
Seringa de calibrare / sau altă metodă de calibrare	obligatoriu																																		
13	Anulat	Anulat	Anulat																																

Descriere: **Sistemul de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM)** este un dispozitiv medical portabil destinat măsurării automate și repetate a tensiunii arteriale pe o perioadă de 24–48 de ore, în condiții de viață obișnuite. Acesta permite evaluarea variațiilor tensionale diurne și nocturne, contribuind la diagnosticul și monitorizarea hipertensiunii arteriale. Sistemul include unitatea de înregistrare, manșetă și software de analiză a datelor.

1. Caracteristici Generale și Parametri de Măsurare

Metoda de măsurare: Oscilometrică, cu senzori de presiune și algoritm de filtrare a artefactelor de mișcare.

Domeniul de măsurare presiune: Sistolică (60 – 260 mmHg) și Diastolică (30 – 160 mmHg).

Precizia sistemului: ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată.

Validare clinică: Dispozitivul trebuie să fie validat conform protocoalele internaționale ESH (European Society of Hypertension) sau BHS (grad A/A).

Protecție la suprapresiune: Sistem de siguranță pentru eliberarea automată a aerului la depășirea pragului de siguranță.

2. Construcție și Ergonomie

Design: Dispozitiv compact, cu carcasă rezistentă la șocuri mecanice și dezinfectanți medicali.

Interfață utilizator: Indicatori de stare (LED sau ecran integrat) pentru monitorizarea funcționării, nivelului bateriei și confirmarea înregistrării datelor.

Greutate: Maxim 200 grame (fără baterii), pentru a asigura confortul pacientului pe durata a 24-48 ore.

Alimentare: baterii sau acumulatori reîncărcabili.

Comunicare PC: Interfață USB pentru programare și descărcarea datelor.

3. Funcționalități și Confort

Tehnologie de umflare: Adaptarea automată a presiunii de umflare în funcție de valorile anterioare (logica fuzzy sau similar), pentru reducerea timpului de compresie și a disconfortului.

Buton de eveniment: Posibilitatea marcării manuale de către pacient a momentelor cu simptomatologie specifică.

Programare: Intervalele de măsurare programabile individual pentru perioadele de zi și de noapte.

4. Software de Analiză și Management Date

Licențiere: Software cu licență completă, activată prin cheie hardware (dongle USB) sau cheie software permanentă (fără limitare în timp).

Bază de date: Gestionarea electronică a pacienților, cu funcții de căutare, arhivare și backup.

Analiză statistică:

Calcularea mediilor tensionale (Total, Zi, Noapte).

Calculul indicelui de dipping, a sarcinii tensionale (pressure load) și a presiunii pulsului.

Interpretare automată.

Raportare: Generare de rapoarte grafice (trenduri, histograme) și tabelare, cu posibilitatea exportului în format PDF sau Excel.

5. Accesorii și Garanție

Accesorii incluse:

Unitate de înregistrare.

Minim 2 manșete reutilizabile, fără latex, dimensiuni diferite (ex: Adult Standard și Adult Large).

Husă de protecție și centură/curele de fixare.

Cablu de date și software de analiză.

Garanție: Minimum 24 luni pentru unitatea centrală.

Servicii: Instalare, configurare și instruirea personalului medical la livrare.

Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM)

Bucată

5

416666,67

15	Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile: Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit +accesorii inclusă	Bucată	60	1666666,67
16	Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice prin livrarea curenților de frecvență înaltă RF în domeniul kHz sau prin ultrasunet, dotat cu modul sau opțiuni de sigilare a vaselor de până la 7 mm inclusiv, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, - bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și chirurgie generală. Parametrul Specificația Canale de ieșire Monopolar 2 port, bipolar, sigilare a vaselor da Comutare de la pedală și de la bisturiu da Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite da Moduri de lucru Monopolar Tăiere (pure cut), ≥ 300 W ≥ 200 Ohm Monopolar Coagulare (fulguration), max. ≥ 100 W ≥ 450 Ohm Bipolar Coagulare (forțată), max. ≥ 95 W ≥ 50 Ohm Bipolar Sigilare vaselor, coagulare, max. ≥ 170 W ≥ 20 Ohm Moduri de lucru preselectate minimum 10 regimuri (Pure cut, blend, soft, spray, etc) da Modul coagulare cu argon (opțional) da Modul/opțiunile necesare de sigilare a vaselor incluse da Sigilarea vaselor de minim 7 mm da Recunoașterea automată a finalizării ciclului de etanșare a vaselor (fuziunea țesuturilor, etanșarea vaselor) cu emiter de sunet de finalizare da Comunicare interactivă de eroare pe ecran, în caz de nefinalizare a ciclului de sigilare da Funcție de autotestare da Indicatoare acustic	Bucată	1	500000,00

vizual

Control volum sunet da

Operare cu min. 4 instrumente da

Detectare automată a instrumentului și cu configurare de energie automată da

Salvarea personalizată a setărilor/template-uri pentru chirurg min.5 da

Operare cu min. 2 instrumente bipolare și/sau ultrasonic cu setare individuală și activare simultană da

Control continuu a rezistenței de contact a electrodului neutru cu pacientul și alarmare în caz de pierdere de contact da

Indicator calitate de contact electrod neutru și pacient da

Clasa de securitate I și CF da

Clasa de siguranță carcasă min. IP 21 da

Conector pentru echipotențial cu cablu de 1 - 1,5 mm da

Accesorii:

Cablu reutilizabil pentru electrod neutru reutilizabil, min. 3 metri 2 buc.

Cablu reutilizabil pentru electrod neutru de unică folosință 2 buc.

Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața $\geq 350 \text{ cm}^2$, fără latex, autoclavabil la 134°C de minim 75 ori sau electrod pasiv de unică utilizare (set de min.100 buc) 2 buc. reutilizabil sau

2 set. de unică folosință

Electrod pasiv de unică utilizare (set minim 100 buc) suprafața $\geq 100 \text{ cm}^2$ 1 set.

Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/coagulare) diametru conector lamă 2,4 mm, cablu min. 3 metri cu conexiune internațională cu 3 pini, rezistent la putere de minim 6000 Vp, autoclavabil la 134°C de minim 100 ori, sau de unică folosință (set minim 100 buc) 2 buc. reutilizabil sau

2 set. de unică folosință

Lame tip cuțit reutilizabile pentru bisturiu (set 5 buc), tensiune de operare min. 5500 Vp, diametru conector 2,4 mm,, autoclavabile la 134°C de minim 75 ori sau de unică folosință (set minim 375 buc) 2 set.

Lame tip ball reutilizabile pentru bisturiu (set 5 buc), tensiune de operare min. 5500 Vp, diametru conector 2,4 mm,, autoclavabile la 134°C de minim 75 ori sau de unică folosință (set minim 375 buc) 1 set.

Burete pentru curățirea lamelor (set de 50 buc) 3 set.

Electrod / pencetă bipolară standart, drept, lungime $270 \pm 10 \text{ mm}$, lungime fălci $8 \pm 1 \text{ mm}$, lățime fălci 2 - 2,5 mm , autoclavabil la 134°C de minim 75 ori sau de unică folosință (set minim. 75 buc) 2 buc.

Cablu pentru electrod bipolar, autoclavabil la 134°C de minim 95 ori, min. 3 metri 2 buc.

Pedală dublă pentru coagulare și tăiere cu suport pentru deplasare cu picior 1 buc.

Modulul/opțiune pentru lucru în regimul de rezeecție în soluție salină da

Foarfece de sigilare a țesuturilor cu cablu, lungime $220 \pm 10 \text{ mm}$, autoclavabil la 134°C de minim 50 ori sau de unică utilizare (set minim 50 buc) 1 buc. reutilizabil sau

1 set. de unică folosință

Set pensă complet de sigilare a vaselor la operații deschise, cu mecanism de tăiere integrat, min. $270 \pm 10 \text{ mm}$, diametru de 5 mm, cu mânerul tip pistol, cu teacă cu fălci de apucare curbe analogic la Maryland, cu tija de împingere și tija lamei, dotat cu cablu, setul autoclavabil la 134°C de minim 20 ori sau de unică utilizare (set minim 20 buc), cu perii de curățare (set minim 6 buc). 2 set. reutilizabil

sau 2 set de unică folosință

Lame/Cuțite de unica folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil de 5 mm, (set 10 buc) 5 set.

Casoleță pentru sterilizarea tuturor instrumentelor propuse da

Troliu (opțional) Să se indice modelul oferit model

Mobil pe 4 roți da

Minim 2 roți cu frână da

Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da

Mâner pentru transportare da

	Altele Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului da Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. da Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Manual de part list Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător. Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.			
17	Consolă portabilă Piesa de mâna cu motor încorporat sau separat Casoleță de sterilizare cu capac. Lame de unică folosință Accesorii/ustensile adiționale pentru fixarea lamelor, daca sunt prevăzute de producător Adâncimea de tăiere minim 0,05 mm – 0.75 mm cu pas de incrementare cu reglare manuală. Dermatomul și motorul cu sau fără lubrifiere adițională al mecanismelor de lucru. Dacă necesită lubrifiere, să se ofere adaptori necesari și spray pentru lubrifiere - minim 3 buc. Viteză variabilă interval minim necesar 5000-6000 cicluri pe minut / 500 – 40 000 rpm Accesorii și piese de schimb: Plăci de reducere pentru dermatom: pentru reducerea lățimii de tăiere 50 mm ± 1 mm, 75 mm ± 1 mm, 100 mm ± 2 mm *câte o bucata de fiecare dimensiune. Lama de rezervă pentru dermatom: 50 mm -10 bucăți; 75 mm- 10 bucăți; 100 mm- 10 bucăți Coș de sterilizare și depozitare pentru sistemul dermatom. Cu suport pentru piesele manuale ale dermatomului, motor electronic cu cablu și lamele de taiere.	Bucată	1	275000,00
	Dermatom electric			

		Capac pentru coșul de sterilizare Pedală de lucru, dacă dispune Mesher Sistem de extindere al pielii (Mesher)- 1 buc Cutie de sterilizare pentru sistemul dat cu elemente de fixare al tuturor componentelor-1 buc Accesorii: taietor corespunzător pentru raporturile de taiere: 1.5:1 – 1 buc. 3:1 – 1 buc, 6:1 – 1 buc. Purtător derma pentru placă de plasă: placa purtător 1.5:1 - 20 bucăți; placa purtător 3:1 - 20 bucăți; placa purtător 6:1 - 20 bucăți.			
18	Freze oscilante	Fierăstrăul Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrelor inferioare Electric Cu dirijare de la buton incorporat în piesa de mină Multifuncțional Putere minim 100W Greutate maxim 4kg Sterilizabil, autoclavabil Viteza de rotație minim 10000 rpm Mecanism de blocare Casoletă pentru sterilizare cu capac pentru piesa de mână cu adaptor și lame Baterii minim 2 Stație de încărcare baterii pentru minim 2 baterii Accesorii/adaptoare Ferestrău oscilant adaptor pentru piesa de mina - 1 buc Frecvența r.p.m minim 10000. Sterilizare, autoclavare da Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mișcare) pentru ferăstrăul oscilant: 3 buc, lățimea lamei minim 40 mm. Lungimea minim 50 mm.	Bucată	1	141666,67
19	Videolaringoscop rigid	Display cu rezoluția $\geq 1024 \times 768$ Port HDMI pentru video output Posibilitatea de înregistrare imagini și video Transferul înregistrărilor pe un suport extern Acumulator cu autonomie ≥ 2 ore în timpul lucrului Lamelele să fie produse din material inoxidabil Accesorii Lamelă reutilizabilă Mac 3 în set cu cablu de conexiune - 1 set Lamelă reutilizabilă Mac 4 în set cu cablu de conexiune - 1 set Trolu pe roțile cu minim 2 roți cu frână, sistem de fixare a monitorului, coș pentru accesorii - 1 set Cablul/Bloc de alimentare cu conector tip Schuko - 1 buc	Bucată	1	358333,33

20	Regimurile de stimulare cardiacă: DDD, D00, VDD, VVI, V00. Prezența funcției Atrium Burst/Overdrive Protecție la curenți de frecvență înaltă (unitate electrochirurgicală) Protecție la defibrilare Parametrii ajustabili: Rata transmiterii impulsurilor de bază: 30-220 ppm (pace per minute) Rata transmiterii impulsurilor Atrium Burst/overdrive: 70-1000 ppm AV delay: 15-400 ms Pragul sensibilității Atriale: 0,2-10 mV Pragul sensibilității Ventriculare: 1-20 mV Amplitudinea impulsului Ventricular: 0,1-17 V Parametrii prestabiliți: Durata impulsului: 1 ms Tipul impulsului: Asimetric, bifazic Protecție pentru a nu depăși rata maximă a impulsurilor de bază transmise Protocoale prestabilite pentru a nu depăși perioada refractară a atriilor și ventriculelor Alarmer vizuale și sonore Greutatea dispozitivului ≤500 g Alimentarea: Baterie internă tip IEC 6LR61 Timp de lucru autonom a bateriei ≥ 300 h Timpul de lucru autonom al dispozitivului după sustragerea bateriei ≥30 sec Accesorii: Baterie tip IEC 6LR61 - 3 buc Set cabluri interconectare dispozitiv - pacient - 3 seturi	Bucată	2	166666,67
21	Tip laptop sau analogic; APLICAȚII CLINICE: Cardiac PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE (minim): 3 unități (posibil prin multiplicator); NIVELE DE GRI (minim): 256; GAMA DINAMICĂ (minim): 250dB; RATA DE CADRE ASIGURATĂ DE DISPOZITIV (minim): 1000 fps CANALE PREPROCESARE (minim): 286 500 (digitale) / 512 (fizice); ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 33 cm; DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1,5-18,0 Mhz (minim); TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: matriciale, convexe, sectoriale, volumetrice, CW pencil; Număr frecvențe emise de un traductor (minim): 8; POSTPROCESARE DA; Moduri de imagistică: M-mod DA; B-mod DA; Armonici Tisulare DA; M-mode anatomic DA (opțional); M-Mode color DA; DOPPLER Tip: continuu (CW), pulsativ (PW), color (CDI),	Bucată	1	1000000,00

tisular (TDI/TVI).
 Măsurări automatizate DA;
 Calcule automate DA;
 Power Doppler DA;
 Duplex și Triplex DA
 MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE:
 Cordului:
 - Diametru aortă DA;
 - Diametru atriu stâng DA;
 - Diametru telediastolic ventriculului stâng DA;
 - Diametru telesistolic ventriculului stâng DA;
 - Grosimea peretelui ventriculului stâng DA;
 - Grosimea sept interventricular DA;
 - Grosimea ventriculului drept DA;
 - Volum telediastolic ventricular stâng DA;
 - Volum telesistolic ventricular stâng DA;
 - Calcularea fracției de ejecție al ventriculul stâng DA;
 - Calcularea fracției de scurtare al ventriculul stâng DA;
 - Calcularea debitului cardiac DA;
 APLICAȚII CU MĂSURĂRILE ȘI CALCULE OPȚIONAL :(care pot fi instalate/procurate ulterior):
 Vaselor:
 - Carotida DA;
 - Vertebrale DA;
 -Arterial membrelor inferioare și superioare DA;
 -Venos membrelor inferioare și superioare DA.
 FUNCȚIONALITĂȚI:
 Ajustare frecvența DA;
 Diapazon dinamic reglabil DA;
 Număr focusuri minim 4, ajustabile;
 Ajustare mape de culori minim 6;
 Selectare automată a sondei la aplicarea presetului DA;
 Reglare GAIN DA;
 TGC DA;
 Funcție de optimizare automată a imaginii DA;
 Vizualizare simultană duală a imaginii DA;
 Reglarea semnalului acustic DA;
 Măsurători în timp real și în freeze DA;
 Pachet IMT (Intima Media Thickness) cu măsurare automată;
 Zoom de înaltă definiție DA;
 Imagine înghețată DA;
 Spațiul de stocare (minim): 250 GB;
 Memorie CINE (minim): 500 MB sau 45.000 cadre;
 Porturi extensie USB (minim): 2 unități;
 Video/Audio DA;
 DICOM 3.0 DA;
 TRADUCTOARE NECESARE MĂSURĂRILOR ENUMERATE CU DIAPAZONUL MINIM:
 Sectorial 1,5~4,0 MHz - 1 unitate;

		Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR HD minim 15 inch Rezoluție minim 1024x768; Să permită configurarea meniului și a butoanelor după necesitatea utilizatorului, Baterie incorporata, cu durata de lucru minim 60 min Imprimanta termica alb/negru – 1buc; DVD/CD RW incorporat DA; TROLIU: 4 roti, minim 2 blocabile DA; Să asigure reglarea pe verticala diapazonul minim necesar 85-100 cm; Suport pentru imprimanta DA; Sursa de alimentare incorporată DA; Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus. Prezentarea mostrei, dispozitivului cu transductorul propus, în oricare instituție din țară ar fi un avantaj. Garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni.			
22	Incalzitor de pacient	Interfața cu utilizatorul – panou de control a parametrilor ajustabili Modul de încălzire a pacientului – prin intermediul unei plapume/saltea gonflabilă cu aer cald; Domeniul de temperatură ajustabil – temperatura mediului ambiant - 43°C; Filtrarea preventivă a aerului atmosferic; Permiabilitatea filtrului de aer $\leq 0,3 \mu\text{m}$; Alimentarea rețea electrică – 220 V, 50 Hz; Accesorii per dispozitiv: Troliu Cablu de alimentare (euro plug) Plapuma/saltea gonflabilă	Bucată	5	145833,33
23	Dispozitiv de sigilare mecanic	Descriere: Dispozitivul este destinat sigilării rolor și pungilor pentru sterilizare utilizate în autoclave, asigurând o închidere etanșă și sigură a ambalajelor pentru instrumentar medical. Parametrul Specificația Putere: $\geq 100\text{W}$ Încărcare: laterală Mod de sigilare: Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare. Temperatura de sigilare 160 - 200°C Lățime de sigilare minimă: 10 mm Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu Alimentare: 220V, 50Hz Consumabile și accesorii: Rolă 5 cm x 200 m 3 Buc. Rolă 7.5 cm x 200 m 3 Buc. Rolă 15 cm x 200 m 3 Buc. Logistică: Transportare la locul solicitat obligatoriu Instalare obligatoriu	Bucată	10	80000,00

		Testare obligatoriu Cerințe față de producător și furnizor: Garanție Minimum 2 ani Training pentru personalul medical: Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea.			
24	Densitometru McFarland	Dispozitiv pentru măsurarea turbidității suspensiilor prin metodă optică Domeniu de măsurare 0.1 - 4 McF Acuratețea: $\leq 5\%$ la 2 McF Volum minim măsurat: ≤ 2 ml Posibilitate funcționare de la rețea sau baterii/acumulatori Afișare date pe ecran LCD Diametru eprubete acceptate: 16 mm Accesorii livrate: baterii/acumulator,, cablu alimentare, bloc alimentare(în caz de alimentare de la sursă externă), set standarde pentru calibrare (în cazul necesității calibrării periodice).	Bucată	1	21000,00 8 233 583,33 lei fără TVA
	Valoarea estimată totală				

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii" Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
<u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală,	DA

		confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
20	Declarație de la ofertant	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
21	Cerințe pentru mijloace de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic	Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;	DA
22	Cerințe pentru mijloace de cântărit	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livrare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max...; - limita minimă de cântărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;	DA

		- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organisme naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
 Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
 Cod fiscal: 1016601000212
 Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
 Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
 Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Cod fiscal:

1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: 12.02.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 12.02.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG