

CAIET DE SARCINI
Servicii

Obiectul **Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru pentru 2024**

Autoritatea contractantă **IMSP Policlinica de Stat. Mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 70**

1. Descriere generală. Informații

	Denumirea	Mentenanța dispozitivelor medicale include:	Servicii prestate la solicitare	Servicii prestate lunar	Servicii prestate trimestrial	Servicii prestate simestrial
6	Lotul 6 Mentenanța dispozitivului radiologic digital IBIS Simply DR	<p>Mentenanță corectivă și preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Interventii (Revizii tehnice) in cadrul carora se efectueaza întretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; ○ Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare, dupa caz ○ Verificarea si reglarea/calibrarea blocurilor de comanda si control; Conectarea in regim de service ○ Verificarea tensiunilor de alimentare ○ Verificarea conexiunilor electrice ○ curatarea placilor electronice (daca este cazul), precum si a altor componente ○ Verificarea functionarii motoarelor ○ Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor, dupa caz ○ Verificarea și reglarea modulelor de procesare a semnalelor, dupa caz ○ Verificarea intercomunicațiilor. ○ Centrarea și alinierea sistemelor optice și/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiații ionizante, după caz. ○ Verificare/calibrarea mesei R/F ○ Verificarea tubului radiologic 	+			+

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Verificarea II ○ Verificarea generatorului ○ Verificarea accesoriilor echipamentului ○ Verificarea collimatorului ○ Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). ○ Verificarea numărului de expuneri și resetarea acestuia la înlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) ○ întreținerea și mentenanța tubului de radiații ionizante. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se va asigura funcționarea la parametri corespunzători; <ul style="list-style-type: none"> a. Activități suplimentare (cuprinse în contractul de service) ▪ Fiecare raport de service va fi semnat de către Autoritatea Contractantă care va păstra un exemplar; ▪ Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale sistemului (fie și constatate în timpul reviziei); ▪ În calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producătorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). ▪ Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar în cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul). ▪ Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte; 				
--	--	---	--	--	--	--

Autoritatea contractantă **IMSP Policlinica de Stat**

Data „12” februarie 2024

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.

Conducătorul grupului de lucru:

Viorica EFROS
(semnat electronic)