

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lotul 1						
	<p>Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 400 B</p> <p>Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2: Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică</p> <p>Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță.</p>				<p>Cerințe generale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui • Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării • Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii • La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. • După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un 		
	Lotul 2						
	<p>Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate</p> <p>Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2: Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică</p> <p>Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță.</p>				<p>Cerințe generale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui • Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării • Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii • La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. • După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un 		

Lotul 3					raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului		
Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2: Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de două ori pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță, lucrări de dezinfecție a inelului de apă pură și schimbarea filtrelor.					Mentenanța corectivă: <ul style="list-style-type: none"> • Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului • Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar		
Lot 4							
Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2: Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Cantitatea	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
	Lotul 1							
	Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 400 B							
	Lotul 2							
	Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate							
	Lotul 3							
	Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B							
	Lot 4							
	Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____