

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor medicale listă suplimentară pentru anul 2023 (listă delegată de către CAPCS

Licitatie deschisă

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achizitii.md*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție medico-sanitară publică
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da),**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Nu. Urmează a fi inclus în planul de achiziții definitiv
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA)
1	33140000-3	Lot 1 Adaptor	buc	30	Adaptor (echivalent Ref : YG-111T) pentru conturul respirator compatibil cu sensor CO2, Ref: TG121T, Nihon Kohden< Pediatric/Adult>7kg, spatiul mort 4ml	9.000,00
2	33140000-3	Lot 2 Aleze 60x90cm	buc	40000	Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare. Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte.	160.000,00
Lot 3 Catetere toracice cu trocar						
	33140000-3	Lot 3.1 Cateter toracic cu trocar 18 FR	buc	10	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 18 Fr.	650,00
	33140000-3	Lot 3.2 Cateter toracic cu trocar 20FR	buc	10	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 20 Fr.	650,00

	33140000-3	Lot 3.3 Cateter toracic cu trocar 22 FR	buc	10	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 22 Fr.	650,00
	33140000-3	Lot 3.4 Cateter toracic cu trocar 24 FR	buc	10	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 24 Fr.	650,00
	33140000-3	Lot 3.5 Cateter toracic cu trocar 26 FR	buc	10	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 26 Fr.	650,00
	33140000-3	Lot 3.6 Cateter toracic cu trocar 28 FR	buc	10	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 28 Fr.	650,00
4	33140000-3	Lot 4 Husa sterila pentru cateter transvenos central	buc	20	80 cm în extensie,gofrat, compatibil cu introducer 8-8,5fr, (pentru Cateter Swan-Ganz, electrod transvenos pentru pacing)	2.000,00
5	33140000-3	Lot 5 Lame pentru bisturiu nr.10	buc	2000	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul lamei si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. 7. Să asigure o tăiere calitativă, precisă, uniformă, cu margini nete.	4.000,00
6	33140000-3	Lot 6 Lame pentru bisturiu nr.20	buc	2600	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare:ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul lamei si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc 7. Să asigure o tăiere calitativă, precisă, uniformă, cu margini nete.	5.200,00
7	33140000-3	Lot 7 Lame pentru bisturiu nr.22	buc	4400	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul lamei si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. 7. Să asigure o tăiere calitativă, precisă, uniformă, cu margini nete.	8.800,00

8	33140000-3	Lot 8 Lame pentru bisturiu nr.23	buc	2000	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul lamei si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. 7. Să asigure o tăiere calitativă, precisă, uniformă, cu margini nete.	4.000,00
9	33140000-3	Lot 9 Lame pentru bisturiu nr. 11	buc	3000	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul lamei si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. 7. Să asigure o tăiere calitativă, precisă, uniformă, cu margini nete.	6.000,00
10	33140000-3	Lot 10 Lame pentru bisturiu nr. 15	buc	2800	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul lamei si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. 7. Să asigure o tăiere calitativă, precisă, uniformă, cu margini nete.	5.600,00
11	33140000-3	Lot 11 Matras chirurgical magnitic	buc	2	Marimea nu mai puțin de 25,4cm x 40,6cm (10" x 16"). Autoclavabil pentru fixarea instrumentelor in timpul operatiei ref cod COVIDIEN 31140588 sau echivalentul	10.000,00
12	33140000-3	Lot 12 Prezervativ pentru USG	buc	600	Prezarvativ pentru USG	1.200,00
13	33140000-3	Lot 13 Robinete 3-directionale	buc	40000	3-directionale, rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune \geq 4 bari, steril	140.000,00
14	33140000-3	Lot 14 Set Level 1 pentru infuzie rapidă	buc	50	Set incalzire si administrare fluide, set produs compatibil cu dispozitivul Level 1® H-1200. Fast Flow Fluid Warmer with Integrated Air Detector/Clamp de Smiths Medical , care să corespundă vitezei de infuzie de la 950 pînă la 1400 ml pe minută	210.000,00

15	33140000-3	Lot 15 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pentru hemodializa)	buc	700	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mánuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: <ul style="list-style-type: none"> -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), <ul style="list-style-type: none"> -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulari, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/min 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6. Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. 	210.000,00
----	------------	---	-----	-----	--	------------

16	33140000-3	Lot 16 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	buc	200	<p>"Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ac de punționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuira ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: <ul style="list-style-type: none"> -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 13 cm), <ul style="list-style-type: none"> - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. <p>"</p>	50.000,00
17	33140000-3	Lot 17 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	buc	200	<p>"Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ac de punționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuira ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: <ul style="list-style-type: none"> -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 8 cm), <ul style="list-style-type: none"> - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. <p>"</p>	50.000,00

18	33140000-3	Lot 18 Sondă (cateter) urinară Foley CH 6 (F) două canale	buc	200	"1.Dimensiuni: CH 6 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală "	7.200,00
19	33140000-3	Lot 19 "Sondă (cateter) urinară Foley CH 10 (F) două canale "	buc	150	"1.Dimensiuni: CH 10 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală "	5.400,00
20	33140000-3	Lot 20 Sondă (cateter) urinară Foley CH 16 (F) trei canale	buc	590	"1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală "	25.370,00
21	33140000-3	Lot 21 Sondă (cateter) urinară Foley CH 18 (F) trei canale	buc	1000	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	43.000,00
22	33140000-3	Lot 22 Sondă (cateter) urinară Foley CH 20 (F) trei canale		900	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	38.700,00
23	33140000-3	Lot 23 Sondă (cateter) urinară Foley CH 22 (F) trei canale		500	1.Dimensiuni: CH 22 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	21.500,00

24	33140000-3	Lot 24 Sondă (cateter) urinară Foley CH 24 (F) trei canale		80	1.Dimensiuni: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	3.440,00
25	33140000-3	Lot 25 Sondă (cateter) urinară Foley CH 26 (F) trei canale		20	1.Dimensiuni: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	860,00
26	33140000-3	Lot 26 Sondă (cateter) urinară Foley CH 8 (F) două canale		200	1.Dimensiuni: CH 8 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	8.600,00
27	33140000-3	Lot 27 Spray p-u micromotor		15	Spray p-u micromotor, ulei - LUBRIOIL sau echivalentul	750,00
28	33140000-3	Lot 28 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 3.5		10	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 3.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de dețubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	450,00

29	33140000-3	Lot 29 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.0		35	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balon adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	1.575,00
30	33140000-3	Lot 30 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.5		40	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balon adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	1.800,00
31	33140000-3	Lot 31 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 5.0		65	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 5.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balon adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	650,00

32	33140000-3	Lot 32 Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 5.5		20	Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 5.5 , material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R0-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	200,00
33	33140000-3	Lot 33 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5		80	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R0-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	800,00
34	33140000-3	Lot 34 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0		200	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R0-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	2.000,00

35	33140000-3	Lot 35 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.5		1700	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rō-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	17.000,00
36	33140000-3	Lot 36 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0		3500	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rō-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	35.000,00
37	33140000-3	Lot 37 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5		4000	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rō-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	40.000,00

38	33140000-3	Lot 38 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 9.0		730	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 9.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rō-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	7.300,00
39	33140000-3	Lot 39 Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 3.5		25	Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 3.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rō-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	250,00
40	33140000-3	Lot 40 Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.0		150	Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rō-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	10.500,00

41	33140000-3	Lot 41 Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 5.0		25	Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 5.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rø-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de dețubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	1.750,00
42	33140000-3	Lot 42 Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 5.5		45	Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 5.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rø-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de dețubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	450,00
43	33140000-3	Lot 43 Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 6.0		35	Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 6.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rø-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de dețubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	350,00

44	3314000-3	Lot 44 Tub traheostomic cu manjetă nr.7	15	Tub traheostomic cu manjetă nr.7, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta; Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril	1.500,00
Valoarea estimativă totală					1.156.095,00

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot
2) Pentru mai multe loturi
3) Pentru toate loturile

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați– 50% în termen de 15 zile de la solicitare, a doua parte rămasă în termen de 30 de zile de la solicitare pe parcursul anului 2023.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; <u>În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.</u>	Obligatoriu
2	Garanția pentru oferta – în valoare de 1% din suma	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin	Obligatoriu

	ofertei fără TVA	scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> <u>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Mosneaga”.</u>	
3	Specificații tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
4	Specificații de preț	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
5	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
<u>Documente suplimentare de calificare și selecție</u>			
7	Decizie de înregistrare/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
8	Acte ce atestă calitatea produselor	1) Certificatele CE sau declarații de conformitate , vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; 2) Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice– copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 3) Ofertantul va evidentia/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (<u>în cazul în care produsul oferit nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă</u>). 4) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligatori
9	Declarație pe propria răspundere	Operatorul economic va prezenta o declarație prin care își asumă pe propria răspundere obligativitatea ca la livrare produsele vor fi înregistrate la AMDM (pentru produsele supuse obligatorii înregistrării) <i>*Notă în cazul în care deja sunt înregistrate va prezenta lista numărului de înregistrare în specificația tehnică (vezi Documentația</i>	Obligatori

	standard precompletată)
Termen și modalitate de achitare	Prin transfer, în termen de 45 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii;
<p>În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice.</p>	

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Termenul de depunere a ofertelor va constitui 15 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui **5%** din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

***Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.**

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic pret fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, per lot

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achizitii.md)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul)
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 40 din 19.05.2023.
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției: *Garanția pentru ofertă prin garanție bancară sau transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemișanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

**Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la deschiderea procedurii, se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”*

Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:



Alexandru Ferdohleb