

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Achiziționarea reagenților chimici pentru aparatul ABX Pentra 400 și YUMIZEN pentru anul 2022

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cerere prin Ofertă de Preț

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Procedura va fi inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante pentru anul 2022.

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1
2. IDNO: 1003600152569
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 7
4. Numărul de telefon/fax: 022-24-23-69, 022-23-78-11
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
achizitii.scmc1@gmail.com, www.spitalul-copii.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP MTender
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP Spitalul Clinic Municipal
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lot-I				
1	33696500-0	ALT ABX Pentra ALT CP	kit	12	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori	

					mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl;	
2	33696500 -0	AST ABX Pentra AST CP	kit	12	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	
3	33696500 -0	Amilaza ABX Pentra Amylase CP	kit	10	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser,plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	
4	33696500 -0	GGT ABX Pentra GGT CP	kit	3	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii gamma- glutamyltransferazei in ser, plasma; 250 teste/kit Test enzimatic; Metoda: Szasz modificata; Liniaritate: 4 -1000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C	

					pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	
5	33696500-0	BILIRUBINA DIRECTA ABX Pentra Bilirubin Direct CP	kit	24	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/660nm; Volum proba: 5µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	
6	33696500-0	BILIRUBINA TOTALA ABX Pentra Bilirubin Total CP	kit	22	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: <6.78 mg/dL; Lungime de unda: 550/660 nm; Volum proba: 25µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	
7	33696500-0	ALBUMINA ABX Pentra Albumin CP	kit	3	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea albuminei in ser, plasma (cu heparina) 327 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu brocresol green Liniaritate: 2.9 µmol/L- 1818 µmol/L; Lungime de unda: 600-700nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 616 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 232 µmol/L;	

					Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 7 mmol/L	
8	33696500 -0	Calcium ABX Pentra Calcium AS CP	kit	8	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea calciului in ser, plasma, urina; 250 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Arsenazo Liniaritate: 0.16- 20 mg/dL; Lungime de unda: 660-700nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	
9	33696500 -0	GLUCOZA PAP ABX Pentra Glucose PAP CP	kit	10	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Liniaritate: 3.96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	
10	33696500 -0	MAGNEZIU ABX Pentra Magnesium RTU	kit	3	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea magneziului in ser, plasma 2x100teste/kit Test colorimetric; Metoda: xylidyl blue Liniaritate: 0.17 – 4.6 mg/dL; Lungime de unda: 520/700 nm; Volum proba: 2.5 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL;	

					Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	
11	33696500 -0	PROTEINE TOTALE – TP ABX Pentra Total Protein 100	kit	22	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Liniaritate: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului	
12	33696500 -0	UREA ABX Pentra Urea CP	kit	12	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Liniaritate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	
13	33696500 -0	MultiCal ABX Pentra Multical	kit	1,5	Ser de calibrare liofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C	
14	33696500 -0	N MultiControl ABX Pentra N Multicontrol	kit	1,5	Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe	

					eticheta la 2-8°C Mod de prezentare 10 x 5 ml	
15	33696500 -0	P MultiControl ABX Pentra P MultiControl	kit	1,5	Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare 10 x 5 ml	
16	33696500 -0	Deproteinizer CP ABX Pentra Deproteinizer CP	kit	10	Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C	
17	33696500 -0	CleanChem ABX Clean Chem	kit	3	Solutie de spalare (NaOH > 2%) Volum caseta:99ml Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete	
18	33696500 -0	Cuve citire – Segmenti cuvette ABX Pentra Cuvette Segments Rack	kit	6	Cuve de reactie de unica folosinta, compatibile cu ABX Pentra 400. Mod de prezentare cutie cu 450 segmenti a cate 12 cuvette.	
19	33696500 -0	Cupe proba – Blue sample ABX Pentra Sample Cups	kit	2	Cupe proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati	
20	33696500 -0	Proteina C- reactivă CRP	kit	17	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea proteinei C reactive in ser si plasma 200 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Liniaritate: 1600 mg/L; post dilutie 10 Lungime de unda: 560/700 nm; Volum proba: 4µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu:	

					Bilirubina Totala la valori mai mari de: 289 $\mu\text{mol/l}$ Bilirubina Directa la valori mai mari de: 321 $\mu\text{mol/l}$ Hemoglobina la valori mai mari de: 4.85g/L; Trigliceridele la valori mai mari de 7mmoli/l	
21	33696500-0	Calibrator pentru Proteina C-reactivă ABX Pentra CRP Cal	kit	3	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei CRP . Stabilitate: 3 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml	
22	33696500-0	CREATININA ABX Pentra creatinine 120 CP	kit	10	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei în ser, plasma și urina 120 teste /kit test colorimetric; Metoda: jaffe. Liniaritate: 0.11 – 18.1 mg/dL, lungime de undă:505/580 nm; volum proba: 10 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2 - 8°C până la la expirarea termenului de pe eticheta flaconului interferente cu Bilirubina la valori mai mari de 30 mg/dL; Iterferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele	
23	33696500-0	Fier ABX Pentra Iron CP	kit	3	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fierului in ser si plasma 282 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Ferene Liniaritate: 1.33-180$\mu\text{mol/L}$; Lungime de unda: 600/700 nm; Volum proba: 22μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 321$\mu\text{mol/L}$; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 104 $\mu\text{mol/L}$; Interferente cu trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmoli/L;	
		TOTAL				183415,00
		Lot-II				

1	33696500 -0	Kit de mentenanță pentru PENTRA 400	kit	1	Kitul de 12 luni compatibil cu analizorul PENTRA 400	
2	33696500 -0	Lampa compatibila cu Pentra 400 Lampa	buc	1	Lampă compatibilă cu analizorul P400	
		Total				14100,00
		Lot- III				
1	33696500 -0	Multistix 10 SG	buc	12000	Stripuri de urina 10 parametri + auto check sistem de autocalibrare pentru fiecare strip	
		Total				46800,00
		Lot -IV				
1	33696500 -0	Reactiv pentru împrejmuire, diluarea leucocitelor, pentru determinarea si diferentierea celulelor sangvine si masurarea hematocritului leucocitelor, pentru determinarea si diferentierea celulelor sangvine si masurarea Reactiv pentru împrejmuire, diluarea leucocitelor, pentru determinarea si diferentierea celulelor sangvine si masurarea hematocritului (ABX Diluent)	buc	18	Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
2	33696500 -0	Reactiv pentru lizarea celulelor,numarar ea si diferentierea leucocitelor (B) Lizant unic ce asigura numararea si diferentierea leucocitelor,	buc	24	Compozitie: - Agent lizant< 5% - Surfactanti < 5% - Conservant i< 1% Stabilitate dupa deschidere: - 2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/set Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	

		lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei. (WHITEDIF)				
3	33696500 -0	Reactiv pentru curatarea analizorului (ABX Cleaner)	buc	18	Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % - Conservanti < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
4	33696500 -0	Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului (ABX Minocclair)	buc	6	Compozitie: - Agent chimic de curatare < 5 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
5	33696500 -0	Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF ABX Difftrol	set	12	Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
6	33696500 -0	Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF ABX Difftrol	set	12	Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	

7	33696500 -0	Material de control pentru verificarea valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF ABX Diffrol	set	12	Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	
		Total				212220,00
		Lot-V				
1	33696500 -0	Kitul de mentenanta pentru Yumizen H500 de 12 luni	buc	2	Kitul de 12 luni compatibil cu analizorul Yumizen H500	
2	33696500 -0	Lampa compatibila cu Yumizen H500 Lampa	buc	2	Lampă compatibilă cu analizorul Yumizen H500	
		Total				14200,00
		Lot-VI				
1	33696500 -0	Rotoare biochimice Health Check 13, compatibile cu analizatorul Seamaty SMT120	buc	400	Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of care: Seamaty SMT 120. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de ALB, AST, ALT, AMY, Ca, CREA, GLU, CK, TP, TRIG, UREA, PHOS, TBIL, GLOB, U/C, A/G	94600,00
		Total				94600,00
		Lot-VII				
1	33696500 -0	Epoc BGEM Test Card	buc	300	Epoc BGEM Test Card, Amb: 1 set - 50 teste(buc).Compatibile cu analizatorul EPOC	
2	33696500 -0	Seringi Heparinate cu Heparina de Li 100I.U	buc	300	Seringi Heparinate cu Heparina de Li 100I.U (Seringi Heparinate)	39600,00
		Total				604935

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot; ☒ √
- 2) Pentru mai multe loturi;

- 3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit,
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: În termen de 3 zile de la solicitare la sediul autorității contractante

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului / cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	(DUAE) Formularul Standard al Documentului Unic de Achiziții European	Original, confirmat prin semnătură electronică	Obligativ
2.	Formularul ofertei	Original (modelul F3.1) – confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
3.	Garanția pentru ofertă	Garanția bancară (modelul F3.2) emis de Banca Comercială	Obligativ
4.	Specificații tehnice	Original (modelul F4.1) - confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
5.	Specificații de preț	Original (modelul F 4.2) - confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
6.	Certificat de înregistrare a întreprinderii / Extras din Registrul de Stat	Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul dezvoltării Informaționale), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
7.	Licența de activitate	Copia semnată prin semnătura electronică de participant se prezintă atunci când activitatea lui se licențiază conform prevederilor legale	Obligativ
8.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie eliberat de banca deținătoare de cont	Obligativ
9.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)	Obligativ
10.	Ultimul raport financiar	Copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
11.	Declarație privind situația personală a operatorului economic	Copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
12.	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici	Conform F3.4 din Documentația Standard.	Obligativ

	frauduloase și de corupere		
13.	Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal	Copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
14.	NOTĂ:	- Reagenții să dispună de certificate internaționale ISO, CE Marca; - Reagenții să fie originali și compatibili cu analizatoarele complet automate; - Recipientele (sub forma de casete) de reactivi trebuie să prezinte coduri de bare identificate automat de analizator, să poată fi înregistrate automat ca și caseta de back-up, atunci când acestea se afla în dublu exemplar, în inventarul analizatorului - Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; - Reagenții să fie obligativ în ambalajul original de la producător și de la un singur producător. - Firma furnizator de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. - Menținanța să fie efectuată de către inginerii autorizați de producătorul analizorului. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produselor, inclusiv și traducerea în limba de stat .	Obligativ

16. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul _____ 1% _____.

17. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____, cuantumul _____ 5% _____.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

21. Ofertele se prezintă în valuta Lei MD

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț pe lot.

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

26. Locul deschiderii ofertelor:

SIA RSAP MTender

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertații sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat (limba română)

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____

Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție

32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

Conducătorul grupului de lucru: _____

