

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Nr. 21066103 ocds-b3wdp1-MD-1666699477835 din 25 octombrie 2022, 15:04

Obiectul de achiziției: *Achiziționarea Dispozitivelor medicale*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Sterilizator cu aer cald, volumul 40 L				Sterilizator cu aer cald uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox, construcție exterioară cu acoperire anticorozivă. Caracteristici tehnici: Volumul camerei sterilizatoare – 40 L $\pm$ 5L. Regimuri de sterilizare programabile. Camera sterilizatorului să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Protecție la supraîncalzire – analogic digitală. Alarmă acustică vizuală. Temperatura 50⁰–250⁰C, abatere tempetratura nu mai mare de 2⁰C. Setarea timpului 1–999 min, abatere timp – $\leq$ 1 min. Timp de încălzire pînă la 180⁰C $\leq$ 25 min. Regim de sterilizare prestabilite: 180⁰C, 60min; 160⁰C, 150 min; 120⁰C, 45 min. Timpul de răcire: $\leq$ 35 min, pînă la 75⁰C. Deconectare de avariere la temperatura 205⁰–235⁰C. Tipul de funcționare fără întrerupere $\geq$ 8ore. Rafturi $\geq$ 2, din oțel inox. Alimentare: cerințe de alimentare la rețeaua electrică 190-240 V, 50-60 Hz. Anul de producere: analogic 2022.		

				Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrologică, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 09.12.2022.		
Total lot 1						
Lotul 2						
<i>Sterilizator cu aer cald, volumul 100 L</i>				Sterilizator cu aer cald uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox, construcție exterioară cu acoperire anticorozivă. Caracteristici tehnici: Volumul camerei sterilizătoare – 100L $\pm$5L. Regimuri de sterilizare programabile. Camera sterilizatorului să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Protecție la supraîncalzire – analogic digitală. Alarmă acustică vizuală. Temperatura 50⁰–250⁰C, abatere temperatură nu mai mare de 2⁰C. Setarea timpului 1–999 min, abatere timp – $\leq$ 1 min. Timp de încălzire până la 180⁰C $\leq$ 25 min. Regim de sterilizare prestabilite: 180⁰C 60min; 160⁰C 150 min; 120⁰C 45 min. Timpul de răcire: $\leq$ 35 min, până la 75⁰C. Deconectare de avariere la temperatura 205⁰–235⁰C. Tipul de funcționare fără întrerupere $\geq$ 8ore. Rafturi $\geq$2, din oțel inox. Alimentare: cerințe de alimentare la rețeaua electrică 190–240 V, 50–60 Hz. Anul de producere: analogic 2022. Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii,		

				certificat de verificare metrologică, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 09.12.2022.		
Total lot 2						
Lotul 3						
<i>Set Aplicator cu clipuri vasculare atraumatice reutilizabil</i>				Aplicator clipuri vasculare, aplicare dreaptă și angulară. Diametru 12,5 mm; lungime de lucru 350 mm; reutilizabil, nesteril, din inox medical. Clip vascular drept pentru aplicare temporară, cu falci De Bakey. Forta de închidere 3,43N; falci 25mm; marcaj color și inscripționare pe produs pentru identificarea forței de închidere în timpul operației. Setul conține: aplicator – 1 buc; clip drept – 1 buc; clip curbat – 1 buc (reutilizabil). Documente: Proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului; Factura fiscal; Certificat de garanție (cel puțin 3 ani); Certificat de calitate și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabile; Certificat de la producător ISO valabil; Catalogul producătorului/ prospecte/ fișa (pașaport) tehnică a mărfii pentru produsul oferit (În oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat. Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Mostre la solicitare.); Instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 09.12.2022.		
Total lot 3						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____
