

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților AMT Botanica (lista suplimentară nr. 3)**

**prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV 33100000-1**

Nr · Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă				Unitate a de măsură	Cantitate	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă, Clasa Expert	<b>Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă, Clasa Expert</b>				bucată	1	11. Termenul de livrare/prestare/executare/in stalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	3 000 000
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		GE, Voluson Expert 22	Canon Aplio-i series						
PROBE PORTURI		≥4	DA	DA					
Tip Sonde		<b>Linear tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică</b>	cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 10 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim <b>50 mm</b>	modelul <b>ML6-15-D</b> cu valoarea minima de 4 Mhz - si cu valaorae maxima de <b>13 Mhz</b> , banda activă sau câmpul de vedere <b>50 mm</b> ,	PLT-1005BT 3.8-10.0 58 mm				
		<b>Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică</b>	cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 5 Mhz, banda	<b>C1-6-D 2-5 Mhz 113 °</b>	PVT-482BT 1.8-6.0/PVT-382BT 2-5 80°				

			activă sau câmpul de vedere minim 80 °						
		<b>Endovagina 14D</b>	cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 180°	modelul <b>RIC5-9-D</b> cu valoarea minima de 4 Mhz si cu valaorae maxima de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere <b>189°</b>	PVT-681MVL 3.6-11.00 180°				
		<b>Volum 4D</b>	cu valoarea minima nu mai mare de 2.5 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 7 Mhz, banda activă câmpul de vedere minim 70 °	modelul <b>RM7C</b> cu valoarea minima de 2 Mhz si cu valaorae maxima de <b>8 Mhz</b> , banda activă sau câmpul de vedere <b>90°</b>	PVT-675MVS 2.5-7.5 70°				
		<b>Dispozitivul va fi setat pentru lucru cu sondele livrate</b>	da	<b>DA</b>	<b>Da</b>				

		<b>NIVELE DE GRI</b>	≥256	256	256				
		<b>PREPROCESARE, canale digitale</b>	≥100 000 000 / 500 (canale fizice)	1.800.989.313 de canale digitale	500 canale fizice				
		<b>Sumarul gamei dinamice</b>	≥350dB	418 dB	350				
		<b>Adîncimea de scanare maxima</b>							
			≥ 50 cm	50 cm	50 cm				
		<b>Posibilitate de rotare a imaginii minim pînă la</b>	≥ 180 °	DA	Da				
		<b>Posibilitatea de oglindire a imaginii Stînga / Dreapta</b>	da	DA	Da				
		<b>POSTPROCESARE</b>	da	DA	Da				
	<b>IMAGINE MODURI</b>	<b>M-mod</b>	da	DA	da				
		<b>M-mod și 2-D/B-Mode</b>	da	DA	da				
		<b>3-D (automatic)</b>	da	DA	da				
		<b>4-D (live 3-D)</b>	da	DA	da				
		<b>Harmonic imaging</b>	da	DA	da				
		<b>STIC</b>	da	DA	da				
		<b>STIC in mod Dopler color</b>	da	DA	da				
		<b>Elastografie tip compresivă activă pentru sonda linară și endocavitar</b>	da		Da	da			

			ă cu care va fi livrat dispozitivul						
	<b>DOPPLER</b>	<b>Tip</b>	CW, PW, CFM	DA	da				
		<b>Afișare frecvență</b>	da	DA	da				
		<b>Afișare viteză</b>	da	DA	da				
		<b>Power Doppler</b>	da	DA PW	Da PW				
		<b>HPRF</b>	da	DA	da				
		<b>Duplex</b>	da	DA	da				
		<b>Triplex</b>	da	DA	da				
	<b>FUNCȚIONALITĂȚI</b>	<b>Măsurători digitale</b>	da	DA	da				
		<b>Configurare a Masurartori lor conform necesitatilor utilizatorului</b>	da	DA	da				
		<b>Diapazon dinamic selectabil</b>	da	DA	da				
		<b>Foculizarea continu a gamei dinamice</b>	da	da	da				
		<b>Focalizare de transmisie ajustabilă</b>	da	DA	da				

			<b>Măsurători pe reluarea video</b>	da	DA	da				
			<b>Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorului final.</b>	da	DA	da				
			<b>Regim 4D (3D live) și 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapilor de culori, prezenta tehnologie de formare a culorii naturale a fatului.</b>	da	DA	da				
			<b>Regim de postprocesare pentru imaginile 4D (3D live) și 3D cu</b>	da	DA, MagicCut	Da, Magic Cut				

			<p>posibilitate de taiere a sectiunilor care nu sint necesare, schimbare unghiului de vizualizare, adancime pe toate axelor de formare a imaginii.</p>							
			<p>Regim de postprocesare in regim 4D(3D live) si 3D cu efect transparent a tesutului</p>	da	da	Shadow Glass				
			<p>Reconstructia sau trasarea a coloanei vertebrale a fatului in regim semi-automata.</p>	da	da	3D Spine				
			<p>Formare a tabelului folicular cu clasificare dupa diametru in regim</p>	da	DA	DA 3D Inversion Follicle				

			<p><b>automat. La necesitate se va putea adauga foliculi care nu au fost inclusi in tabel.</b></p>							
			<p><b>Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitivul. In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul arborelui vascular la rinichi la mama si fat (trimestru 3), Cap fat</b></p>	da	DA, B-Flow	Da, SMI, B-Flow				



			<b>trimestru 2,3, ficat mama si fat. La fel pentru vasele periferice.</b>							
			<b>Regim specilizat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 3.</b>	da	DA, regimul Skeleton/X-ray, OmniView	OmniView si 3D Spine				
			<b>Regim specilizat pentru trasarea uterului cu obtinerea planului coronal al uterului.</b>	da	Da, OmniView	Da, Omni View				
			<b>Prezența tehnologie de marire a imaginii fara a micsora rezolutia, contrastul si claritatea zonei care este mărită.</b>	da	DA, HD Zoom	Da, HD Zoom				

			<b>Sistema automatizat de ajustare a imaginii pentru regim 2D/ B-mode</b>	da	DA Automatic optimizati on	Da, Automatical y				
			<b>Ajustarea fregventelor de lucru automat de catre dispozitiv</b>	da	DA	Da, Multi Frequency				
			<b>Tehnologia Omniview</b>	da	DA	Da				
			<b>Regim de formare a imaginii trapezoida sau largirea cimpului de scanare pentru sonda liniara</b>	da	DA tehnologia Virtual Convex	Da, Virtual convex				
			<b>Masuratori automatizate in regim de dopler pulsativ (PW)</b>	da	DA	da				
			<b>Vizulizare de rezolutie inalta in 1 trimestru pentru masurarea</b>	da	DA,	Da				

		<b>translucențe i nucale</b>							
	<b>PAN/ZOOM</b>	<b>imagine în timp real</b>	da	DA, PAN ZOOM	Da, PAN/EXPAND				
		<b>imagine înghețată</b>	da	DA	da				
	<b>STOCARE IMAGINI</b>	<b>Capacitate</b>	≥ 2TB	DA, 2 TB tip HDD + 64 GB SSD	Da, de la 500Mb la 6 T				
		<b>Cine</b>	Minim. 950 MB	DA, 1024MB	Da 960 MB				
	<b>DICOM 3.0</b>		da	DA	da				
	<b>Porturie pentru intrari/iesiri</b>	<b>USB 2.0 /3.0</b>	min. 3 buc	DA, 5 buc	Da 5 buc				
		<b>HDMI</b>	da	DA	da				
		<b>LAN/NET RJ45</b>	da	DA	da				
	<b>PACHETE DE ANALIZĂ</b>	<b>Obstetric</b>	da	DA	da				
		<b>Ginecologie</b>	da	DA	da				
		<b>Abdomen</b>	da	DA	da				
		<b>Small Parts/ Parti moi</b>	da	DA	da				
		<b>Vascular</b>	da	DA	da				
		<b>Pediatric</b>	da	DA	da				
		<b>Cardiologie</b>	da	DA	da				
		<b>Transrectal</b>	da	DA	da				
		<b>Muscoschetal (MSK)</b>	da	DA	da				
		<b>Elastografie tip compresivă</b>	da	DA	da				
	<b>MONITOR</b>	<b>Diagonala</b>	≥ 23"	DA, 23.8"	Da, 23"				

			<b>Rezolutia minimă</b>	1920x1080	DA, 1920x1080	Da, 1920x1080				
			<b>Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe inaltime și articulare dreapta stinga</b>	da	DA	da				
		<b>DIVIZARE MONITOR</b>	<b>Prezenta obligatoriu a monitorului de control</b>	da	DA	da				
			<b>Tehnologie Touch screen</b>	da	DA	da				
			<b>Diagonala</b>	≥ 12"	DA 15.6"	≥ 12"				
		<b>Tastieră</b>	<b>Integrata digitală / pe consola sau glisantă</b>	da	Da	da				
		<b>Iluminare consola</b>		da	DA	da				
				Control intesitate iluminare	da	da				
		<b>Butoane programbile pentru utilizator</b>		da	Da	da				
		<b>Consola de lucru</b>	<b>Ajusare înălțime</b>	da	DA	da				
			<b>Ajustare stinga si dreapta fara miscarea</b>	da	DA	da				

			<b>totala a dispozitvului fata de podea.</b>						
			<b>Prezenta rotilor</b>	<b>minim</b>	4	DA	da		
				<b>Frâne minim</b>	2	DA	da		
			<b>Termoprinter alb/negru integrat</b>		da	Da	da		
			<b>Printer extern color inclus</b>		da	da	da		
			<b>Convertare in format pentru printer 3D</b>		da	da	Da		
			<b>UPS inteligent (Smart) cu dublu convecție și stabilizator integrat</b>		Da	Da	Da		
			<b>GEL USG</b>		≥5 L	DA	da		

2	Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="380 113 1344 156"><b>Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 156 795 279"><b>Descriere</b></td> <td data-bbox="795 156 1344 279">Dulapuri biologice de siguranță care cuprind și sunt folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. În clasa I, clasa a III,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 279 795 322"><b>Parametru</b></td> <td data-bbox="795 279 1344 322"><b>Specificație</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 322 795 400"><b>Descriere</b></td> <td data-bbox="795 322 1344 400">Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, tip B2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 400 795 566" rowspan="3"><b>Control</b></td> <td data-bbox="795 400 1344 448">controlat de microprocesor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="795 448 1344 526">sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului aer epuizat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="795 526 1344 566">control automat al volumului de flux prezente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 566 795 609"><b>Interior</b></td> <td data-bbox="795 566 1344 609">suprafața internă din oțel inoxidabil antis</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 609 795 652"><b>Filtre</b></td> <td data-bbox="795 609 1344 652">HEPA sau ULPA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 652 795 695"><b>Eficiența filtre</b></td> <td data-bbox="795 652 1344 695">≥99.99 % pentru particule de 0,3 micro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 695 795 738"><b>Eficiența Prefiltru</b></td> <td data-bbox="795 695 1344 738">≥ 85% pentru particule de 0,5 microni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 738 795 817"><b>Lumina interioară</b></td> <td data-bbox="795 738 1344 817">lumină rece, integrată, cu intensitatea de minimum lux</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 817 795 860"><b>lampa UV</b></td> <td data-bbox="795 817 1344 860">pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 860 795 903"><b>Nivelul de zgomot</b></td> <td data-bbox="795 860 1344 903">nu mai mare de 65dB</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 903 795 946"><b>Flux aer</b></td> <td data-bbox="795 903 1344 946">mai mult de 0.4 m/s</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 946 795 989"><b>Afijaj</b></td> <td data-bbox="795 946 1344 989">digital</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 989 795 1032"><b>Alimentarea</b></td> <td data-bbox="795 989 1344 1032">220V, 50 Hz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 1032 795 1110" rowspan="2"><b>Alarmer</b></td> <td data-bbox="795 1032 1344 1075">Acustică</td> </tr> <tr> <td data-bbox="795 1075 1344 1110">Vizuală</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 1110 795 1189"><b>Capac de închidere a exhaustării</b></td> <td data-bbox="795 1110 1344 1189">da</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 1189 795 1347" rowspan="4"><b>Set de livrare</b></td> <td data-bbox="795 1189 1344 1232">Hota cu filtre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="795 1232 1344 1275">Lampă de iluminare</td> </tr> <tr> <td data-bbox="795 1275 1344 1318">lampă UV</td> </tr> <tr> <td data-bbox="795 1318 1344 1347">suport pentru amplasarea hotei</td> </tr> <tr> <td data-bbox="380 1347 795 1380"><b>Dimensiuni interioare</b></td> <td data-bbox="795 1347 1344 1380">Lungime - 130 ±10 cm</td> </tr> </table>	<b>Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2</b>		<b>Descriere</b>	Dulapuri biologice de siguranță care cuprind și sunt folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. În clasa I, clasa a III,	<b>Parametru</b>	<b>Specificație</b>	<b>Descriere</b>	Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, tip B2	<b>Control</b>	controlat de microprocesor	sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului aer epuizat	control automat al volumului de flux prezente	<b>Interior</b>	suprafața internă din oțel inoxidabil antis	<b>Filtre</b>	HEPA sau ULPA	<b>Eficiența filtre</b>	≥99.99 % pentru particule de 0,3 micro	<b>Eficiența Prefiltru</b>	≥ 85% pentru particule de 0,5 microni	<b>Lumina interioară</b>	lumină rece, integrată, cu intensitatea de minimum lux	<b>lampa UV</b>	pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală	<b>Nivelul de zgomot</b>	nu mai mare de 65dB	<b>Flux aer</b>	mai mult de 0.4 m/s	<b>Afijaj</b>	digital	<b>Alimentarea</b>	220V, 50 Hz	<b>Alarmer</b>	Acustică	Vizuală	<b>Capac de închidere a exhaustării</b>	da	<b>Set de livrare</b>	Hota cu filtre	Lampă de iluminare	lampă UV	suport pentru amplasarea hotei	<b>Dimensiuni interioare</b>	Lungime - 130 ±10 cm	bucată	1	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	80000
<b>Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2</b>																																																		
<b>Descriere</b>	Dulapuri biologice de siguranță care cuprind și sunt folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. În clasa I, clasa a III,																																																	
<b>Parametru</b>	<b>Specificație</b>																																																	
<b>Descriere</b>	Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, tip B2																																																	
<b>Control</b>	controlat de microprocesor																																																	
	sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului aer epuizat																																																	
	control automat al volumului de flux prezente																																																	
<b>Interior</b>	suprafața internă din oțel inoxidabil antis																																																	
<b>Filtre</b>	HEPA sau ULPA																																																	
<b>Eficiența filtre</b>	≥99.99 % pentru particule de 0,3 micro																																																	
<b>Eficiența Prefiltru</b>	≥ 85% pentru particule de 0,5 microni																																																	
<b>Lumina interioară</b>	lumină rece, integrată, cu intensitatea de minimum lux																																																	
<b>lampa UV</b>	pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală																																																	
<b>Nivelul de zgomot</b>	nu mai mare de 65dB																																																	
<b>Flux aer</b>	mai mult de 0.4 m/s																																																	
<b>Afijaj</b>	digital																																																	
<b>Alimentarea</b>	220V, 50 Hz																																																	
<b>Alarmer</b>	Acustică																																																	
	Vizuală																																																	
<b>Capac de închidere a exhaustării</b>	da																																																	
<b>Set de livrare</b>	Hota cu filtre																																																	
	Lampă de iluminare																																																	
	lampă UV																																																	
	suport pentru amplasarea hotei																																																	
<b>Dimensiuni interioare</b>	Lungime - 130 ±10 cm																																																	

			Adîncime - 65±10 cm				
			Înălțime 65±10 cm				

3	Monitor Holter ECG	<b>Monitor Holter ECG</b>		bucată	11. Termenul de livrare/prestare/executare/in stalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	160000	
		<b>Descriere</b>	Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizând parametrii în timpul repausului și la efort.				
		<b>Parametrul</b>					<b>Specificația</b>
		<b>Tip pacient</b>					adult, pediatric
		<b>Numărul de canale de procesare</b>					12
		<b>Configurația</b>	<b>Portabil</b>				da
		<b>Derivațiile</b>	<b>Tip înregistrare</b>				automat
		<b>Detectare pacemaker</b>					da
		<b>Analiză pacemaker</b>					da
		<b>Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate)</b>	<b>de achiziție</b>				$\geq 1200$ Hz
		<b>Rezoluția</b>	<b>ADC (Convertor Analog/Digital)</b>				$\geq 14$ bit
		<b>Ecran</b>	<b>LCD</b>				da
			<b>lumină fundal</b>				da
		<b>Date ecran</b>	<b>ora</b>				da
			<b>statut baterie</b>				da
		<b>Indicator deconectare electrod acustic sau vizual</b>					da
		<b>Buton navigare meniu</b>					da
		<b>Blocarea automată a butoanelor</b>					da
		<b>Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook</b>					USB / SD-Card
		<b>Baterie</b>	<b>reîncărcabilă</b>				da
		<b>Tip operare autonomă</b>					$\geq 72$ h
		<b>Indicatori vizuali</b>					contact slab sau lipsă contact
							status sistem



			deconectare alimenta			
			baterie descărcată			
		<b>Posibilități soft PC de interpretare</b>				
		<b>Introducere date pacient</b>	da			
		<b>Adnotare eveniment ECG</b>	da			
		<b>Clasificarea de evenimente</b>	da			
		<b>Evaluare tabelară HRV</b>	da			
		<b>Trend HRV</b>	da			
		<b>Analiza ST</b>	da			
		<b>Analiza QT</b>	da			
		<b>Analiza PQ</b>	da			
		<b>Analiza PM</b>	da			
		<b>Analiza aritmiilor</b>	da			
		<b>Variabilitate ritm cardiac după timp</b>	da			
		<b>Reprezentarea grafică a datelor</b>	da			
		<b>Hărți de relief</b>	da			
		<b>Tahogramă</b>	da			
		<b>Raport presetabil de utilizator</b>	da			
		<b>Posibilitate printare raport</b>	da			
		<b>Stocare date</b>	minim 2 Gb			
		<b>Accesorii</b>				
		<b>Cablu ECG 10 fire</b>	2 unități			
		<b>Set de electrozi de unica folosinta adult</b>	500 buc.			
		<b>Set de electrozi de unica folosinta pediatric</b>	500 buc.			
		<b>Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare</b>	da			
		<b>Baterii reîncărcabile</b>	min. 4 buc			
		<b>Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor</b>	da			

4	Centrifugă, de laborator	<b>Centrifugă, de laborator</b>		bucată	11. Termenul de livrare/prestare/executare/in stalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	34000	
		<b>Descriere</b>	Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.				
		<b>Parametrul</b>	<b>Specificația</b>				
		<b>Viteza de rotație</b>	<b>Minimală, rpm</b>				de la 100
			<b>Maximală, rpm</b>				≥ 3500
			<b>Setări</b>				setarea vitezei
		<b>Capacitatea</b>	<b>Tipul tuburilor</b>				tuburi de 10 - 15 ml
			<b>Numărul de tuburi</b>				12 tuburi
		<b>Timer</b>	<b>Gama de timp</b>				0 - ≥60 min
			<b>Incrementarea</b>				≤1 min
		<b>Securitatea</b>	<b>Blocarea capacului în timpul lucrului</b>				da
		<b>Indicatori</b>	<b>Indicari vizuale și acustice</b>				da
			<b>Debalansare</b>				da
			<b>Pornire/oprire</b>				da
			<b>Capac deschis</b>				da
		<b>Display</b>	<b>Digital</b>				da
<b>Nivelul de zgomot</b>	<b>≤70 dB</b>	da					
<b>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare</b>		da					
				Suma total:		<b>3 274 000</b>	

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot.
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 <b>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</b> <b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	DA

3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i></p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i></p>	DA

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ**

**Cerințe de calificare obligatorii**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare.</b> <b><u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în	DA

		cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: <b>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</b>	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
<b>Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<b><u>Garanția de bună execuție</u></b>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;	DA

	<p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:  Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b>  Codul fiscal: <b>1016601000212</b>  IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”</p> <p><b><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u></b></p>	
--	---	--

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate  
Cod fiscal: 1016601000212  
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat  
Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate  
Cod fiscal: 1016601000212  
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat  
Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,001%, 3 runde).
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
  - conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție:
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 16.02.2024
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza



Plățile electronice	Se va utiliza
---------------------	---------------

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  
da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

*semnat electronic*

**Gheorghe GORCEAG**