

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare
publice (lista suplimentară 4)**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	Beneficiar
1	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale Ecran dimensiune $\geq 3,5$ inch, color Ieșiri pentru aplicatoare ≥ 4 Tipuri de puls magnetic minim: rectangular Librarie de protocoale interne de tratament – obligatoriu Timpul de tratament minim 5 - 80 minute Regalare intensității obligatoriu Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Frecvența, diapazon minim 4-81Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe aplicator ≥ 350 gauss (≥ 35mT) Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator – obligatoriu Baterie reîncărcabilă – obligatoriu, în cazul în care este prevăzută de producător Alimentare 230V $\pm$ 10%, 50 Hz Accesorii Aplicator solenoid cu diametrul de 600mm ≥ 2 buc Aplicator pentru aplicații profunde și de suprafață pe mai multe părți ale corpului cu posibilitate de conectare în formă închisă sau fixare (Opțional - Lungime min. 115 cm, lățime min 40 cm.) ≥ 1 buc	buc	2	80 000,00	AMT Botanica
2	Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte	Aparat de fizioterapie pentru prevenția inflamațiilor Cod Aparat de fizioterapie bazat pe frecvențe înalte, utilizat la tratarea proceselor inflamatorii acute, leziuni ale măduvei spinării și inflamații ale nervilor periferici, radiculită, polinevrite, encefalită, mielită, precum și subacute și uterul și anexele. Parametru Valoare Frecvența de lucru 27,3 MHz Număr de reglaje ale puterii minim 5 Numărul de trepte de control al puterii cu inductor rezonant minim 5 Putere de iesire pentru inductor rezonant, W 5/10/15/20/25/30 Interval de setare a timpului de lucru, minute minim 1, maxim 100 Dotat cu indicator rezonant Da Indicator de activare a generatorului de frecvență înaltă Da Indicatoare vizibile, în pereche, pentru electrozi 36/80/180	buc	1	29166,66	AMT Centru

		Documentație română și rusă Alimentare 220 V, 50 Hz Putere consumată Maxim 200 VA SAU Moduri de operare continuu si pulsatil Frecventa de ieșire ≥ 27 MHz Display color Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 10 - 200W Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Protocoale presetate obligatoriu Protocoale personalizate obligatoriu Alarma finalizare tratament obligatoriu Brat articulat ≥ 2 buc obligatoriu Tensiune 220V, 50 Hz Accesorii Seturi diferite (tip/marime) de aplicatoare inductive(1 set = 1 pereche) ≥ 2 seturi Electrozi sau aplicatoare capacitive de diferite marimi ≥ 3 buc(Opțional marimile, mm 36,80,180)				
3	Baie galvanică 4 celulară	Baie galvanică 4 celulară Baie galvanică pentru membrele este concepută pentru a asigura aplicarea curentului galvanic în apă pe extremitățile superioare și inferioare. În timp ce curge la un anumit membru la altul, curentul galvanic provoacă polarizarea țesuturilor. Acest lucru stimulează o îmbunătățire a tuburărilor intracelulare și extracelulare și a metabolismului dinamic. Parametru Specificație Capacitate maximă a rezervorului membrului inferior: 2 x 25-28 l Capacitate utilă a rezervorului membrului inferior: 2 x 12-15 l Capacitate maximă a rezervorului membrului superior: 2 x 20-26 l Capacitate utilă a rezervorului membrului superior: 2 x 10-14 l Alimentare de la rețea: 220-230 V Dimensiuni maxime în mm (L x l x H): 1500x1500x1500 Numărul de electrozi: minim 8 Posibilitatea de a selecta polaritatea surefei electrodului: obligatoriu Semnalizarea de polaritate a fiecărui electrod electric: obligatoriu Tipul de protecție împotriva șocului electric de clasă I: IP54 Decuplarea automată a curentului la întreruperea circuitului de pacient: obligatoriu Posibilitatea selectării curentului în celulă: obligatoriu	buc		25000	AMT Centru

		Controlul electrodului cu reglaj: obligatoriu Durata tratamentului reglabilă, minute: obligatoriu Cuplarea la rețea de apă: obligatoriu Cuplarea canalizării-scurgere cu sifon: obligatoriu				
4	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Intensitatea maximă a impulsului magnetic: ≥ 20 mT Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid $\varnothing 60$ cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) $\varnothing 30$ -35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni $\geq 50 \times 25$ cm sau echivalent ≥ 1 buc	buc	2	100 000,00	AMT Riscani
5	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Protocole de lucru presetate Obligatoriu Protocole de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru, diapazon 1–99 minute Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 buc Sonda infraroșu: ≥ 1 buc Ochelari de protecție: ≥ 2 buc	buc	3	150 000,00	AMT Riscani
6	Dispozitiv pentru Darsonvalizare	Dispozitiv pentru Darsonvalizare Frecvența impulsurilor 110 +/- 8,25 Durata fiecărui impuls 100 microsecunde Frecvența 50 Hz Tensiune 220 V Putere 50-80 W Prezența unui cronometru: da Indicație de pornire a curentului de ieșire : da Cu set de emițătoare: da	buc	4	120 000,00	AMT Riscani

7	Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică	Specificații Tehnice Rețea de alimentare 220 V; Frecvența rețelei este de 50 Hz; Puterea consumată din rețea - nu mai mult de 5W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%; Greutate - nu mai mult de 0,5 kg; Durata medie de viață a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani. SAU Specificații Tehnice Rețea de alimentare 220 V; Frecvența rețelei este de 50 Hz; Puterea consumată din rețea - nu mai mult de 5W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%; Greutate - nu mai mult de 0,5 kg; Durata medie de viață a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani. SAU Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie	buc	8	96825	CS Cantemir (3) Policlinica de Stat (2) SCM Gheorghe Paladi (3)
---	--	---	-----	---	-------	--

		* Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu				
8	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale Ecran dimensiune ≥ 3,5 inch, color Ieșiri pentru aplicatoare ≥ 4 Tipuri de puls magnetic minim: rectangular Librarie de protocoale interne de tratament - obligatoriu Timpul de tratament minim 5 - 80 minute Regalare intensității obligatoriu Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Frecvența, diapazon minim 4-81Hz Intensitatea maxima a câmpului magnetic pe aplicator ≥ 350 gauss (≥ 35mT) Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator - obligatoriu Baterie reîncărcabilă – obligatoriu, în cazul în care este prevăzută de producător Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii Aplicator magnetic tip solenoid diametru 25-35 cm ≥ 1 buc Aplicator magnetic tip solenoid diametru 55-65 cm ≥ 1 buc Aplicator magnetic tip plat de intensitate înaltă a câmpului magnetic (de ex: formă de disk sau oval) ≥ 1 buc Curele de fixare flexibile ≥ 1 set	buc	5	300 000,00	Institutul Oncologic

		Covoraș electromagnetic min. 50x28cm sau echivalent ≥ 1 buc Aplicator magnetic flexibil sau echivalent format din minim 3 secțiuni/piese, cu fixare- 1 buc Troleu dispozitiv cu minim 4 roți ≥ 1 buc				
9	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Valoarea amplitudei inducției magnetice pe suprafața dispozitivului: 30 ± 9 mT; Rețea de curent electric alternativ, cu tensiunea: 220 - 240 V, frecvența 50/60 Hz. Accesorii obligatorii: Indicator al câmpului magnetic; Masa dispozitivului: 600 g. Durata medie de funcționare până la apariția primului refuz: 1000 h; Durata medie de viață: 5 ani. SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Intensitatea maximă a impulsului magnetic: ≥ 20 mT Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni $\geq 50 \times 25$ cm sau echivalent ≥ 1 buc	buc	4	8 333,33	Policlinica de Stat
10	Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte	Aparat de tip "UVC-80" SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte Moduri de operare continuu si pulsatil Frecventa de ieșire ≥ 27 MHz Display color Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 10 - 200W Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Protocole presetate obligatoriu Protocole personalizate obligatoriu	buc	2	70000	SCMC V. Ignatenco

		Alarma finalizare tratament obligatoriu Brat articulată ≥ 2 buc obligatoriu Tensiune 220V, 50 Hz Accesorii Seturi diferite (tip/marime) de aplicatoare inductive(1 set = 1 pereche) ≥ 2 seturi Electrozi sau aplicatoare capacitive de diferite marimi ≥ 3 buc(Opțional marimile, mm 36,80,180)				
11	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale	Aparat de tip "Almag-O2" SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc	buc	1	28000	SCMC V. Ignatenco
12	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet	Aparat de tip "Aparat Ricta" SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Ultrasunet: Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu și pulsatoriu Funcționalități: Parametru Specificație Protocole de lucru presetate Obligatoriu	buc	1	20 000,00	SCMC V. Ignatenco

		Protocoale de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru Obligatoriu Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 bucată Sonda infraroșu: ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet ($\sim 1 \text{ cm}^2$): ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet ($\sim 4\text{-}5 \text{ cm}^2$): ≥ 1 bucată Ochelari de protecție: ≥ 2 buc Gel USG $\geq 1 \text{ l}$				
13	Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică	Aparat pentru electroforeză de tip "Potoc-01 M" SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu	buc	4	22 500,00	SR Orhei

		Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu				
14	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale	Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag-01" SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid $\varnothing$ 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) $\varnothing$ 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni $\geq 50 \times 25$ cm sau echivalent ≥ 1 buc	buc	3	15 000,00	SR Orhei
15	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale	Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag +" SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid $\varnothing$ 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) $\varnothing$ 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni $\geq 50 \times 25$ cm sau echivalent ≥ 1 buc	buc	3	15 000,00	SR Orhei
16	Dispozitiv fizioterapeutic pentru	Aparat pentru magnetoterapie de tip "MAG-30" SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale	buc	3	5 100,00	SR Orhei

	magnetoterapie cu 2 canale	Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid $\varnothing 60 \text{ cm} \geq 1 \text{ buc}$ Solenoid (cilindru) $\varnothing 30\text{-}35 \text{ cm} \geq 1 \text{ buc}$ Aplicator linear cu dimensiuni $\geq 50 \times 25 \text{ cm}$ sau echivalent $\geq 1 \text{ buc}$				
17	Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică	Aparat pentru electroterapie de tip "Potoc-01" Descriere Aparatul este destinat pentru electroterapie, care este o componenta a fizioterapiei ce permite combaterea atât a durerilor, cât și a funcționării defectuoase a uneia sau mai multor grupe musculare prin stimularea fibrei nervoase cu impuls electric transmis de către electrozi. Caracteristici generale: Tip produs Aparat electroterapeutic Utilizare Pentru fizioproceduri Accesorii Placă de plumb de 200x500 mm Fire la placa de plumb. Electrozi din fibră de carbon. Parametrii tehnici Curent maxim în circuitul pacientului – 50 mA Factor de ondulare a curentului în circuitul pacientului – 0,5 % Tipuri de electrozi – plumb, placa de plumb 200 x 500 mm Alimentare AC - 220W Consumul de energie din rețea - 11W SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici	buc	3	21 600,00	SR Strasenii

		* Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu				
18	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale	Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag 01" Descriere Aparatul este destinat pentru magnetoterapie, ce se bazează pe acțiunea directă asupra țesuturilor a unui camp magnetic pulsatil. Caracteristici generale: Tip produs Aparat magnetoterapeutic Utilizare Pentru fizioproceduri Accesorii -Cablu de alimentare, -Cablu flexibil la emițător -Patru bobine inductoare -Indicator de câmp magnetic -Bandaj medical elastic SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu	buc	2	10 000,00	SR Strasen

		Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc				
19	Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet	Aparat pentru terapie cu ultrasunet de tip "Sonopulse Compact 3" Descriere Aparatul este destinat pentru terapie cu ultrasunete microcontrolate cu fregvențe de 1 MHz și 3 MHz, care este o componenta a fizioterapiei, care permite ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local, precum și a mișcării după dezvoltarea unei contracții articulare utilizând căldura asociată tehnicilor de întindere. Caracteristici generale: Tip produs Aparat therapeutic cu ultrasunete Utilizare Pentru fizioproceduri Parametrii tehnici Bivolt 127 și 220 volți 60 Hertz. Dimensiuni 36 x 31,5 x 12,5 cm SAU Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Parametru Specificație Ecran dimensiune Minim 4 inch, color, tactil Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament ≥ 1–30 minute Programe presetate Obligatoriu Programe personalizate Obligatoriu Tensiune 220 V, 50 Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată Sonda cu suprafață de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată Gel de contact: ≥ 1 litru	buc	1	19 800,00	SR Strasenii
20	Dispozitiv fizioterapeutic pentru	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Tip dispozitiv: Dispozitiv de magnetoterapie impulsivă • Număr de emițători: 3 (principal, local și linie flexibilă) • Dimensiuni bobine: 165x140x50 mm • Număr de programe prestabilite: 79 programe de tratament	buc	1	23 330,00	SR Anenii Noi

	magnetoterapie cu 2 canale	• Frecvență magnetică: Joasă, impulsivă • Intensitate câmp magnetic: Scăzută • Durată tratament: Reglată automat în funcție de programul selectat • Greutate, maximum, kg: 10,58 • Tipul de execuție: Portabil • Tipul curentului: Curent în mișcare, curent staționar • Frecvența impulsurilor, Hz: 1-100 • Valoarea amplitudinală a inducției magnetice, mTI: 2-45 • Timp de stabilire a modului de lucru, sec: 30 • Puterea consumată, maximum, VA: 50 • Alimentare electrică, V/Hz: 220/50 • Garanție producător, luni: 24 SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni $\geq 50 \times 25$ cm sau echivalent ≥ 1 buc				
21	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale	Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag +" SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni $\geq 50 \times 25$ cm sau echivalent ≥ 1 buc	buc	1	4 580,00	SR Anenii Noi

22	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale • Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale 1. Alimentare CA: • voltaj 220W • frecvență 50Hz 2. Putere consumată din rețea, nu mai mult de 40VA 3. Curentul maxim în circuitul pacientului (50+-5) mA 4. Interval de reglare a curentului pentru galvanizare 0-5mA și 0-50mA 5. Numărul de electrozi din pânză de carbon 12 buc. 6. Reglarea puterii de ieșire neted 7. Timpul pentru a stabili modul de funcționare, nu mai mult 1 min 8. Interpretarea aparatului portabil de masă 9. Cronometru pentru durata tratamentului 1-99 min 10. Dimensiuni 223x215x75 mm 11. Greutate 2 kg SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute	buc	5	32 910,00	SR Anenii Noi
----	---	-----	---	-----------	---------------

		Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu				
23	Dispozitiv pentru Darsonvalizare	Dispozitiv pentru Darsonvalizare Tip de curent: Curent de înaltă frecvență (20-100 kHz) Mod de acțiune: Impulsuri de curent alternativ de înaltă frecvență Aplicații: Tratamente pentru piele, păr, circulație sanguină, reducerea durerii Accesorii incluse: Electrozi pentru diferite zone ale corpului (electrod cu buclă, electrod în formă de ciocan, electrod în formă de pieptene etc.) Durata tratamentului: Reglementabilă, de obicei între 5-20 minute Putere: Ajustabilă, de obicei între 1-10 mA Alimentare: Funcționează pe rețea electrică, 220 V, 50 Hz Greutate: De obicei între 1-3 kg, în funcție de modelul specific Design: Compact și ușor de utilizat, potrivit pentru utilizare acasă sau profesională	buc	1	1 420,00	SR Anenii Noi
24	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoră electromagnetică min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului	buc	1	50 000,00	IMU

		Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale Ecran dimensiune $\geq 3,5$ inch, color Ieșiri pentru aplicatoare ≥ 4 Tipuri de puls minim 4: ≥ 2 rectangular, triangular ≥ 2: sinusoidal/exponential/trapezoidal/pike/rounded/extins/echiv." Librarie de protocoale interne de tratament - obligatoriu Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Frecvența, diapazon minim 1-150Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe aplicator ≥ 350 gauss (≥ 35mT) Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator - obligatoriu Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Aplicator solenoid cu diametrul de 600mm ≥ 2 buc Aplicator pentru aplicații profunde și de suprafață pe mai multe părți ale corpului cu posibilitate de conectare în formă închisă sau fixare (Opțional - Lungime min. 115 cm, lățime min 40 cm.) ≥ 1 buc				
25	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B, Scanner	Aparat pentru fototerapie Descriere Lampă profesională pentru tratamente cu raze UV și IR montată pe un suport cu roată reglabilă în înălțime. Parametrul Specificația Tensiunea de alimentare in rețea 220V Frecventa rețelei 50/60Hz Putere nominală 1000W Putere nominală IR 650-670W Putere nominală UV 350-370W Diametru reflector parabolic ≥ 28 cm Emisii UV Între 253,6 nm - 365 nm Directivă CEI 62,39 Protecție IP IP 24 Accesorii Să fie inclus toate consumabilele necesare Da SAU	buc	1	60 000,00	IMU

		Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B, Scanner Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Protocole de lucru presetate Obligatoriu Protocole de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru, diapazon 1–99 minute Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 bucată Sonda infraroșu: ≥ 1 bucată Scanner Roșu + Infraroșu ≥ 1 buc Puterea pentru roșu cu puterea min. 50 mW Puterea pentru infraroșu cu puterea min. 400 mW Ochelari de protecție: ≥ 2 buc				
26	Costum/echipament cu stimulare electrică pentru pacienți	Descriere: Sunt utilizate ca echipamente medicale de asistență pentru pacienți, având rolul de a furniza stimulare electrică cu energie redusă, distribuită prin electrozi integrali în echipamentul textil (costum), cu aplicabilitate în neuro-modulare și recuperare neuromusculară. Caracteristici tehnice: Tip undă: monofazică, pătrată, cu durată variabilă a impulsului. Alimentare unitate de control: baterii Ieșire maximi: 20 V, 40 mA. Frecvență impuls: 20 Hz. Display: LCD cu iluminare. Elemente constructive și funcționale: Electrozi integrați direct în materialul costumului. Distribuție semnal printr-o rețea de conductori conectați la unitatea de control. Număr electrozi până la 58 bucăți, plasați strategic pe suprafața costumului. Conectivitate și control prin unitatea de comandă, respectiv aplicații software dedicate. Dispozitivul oferit trebuie să fie nou, original. Livrare complet: a) două costume: - mărimea M, pentru adolescenți; - mărimea 105 cm, pentru copii. b) Unitate control. c) Accesorii necesare pentru buna funcționare.	set	1	170 000,00	CRRC

		d) Manual utilizare în limba română. Garanție minim 24 luni.				
27	Inhalator, nebulizator cu pompă uscată	Inhalator, nebulizator cu pompă uscată Tip compresor: Cu pompă uscată fără lubrifiere și/sau întreținere; Presiune maximă: 250 kPa; Presiune de lucru: 110 kPa; Debit liber: 14 l/min; Debit de lucru: 4,8 l/min; Rata de nebulizare cu 4 ml soluție NaCl 0,9%: 0,35ml/min; Diametrul aerodinamic mediu de masă (MMAD), conform EN 13544-1: 2,44 mm; Fracție respirabilă (< 5mm): >80%; Operațiune Ton: 20 min; Operațiune Toff: 40 min; Accesorii incluse: Mască pentru adulți cu bandă elastică, Duză, Piesa nasului non-invazivă, Conducta de aer, Filtru de aer (min. 2 bucăți), cablu de alimentare detașabil. Rețea de curent electric alternativ, cu tensiunea: 220 - 240 V, frecvența 50/60 Hz.	Bucată	2	5 000,00	Policlinica de Stat
28	Inhalator nebulizator cu ultrasunet	Inhalator nebulizator cu ultrasunet Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie Parametru Specificația Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice ≤ 5μm Viteza de pulverizare ≥ 2ml/min Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Încălzirea soluțiilor ≥ 35°C Accesorii în set: Adulți da ,Copii da Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 8 ml Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min Nivelul de zgomot ≤ 55 dB Alimentarea 230V, 50/60Hz	Bucată	4	16 000,00	AMT Riscani
29	Inhalator nebulizator cu ultrasunet 2 canale	Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie cu ultrasunet 2 canale Parametru Specificația Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice ≤ 5μm Viteza de pulverizare ≥ 2ml/min Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Încălzirea soluțiilor ≥ 35°C Accesorii în set: Adulți da ,Copii da Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 20 ml Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min Nivelul de zgomot ≤ 55 dB	Bucată	2	20 000,00	AMT Riscani

		Alimentarea 230V, 50/60Hz				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

Valoarea estimativă fără TVA: 1 519 564,99 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obliga-tivitate a
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA

		Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei. Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA

6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> <u>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</u> <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
Cerințe de calificare obligatorii			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA

12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către	DA

	corupție, fraudă și/sau spălare de bani	persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 24.09.2025
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 24.09.2025
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG