

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială pentru anul 2022 (listă suplimentară 11)
prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.md; www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. lot	Denumire lot	Cantitatea /unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă
1	Mamograf	4 bucăți	<p>Generator de raze X Generator de raze X Putere: ≥ 5 kW Interval kV: $\geq 23- 35$ kV, 1 kV pas Gama mAs: de la 5 - 600 mAs Tubul de raze X Capacitatea de stocare termică a anodului: cel puțin 300 kHU; pentru Tub-700 kHU Viteza minimă de rotație: ≥ 9700 rpm Filtre selectabile automat pentru a reduce doza cu sanul dens: cel puțin două Doua puncte focale: 0,1x0,1 mm și 0,3x0,3 mm Discifrarea termică rata - 60 kHU/min. Curent maximal 135mA, focus larg 120 mA, focus mic 42 mA DAP-metru inclus Izocentric Bratul C Rotatie motorizata cu cel puțin 5 pozitii programabile de proiectie: interval (LAT, OBL, CC, OBL, LAT). Reglare motorizata pe inaltime: ≥ 80 cm : $140 \leq$ / Între valorile 80-140 cm (± 5 cm) Distanța SID: ≥ 65 cm Indicatii digitale pe cel puțin trei afisaje ale urmatoilor parametri: (a) Grosimea sanilor (b) Forta aplicata pe san (c) Unghiul de Inclinare a bratului C Motorizat sau manual cu reglare fina Sistemul de compresie Forta de compresie: reglabila cu rezolutie de la 10 la 200 N Viteza de coborare a paletei redusa proportional cu cresterea fortei de compresiuene (obligatoriu). Recunoasterea automata a paletei de compresie pentru a adapta formatul colimatorului Palete de compresie pentru confortul pacientului, set (minim 3, mărimi diferite) Dispozitive de siguranta pentru forta de compresie: Dispozitiv de siguranta triplu: electronic, electro-mecanic, mecanic Eliberare fina a paletei de compresie dupa expunere: Selectabil de pe panoul de control Deblocare mecanica rapida a paletei de compresie Pedale pentru control multifunctional Decompresie automata la sfarșitul expunerii + manuală (de urgență)</p>	12 000 000

Mod dublu pentru evaluarea parametrilor de expunere (pe baza densitatii sanilor sau a grosimii comprimate a sanilor) pentru a optimiza calitatea imaginii cu cea mai mica medie.

AEC Detectorul cu conversie directa (obligatoriu) / TFT

Detector Dimensiuni $\geq 24 \times 30$ cm cu strat de conversie cu seleniu

Dimensiune pixel: $\leq 85 \mu\text{m}$ pentru 2D și $\leq 100 \mu\text{m}$ pentru 3D.

Rezolutia Imaginii (adancimea imaginii): ≥ 16 biti

Detector racit cu aer

Matricea detectorului: $\geq 2816 \times 3584$ pixeli

Rezolutie spațială ≥ 6 p/mm în 2D și ≥ 5 p/mm în 3D (Tomosinteză)

O singura grila oscilanta de inalta densitate, cu linii de grila paralele cu toracele pacientului

Grila pentru examinari 2D și 3D Consola cu sticla de protectie integrata (Pb- minim 0,5 mm la 50 kV).

Consola si statie de lucru pentru tehnician Cu statie de achizitie cu:

- (a) Procesor: multicore, frecventa de baza - minim 2 GHz
- (b) RAM: cel puțin 64 Gb
- (c) Sistem de operare dedicat: Windows 10 licențiat
- (d) Monitor LCD color: format ≥ 23 " rezolutia ≥ 5 megapixeli
- (e) Capacitate de stocare locala: ≥ 2 Tb
- (f) Imaginile se salvează necomprimate de înaltă rezoluție
- (g) UPS pentru a securiza functionalitatea statiei de lucru la cel puțin 20 de minute
- (h) DVD Recorder
- (I) CD-Rom inclus
- (j) Afisarea si vizualizarea imaginilor offline

Software cu urmatoarele caracteristici: (k) Baza de date locala cu informatii despre pacient

- (l) Instrumente grafice pentru postprocesarea imaginii, pachet complet DICOM
- (m) Conformitate DICOM 3.0
- (n) Software pentru managementul imaginilor, analiza, procesare
- (p) Protocoale personalizate de citire specifice mamografiei pentru orice utilizator
- (q) Instrument pentru adnotarea, marcarea și exportul imaginilor cheie
- (r) interfata HIS-RIS-PACS
- (s) Functii minime DICOM: Trimitere/Primire, Imprimare, Lista de lucru, Interogare/preluare, Angajament de export/stocare.

Unghiuri de scanare minim $30^\circ (\pm 15^\circ)$

3D Tomosynthesis Numar minim de proiectii la 15° : 15 proiectii

		<p>Miscarea de scanare trebuie sa fie continua pentru a reduce timpul de scanare și a evita miscarile pacientului</p> <p>Colimarea in timpul examenelor de tomosinteza trebuie sa aiba corectie dinamica trapezoidala pentru a compensa distorsiunea fasciculului de raze X în timpul expunerii la cele mai oblice unghiuri</p> <p>Posibilitatea de a genera vizualizare 2D cu o scanare unica de tomosinteza</p> <p>Sectiunea reconstruita prin tomosinteza trebuie sa mentina aceeasi rezolutie a detectorului</p> <p>Reconstrucție a imaginii 3D</p> <p>Minim 2 chei de licență la software PACS sau de acces pentru PACS,</p> <p>Sistem software PACS&Viewer cu chei de acces, inclusiv: Vizualizarea mamografiilor de screening in 2D si 3D (tomosinteza)</p> <p>Interfata utilizator neagra pentru medii radiologice</p> <p>Gestionarea licentelor de la distanta</p> <p>Instrumente avansate pentru manipularea imaginii: calibrarea imaginii, controlul ferestrei de afisare (Latimea/Nivelul ferestrei); mariti si derulati; rotirea imaginii</p> <p>Instrumente de adnotare peste imagine: masuratori, distante, unghiuri, diametre, suprafete, comentarii, sageti, regiuni de interes (ROI)</p> <p>Controlul filmului (Tomosynthesis): inainte, inapoi, bucla infinita, control al vitezei (FPS), etc</p> <p>Export de imagini 2D în formate DICOM, JPG, TIF sau BMP</p> <p>Imprimarea imaginilor pe hartie sau imprimante DICOM (film cu raze X)</p> <p>Afisarea rezultatelor si a marcajelor CAD</p> <p>Configurarea fluxului de lucru conform protocoalelor stabilite ale centrelor de lucru</p> <p>Integrare cu RIS / HIS si PACS</p> <p>Conformitate cu standardul DICOM 3.0</p> <p>Mamograful să fie dotat cu sistemul de biopsie</p> <p>Sistem de tragere a sânului sus și jos printr-o peliculă de unică folosință</p> <p>Monitor Medical Dual Multi Modality Toate accesoriile necesare pentru sistemul de biopsie să fie incluse</p> <p>Posibilitatea de efectuare a biopsiei orizontal și vertical</p> <p>Seringă de biopsie motorizată pe axa X,Y și Z</p> <p>Panou de comandă cu display pentru seringă</p> <p>Scaun mobil destinat pentru investigarea cu biopsie</p> <p>Monitor Medical Dual Multi Modality -minim 5 Mp</p> <p>TFT color (IPS);</p> <p>Diagonala: $\geq 23,8''$;</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>Statie de lucru Rezolutie: minim 2048x2560 pixeli; Unghi vizualizare: minim 178 grade (orizontal&vertical); Contrast : minim 2000:1; Luminozitate: minim 1100 cd/m2 HDMI sau Display Port la fel ca și la statia de lucru cu cablu OS: Windows 10 licențiat, 64 bit ori similar; NET Framework 4.0 ProcessorI: Intel Core i7 sau echivalent; HDD: minim 2 TB, RAID; DVD-RW; RAM: minim 8Gb "Imprimanta laser " Card graphic: minim 5 megapixeli pentru monitor medical (2048x2560), sau echivalent; UPS Bloc de alimentare: proporțional cu consumul stației de lucru Tastatura USB; USB Mouse; CD-ROM inclus HDMI sau Display Port Imprimantă monocrom laser pentru rapoarte: Laser, A4, Interfata USB UPS minim 1000 VA (se va evalua consumul stației de lucru) Împrimantă DICOM top laser cu set de peliculă mamografică Ingineri autorizați de producători</p> <p>Notă: Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p>	
2	Tomograf Computerizat Ortopedic	2 bucați	<p>Tomograf Computerizat Ortopedic Caracteristici generale: Sistem de radiografie necesar pentru imagistica ortopedică, precum și pentru scanare cap și gât. Dispozitivul sa furnizeze o calitate exceptionala a imaginii. Dispozitivul sa prezinte o dimensiune compacta, usor de amplasat. Dispozitivul sa dispuna de soft care va permite reglarea dozei de radiatie Dispozitivul sa dispuna de soft care va permite corectarea artefactelor de mișcare. CARACTERISTICI TEHNICE TUB X-RAY: Tub cu raze X cu țintă de tungsten Dimensiunea spotului focal de 0,6 mm Tensiune anodică: 80-96kV Curentul anodic: 1-12mA</p>	4 000 000

		<p>Filtrare dublă: 0,5 mm Cu + 2,5 mm Al Radiatii cu raze X pulsate, care va minimiza doza de radiatie pentru pacient CARACTERISTICI TEHNICE DETECTOR: Detector tip Flat panel (integrat) Dimensiune detector: 20 x 25 cm (siliciu amorf) Interval dynamic: 16 biți Achiziție de imagini de mare viteză de până la 30 fps Dimensiune pixeli: ≤ 127 um Dimensiune matrice de $\geq 1.536 \times 1.920$ pixeli CARACTERISTICI TEHNICE IMAGINE DE ACHIZITIE: Sistemul sa permita achizitia de imagini prin modurile: Doză ultra mică, Standard și Rezoluție înaltă Sistemul sa permita previzualizarea imaginii înainte de expunerea pacientului Controlul automat al expunerii (AEC) Câmp vizual: 13 x 16 cm cu o singură scanare, prin fuziune până la 16 x 20 cm Rezoluția izotropă: până la 0,2 mm Sistemul sa permita acționarea de 300-600 imagini de proiecție (configurabile) la un unghiul de 210 grade Timp de scanare: nu mai mult de 18 secunde (cu setări implicite) Timp de expunere: 6sec., pulsat, Timp de reconstrucție: 30-120sec., în dependenta de modul de imagistica CARACTERISTICI TEHNICE SISTEM DE ACHIZITIE SI RECONSTRUCTIE: Sistemul de radiografie sa fie livrat cu un sistem de achiziție si reconstrucție Sistemul sa fie livrat cu hard disk-uri duale configurate Raid 1 (1000 GB) pentru fiabilitate și performanță îmbunătățita. Reconstrucție accelerată rapidă a GPU-ului. CARACTERISTICI TEHNICE GANTRY: Mișcarea motorizată în sus/jos/înclinare, ca va garanta poziționarea optima pentru pacient. Interval de mișcare a înălțimii de la podea: $\geq 55-110$ cm Interval de mișcare a înclinării $+15^{\circ}/-90^{\circ}$ Poziția de gantry orizontală Apertura cu un diametru de minim 40 cm Sa dispuna de sensori care vor recunoaste tinteii, fapt care va impiedica mișcări automate ale gantry-lui, atunci când pacientul este poziționat în interior.</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>Sistemul sa dispuna de mecanism de poziționare motorizat a pacientului care va centra ținta în câmpul vizual.</p> <p>Sistemul sa fie configurat cu 2 (doua) joystick-uri pentru mișcările controlate ale gantry-lui, a sistemului de poziționare și a colimatorului.</p> <p>Dispozitivul sa dispuna de lumini pentru ghidare pozitionare.</p> <p>Interfață utilizator, ecran tactil</p> <ul style="list-style-type: none"> - cu înălțime si inclinare reglabilă - sa poata fi utilizat cu sau fara manusi <p>CARACTERISTICI TEHNICE SOFTWARE:</p> <p>Achiziție intuitivă, optimizată pentru ecran tactil și software de comunicare</p> <p>Informații despre pacient și instrumente de bază de date</p> <p>Procedura bazată pe anatomie și selecția țintei.</p> <p>Selectarea dimensiunii pacientului</p> <p>kV, mAs, afișare a dozei</p> <p>Crearea unui protocol de imagistică definit de utilizator</p> <p>Interfață de acționare prestabilită pentru portal automat și mișcări ale sistemului de poziționare cu parametri prestabiliți definibili de utilizator</p> <p>Afișarea imaginii Scout</p> <p>Instrumente de procesare și adnotare a imaginilor pentru generarea și revizuirea reconstrucțiilor multiplanare și a rondărilor 3D</p> <p>Instrument de tăiere pentru a genera stive de date pentru arhivare</p> <p>Modul service cu instrumente QA integrate</p> <p>DICOM 3.0</p> <p>Reconstituirea imaginii cu parametri selectabili</p> <p>Algoritm de suprimare a metalelor</p> <p>Nuclee de reconstrucție selectabile de utilizator</p> <p>Algoritm de filtrare a zgomotului</p> <p>Algoritm corectarea artefactelor de mișcare</p> <p>Protocol de imagistică</p> <p>Aplicații de soft pentru imagistica cap și gât</p> <p>Imagini extinse cu pachet care vor include suport pentru cap și gât, actualizare software și licență</p> <p>Sa dispună de suport rigid pentru cap pentru o calitate maximă a imaginii.</p> <p>Dimensiu Dimensiunile utilajului: 76x184x160cm, ±50 cm</p> <p>nile utilajului: 76x184x160cm, ±50 cm</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>Greutate: nu mai mult de 500 kg Baza mobila selectabila cu roti sau baza fixa, de sine stătătoare Mâner multifuncțional pentru pacient și pentru deplasarea unității în poziția de transport Dispozitivul sa nu necesite răcire externă Dispozitivul sa se conecteze la o priză electrică standard Dispozitivul sa fie livrat cu următoarele accesorii: Suport poziționare, cu atenuare redusă, fabricate din fibră de carbon Suport poziționare a zonei mici, mari și plane Suport poziționare vertical, reglabilă. Scaun dedicat pentru poziționarea pacientului, cu maner si roti blocabile.</p> <p>Notă :Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Valoarea estimativă: 16 000 000 lei fără TVA.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru mai multe loturi;
- 2) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 20 zile din momentul livrării.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2023.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

15. Documente **OBLIGATORII** care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). **Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA

4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
Cerințe de calificare obligatorii			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al	DA

		persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente ce atestă calitatea bunurilor	Certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA

13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Declarație de la ofertant	în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate până la momentul livrării acestora. Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul	DA

		companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	Notă	<u>Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 30.04.2023.</u>	DA
21	Notă	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
22	Notă	În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

16. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

17. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.
sau*

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Garanția de bună execuție Bancară va fi valabilă până la data de 30.04.2023.

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- 18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică**
- 19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**
- 20. Ofertele se prezintă: în lei.**
- 21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**
- 22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
- 23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
 - conform SIA RSAP MTender
- 24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
- 25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile**
- 26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
- 27. Ofertele întârziate vor fi respinse.**
- 28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
- 29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**
- 30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare pe Mtender.

33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

34. Data publicării anunțului de intenție: BAP nr. 56 din 19.07.2022

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.07.2022

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG