

CAIET DE SARCINI Bunuri/Servicii

Autoritatea contractantă: Spitalul clinic militar central.

1. Descriere generală. Informații: Servicii de deservire și mentenanță a sistemului radiologic din cadrul Spitalului clinic militar central, pentru anul 2024.

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor: Pe durata contractului ofertantul este obligat să desfășoare activități de întreținere, verificare și reparare curentă pentru utilajul radiologic deținut de autoritatea contractantă, respectiv: testări și reglaje conform documentației tehnice; asigurarea funcționării utilajului în parametrii corespunzători; diagnosticare și reparație în cazul unor eventuale defecte, în conformitate cu standardele cerute de producător; intervenții lunare în cadrul cărora se vor realiza activitățile de întreținere generale preventive.

1. Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.
2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definiției de securitate și de performanță, prin examinare și testare; Inspectia stării tehnice a dispozitivelor - o dată în lună și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.
4. Intervenția se face, doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;
5. Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării; La finalul lucrărilor prestatorul de servicii mentenanță, va întocmi un act de predare-primire, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.
6. Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la solicitarea autorității contractante;
7. Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de câte ori, primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.
8. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii actului de intervenție.
9. În caz de defectare, Ofertantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.
10. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).
11. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațuinilor nu va depăși max. 5 zile lucrătoare.
12. Toate comunicările între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitării fiind obligatorie.

3. Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;
- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;
- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare, cu semnătura electronică
- Se prezintă lista materialelor în mod desfășurat, prețul materialelor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;.
- 4. Cerințe privind calculul costului/prețului:** Cel mai mic preț.
- 5. Mostre:** nu se solicită.
- 6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor:** Servicii de mentenanță și reparație a sistemului radiologic RADspeed Pro, Shimadzu, Japonia; Radiografie Computerizată FCR Prima II, Fujifilm, Japonia; Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4, Shimadzu, Japonia; Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia.
- 7. Articole, produse și piese necesare pentru:** sistemul radiologic RADspeed Pro, Shimadzu, Japonia; Radiografie Computerizată FCR Prima II, Fujifilm, Japonia; Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4, Shimadzu, Japonia; Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia..
- 8. Documente obligatorii la depunerea ofertei:** Conform cerințelor din Anunțul de Participare punctul 16 la Anexa nr.2 a Documentației Standard nr. 115 din 15.09.2021.
- 9. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:** Conform cerințelor din Anunțul de Participare punctul 23 la Anexa nr.2 a Documentației Standard nr. 115 din 15.09.2021.

Secretar Grupului de lucru

„26” ianuarie 2024