

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului: Consiliul raional Orhei.**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul raional Orhei.**
- 3. Obiectul achizițiilor: Achiziționarea autoclavului pentru sterilizarea instrumentelor și echipamentului medical pentru operații.**

Nr. crt.	Denumire produs	Descrierea	U.m.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Autoclavă orizontală		
1.	Autoclavă orizontală	<ul style="list-style-type: none"> -Modelul: (echivalentul lui BKQ-ZH) - Capacitatea: 650 litri - Presiune maximă proiectată : Cameră interioară -0,1/0,3MPa: Jachetă : 0,3MPa - Generator de abur încorporat: 0,8 MPa - Temp. Proiectat. 150°C - Presiune de lucru:0,25 MPa - Temp. maximă de lucru 134°C - Temp. precizie de control:± 0,2°C - Consum de apă 340 l/ciclu - Consum de abur 36 kg/ciclu - Sistem de vid Pompa de vid cu circulație a apei - Materialul camerei S30408 - Alimentare electrică 380V/50Hz - Consum 56 KWA - Accesorii standard cărucior, imprimantă - Altitudine ≤ 2000m, ar putea fi personalizat @2000-3000m - Dimensiune exterioara (L*D*H)mm : 1314*1760*1980 - Dimensiunea camerei(mm) 672*672*1500 - Dimensiune pachet (L*D*H)mm:Mian instrument 1424*1460*2295 Cărucior: 1680*640*1245 - Greutate brută (kg) Cărucior:130 	buc.	1