

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului: Consiliul raional Orhei.**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul raional Orhei.**
- 3. Obiectul achizițiilor: Achiziționarea autoclavului pentru sterilizarea instrumentelor și echipamentului medical pentru operații.**

Nr. crt.	Denumire produs	Descrierea	U.m.	Cantitate
1	2	3	4	5
		<b>Autoclavă orizontală</b>		
<b>1.</b>	<b>Autoclavă orizontală</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Modelul: (echivalentul lui BKQ-ZH)</li> <li>- Capacitatea: 650 litri</li> <li>- Presiune maximă proiectată : Cameră interioară -0,1/0,3MPa: Jachetă :0,3MPa</li> <li>- Generator de abur încorporat: 0,8 MPa</li> <li>- Temp. Proiectat. 150<sup>^</sup>C</li> <li>- Presiune de lucru:0,25 MPa</li> <li>- Temp. maximă de lucru134<sup>^</sup>C</li> <li>- Temp. precizie de control:± 0,2<sup>^</sup>C</li> <li>- Consum de apă 340 l/ciclu</li> <li>- Consum de abur 36 kg/ciclu</li> <li>- Sistem de vid Pompa de vid cu circulație a apei</li> <li>- Materialul camerei S30408</li> <li>- Alimentare electrică 380V/50Hz</li> <li>- Consum 56 KWA</li> <li>- Accesorii standard cărucior, imprimantă</li> <li>- Altitudine cu aproximație : 3000m</li> <li>- Dimensiune exterioara (L*D*H)mm : cu aproximație 1314*1760*1980</li> <li>- Dimensiunea camerei(mm) cu aproximație 672*672*1500</li> <li>- Dimensiune pachet (L*D*H)mm:Mian instrument cu aproximație 1424*1460*2295</li> <li style="padding-left: 40px;">Cărucior: cu aproximație 1860*640*1245</li> <li>Instrument main 1440</li> <li>- Greutate brută (kg) Cărucior: cu aproximație 130</li> </ul>	<b>buc.</b>	<b>1</b>