

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Pieselor de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019 prin procedura de achiziție Licitație publică

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** nu se aplică
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției	Cantitatea	U/ M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
							(se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	33000000-0	Lot 1. Arterial Connection Cable Ref: PC80150	Arterial Connection Cable Ref: PC80150	1	Bucată	Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru conectarea senzorului de temperatura al cateterului la dispozitiv. Ref: PC80150. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	2 916,67
2	33000000-0	Lot 2. Injectate Sensor Cable Ref: PC80109	Injectate Sensor Cable Ref: PC80109	1	Bucată	Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu sensor-injectare. Ref: PC80109. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	8 166,67
3	33000000-0	Lot 3. Pressure Connection Cable Ref: PMK-206	Pressure Connection Cable Ref: PMK-206	1	Bucată	Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru măsurarea tensiunii arteriale invazive. Ref: PMK-206. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	10 750,00
4	33000000-0	Lot 4. Sensor de oxigen OOM202	Sensor de oxigen OOM202	33	Bucată	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	85 800,00
5	33000000-0	Lot 5. Sensor de oxigen (Ref:MX01049)	Sensor de oxigen (Ref:MX01049)	52	Bucată	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	273 000,00
6	33000000-0	Lot 6. Senzor SpO2 tip Nellcor	Senzor SpO2 tip Nellcor	35	Bucată	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	245 000,00

7	33000000-0	Lot 7. Manseta adult 25-35, cu conector 33059 compatibil cu Drager Infinity Delta	Manseta adult 25-35, cu conector 33059 compatibil cu Drager Infinity Delta	80	Bucată	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	81 333,33
8	33000000-0	Lot 8. etCO2 sensor set Capnostat-III, cod ref: 4322975	etCO2 sensor set Capnostat-III, cod ref: 4322975	10	Bucată	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	650 500,00
9	33000000-0	Lot 9. Manseta adult 25-35, cu conector 330091 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6501K	Manseta adult 25-35, cu conector 330091 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6501K	60	Bucată	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	8 000,00
10	33000000-0	Lot 10. Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport	Borcan reutilizabil 2 L cu capac+accesorii de suport	8	Set	Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner și fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 10mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	40 000,00
11	33000000-0	Lot 11. Cablu IBP Conectorul Distal 6 pini, Conectorul Proximal B Braun	Cablu IBP Conectorul Distal 6 pini, Conectorul Proximal B Braun	3	Bucată	Compatibil cu CS300 IABP - Maquet, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	5 000,00
12	33000000-0	Lot 12. Insert sensor de flux neonatal, PSU, sterilizabil, ref :8410179	Insert sensor de flux neonatal, PSU, sterilizabil, ref :8410179	10	Bucată	Compatibil cu neonatal ventilator pulmonar Drager Babylog VN500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	11 666,67
13	33000000-0	Lot 13. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP)	Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP)	1	Bucată	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001)	4 166,67
14	33000000-0	Lot 14. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG	Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG	2	Bucată	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur - 105 Litri) seria CLG. Dimensiuni (380x400mm). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: CLG-40L/LDVP	10 000,00
15	33000000-0	Lot 15. Transmitator de presiune 4 bar. (Ref:404366 /024)	Transmitator de presiune 4 bar. (Ref:404366 /024)	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. (Ref:404366/024)	16 666,67
16	33000000-0	Lot 16. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C	Safety Valve 3/4", 3,2 bar. st/st	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181)	16 666,67

17	33000000-0	Lot 17. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000	STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	5 120,00
18	33000000-0	Lot 18. Comutator de presiune interval 0,2-6 bar	Comutator de presiune interval 0,2-6 bar	1	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: PN 5612	458,33
19	33000000-0	Lot 19. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar	Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: PXB-B392	3 450,00
20	33000000-0	Lot 20. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm	Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm	1	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: 182750	4 541,67
21	33000000-0	Lot 21. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate	Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Cod produs: (S18)	3 333,33
22	33000000-0	Lot 22. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D	Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D	1	Set	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni, inclusiv instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	20 833,33
23	33000000-0	Lot 23. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri Sterilizator cu plasma Reno-130D	Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri Sterilizator cu plasma Reno-130D	1	Set	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni, inclusiv instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	20 833,33
24	33000000-0	Lot 24. Gel garnitură ușă (kit mentenanță)	Gel garnitură ușă	10	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	6 666,67
25	33000000-0	Lot 25. Senzor de oxigen	Senzor de oxigen	13	Bucată	Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	72 475,00
26	33000000-0	Lot 26. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III	Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III	1	Set	Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	16 666,67
27	33000000-0	Lot 27. Analizator de gaze medicale ScioFour	Analizator de gaze medicale ScioFour	1	Bucată	Pentru monitor pentru pacient Drager Infinity Delta. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.	139 666,67

28	33000000-0	Lot 28. Partea inferioară a suportului de sensor O2 (Ref: 8608923)	Partea inferioară a suportului de sensor O2 (Ref: 8608923)	20	Bucată	Compatibil cu partea superioară a suportului de sensor O2 de la masina de Anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	37 333,33
29	33000000-0	Lot 29. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport	Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport	4	Bucată	Compatibil cu Aspirator chirurgical Cheiron Victoria Thorax. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner și fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.	20 000,00
30	33000000-0	Lot 30. Borcan reutilizabil cu capac 3 L+accesorii de suport	Borcan reutilizabil cu capac 3 L+accesorii de suport	2	Bucată	Compatibil cu Aspirator chirurgical Mizuho, MSP-205A. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner și fixator la troliu. Volum borcan 3 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.	10 000,00
31	33000000-0	Lot 31. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport	Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport	6	Bucată	Compatibil cu Aspirator chirurgical Soring, Sonoca 300. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner și fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.	30 000,00
32	33000000-0	Lot 32. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	6	Set	Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	70 000,00
33	33000000-0	Lot 33. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice	Capcana de apa pentru circuitul analizatorului i gazelor anestezice	10	Bucată	Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow ic20. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	6 666,67
34	33000000-0	Lot 34. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	5	Set	Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow I c20. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	60 416,67
35	33000000-0	Lot 35. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice	Capcana de apa pentru circuitul analizatorului i gazelor anestezice	8	Set	Compatibil cu analizatorul de gaze DRAGER SCIOFOUR. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	60 666,67
36	33000000-0	Lot 36. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop	Becuri pentru lamelele de la laringoscop	13	Set	Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	10 833,33
37	33000000-0	Lot 37. Acumulator (Tip nickel-metalhybrid 2,5v /3000 mah)	Acumulator (Tip nickel-metalhybrid 2,5v /3000 mah)	13	Bucată	Compatibil cu laringoscop Kawe, data limita a instalării de minim 24 luni din data livrării, minim 500 cicluri, minim 2200mAh. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	39 000,00
38	33000000-0	Lot 38. Electrode neutru reutilizabil	Electrod neutru reutilizabil	10	Bucată	Compatibil cu electrocoagulatorul BOWA ARC 350/ARC 303. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	30833,33

39	33000000-0	Lot 39. Miner autoclavabil pentru lampa de operatii	Miner autoclavabil pentru lampa de operatii	4	Bucată	Compatibil cu lampa de operatii cu satelit DRAGER POLARIS 200 LIGHT HEAD. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	3 833,33
40	33000000-0	Lot 40. Miner autoclavabil pentru lampa de operatii	Miner autoclavabil pentru lampa de operatii	4	Bucată	Compatibil cu lampa de operatii cu satelit.MERIVAARA MERILED 5.Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	13 333,33
41	33000000-0	Lot 41. Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact	Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact	6	Bucată	Compatibila cu Olympus LUS-2.Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	24 250,00
42	33000000-0	Lot 42. Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact	Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact	5	Bucată	Compatibila cu Richard Wolf. Ref:2271501. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	58 333,33
43	33000000-0	Lot 43. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W	5	Bucată	Compatibil cu oftalmoscop <i>Heine Omega 200</i> . Timpul de lucru $\geq 50h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	4 166,67
44	33000000-0	Lot 44. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A	Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A	1	Bucată	Compatibil cu oftalmoscop <i>Heine Omega 200</i> . Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	4 166,67
45	33000000-0	Lot 45. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006	3	Bucată	Compatibil cu oftalmoscop <i>Keeler SLA 4AA</i> . Timpul de lucru $\geq 50h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	3 750,00
46	33000000-0	Lot 46. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070)	Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070)	5	Bucată	Compatibil cu oftalmoscop <i>Heine Beta 200</i> . Timpul de lucru $\geq 500h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	833,33
47	33000000-0	Lot 47. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	20	Bucată	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic <i>ZEISS OPMI Lumera i</i> . Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	18 666,67
48	33000000-0	Lot 48. Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900	Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900	1	Bucată	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic <i>ZEISS OPMI PENTERO 900</i> . Obligatoriul cu instalare și resetare contor. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie: minim 1000 ore de lucru.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	55 745,83

49	33000000-0	Lot 49. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint	Software Upgrade pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro	1	Bucată	Instalare/Upgrade software <i>BTL CardioPoint</i> cu licență și utilizare pe PC minim 12 luni, pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Conform recomandărilor producătorului. Termen de instalare 30 zile din data solicitării.	2 500,00
50	33000000-0	Lot 50. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc.	Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc.	1	Set	Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Reutilizabil. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu accesoriu de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	2 500,00
51	33000000-0	Lot 51. Software Upgrade	Software Upgrade pentru dispozitiv de spalare și dezinfectare a endoscoapelor ETD-4, Olympus.	2	Bucată	Instalare/Upgrade software pentru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor ETD-4, Olympus. Conform recomandărilor producătorului. Termen de instalare 30 zile din data solicitării.	10 000,00
52	33000000-0	Lot 52. Sensor flow meter	Sensor flow meter pentru ETD-4, Olympus.	1	Bucată	Compatibil cu dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor ETD-4, Olympus. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	20 680,00
53	33000000-0	Lot 53. Lampa Xenon 100W pentru KARL STORZ Xenon 100 SCB	Lampa Xenon pentru KARL STORZ Xenon 100 SCB	3	Bucată	Compatibil cu surse de lumina endoscopice KARL STORZ <i>Xenon 100 SCB</i> . Timpul de lucru ≥ 500 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	29 375,00
54	33000000-0	Lot 54. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500	Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500	1	Bucată	Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON <i>EPX-2500</i> . Timpul de lucru ≥ 500 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	16 666,67
55	33000000-0	Lot 55. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica	Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica a Ref: XBO R 180W	5	Bucată	Compatibil cu surse de lumina <i>RICHARD WOLF Auto-LP 5123</i> . Timpul de lucru ≥ 500 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	72 916,67
56	33000000-0	Lot 56. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice	Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631)	3	Bucată	Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON <i>XL-4450</i> , <i>OLYMPUS CLV-S190</i> , <i>RICHARD WOLF Highlight X300</i> . Timpul de lucru ≥ 500 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	51 000,00
57	33000000-0	Lot 57. Filtru de apă 0,2μm pentru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor	Filtru de apă 0,2μm pentru dispozitiv de spalare și dezinfectare a endoscoapelor Ref: A1094	8	Bucată	Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor <i>SOLUSCOPE Serie 1</i> . Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm ²). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producător.	25 333,33

58	33000000-0	Lot 58. Filtru LC241	Filtru LC241	1	Bucată	Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA <i>PC210DUXXMI</i> . Timpul de lucru = 6 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producător.	6 666,67
59	33000000-0	Lot 59. Filtru LC274	Filtru LC274	1	Bucată	Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA <i>PC210DUXXMI</i> . Timpul de lucru = 6 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producător.	10 000,00
60	33000000-0	Lot 60. Lampa UV LC285	Lampa UV LC285	1	Bucată	Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA. <i>PC210DUXXMI</i> . Timpul de lucru = 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producător.	3 750,00
61	33000000-0	Lot 61. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie	Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie	1	Bucată	Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie. Compatibil cu Sistemul de litotripsie Extracorporeală "Modulith SLK", Storz Medical. Instalare. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	263 370,00
62	33000000-0	Lot 62. Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka	Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka	1	Bucată	Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka care se introduce în therapy head la utilajul MODULITH SLK STORZ MEDICAL	24 741,67
63	33000000-0	Lot 63. Reîncărcarea Balonului cu Helium pentru Maquet CS300	Reîncărcare a Balonului cu Helium pentru Maquet CS300	3	Bucată	Ref: 0075-00-0024-01, Volum 2 L.; gaz inert; puritatea gazului 99,999%. Compatibil cu Maquet CS300. Termen de prestare a serviciului 30 zile din momentul solicitării.	20 000,00
64	33000000-0	Lot 64. Acumulator reîncărcabil 12VDC, 17.2 Ah, Ref: NP18-12B pentru Maquet CS300	Acumulator reîncărcabil 12VDC, 17.2 Ah, Ref: NP18-12B pentru Maquet CS300	4	Bucată	Acumulator reîncărcabil 12VDC, 17.2 Ah compatibil cu IABP Maquet CS300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	6 666,67
65	33000000-0	Lot 65. Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips-Bbraun, ref 5203406	Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips-Bbraun, ref 5203406	2	Bucată	Cablu de interconectare IBP pentru monitor de pacient IM12, Biocare, compatibil cu seturi de combitrans Bbraun. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	3 333,33
66	33000000-0	Lot 66. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C	SomaSensor pentru adult (>40kg), ref: SAFB-SM	100	Bucată	SomaSensor pentru adult compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	16 666,67
67	33000000-0	Lot 67. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C	SomaSensor pediatric (<40kg), ref: SAFB	20	Bucată	SomaSensor pediatric compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	3 333,33

68	33000000-0	Lot 68. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C	Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare și SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1	1	Bucată	Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare și SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	416,67
69	33000000-0	Lot 69. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C	Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare și SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2	1	Bucată	Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare și SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	416,67
70	33000000-0	Lot 70. Carcasa superioară cu interfață (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru	Carcasa superioară cu interfață (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru	3	Bucată	Carcasa superioară cu interfață (Top enclosure with membrane panel) Compatibilă cu Pulsoximetru OxiMax N-65	2 500,00
71	33000000-0	Lot 71. Kit de mentenanță/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender	Kit de mentenanță/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender	1	Set	Pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	10 000,00
72	33000000-0	Lot 72. Kit de mentenanță 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet BMU 40	Kit de mentenanță 1an pentru dispozitivul Maquet BMU 40	2	Set	Pentru dispozitivul Maquet BMU 40. Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european	83 333,33
73	33000000-0	Lot 73. Kit de mentenanță 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System	Kit de mentenanță 1an pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System	1	Set	Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european	27 666,67
74	33000000-0	Lot 74. Lampa pentru StarDust MC15	Lampa pentru StarDust MC15	2	Bucată	Compatibil cu Analizator biochimic semiautomat Diasys StarDust MC15. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	6 333,33
75	33000000-0	Lot 75. Lampă halogen pentru analizator FLEXOR XL	Lampă halogen pentru analizator FLEXOR XL	4	Bucată	Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Soclu G4, Tip filament C-6, 12V/20W, durata de viață min. 2000 h. REF: L7404. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	5 000,00

76	33000000-0	Lot 76. Membrană pompă vacuum pentru analizator FLEXOR XL	Membrană pompă vacuum pentru analizator FLEXOR XL	4	Bucată	Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Termen de garantie 6 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	3 333,33
77	33000000-0	Lot 77. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400	Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400	1	Set	Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare și mentenanță dispozitiv. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	29 000,00
78	33000000-0	Lot 78. Lampă pentru microscop	Lampă pentru microscop	12	Bucată	Halogen, G4, 6V/20W. Durata de viață min 100 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	600,00
79	33000000-0	Lot 79. Piese pentru Architect c8000	Piese pentru Architect c8000	1	Set	<ul style="list-style-type: none"> • 2-89165-02 Diaphragms for vacuum pumps– 1 unit, • 2-89359-02 Sheet valve for vacuum pump - 1 unit, • 2-94796-02 Diaphragm, Vacuum Pump New Style (RoHS)– 1 unit, • 2-94797-02 Sheet Valve for Vacuum Pump New Style (RoHS)– 1 unit, • 2-94798-02 O-Ring for Vacuum Pump New Style (RoHS) – 1 unit, • 2-89561-03 Valve,wash sol pumps and DI fill (RoHS) - 2 unit, • 2-89561-03 Valve,wash sol pumps and DI fill (RoHS) - 2 unit, • 09D51-02 Cuvette Drying Tip - 2 unit, • 09D42-02 CC CUV WIPER– 1 unit, • 7-93238-01 Tubing sample pipettor inner - 1 unit, • 7-93246-01 Tubing R1 pipettor inner– 1 unit, • 7-93247-01 Tubing R2 pipettor inner – 1 unit, • 7-93330-01 Tbg, HC noz-HC pmp (RoHS) – 1 unit., • 7-93257-02 Nozzle 2 & 3 wash solution– 2 unit, • 7-93286-01 TBG, ADC2, VLV, NC-ACD/ALK – 1 unit, • 7-93288-01 TBG, ALK2, VLV, NC-ACD/ALK – 1 unit, • 7-93289-01 TBG, ALK2, VLV, NO-LC WASTE -1 unit, • 7-93290-01 TBG ACD2 VLV NO-LC WASTE – 1 unit, • 7-93291-01 TBG, ACD/LK MAN-ALK NOZ – 1 unit, • 7-93292-01 TBG, ACD/ALK MAN-ACD NOZ - 1 unit, • 7-93342-01 TBG, ALK NOZ TO VAC MAN – 1 unit, • 7-93343-01 TBG ACD NOZ TO VAC MAN – 1 unit. Compatibil cu Analizatorul ARCHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min. 6 luni Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. 	100 000,00
80	33000000-0	Lot 80. Lamp Halogen Assy 12V/50W	Lamp Halogen Assy 12V/50W	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	15 000,00
81	33000000-0	Lot 81. Set verificare Cobas 6000	Set verificare Cobas 6000	1	Set	Setul include: SAP test Elecsys - 1 buc, Blankcell Elecsys- 2 buc., Cell check Elecsys - 2 buc. Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	10 000,00
82	33000000-0	Lot 82. Kit maintenance modular E/E601	Kit maintenance modular E/E601	1	Bucată	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	2 870,83
83	33000000-0	Lot 83. Kit maintenance 1 C501	Kit maintenance 1 C501	1	Set	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	4 941,67

84	33000000-0	Lot 84. Electrod Sodiu	Electrod Sodiu	1	Bucată	Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	5 000,00
85	33000000-0	Lot 85. Electrod Potasiu	Electrod Potasiu	1	Bucată	Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 6 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	5 000,00
86	33000000-0	Lot 86. Electrod de referință	Electrod de referință	1	Bucată	Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	5 000,00
87	33000000-0	Lot 87. Sample detector	Sample detector	1	Bucată	Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	2 083,33
88	33000000-0	Lot 88. Unitatea de dozare a reactivului "ASSY No.73 (RBC SHEATH)"	Unitatea de dozare a reactivului "ASSY No.73 (RBC SHEATH)"	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul hematologic Sysmex XN-1000. Ref: AJ464978. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	18 920,00
89	33000000-0	Lot 89. Supapa de aer	Supapa de aer	1	Bucată	Compatibil cu analizatorul hematologic Sysmex XN-1000. Ref: 44396736. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	2 795,00
90	33000000-0	Lot 90. Filtru No.532	Filtru No.532	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AP197694. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	3 360,00
91	33000000-0	Lot 91. Unitatea de burduf "Bellows unit No.7"	Unitatea de burduf "Bellows unit No.7"	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 99105423. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	10 140,00
92	33000000-0	Lot 92. Unitatea de dozare a reactivului SYRINGE NO.27 ASSY	Unitatea de dozare a reactivului SYRINGE NO.27 ASSY	4	Bucată	Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 05169836. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	47 040,00
93	33000000-0	Lot 93. Unitatea de dozare a reactivului "SYRINGE COMP. No.8 (C4/UF1K)"	Unitatea de dozare a reactivului "SYRINGE COMP. No.8 (C4/UF1K)"	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 94322341. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	6 410,00
94	33000000-0	Lot 94. Membrane Drier IDG1-C06-X467	Membrane Drier IDG1-C06-X467	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AY100340. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	4 700,00

95	33000000-0	Lot 95. Tube pharmed BPT 1/8IN X 1/4IN	Tube pharmed BPT 1/8IN X 1/4IN	1	Bucată	Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 44264865. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	970,00
96	33000000-0	Lot 96. Tube pharmed BPT 1/32IN X 5/32	Tube pharmed BPT 1/32IN X 5/32	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 44264834. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	1 200,00
97	33000000-0	Lot 97. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM	Lampa halogen JB12V24WF6/SSM	1	Bucată	Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Ref: CR323182. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	3 130,00
98	33000000-0	Lot 98. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS	”Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS	2	Bucată	Pentru centrifuga Hettich Rotixa 50RS, tip:G6 15 120 1 305 GA20 AB09 180N 09/02. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	2 500,00
99	33000000-0	Lot 99. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream	Senzor oxigen (Type pitm12)	2	Bucată	Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european.	5 333,33
100	33000000-0	Lot 100. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream	Senzor UltraFastOxygen (Type UFO 130-2)	2	Bucată	Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european.	20 833,33
101	33000000-0	Lot 101. Hârtie pentru ECG Nihon Kohden 1350K	Hârtie pentru ECG Nihon Kohden 1350K	10	Set	Ref: NKD-A054, dimensiuni: 210mm x 30m, set 10 bucăți, tip Z- Fold.Compatibil cu ECG Nihon Kohden 1350K. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	16 666,67
102	33000000-0	Lot 102. Sistem filtrare pentru Drager VarioAir	Sistem filtrare pentru Drager VarioAir	30	Bucată	Ref: MP00555, volum 90 ml. Compatibil cu Drager VarioAir. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	15 000,00
103	33000000-0	Lot 103. Cap camera full hd tip urologic (pendul cap)	Cap camera full hd tip urologic (pendul cap)	1	Bucată	Cap camera Full HD tip urologic (Pendul cap), cu posibilitate NBI si compatibil cu videoprocesorul OTV-S190. Rezoluție: 1080p; Tip sensor: CCD; Greutate: <90 grame; Lungime cablu: ≥4 m; Butoane de control incorporate; Conector tip Card-Edge; Posibilitatea de sterilizare cu oxid de etilena; Grad de protecție: BF; Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE sau ISO 13485, IEC 60601; Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.	275 000,00

104	33000000-0	Lot 104. Filtru ulei, aer (ZT45FF)	Filtru ulei, aer (ZT45FF)	1	Set	Pentru compresor (ZT45FF); Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service.	3 333,33
105	33000000-0	Lot 105. Ulei compresor (ZT45FF)	Ulei compresor (ZT45FF)	5	L	Pentru compresor (ZT45FF), L; Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service.	3 333,33
106	33000000-0	Lot 106. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz	Drain valve complete, 230V, 50Hz	1	Bucată	Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: Z9236	900,00
107	33000000-0	Lot 107. Presostat aer, 250V, 50Hz	Presostat aer, 250V, 50Hz, 75/30, 115/55	1	Bucată	Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: A2-796	3 000,00
108	33000000-0	Lot 108. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref: 486.3.207-2	Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref:486.3.207-2	3	Bucată	Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref:486.3.207-2 sau analog, compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	12 500,00
109	33000000-0	Lot 109. Conector pentru aer 4x2,5 mm	Conector pentru aer 4x2,5 mm	5	Bucată	Conector pentru alimentarea cu aer a valvei "Gemu" la sterilizatorul Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	416,66
110	33000000-0	Lot 110. Seringa de 2.5ml	Seringa de 2.5ml	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul hematologic automat Abbott Cell-Dyn Ruby. Tip conector: Luer lock. Ref: 28561-01. Termen de garanție: minim 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	20 000,00
111	33000000-0	Lot 111. Seringa de 500ul	Seringa de 500ul	1	Bucată	Compatibil cu analizatorul hematologic automat Abbott Cell-Dyn Ruby. Tip conector: Luer lock. Ref: 28560-01. Termen de garanție: minim 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	7 500,00
112	33000000-0	Lot 112. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla	Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla	20	Bucată	Pompa pentru tensiometru mecanic/manual cu supapa dubla. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	1 333,33

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2019

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul Finanțelor confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
2	Garanția pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2)	Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante	Obligativ
3	Oferta tehnică (F4.1)	Specificații tehnice (F4.1) Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
4	Oferta financiară (F4.2)	Specificații de preț (F4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
5	Decizie/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
6	Notificare privind inițierea activității de comerț/ Licența de activitate/ Autorizare de funcționare	Copie, emis de organul abilitat, confirmată prin semnătura electronică;	Obligativ
7	Certificat care atestă conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	*corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligativ, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice (vor fi prezentate în limba română sau rusă) copie – confirmată prin semnătura electronică. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligativ
8	Declarație pe proprie răspundere privind garanția produselor oferite	Ofertanții vor garanta un termen de valabilitate și garanție a produselor conform specificației tehnice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
9	Modalitatea de efectuare a evaluării	Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot	Obligativ
10	Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019	Obligativ
11	Termen și modalitate de achitare	Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide	Obligativ

12	Prezentarea mostrelor	În decurs de 5 zile de la solicitare	Obligatoriu
13	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă	Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare	Obligatoriu
13	Garanția de bună execuție – în valoare de 5% din valoarea contractului (F3.3)	Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (prezentată în momentul semnării contractului)	Obligatoriu

Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată **semnătura electronică**, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.

16. Garanția pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- a) *Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei*
- b) *Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDM2X302

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui **5%** din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	nu se aplică	

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la: [ora exactă]** Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
- **pe: [data]** Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română.

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr.9 din 19.03.2019

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIAR SAP.

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

36. Alte informații relevante: Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:

Ion BALICA