

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024**

**prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capes.gov.md](mailto:office@capes.gov.md);  
[www.capes.md](http://www.capes.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV: 3310000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot nou	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA
1	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm.	PGA 1(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	7702	715446,482
2	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm.	PGA 2(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	10084	954450,6
3	Acid poliglicolic 0 ac tăietor 26 mm.	PGA 0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	6236	109223,54
4	Acid poliglicolic 0 ac rotund 26 mm.	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	4004	212492,28
5	Acid poliglicolic PGA, USP 0 ac rotund 26 mm.	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm	Bucată	1194	62171,58
6	Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 20 mm.	PGA 2/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm L-75cm	Bucată	2007	89755,047
7	Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 26 mm.	PGA 2/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm L-75cm	Bucată	3724	163856
8	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	Bucată	3949	156775,3
9	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	Bucată	1554	61401,3372
10	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm.	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm	Bucată	3948	258594
11	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm.	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm	Bucată	1266	108863,34
12	Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 16 mm.	PGA 3/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm L-75cm	Bucată	1520	50251,2
13	Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 20 mm.	PGA 3/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm L-75cm	Bucată	1139	75915,489
14	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	Bucată	3240	100893,6
15	Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 16 mm.	PGA rapid 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	Bucată	212	13591,532
16	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	Bucată	2200	92444

17	Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 20 mm.	PGA rapid. USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1709	80741,705
18	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.	PGA (absorbabil) aUSP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1569	64352,535
19	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm	Bucată	192	14565,12
20	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 16 mm.	PGA 4/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm	Bucată	324	13491,36
21	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 20 mm.	PGA 4/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm	Bucată	1182	51606,12
22	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 17 mm.	USP 4/0 L- minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	8488	384251,76
23	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm.	PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm	Bucată	2132	193255,2466
24	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm.	PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm	Bucată	482	17294,16
25	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 20 mm.	PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm	Bucată	197	6973,8
26	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm.	PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2380	150267,25
27	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm.	PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	Bucată	300	15432
28	Acid poliglicolic rapid USP 0. lungimea 75 cm. ac rotund	Acid polyglycolic rapid USP 0. L-75 cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm.	Bucată	1614	203866,1154
29	Acid poliglicolic USP 0. lungimea 90 cm. ac rotund	USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2907	276513,84
30	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm	USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3426	111461,484
31	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.	Acid poliglicolic. USP 1(absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. L-75cm	Bucată	1324	138594,996
32	Acid poliglicolic USP 1/0. lungimea 90 cm. ac rotund 3/8	Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea 90 cm USPI (EP4).	Bucată	1418	44241,6

33	Acid poliglicolic USP 1/0. lungimea 75 cm. ac rotund	Acid polyglycolic.Nr 1/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. USP 1/0.	Bucată	720	92867,616
34	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm	PGA rapid .USP 2/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20mm +/-1mm.	Bucată	349	16929,99
35	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 26mm	PGA rapid 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm.	Bucată	332	22708,8
36	Acid poliglicolic USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund	USP 2/0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	9634	549330,68
37	Acid poliglicolic USP 2/0. 3 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm	Acid poliglicolic USP 2/0 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm	Bucată	2358	188710,74
38	Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 40mm	Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. lungime fir 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): poliacrolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbctie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbctie totala intre 60 si 90 de zile	Bucată	312	32197,6668
39	Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm	Acid poliglicolic USP 2; 5 metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm	Bucată	645	51374,25
40	Acid poliglicolic USP 2/0. lungimea 70 cm. ac tăietor	USP 2/0 L- 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	325	13286
41	Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. 2 acc	USP 3/0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 acc:Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – 1/2 Taper;	Bucată	939	29231,07
42	Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. ac rotund 20mm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 20-23mm. 1/2 din cerc.3/0.lungimea 75 cm	Bucată	1375	147063,3313
43	Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16 mm	PGA rapid 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	Bucată	574	32752,44
44	Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.	PGA rapid 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	Bucată	440	35213,2
45	Acid poliglicolic USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 22mm-23 mm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	Bucată	390	30724,2
46	Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm	Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. ac circular 1/2 rotund 48mm. lungime fir 75cm	Bucată	780	15880,8

47	Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16mm.	PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	Bucată	400	26867,6
48	Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.	PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	Bucată	230	11939,3
49	Acid polyglycolic.(Vicril rapid). Lung. firului 90cm lac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1	Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 0-1.lung. firului 90cm lac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1	Bucată	315	34137,684
50	Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm	Benzi adezive. hipoalergenice. delicate. ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor chirurgicale de la nivelul epidermei. Dimensiunile: 6 mm x 76 mm: (50 plicuri x 3 benzi)/cutie.	Cutie	236	154485,6
51	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea: 1.25 x5 cm	Burete hemostatic (tip Surgiceel) absorbabil. steril. Mărimea: 1.25 x5 cm	Bucată	940	26492,96
52	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea: 5x7 cm.	Burete hemostatic (tip Surgiceel) absorbabil. steril. Mărimea: 5x7 cm.	Bucată	1295	102201,4
53	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea:10x20 cm.	Burete hemostatic (tip Surgiceel) absorbabil. steril. Mărimea:10x20 cm.	Bucată	565	100683
54	Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4	Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	Bucată	12900	797865
55	Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3	Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3.20m. sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.	Bucată	12485	755342,5
56	Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5	Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.	Bucată	11443	632950,4733
57	Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2	Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2.20m. sutura împletită. nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.	Bucată	3840	235737,6
58	Capron chirurgical împletit USP 0	Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0	Bucată	385	5775
59	Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m. N 3	Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru	Bucată	549	36234
60	Capron chirurgical nesteril EP3 L-50m	Capron chirurgical nesteril USP2/0(EP3m)-50m	Bucată	52	1445,6
61	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru	Bucată	1457	93976,5

62	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru	Bucată	2051	118752,9
63	Cartușe pt stapler liniar (30 mm)	Casete (cartușe. cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 30 mm	Bucată	531	298846,8
64	Cartușe pt stapler liniar (60 mm)	Casete (cartușe. cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 60 mm	Bucată	471	265078,8
65	Cartușe pt stapler liniar (90 mm)	Cartușe lungime 90 mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil.	Bucată	51	28702,8
66	Catgut cromat USP 3/0	USP 3/0 ac bold rotund 15:20mm. L-75 cm	Bucată	2776	15689,952
67	Catgut cromat USP 4/0	USP 4/0 ac bold rotund 15:20mm. L-75 cm	Bucată	3250	16809
68	Catgut cromat USP 5/0	USP 5/0 ac bold rotund 15mm. L-75 cm	Bucată	2490	12878,28
69	Catgut cromat USP 2/0 (EP 3.5)	Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 2/0 (EP 3). Ac rotund. lungimea ac: 30. 35 mm. lungimea fir: 75cm	Bucată	1044	6264
70	Catgut cromat USP 0 (EP 3.5)	Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 1 (EP 4). Ac rotund. lungimea ac: 1/2- 35. 40 mm. lungimea fir: 75cm	Bucată	2596	17523
71	Catgut cromat USP1 (EP 4)	Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 1 (EP 4).Ac rotund. lungimea ac: 35/40/50 mm. lungimea fir: 75cm	Bucată	2130	23103,045
72	Catgut cromat USP 0. L150cm	Sutura chirur. Catgut cromat 3,5 METRIC (USP 0) L=150 cm (steril)	Bucată	354	2973,6
73	Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm	Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril)	Bucată	170	1632
74	Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0	Catgut necromat 150cm. N 3 metric steril. (USP 2/0)	Bucată	1231	9029,385
75	Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril	Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril. USP1	Bucată	3712	69878,4
76	Catgut necromat 150 cm. N 5 metric steril. USP 2	Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2	Bucată	4314	85514,265
77	Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril	Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril	Bucată	3612	38229,408
78	Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril	Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril	Bucată	1248	16578,432
79	Catgut plain EP 3.5. USP 0	Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 3.5. Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. lungimea fir: 75cm. USP 0 (EP3.5)	Bucată	1501	9645,426
80	Catgut plain EP-4. L-75cm. USP 1	Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului -75cm. Steril. USP 1	Bucată	3798	89840,424

81	Catgut plain EP-5. L-75cm, USP 2	Catgut plan cu ac rotund. lungimea ac: min. 35 max 45 mm. Lungimea fir -75cm. steril. USP 2 (EP5)	Bucată	7364	145873,476
82	Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm	Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm	Bucată	775	24775,2
83	Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 37mm	Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm	Bucată	2328	74421,504
84	Catgut plain. USP-2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm	Catgut plain. USP-3.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm. USP 3/0(EP3)	Bucată	1306	11283,84
85	Catgut USP 1 (4 metri) L75cm	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 1) L=75 cm. ac 3/8 cerc. rotund 30 mm (steril) +/-1 mm	Bucată	1796	23497,068
86	Catgut USP 1 (EP4)	USP 1 (EP4). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 26 mm. L-75 cm	Bucată	548	7403,48
87	Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm	Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) L=75 cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril)	Bucată	438	8422,74
88	Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm	Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm. steril	Bucată	709	4556,034
89	Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm	Catgut USP 2/6 metric. ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. lungime fir 75cm /90cm	Bucată	1074	38664
90	Catgut USP 2/0 (3 metric) L75cm	Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 2/0) L=75 cm ac 26-30 mm 1/2 cerc. rotund (steril)	Bucată	1160	14341,08
91	Catgut USP 3/0 (EP2)	USP 3/0 (EP2). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17mm. L-75 cm	Bucată	735	4524,66
92	Catgut USP 5/0 (EP1)	USP 5/0 (EP1). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17 mm. L-75 cm	Bucată	391	2406,996
93	Clipuri laparoscopice titan LT-300	Clipuri laparoscopice titan LT-300	Bucată	1550	24133,5
94	Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm	"Cu 2 ace; 2/0; Lungimea (cm) – 60-70; Forma acului miocardial – 1/2 rotunda. 25-26mm; Forma acului penetrant - taios drept 85-90mm	Bucată	1050	146320,02
95	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 ; Lungimea suturii(cm)-150.cu bucla; Lungimea acului(mm)-40 ±2%; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT;W740)	Bucată	596	7324,84
96	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1	USP 1 ; Lungimea suturii(cm)-150.cu bucla; Lungimea acului(mm)-48; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CTX; W748)	Bucată	546	7807,8
97	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofilin sintetic liniar si polipropilen pentru artere coronare USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului C-1 3/8 taper	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofilin sintetic liniar si polipropilen pentru artere coronare USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului C-1 3/8 taper	Bucată	420	31872,96

98	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliutilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 9. C-1	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și poliutilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 9. Curbura acului C-1 3/8 taper	Bucată	240	24106,8
99	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și poliutilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 10-11	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și poliutilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului C-1 3/8 taper	Bucată	624	155495,808
100	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și poliutilen pentru artere coronare USP 8/0. L45cm Lungimea acului (mm) 8. CC	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și poliutilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea acului CC 3/8 taper	Bucată	72	27020,736
101	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și poliutilen pentru artere coronare USP 8/0. L60-75cm Lungimea acului (mm) 8. CC	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și poliutilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea acului CC 3/8 taper	Bucată	360	81583,2
102	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și poliutilen. USP 2/0 Lungimea acului (mm) 37	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și poliutilen. USP 2/0. Lungimea acului (mm) 37. Curbura acului 1/2 Taper	Bucată	208	20779,616
103	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și poliutilen.	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și poliutilen. USP 3/0. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper	Bucată	292	22761,984



	USP 3/0 Lungimea acului (mm) 17					
104	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 22.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2 Taper	Bucată	1044		65609,136
105	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 25-26	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 25-26. Curbura acului 1/2 Taper	Bucată	396		25542
106	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17. 3/8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 3/8 Taper	Bucată	192		20256,576
107	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper	Bucată	308		19123,72
108	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2 Taper	Bucată	1032		81338,112
109	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22. 3/8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 3/8 Taper	Bucată	72		6460,992

110	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului 1/2 Taper	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0. Lungimea acului (mm) 13. 1/2	Bucată	58	3539,16
111	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 Taper	Bucată	452	36114,8
112	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2/0. lungime ac 37 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 2/0; Lungimea acului (mm) – 37 +/- 1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată	334	22007,26
113	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0 . lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată	252	18249,84
114	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0. lungime ac 22 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	1794	104751,66
115	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0. lungime ac 25-26 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea acului (mm) – 25-26 ; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată	938	80302,18
116	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată	32	1986,88
117	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	1308	95928,72

118	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 22 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului - 3/8 Taper;	Bucată	10	861,2
119	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 22 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	Bucată	2020	122533,2
120	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 26 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	Bucată	292	24011,16
121	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. USP 5/0. lungime ac 13 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	Bucată	2392	145959,84
122	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. USP 5/0. lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	Bucată	12	770,28
123	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. USP 5/0. lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	Bucată	2228	143015,32
124	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. USP 6/0. lungime ac 10 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 10 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper.	Bucată	872	61938,16
125	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. USP 6/0. lungime ac 13 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 3/8; vârful acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	500	45220
126	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. USP 6/0. lungime ac 13 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	747	43236,36

127	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliethilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 9 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper;	Bucată	180	15006,6
128	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliethilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10-11; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului.	Bucată	60	13890,6
129	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliethilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10-11; Curbura acului - 3/8 taper.	Bucată	798	184744,98
130	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliethilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului – 3/8 taper;	Bucată	230	67831,6
131	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliethilen pentru artere coronare. USP 8/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	216	48949,92
132	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliethilen USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2. Forma acului Taper	Bucată	70	5748,96
133	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliethilen USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2. Forma acului Taper	Bucată	60	3900,18
134	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliethilen USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului 3/8. Forma acului Taper	Bucată	108	6042,924

135	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 17 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea acului (mm.) – minim 75; Lungimea acului – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată	60	3351,6
136	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 26 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea acului (mm.) – minim 75; Lungimea acului – 26± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată	310	22499,8
137	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 17 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea acului (mm.) – minim 75; Lungimea acului – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată	60	3468,6
138	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 22 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea acului (mm.) – minim 75; Lungimea acului – 22± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată	180	8523
139	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5/0. Lungimea acului 13 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea acului (mm.) – minim 75; Lungimea acului – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	Bucată	120	5209,2
140	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6/0. Lungimea acului 13 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 6/0; Lungimea acului (mm.) – minim 75; Lungimea acului – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	Bucată	12	486,72
141	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point	Bucată	276	11285,64
142	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2/0. lungimea acului 26 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point	Bucată	1208	63999,84
143	Fire metalice pentru stern Metric EP 6	Fire metalice pentru stern. Metric EP 6. USP 3+4. Lungimea fir minim 40 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Diamond Point sau Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.	Bucată	707	65581,32

144	Fire metalice pentru stern Metric EP 7	Fire metalice pentru stern. Metric EP 6. USP 4. Lungimea fir 40-45 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.	Bucată	1141	104177,2935
145	Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5	USP 0 Metric EP3,5 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 26. Curbura acului – 1/2 TaperPoint;	Bucată	10	966,6
146	Fire metalice pentru stern Metric EP 2	Fire metalice pentru stern. Metric EP 6. USP 4. Lungimea mini. 45 cm; Lungimea ac 45-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.	Bucată	10	528,5
147	Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8	USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50 Curbura acului – 1/2 Tapercut;	Bucată	1000	112708,5
148	Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9	USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50. Curbura acului – 1/2 Tapercut;	Bucată	1410	178119,66
149	Lenta pentru turnichete	Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm.	Bucată	785	90146,20059
150	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm	Bucată	160	8041,6
151	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	Bucată	210	9907,8
152	Matase ac rotund 22mm	USP 2/0 L- minim 75cm ac rotund 22mm 1/2. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	536	4775,76
153	Matase ac-taper point 26mm 1/2	USP 0 L- minim 75cm un l ac-taper point 26mm 1/2. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	5644	48459,384
154	Matase fara ac	USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.	Bucată	132	337,92
155	Matase 1ac 1/2 tăios-30mm	USP 3/0 L -minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2448	21811,68
156	Matase ac 3/8 tăietor 38-40	Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	3004	26765,64
157	Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm	Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1606	14309,46
158	Matase ac rotund 25-26mm	USP 3/0L- minim 75cm ac rotund 1/2. 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	580	5167,8
159	Matase ac rotund 30mm	USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm+/-1 mm 1/2. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	642	5720,22

160	Matase ac rotund 35mm	USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm $\frac{1}{2}$ +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	262	2475,9
161	Matase ac tăietor 24-25mm	USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8. 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1000	9990
162	Matase ac taios 25mm	USP 3/0 L-minim 75cm ac taios 25mm $\pm 2\%$ $\frac{1}{2}$ . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	922	7916,292
163	Matase USP 3/0	USP 3/0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.	Bucată	96	542,4
164	Nylon 10.0	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.0 $\pm 2\%$ mm; diametru 0.14mm $\pm 2\%$ . curbura 3/8 . steril.	Bucată	36	3538,08
165	Nylon 4-0	Nylon 4-0 . 2 ace. 45 cm. ac rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	120	55266
166	Nylon 9.0	Nylon 9.0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.0mm $\pm 2\%$ .; diametru 0.20mm $\pm 2\%$ . curbura 3/8. steril	Bucată	60	5767,2
167	Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm	Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm	Bucată	50	1075,5
168	Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm	Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm	Bucată	50	981,65
169	Petice de teflon p/u suturi Forma-Oval.	Marimea 6-7x3x1-2mm. Forma-Oval.	Bucată	4060	132315,4
170	Petice de teflon p/u suturi Forma-Patrat.	Marimea - 2-3x3x1-2mm. Forma-Patrat.	Bucată	1440	25041,6
171	Poliamid USP 2/0 ac rotund 26 mm	NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil )ac rotund 26 mm 1/2 L-75 cm	Bucată	940	35334,6
172	Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm	NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil )ac taietor 26 mm 3/8 L-45 cm	Bucată	1038	52014,18
173	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm	NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm	Bucată	200	6155
174	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm	NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil ).ac rotund .16 mm .1/2 .L-75 cm	Bucată	824	22515,8
175	Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm	NYLON (Polyamide) USP 4/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm	Bucată	464	5136,48
176	Poliamid USP 4/0. ac 22-25 mm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	Bucată	284	3408
177	Poliamid USP 5/0 ac rotund. 16 mm	NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 16 mm .1/2. L-35 cm	Bucată	520	6172,556
178	Poliamid USP 5/0 ac tăietor. 15 mm	NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil ).ac taitor. 15 mm. 3/8. L-45 cm	Bucată	568	25542,96

179	Poliester împletit alb USP 1	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 4M (USP 1) 20 m	Bucată	2097	54653,0625
180	Poliester împletit alb USP Nr 2-0	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 5M (USP 2) 20 m	Bucată	1612	34795,02
181	Poliester USP 3/0 (2M). L20 m	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 2M (USP 3/0) 20 m	Bucată	1524	45971,46
182	Poliester. USP 3/0. lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.3/0.lungimea 75 cm	Bucată	8387	352732,059
183	Poliester. USP 4/0. lungimea 45 cm	Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil. ac taietor .15mm. 3/8. L - 45 cm.	Bucată	5640	125208
184	Poliester. USP 4/0. lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	Bucată	4522	126842,1
185	Poliester. USP 4/0. lungimea 90 cm	Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil . ac rotund .16 mm. 1/2. L- 90cm	Bucată	5405	199822,85
186	Poliester. USP 5/0. lungimea 60 cm	Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. L- 60 cm	Bucată	2400	28488,72
187	Poliester. USP 5/0. lungimea 75 cm	Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil .ac rotund. 17 mm. 1/2 .L- 75 cm	Bucată	1405	16677,7715
188	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Bucată	802	61673,8
189	Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Bucată	512	29588,48
190	Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm	USP 3/0 L - minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1730	55922,25
191	Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm	USP 3/0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm	Bucată	1036	35089,32
192	Poliglicolic acid (PGA)	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1688	42908,96
193	Poliglicolic acid (PGA)	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1636	39705,72
194	Poliglicolic acid monofilament USP 4/0	USP 4/0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. 1/2 . (rotund); taper. echivalent CV-23	Bucată	1200	22764



195	Poliglicolic acid monofilament USP 5/0	USP 5/0 L-minim 75cm. 17mm $\pm 2\%$ . $\frac{1}{2}$ . (rotund); taper . echivalent CV-23	Bucată	743	14198,73
196	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 17-18 mm	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1324	27096,984
197	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 2/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3506	54903,96
198	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 3/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2499	44532,18
199	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1074	19138,68
200	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 2/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1308	21118,968
201	Poliglicolic acid rapid USP 0	USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm $\pm$ 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2748	50304,888
202	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm	Poliglicolic acid rapid. USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2670	51616,44
203	Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	Poliglicolic acid rapid USP 1-L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm $\pm$ -1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2602	46367,64
204	Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm	Poliglicolic acid rapid USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm $\pm$ -1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1030	20579,4
205	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm	Poliglicolic acid rapid. USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 30mm $\pm$ -1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1566	24523,56
206	Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm	USP 2-L minim 100cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 48-50mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	906	61100,64
207	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm	USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	470	8502,3
208	Poliglicolic acid USP	USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 48mm $\pm$ -1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	50	3040,5
209	Poliglicolic acid USP 0	USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm $\pm$ -1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	4492	74118
210	Poliglicolic acid USP 1	USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm $\pm$ -1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3930	67698,18

211	Poliglicolic acid USP 2	USP 2: Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1140	22100,04
212	Poliglicolic acid USP 3/0	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac 1/2 rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3700	73223
213	Polipropilen	Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace 1/2 rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1432	61691,992
214	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	4462	85402,68
215	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1570	59518,7
216	Polipropilen (monofilament) USP	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1942	24853,716
217	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm.	USP 2/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	7234	107858,94
218	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm	USP 4/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2726	30176,82
219	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm	USP 4/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1056	57330,24
220	Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm	USP 6/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1334	64465,55
221	Polipropilen 10/0	Polipropilen 10/0. Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte 16 mm ± 2%. lungimea suturii 20 cm. sterile. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	200	32184
222	Polipropilen USP 2/0 L - 90cm 2 ace 1/2rotund 20mm 1/2	USP 2/0 L -90cm 2 ace 1/2rotund 20mm ±2% 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	734	11296,26
223	Polipropilen USP 2/0 L - 90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm	USP 2/0 L -90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	804	12373,56
224	Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 26mm	USP 3/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2906	84753,49

225	Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 17mm	USP 4/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	964	20272,92
226	Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 16mm	USP 5/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	863	27686,766
227	Polydioxanone USP 1/0. L=90 cm	Polydioxanone (PDS). USP 1/0 L -90 cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Bucată	1360	52047,2
228	Polydioxanone USP 5/0. L=70 cm	USP 5/0 L -70cm ac 1/2rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Bucată	214	8673,42
229	Polydioxanone (PDO) USP 4/0	Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2890	67105,8
230	Polydioxanone (PDO) USP 7/0	Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac 1/2rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	108	8902,44
231	Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm	USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	4216	100172,16
232	Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac 1/2rotund 13mm	USP 6/0 L - minim 70cm ac 1/2rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	270	8197,2
233	Polydioxanone . 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund	Bucată	1120	73348,8
234	Polydioxanone . 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund	Bucată	1000	103046,6
235	Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L-75cm. lac. 1/2 30mm R	USP 2/0 (EP3) L-75cm. lac. 1/2 30mm R	Bucată	2068	193875
236	Polydioxanone USP 2/0. L=90 cm	Polydioxanone (PDS). USP 2/0 L -90 cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Bucată	1420	55040,62
237	Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L-75cm. lac. 1/2 30mm R	USP 3/0 (EP2) L-75cm. lac. 1/2 30mm +/- 1mm;	Bucată	2710	237781,633
238	Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidioxanon).doua ace rotunde20 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 90 cm	Bucată	184	9163,2
239	Polyglactin 910 USP 2/0 L -90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm	USP 2/0 L - minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	4336	111023,28
240	Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm	Polypropylene (PM) USP 10/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului 1/2. ascuțite. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.	Bucată	100	2935

241	Polypropylene USP 0. 3.5M L=75-90 cm.	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) L=75-90 cm. ac 30-40 mm. 1/2 cerc. rotund	Bucată	1236	33127,272
242	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 75 cm	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund	Bucată	786	34275,888
243	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 90 cm	Polypropylen USP 2/0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. lungimea 90 cm	Bucată	598	10466,196
244	Polypropylene USP 2/0. ac tăietor	Polypropylene USP 2/0 L - 75 cm. 1 ac tăietor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2054	82303,78
245	Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. rotund	Bucată	32	931,84
246	Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm	Polypropylen USP 4/0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. lungime fir 75cm	Bucată	967	69788,39
247	Polypropylene USP 5/0. lungimea 90 cm	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doa ace rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5/0.lungimea 90 cm	Bucată	80	3100
248	Polypropylene USP 6/0. lungimea 75 cm. ac 3/8	Sutura chirur.poliipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm. 13mm ac rotund. forma curbării 3/8	Bucată	100	2985
249	Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm	Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil. L - 45 cm. 1 ac. 8 mm. ac rotund. curbura acului 1/2. ascuțite. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.	Bucată	252	6473,88
250	Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm	Polypropylene (PM) USP 9/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului 1/2. ascuțite. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.	Bucată	224	24701,9584
251	Silk USP 4/0	Neabsorbabil. L-45 cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului 1/2. ascuțite. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.	Bucată	1060	73224,8
252	Sutura absorbabila cu un ac monofilamen poliviixon. sintetic (PDO)	USP 5/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3/8 cutting	Bucată	210	16329,6
253	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului - 1/2 cutting;	Bucată	616	4675,44
254	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată	216	2041,2
255	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată	1612	12235,08
256	Sutura absorbabila cu un ac monofilamen poliviixon. sintetic (PDO)	PDO monofilament USP 4/0 Lungimea suturii -75cm. lungimea acului -15mm. curbura acului -3/8 reverse cutting.	Bucată	200	21370,54

257	Sutura absorbabila monofilament polivioxon. sintetic (PDO)	PDO monofilament USP 4/0 Lungimea suturii -75cm. lungimea acului -24mm. curbura acului -3/8 reverse cutting.	Bucată	1350	186291,5625
258	Sutura absorbabila PDO .tip V-LOC-90	Sutura absorbabila PDO tip V-LOC-90. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) 26 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistentă la tracțiune- 7 zile - 90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbție-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbție; - compoziția - glicolidă,dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0625	Bucată	258	14073,9
259	Sutura atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Sutura atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	Bucată	264	5916,24
260	Sutura atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Sutura atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile..	Bucată	274	10453,1
261	Sutura atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Sutura atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	Bucată	12	975,0626245
262	Sutura atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	Sutura atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	Bucată	240	4134,24
263	Sutura atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0	Sutura atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP 0/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 45. Curbura acului 1/2 Taper	Bucată	1170	82095,39
264	Sutura atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 25	Sutura atraumatică absorbabilă monofilament conținut din compus din glycolide (60%). dioxanone (14%) și trimethylene carbonat (26 %). să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile USP 3/0. Lungimea suturii (cm ) 60-75. Lungimea acului (m m) 25. Curbura acului 3/8 cutting	Bucată	24	1293,504
265	Sutura atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30	L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului 1/2. ascuțite. diametrul acului nu mai mare ca diametrul firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.	Bucată	13	267,93
266	Sutura atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30	L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului 1/2. ascuțite. diametrul acului nu mai mare ca diametrul firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.	Bucată	12	315,12

267	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minim 75 ; Curbura acului – 1/2 Taper; Bucată	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minim 75 ; Curbura acului – 1/2 Taper; Bucată	864	14883,264
268	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Bucată	PGLA împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – 1/2 Taper; Bucată	1584	26687,232
269	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Bucată	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Tapercut; Bucată	740	21252,8
270	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. Bucată	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. Bucată	105	678,615
271	Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică)	L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului 1/2. ascuțite. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%. trimetilene carbonat 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare Absorbție completă în maxim 110 zile. mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi. Bucată	170	3388,1
272	Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică)	L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului 1/2. ascuțite. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%. trimetilene carbonat 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare Absorbție completă în maxim 110 zile. mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi. Bucată	1424	23894,72
273	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – 1/2 Taper; Marimea la petic 3x3 mm; Bucată	8700	370628,7

	specific p/u cardiochirurgie USP 2/0					
274	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea acului (mm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm;	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75-90; Lungimea acului (mm.) – 20-22 ; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	4500		191479,5
275	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester USP 2/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	1240		37636,48
276	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester USP 3/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	272		9942,38477
277	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester USP 4/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	1300		61555
278	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75;	Bucată	1000		2208,355556
279	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0; Lungimea suturii (cm) 60;	Bucată	68		154,8609333
280	Sutără oftalmologică 3.0	Matasa neagra împietita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatula. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8 . sterila.	Bucată	150		1597,607222
281	Sutără oftalmologică 4.0	Mătasa neagra împietita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatula. lungimea 6.5 ± 2% mm; diametru 0.20 mm ± 2%. curbura 3/8 . sterila.	Bucată	160		3920
282	Sutără oftalmologică 5.0	Matasa neagra împietita: lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatula. lungimea 11.0; diametru 0.38 mm. curbura 3/8 . sterila.	Bucată	392		31328,64
283	Sutără oftalmologică 6.0	Matasa neagra împietita : lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatula. lungimea 6.5 ±2% mm; diametru 0.28 mm ±2%. curbura 3/8 . sterila	Bucată	576		46033,92

284	Sutură oftalmologică 7.0	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace(possibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm $\pm 2\%$ ; diametru 0.20 mm $\pm 2\%$ ; curbura 3/8 . sterila	Bucată	570	46785,6
285	Sutură oftalmologică 8.0	Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 $\pm 2\%$ ; diametru 0.20 mm $\pm 2\%$ . curbura 3/8. sterila	Bucată	612	45049,32
286	Matasa naturală USP 0	Matasa naturală USP 0 . Lungimea suturii (cm) 60 cm, culoarea suturii neagra, cîte 10-12 suturi per ambalaj, steril.	Bucată	3630	282726,906
287	Matasa naturală USP 0/0. lungimea acului 25 mm	Matasa naturală USP 0/0 . Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 25. Curbura acului 1/2 taper cutting	Bucată	1094	42994,2
288	Matasa naturală USP 0/0 Lungimea acului (mm) 30	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 30. Curbura acului 3/8 cutting	Bucată	1930	100398,6
289	Matasa naturală USP 1	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului 1/2 taper	Bucată	916	60547,6
290	Matasa naturală USP 2	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2 Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 35. Curbura acului 1/2 taper	Bucată	693	14769,216
291	Matasa naturală USP 2/0	Matasa naturală USP 2/0 fără ac, lungime 75 cm., cîte 10-12 suturi per ambalaj, steril.	Bucată	726	39049,6887
292	Matasa naturală USP 2/0 , cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm	Matasa naturală USP 2/0 , Lungimea suturii 75cm, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm.	Bucată	434	17750,6
	Valoarea estimativă totală fără TVA				19 905 572,65



9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, conform următoarelor cerințe:

	2024	Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot	
Condiții de livrare conform graficului de livrare	Ianuarie	10%	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni
	Februarie		
	Martie	10%	
	Aprilie		
	Mai	10%	
	Iunie		
	Iulie	10%	
	August		
	Septembrie	10%	
	Octombrie		
	Noiembrie	10%	
	Până la 15 Decembrie		
Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare	În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare de către Beneficiar	≤40%	

**Note:**

1. În cazul în care Vânzătorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în tabel), Beneficiarul se obligă să înfărmizeze CAPCS și Vânzătorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;

2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Vânzătorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea "conform bonului de comandă – livrare";

3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare. Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Vanzătorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;

4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Vanzător cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Vanzătorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;

5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Vanzătorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2024. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2024, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2024;

6. Vanzătorul va lua în considerare divizarea materialelor de sutură per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per bucată, etc.), fiind totodată respectat quantumul minim indicat în tabelul de mai sus;

*\*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro.*

## 12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. 16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

		<p>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente = 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2.00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul</p>	DA

		<p>Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</i></p>	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;.</p> <p><i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i></p>	DA

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE**

**Cerinte de calificare obligatorii**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	<p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea</p>	DA

		semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice/ Manualul de utilizare, cu <u>indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>	DA
12	Declarație de la ofertant	cu privire Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui: livrate de la 01.01.2024 - 30.06.2024, va constitui: - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, livrate de la 01.07.2024- 31.12.2024 va constitui: - nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul	DA

		Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	
13	Prezentarea mostrelor	<p>Mostrele vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz).</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.</p> <p>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p><b>Notă: Neprezentarea mostrelor va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</b></p>	DA
14	<p>Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p><i>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale:</i></p>	<p><b>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1</b></p> <p><i>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale</i></p> <p><a href="https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dai-cu-ce">https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dai-cu-ce</a>) – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile oferite în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;</li> <li>certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;</li> <li>actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;</li> <li>declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor.</li> </ol> <p>Notă: Vor fi transmise în adresa AMDM doar notificările ofertelor calificate.</p>	DA

		<p><b>Notă:</b> Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Pentru dispozitivele medicale înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare.</p>	
<b>Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
17	Declaratia privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
18	<u>Garantia de bună executie</u>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</li> <li>Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b></li> <li>Codul fiscal: <b>1016601000212</b></li> <li>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</li> <li>cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”</li> </ol> <p><b><u>Garanția de bună executie va fi valabilă până la 31 ianuarie 2025</u></b></p>	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:**

*Transfer la contul instituției*

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă:** În cazul transferului, operatorul economie va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă:** În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

## **18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

### ***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Garanția de bună execuție Bancară va fi valabilă la 31 ianuarie 2025

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

**Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.**

**20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**21. Ofertele se prezintă: în lei.**

**22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**

**23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**

**24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**



- conform SIA RSAP MTender
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
28. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [contestatifa.ansc.md](mailto:contestatifa.ansc.md)*
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în Mtender.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
35. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 25.08.2023
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 25.08.2023
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru:



Ana BÎNZARI

