

Anexa nr. 1

Deservirea stației de producere a oxigenului medical Inmatec-PO pe tot parcursul anului 2022

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Frecvența	Cantitatea (buc.)
1	Demontare și verificare supape pneumatice admisie oxigen	Lunar sau la solicitare	1
2	Demontare și verificare supape pneumatice admisie aer	Lunar sau la solicitare	1
3	Curățare și lubrifiere supape pneumatice admisie aer	Lunar sau la solicitare	1
4	Curățare și lubrifiere supapa pneumatica admisie oxigen	Lunar sau la solicitare	1
5	Schimb filtru ulei	Lunar	1
6	Schimb filtru aer	Lunar	1
7	Schimbare separator	1 data la 3 luni	1
9	Etalonare și verificare totală a generatorului de Oxigen	5000 ore sau la solicitare	1
11	Schimb ulei	Lunar	1
12	Demontare, verificare și curățare filtru aer	Lunar sau la solicitare	1
13	Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei	1 data la 6 luni	1
14	Verificare și etalonare presostat	1 data la 6 luni	1
15	Etalonare și verificare senzori	1 data la 6 luni	1
16	Verificare soft	Lunar sau la solicitare	1
17	Actualizare soft	La solicitare	1
18	Verificarea indicatoarelor de eroare și alarmare (doar pentru controlor)	Lunar sau la solicitare	1
19	Verificare și curățarea purjelor rezervorului de aer	Lunar sau la solicitare	1
20	Verificarea funcționării purjei de drenaj a condensului	Lunar sau la solicitare	1
21	Verificarea nivelului de ulei	Lunar sau la solicitare	1
22	Curățarea radiatoarelor pe exterior	Lunar sau la solicitare	1
23	Verificarea funcționării valvei de siguranță	Lunar sau la solicitare	1
24	Verificarea scurgerilor de ulei	Lunar sau la solicitare	1

25	Curățarea interiorului compresorului	Lunar sau la solicitare	1
26	Verificarea furtunului de retur al uleiului	Lunar sau la solicitare	1
27	Verificarea cablurilor circuitelor de forță ale motorului	Lunar sau la solicitare	1
28	Verificarea curelelor si fuliilor	Lunar sau la solicitare	1
29	Verificarea temperaturii	Lunar sau la solicitare	1
30	Verificarea termostatului	Lunar sau la solicitare	1
31	Verificarea compresorului de răcire	2000 ore sau la solicitare	1
32	Verificarea presiunii de intrare si ieșire	Lunar sau la solicitare	1
33	Curățarea interioara a uscatorului	Lunar sau la solicitare	1
34	Etalonare si verificare totala a compresorului de răcire	1 data la 3 luni	1
35	Verificare cabluri si conexiuni electrice	Lunar sau la solicitare	1

SUMĂ ESTIMATIVĂ 490.000 lei
pentru DESERVIRE 2022 fără TVA

Condiții de participare:

1. Scrisoare confirmativă de la producătorul generatorului de oxigen cu modelul: IMT-PO 3000 și numărul de serie: 21911/2141, precum că piesele care vor fi înlocuite sunt identice cu cele instalat inițial în anul 2012. Iar după schimbarea lor generatorul de oxigen va funcționa identic cu parametrii inițial prestabiliți.
2. Certificat de training în service și mentenanță de la producător pe dispozitivul dat.
3. Prezentarea certificatului de la producator privind eliberarea cheilor de acces la Software generator.

Ingenierul Ștefan
007138000

