

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2022 - REPETAT**

prin procedura de achiziție licitație deschisă

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://www.urgenta.md/Plan%20semestrial%20de%20achizi%C8%9Bie%202022.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: 1003600152606
3. Adresa: mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1
4. Numărul de telefon/fax: **068-026-999 Constantin Pîntea – persoana responsabilă.**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (*dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună*): **IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrăr. solicitate	U/M	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (p/u fiecare lot în parte) lei MD
1	50421000-2	Dispozitiv rentgenologic "Duo Diagnostic, Philips"	buc.	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator);</li> <li>- Curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare;</li> <li>- Testarea și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului;</li> <li>- Verificarea și reglarea/calibrarea părților mecanice de mișcare și culisare;</li> <li>- Verificarea și reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare;</li> <li>- Verificarea și reglarea/calibrarea panoului de comandă și control;</li> <li>- Verificarea și reglarea/calibrarea dozelor de expunere și a regimurilor de lucru;</li> <li>- Verificarea conexiunilor electrice;</li> <li>- Verificarea funcționării motoarelor;</li> <li>- Verificarea ventilatoarelor, etc;</li> <li>- Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor;</li> <li>- Verificarea și reglarea modulelor de procesare a semnalelor;</li> <li>- Centrarea și alinierea sistemelor optice și/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiații ionizante, după caz;</li> <li>- Ajustarea senzorilor Bodyguard;</li> <li>- Ajustarea generatorului de radiație ionizantă;</li> <li>- Calibrarea collimatorului;</li> <li>- Verificarea și calibrarea mișcării mesei ;</li> <li>- Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului);</li> <li>- O importanță deosebită va fi acordată verificării și întreținerii tubului de radiații ionizante, re-adaptarea tubului (la necesitate) ;</li> </ul>	57 600,00

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deservirea printerului "Horizon G2, Codonics" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului.</li> <li>- Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 &amp; FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate</li> </ul>	
2	50421000-2	Microscop neurochirurgical "OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss"	buc.	1	<p>Lucrări de deservire conform manualului tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mânăre și sistem de cuplare XY;</li> <li>—Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie;</li> <li>—Test funcțional al standului coloană;</li> <li>—Inspecție vizuală și funcțională a rotilelor;</li> <li>—Test funcțional al sistemului de iluminare și a celui de ventilare;</li> <li>—Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare;</li> <li>—Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc;</li> <li>—Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior, schimb baterie FCP WL battery;</li> </ul> <p>Fiecare 2 ani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice;</li> </ul> <p>Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tuturor parametrilor. Reînnoire software la cea mai actuală versiune.</p>	50 000,00
3	50421000-2	Microscop microchirurgical "OPMI VARIO 700, Carl Zeiss"	buc.	1	<p>Lucrări de deservire conform manualului tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mânăre și sistem de cuplare XY;</li> <li>—Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie;</li> <li>—Test funcțional al standului coloană;</li> <li>—Inspecție vizuală și funcțională a rotilelor;</li> <li>—Test funcțional al sistemului de iluminare și a celui de ventilare;</li> <li>—Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare;</li> <li>—Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc;</li> <li>—Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior, schimb baterie FCP WL battery;</li> </ul> <p>Fiecare 2 ani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice;</li> </ul> <p>Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tuturor parametrilor. Reînnoire software la cea mai actuală versiune.</p>	50 000,0
4	50421000-2	Analizator biochimic "CS-T240, Dirui"	buc.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;</li> <li>—Curațarea părților de lucru;</li> <li>—Calibrarea dispozitivului;</li> <li>—Curațarea acelor funcționale cu apă distilată;</li> <li>—Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic;</li> <li>—Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale;</li> <li>—Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor;</li> <li>—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program;</li> </ul>	4 320,00
5	50421000-2	Analizator biochimic "BS-200, Mindray"	buc.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;</li> <li>—Curațarea părților de lucru;</li> <li>—Calibrarea dispozitivului;</li> <li>—Curațarea acelor funcționale cu apă distilată;</li> <li>—Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului</li> </ul>	4 320,00



					<p>tehnic;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale;</li> <li>—Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor;</li> <li>—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program;</li> </ul>	
6	50421000-2	Analizator biochimic "XN-1000i, Sysmex"	buc.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;</li> <li>—Curațarea părților de lucru;</li> <li>—Calibrarea dispozitivului;</li> <li>—Curățarea acelor funcționale cu apă distilată;</li> <li>—Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic;</li> <li>—Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale;</li> <li>—Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor;</li> <li>—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program;</li> </ul>	4 320,00
7	50421000-2	Coagulometru "CA-560, Sysmex"	buc.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;</li> <li>—Curațarea părților de lucru;</li> <li>—Calibrarea dispozitivului;</li> <li>—Curățarea acelor funcționale cu apă distilată;</li> <li>—Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic;</li> <li>—Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale;</li> <li>—Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor;</li> <li>—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program;</li> </ul>	4 320,00
8	50421000-2	Analizator ionometric "HumaLyte Plus 5, HUMAN"	buc.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;</li> <li>—Curațarea părților de lucru;</li> <li>—Calibrarea dispozitivului;</li> <li>—Curățarea acelor funcționale cu apă distilată;</li> <li>—Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic;</li> <li>—Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale;</li> <li>—Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor;</li> <li>—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program;</li> </ul>	4 320,00
9.1	50421000-2	Compresor "KS-124, BOTTARINI"	buc.	1	<p><b>Compresor BOTTARINI KS-124</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—Schimbare ulei tip AEON 3000 la urmatoarele temperaturi ale compresurului ( &gt; 93 °C la 1000 h; 88-92 °C la 2000 h; 70-88 °C la 3000 h (ulei inclus) x2 ori/an.</li> <li>—Schimbare filtru ulei (filtru inclus) x2 ori/an.</li> <li>—Schimbare filtru aer ( filtru inclus) x2 ori/an.</li> <li>—Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x1 ori/an.</li> <li>—Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate.</li> <li>— Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</li> <li>— Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</li> </ul>	75 000,00
9.2		Generator oxigen "IMT-PO 3550, INMATEC"	buc.	1	<p><b>Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an;</li> <li>—Demontare supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an;</li> <li>—Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an;</li> <li>—Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an;</li> <li>—Schimbare filtru INMATEC nou x1 ori/an;</li> <li>—Schimbare microfiltru INMATEC nou x1 ori/an;</li> <li>— Efectuarea mentenanței preventive conform manualului</li> </ul>	20 000,00

					tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program.	
9.3		Uscător aer "MD 150, ING. ENEA MATTEI S.P.A."	buc.	1	<b>Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150</b> –Demontare, verificare și curățare filtru aer tip M., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare și curățare filtru aer tip S., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare și curățare filtru aer tip A., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare și curățare filtru aer pre_uscător., Schimbare noi x1 ori/an. –Curățare radiator usător cu jet de aer comprimat x1 ori/an. –Schimb valvă electropneumatică de evacuare condens (1 buc.)_la necesitate. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program.	50 000,00
10.1		Compresor "ZT 55, Atlas Copco"	buc.	1	<b>Compresor "ZT 55, Atlas Copco"</b> Lucrări de mentenanță cu instalarea consumabilelor și pieselor de schimb: 2230 0113 09 - KIT B-MAINTENANCE (COMPRESSOR) 2230 0113 11 - KIT C-MAINTENANCE 2908 8501 01 - AR ROTO-Z (40 litri) LP Element Exchange KIT ZT55-90 HP Element Exchange KIT ZT55-90 Cooler Service KIT – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program.	70 000,00
10.2	50421000-2	Generator oxigen "IMT POC 8500 Med, INMATEC"	buc.	1	<b>Generator oxigen "IMT POC 8500 Med, INMATEC"</b> –Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Demontare supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curățarea și lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curățarea și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Schimbare filtru INMATEC nou x1 ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC nou x1 ori/an; – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program.	20 000,00
10.3		Uscător aer "FD 180 VSD, Atlas Copco"	buc.	1	<b>Uscător aer "FD 180 VSD, Atlas Copco"</b> –Demontare, verificare și curățare filtru aer tip UD140+., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare și curățare filtru aer tip PDP130+., Schimbare noi x1 ori/an. –Curățare radiator usător cu jet de aer comprimat x1 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program.	20 000,00
<b>Total</b>						<b>434 200,00</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : **nu se aplică**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
1) **Pentru mai multe loturi;**

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

12. Termenii și condițiile de livrare solicitate: **Incoterms DDP 2020**

**- pentru lucrări: la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore după efectuarea comenzii;**

**- pentru servicii: conform graficului stabilit în manualul de exploatare a echipamentului medical.**

**\* Serviciile vor fi prestate trimestrial și la solicitarea inginerului local**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semnării până la 31 decembrie 2022**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	Conform <b>anexei nr.8 din DS</b> – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	<b>Obligativiu</b> de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Propunerea tehnică	<b>Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS</b> – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	<b>Obligativiu</b> de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Propunerea financiară	<b>Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS</b> – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	<b>Obligativiu</b> de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	<b>Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.</b>	- Emisă de o bancă comercială ( <b>anexa nr.9 din DS</b> ) sau - Transfer la contul IMSP IMU ( <b>confirmat prin ștampila băncii</b> ) (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416)  -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	<b>Obligativiu</b> de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	DUAE	<b>Completat integral !!!</b> În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;  <b>În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încarcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.</b>	<b>Obligativiu</b> de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP



6	<b>Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras din registrul de Stat al persoanelor juridice-copie</b>	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;.	<b>Obligatori</b> de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	<b>Certificat de școlarizare a personalului angajat (eliberat de către producătorul utilajului supus deservirii tehnice) – tradus în limba de stat</b>	copie - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;.	<b>Obligatori</b> de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
8	<b>Adeverință de înregistrare eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice ( la lotul 1 )</b>	copie - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;.	<b>Obligatori</b> de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
9	<b>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);</b>	Conform <b>anexei nr. 13 din DS</b> Se prezintă la solicitare.	<b>Obligatori</b>  (la solicitare)
10	<b>Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)</b>	- Emisă de o bancă comercială ( <b>Anexa nr.10 din DS</b> ) sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416) Sau -rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate (confirmată prin scrisoarea operatorului economic)	<b>Obligatori</b>
11	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani ( <b>conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020</b> ).	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	<b>Obligatori</b>
12	<b><u>Notă</u></b>	1.- Ofertantul va indica în oferta propusă prețul trimestrial, conform modelului din documentația standard. 2.- Suma pentru Oferta financiară se va indica pentru 2 trimestre 3.- La lotul nr.9 și 10 sa fie indicate prețurile pe fiecare serviciu in parte – detaliat.	
13	<b>Metoda și condițiile de plată:</b>	-Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **este Obligatori**, cuantumul **1 %**, din valoarea ofertei fără TVA

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: **este Obligatoriu**, cuantumul **5%** din valoarea contractului cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta națională **MDL**.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și anunțul de participare.**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
 - până la: **[ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP**  
 - pe: **[data] Informația o găsiți în SIA RSAP**
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
**Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**  
**Ofertele întârziate vor fi respinse.**
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de stat.**
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**  
**Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;**  
**Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md**
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **BAP nr. 5 din 21.01.2022.**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu        |
|--|-------------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se acceptă                       |
| facturarea electronică   | Se acceptă                          |
| plățile electronice  | Se acceptă                          |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**

39. Alte informații relevante: (022) 250-707 Moticașo Alexei (serviciu achiziții publice)

Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a Contractului.

**În prețul de deservire vor fi incluse:**

- lucrările de complicație joasă – mentenanța periodică, mentenanța corectivă, mentenanța preventivă și reparații curente a dispozitivelor medicale;
- lucrări de complicație înaltă – reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor integrale și pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu;
- piesele de schimb cu prețul până la 1000 (una mie) lei MD vor fi achitate de executor, iar piesele cu prețul mai mare de 1000 (una mie) lei MD vor fi achitate de beneficiar;
- montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea;
- lucrările de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale;
- piese de schimb pentru lucrări de complicație joasă, asamblarea lor și verificarea parametrilor conform manualului tehnic.

Deservirea dispozitivelor medicale constă în:

- **Mentenanța preventivă**, din care fac parte lucrările ce pot preveni defectarea dispozitivului (curățirea dispozitivului de praf în interior, verificarea funcționalității tuturor modulelor, butoanelor, conecțoarelor, fișelor de 220V, accesoriilor și repararea lor dacă e necesar, instalarea clamelor) și efectuarea lucrărilor specificate în anexe. Aceste lucrări se vor efectua în cadrul IMU în prezența unui Bioinginer din departamentul tehnologiei medicale.

- **Mentenanța corectivă**, din cadrul ei fac parte lucrările de reparație a modulelor și a componentelor defectate. Efectuarea acestor lucrări se va efectua în cadrul IMU în prezența unui Bioinginer, dar dacă este necesar repararea complexă, atunci se va face în locul specificat de către prestatorul de servicii cu înștiințarea beneficiarului și a Bioinginerului, semnând de către ambele părți un act de predare – primire a dispozitivului medical sau a unei componente.

După finalizarea oricărei lucrări dispozitivele medicale vor fi testate, apoi date în exploatare.

**Condiții speciale:**

a) **Materialele și piesele de schimb pentru efectuarea lucrărilor de reparație de o complicație înaltă se vor achiziționa adăugător conform legislației în vigoare, din suma rezervată pentru acestea;**

b) **Lucrările de reparație a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur;**

c) **În cazul determinării unui defect de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentantul serviciului tehnică medicală a Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului;**

d) **După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport, specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbare de piese care s-a efectuat;**

e) **Piesele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată ce sunt schimbate;**

f) **În caz de defectare Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 24 ore;**

g) **La finalul deservirii dispozitivelor medicale inginerul este obligat să introducă în fișa de mentenanță toate lucrările efectuate și să prezinte un act de deservire a dispozitivului medical în care să includă toate lucrările efectuate.**

**În acest act să fie incluse semnăturile beneficiarilor: Directorul general, Coordonatorul Departamentului Tehnologiei Medicale, Șeful Departamentului Tehnologiilor Medicale, Bioinginerul responsabil, Șeful secției. La prezentarea facturii fiscale obligatoriu să se prezinte acest act.**

**Actul de îndeplinire a lucrărilor de deservire trebuie să fie elaborat pentru fiecare dispozitiv medical;**

h) **Stațiunile tehnice, care vor depăși mai mult de 10 zile calendaristice, din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de deservire, reparație, montare, ajustare, vor fi excluse din achitățile contractuale. În caz de necesitatea efectuării lucrărilor de complicație înaltă, termenul dat poate fi prelungit cu acordul ambelor părți;**



**i) Inginerii care deserve sc dispozitivele medicale trebuie să dispună și să prezinte diplomă de studii în domeniul bioingineriei (copie) sau certificat în domeniul tehnologiilor medicale, certificat de studiu pentru dispozitivele medicale deserve sc.**

**Prestatorul se obligă:**

**să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;**

**să deserve scă și să repare dispozitivele medicale în prezența colaboratorilor serviciului tehnică medicală a Instituției;**

**să îndeplinească formularele-model (fișa de mentenanță, fișa dispozitivului, jurnal de gardă, fișa de deserve scire), după fiecare intervenție la dispozitiv;**

**să asigure beneficiarul cu manuale tehnice și manuale de utilizator în limba de stat;**

**să instruiască personalul medical și tehnic;**

**să efectueze mentenanța preventivă, corectivă, periodică și reparații de nivel înalt a dispozitivelor medicale;**

**să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului tehnic**

Conducătorul grupului de lucru:

Mihail Ciocanu

