

Caiet de sarcini

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U.M.	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
33793000-5	1.	Lot 1 Pungi sterile cu filtru Vol. 400 ml	buc	1100 0,0	Material: Polietilenă sterilă fără pirogene, fără RN-ur și DN-uri; Volumul 400 ml, lungimea 300 mm, lățimea 180mm; Certificat de conformitate cu termen de valabilitate min 2 ani; Standard de referință: SM SR EN ISO 7218
33793000-5	2.	Lot 2 Pungi sterile fără filtru Vol. 400 ml	buc	3000, 0	Material: Polietilenă sterilă fără pirogene, fără RN-ur și DN-uri - Sterilizate prin iradiere; Volumul 400 ml, sterile, lungimea 300 mm, lățimea 180mm; Certificat de conformitate cu termen de valabilitate min 2 ani; Standard de referință: SM SR EN ISO 7218
38420000-5	3.	Lot 3 Barometru combinat cu termohigrometru <i>Tip Extech SD700</i>	buc	2,0	Caracteristici generale: - Barometru / Termo-higrometru portabil de precizie afișează presiunea barometrică în 3 unități de măsură: hPa, mmHg și înHg; - Afișaj simultan a presiunii barometrice, a temperaturii cît și a umidității relative; - Datalogger dată/timp și stocarea datelor pe un SD card în format Excel pentru transferul cu ușurință la un PC. Caracteristici Tehnice - Presiunea barometrică: 10 până 1100 hPa; 7.5 până 825.0 mmHg; 0.29 până 3248 inHg; - Rezoluție: 0.1 hPa, 0.1mmHg, 0.01inHg; - Temperatură: 0 :: 50°C; - Rezoluție/ Acuratețe de bază: 0.1°C / ±0.8°C; - Umiditate relativă: 10 .. 90%RH; - Rezoluție/ Acuratețe de bază: 0.1% / ±(4% of rdg + 1% RH); - Datalogger / stocarea de date: 20M de date cu card de memorie 2G SD. Termen de garanție: 36 luni.
38414000-6	4.	Lot 4 Termometru digital <i>tip SterilDisk (standard) code:TS01SD</i>	buc	4,0	Caracteristici generale Steril diskul se folosește pentru verificarea periodică a dispozitivelor medicale și anume Sterilizatoare cu aburi. Caracteristici Tehnice Materiale Oțel inoxidabil AISI316L, PEEK Puncte de calibrare standard (temperatura) 25/50/75/100/121/140°C În intervalul -20 °C ÷ +140 °C Rezoluție temperatura 0,01 °C Precizia temperaturii ± 0,2 °C (în intervalul de calibrare) Memorie (n. de achiziții) 20.224 Pas de achiziție De la 1 la fiecare secundă în sus, cu pași de 1 secundă Grad de protecție IP68 Tip baterie 3.0V litiu înlocuibilă de către utilizator. Software și aplicație mobilă SPD, TS Manager. Standarde de calitate și referință ISO - 9001 Termen de garanție: 36 luni.

33190000-7	5.	Baterie de schimb (kit) pentru <i>Termometru digital tip SterilDisk</i>	set	10.0	Bateria de schimb (kit) pentru SterilDisk Este necesar să fie ușor și rapid înlocuibilă de către utilizator. Kitul va include o baterie nouă, un inel O, set de chei speciale cu care trebuie să se deschidă loggerul și instrucțiunea de înlocuire.
38414000-6	6.	Termometru digital cu două intrări și cu înregistrare de date tip <i>Fluke 54-2-B</i>	buc	1.0	Caracteristici generale: Termometru măsoară temperatura de contact pe motoare, izolație, întrerupătoare, țevi, conexiuni corodate, lichide și fire cu senzori/traductori de temperatură cu termocuplu standard industrial de tipurile J, K, T, E, N, R sau S. În plus, acest termometru digital cu intrare dublă înregistrează până la 500 de puncte de date cu intervale de înregistrare reglabile de utilizator. Setul va include: - Termometru - Husă - 2 Termocupluri cu sonde - Garanție și manualul de utilizare. Caracteristici Tehnice Precizia după temperatură -La temperaturi -100°C cu traductori de tip J, K, T și E: $\pm [0,05\% + 0,3^{\circ}\text{C}]$ -cu traductori de tip R și S $\pm [0,05\% + 0,4^{\circ}\text{C}]$ -Sub -100°C cu traductori de tip J, K și E: $\pm [0,20\% + 0,3^{\circ}\text{C}]$ -Tip T: $\pm [0,50\% + 0,3^{\circ}\text{C}]$ Temperatură (compatibil și citește): Traductor de tip J -210 la 1200°C Traductor de tip K -200 la 1372 °C Traductor de tip T -250 până la 400 °C Traductor de tip E -150 la 1000°C Traductor de tip N -200 la 1300°C Traductor de tip R și S -32 până la 1767 °C Scara de temperatură ITS-90 Standarde aplicabile NIST-175 Rezoluția afișajului/display 0,1°C, 0,1 K <1000 °C, 1 K ≥ 1000 Specificații pentru mediul de lucru Temperatura de funcționare -10 până la 50 °C Temperatura de depozitare -40 până la 60°C Umiditate (fără condensare) 0 până la 90%; de la 0 până la 35 °C și 0 până la 70%; de la 0 până la 50 °C Specificații mecanice și generale Baterii - 3 baterii Durată de viață medie de 1000 de ore Dimensiuni 173 x 86 x 38 mm Greutate 350 - 500g Certificat : CE, CSA sau TÜV Standarde de siguranță: CSA C22.2 Nr. 1010.1 1992; EN 61010 Amendamentul 1,2 Termen de garanție: minim 36 luni.

38414000-6	7.	Termocuplu tip - N <i>model</i> 935-14-63 (ISOTECH)	buc	2.0	Caracteristici tehnice Domeniu de măsurare de la 0 până la 1200 ° C Diametru 3 mm Lungimea 300 mm Lungimea cablului 1 metru Termen de garanție: minim 36 luni.
------------	----	---	-----	-----	---

Nota 1: - Ofertele vor fi evaluate pentru fiecare lot în parte.

Nota 2: Pentru **loturile nr. 1 și nr. 2:**

- Pungile sterile trebuie sa fie ambalate original și sigilate (eticheta trebuie să fie în conformitate cu cerințele standard, să conțină termenul de valabilitate).

Nota 3: Pentru **loturile nr. 1 și nr. 2:**

- Pungile sterile se livrează în Laborator Încercări Produse Agroalimentare, etajul 4 (num. Chișinău, str. Eugen Coca, 28) în termen de 45 zile din ziua semnării contractului.

Nota 4: Pentru **loturile nr. 1 și nr. 2:**

- Termenul de valabilitate trebuie să fi nu mai puțin de 2/3 din termenul total de valabilitate.

Nota 5: Pentru loturile nr. 1 și nr. 2:

- Pentru bunurile solicitate, trebuie prezentate toate specificațiile tehnice.

Nota 6: Pentru **loturile nr. 3 și nr. 4:**

- Termen de garanție: minim 36 luni.
- Disponibilitatea personalului de a oferi suport tehnic local autorizat de producător cu posibilitatea de service post garanție: servicii de întreținere, consumabile si piese de schimb.
- Disponibilitatea unui centru de service local autorizat de producător în Moldova.
- În perioada de garanție, diagnosticarea defecțiunii se va face direct la fața locului, în termen de 24 de ore de la notificare. Perioada de reparație nu va depăși 15 zile.
- Să fie însoțit de un Certificat de Etalonare, emis de către un laborator acreditat.

Anexa nr. 2
la Anunțul de participare

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____	
Obiectul achiziției: Echipament, veselă și consumabile de laborator	

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termeni de livrare
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Pungi sterile cu filtru Vol. 400 ml				Conform descrierii solicitate în Caietul de sarcini		În termen de 45 de zile din momentul din data semnării contractului 1/3 din cantitate, ulterior la cererea autorității contractante pe parcursul valabilității contractului.
2.	Pungi sterile fără filtru Vol. 400 ml				Conform descrierii solicitate în Caietul de sarcini		
3.	Barometru combinat cu termohigrometru Tip Extech SD700				Conform descrierii solicitate în Caietul de sarcini		În termen de maxim 45 de zile din data semnării contractului.
4.	Termometru digital tip <i>SterilDisk</i> (standard) code:TS01SD				Conform descrierii solicitate în Caietul de sarcini		
5.	Baterie de schimb (kit) pentru Termometru digital tip <i>SterilDisk</i>				Conform descrierii solicitate în		
6.	Termometru digital cu două intrări și cu înregistrare de date tip Fluke 54-2-B				Caietul de sarcini		
7.	Termocuplutip -N model 935-14-63 (ISOTECH)				Conform descrierii solicitate în		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Anexa nr. 3
la Anunțul de participare

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____								
Nr. LOT	Denumirea bunurilor	U/M Cantitatea		Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrate	Clasifica ție bugetară (IBAN)
1)	Pungi sterile cu filtru Vol. 400 ml	set	11000, 0						
2)	Pungi sterile fără filtru Vol. 400 ml	buc	3 000,0						
3)	Barometru combinat cu termohigrometru Tip Extech SD700	buc	2,0						
4)	Termometru digital <i>tip SterilDisk (standard) code:TS01SD</i>	set	4.0						
5)	Baterie de schimb (kit) pentru <i>Termometru digital tip SterilDisk</i>	buc	10.0						
6)	Termometru digital cu două intrări și cu înregistrare de date <i>tip Fluke 54-2-B</i>	buc	1.0						
7)	Termocuplu tip - N <i>Model 935-14-63 (ISOTECH)</i>	buc	2.0						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

BANCA

(denumirea)

GARANȚIA BANCARĂ PENTRU OFERTĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____,

(denumirea băncii)

Înregistrat la _____,

(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 5
la Anunțul de participare

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “ ____ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI
Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20__ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]/[introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu până la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____

Subsemnatul, _____, reprezentantul legal al _____,
(numele și prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție _____,
(denumirea achiziției)

organizată de Î.S. ” _____ ”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării _____

Operator economic _____
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

.....
.....
.....
.....
.....