

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **Seturi diagnostice pentru incercari serologice LDSA prin procedura de achiziție : Cererea ofertelor de pret (bunuri)**

1. Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
2. IDNO: 1005600030818
3. Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani
4. Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33100000-1	Set de diagnostic	Buc=test	960	Set de diagnostic prin tehnica ELISA indirect pentru detectia anticorpilor contra Br. abortus și Br. Melitensis in lapte de la bovine (probe de ser individuale și amestecuri). Componența setului: 1 set – 2-5 placi/192-480 teste. O placa cu 96 godeuri captușite (Brucella LPS), cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri. de polisteren. control pozitiv – lichid sau liofilizat. control negativ – lichid sau liofilizat. soluție de stopare, substrat, conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat, soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluție de spălare concentrată folii adezive pentru plăci.	20880.00

				<p>In cazul de diluarea probelor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captușită</p> <p>DO-450nm ori DO-620nm</p> <p>Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregima), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizate trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare.</p> <p>Sa fie produse si sa detina performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (OIE) editia in vigoare.</p> <p>Serul de refrinta OIE ELISpSS trebuie sa fie stabil pozitiv la o dilutie de 1/125.</p> <p>Setul sa contina un certificat,sau alt document care confirma calitatea produsului, de la producator sau de la un laborator international de referinta OIE, in care sa se specifice: sensibilitatea; specificitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului.</p> <p>Instructiunea în limba de stat.</p> <p>Certificat ISO 9001</p>
2. LOT cu reagenții pentru determinarea Ac Brucella. Se va procura tot impreuna				
2.1	33100000-1	<p><i>Antigen colorat cu Rose-Bengal pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine și caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacția de seroaglutinare rapidă (RSAR)</i></p>	flacon	<p>2</p> <p>Suspensie de Brucella abortus inactivată și colorată cu Rose-Bengal, trebuie să fie standartizat la OIEISS conform cerințelor Directivei Europene CEE 64/432 pentru a da o reacție pozitivă la diluția de 1/45 a serului internațional anti-brucella abortus (OIEISS) și o reacție negativă cu același ser pentru diluția de 1/55.</p> <p>1 flacon – 100 ml, 3000-3300 doze, lichid. 1 flacon-10 ml, 300-330 doze,lichid Aproximativat cu consumabile de unica folosinta pentru efectuarea reactiei (plastine si bastoane) in cantitatea suficienta.</p>

					<p>Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an.</p> <p>Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.</p> <p>Instrucțiunea de lucru în limba de stat.</p>	
2.2		Ser-control pozitiv brucelic	flacon	20	<p>1 flacon x 1-2 ml, lichid sau liofilizat.</p> <p>Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an.</p> <p>Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.</p> <p>Instrucțiunea de lucru în limba de stat.</p>	
2.3		Ser-control negativ brucelic	flacon	20	<p>1 flacon x 1-2 ml; lichid sau liofilizat.</p> <p>Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.</p> <p>Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an.</p> <p>Instrucțiunea de lucru în limba de stat.</p>	
					TOTAL	18456,00

3. LOT cu reagenții pentru determinarea Ac Brucella. Se va procura tot impreuna conform Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, 8th edition cap.Brucellosis

3.1		CFT Antigen brucelic	flacon	1	<p>Antigen comercial de uz veterinar-suspensie fenolata 0.5% de corpi bacterieni de B.abortus biotip1, suşa 99 Weybridge, inactivat.</p> <p>Preparat în raport cu etalonul internațional în conformitate cu cerințele OIE de standardizare – certificat.</p> <p>1 flacon/50-100 ml.</p> <p>Valabilitate la livrare minim 1 an.</p> <p>Instrucțiunea de lucru în limba de stat.</p>	
3.2	33100000-1	Complement (alexină)	flacon	10	<p>Serul normal de cobai, liofilizat.</p> <p>1 flacon/10-100doze (5-6 (CH50) la diluția de lucru 1/10).</p> <p>Certificat de calitate.</p>	

				<p>Valabilitate la livrare minim 1 an.</p> <p>Instrucțiunea de lucru în limba de stat.</p>	
3.3		Hemolizina	flacon	<p>2</p> <p>Serul sanguin al iepurilor hiperimunizați cu hematii de oaie pentru prepararea sistemului hemolitic necesar în RFC, 1 flacon/250-500 doze, liofilizat.</p> <p>Certificat de calitate.</p> <p>Valabilitate la livrare minim 1 an.</p> <p>Instrucțiunea de lucru în limba de stat.</p>	
3.4		Ser pozitiv brucelic	flacon	<p>5</p> <p>Cu titru cunoscut și etalonat la serul standard internațional OIEISS de 1000 UI/ml. Serul pozitiv brucelic produs din tulpina B.abortus, 99 Weybridge (titrurile fixatoare de complement să fie exprimate în UI/ml) să aibă minim 40UI/ml.</p> <p>1 flacon/1-2 ml, liofilizat.</p> <p>Certificat de calitate.</p> <p>Valabilitate la livrare minim 1 an.</p> <p>Instrucțiunea de lucru în limba de stat</p>	
3.5		Ser negativ brucelic	flacon	<p>5</p> <p>liber de anticorpi anti-B.abortus, B.melitensis, B suis.</p> <p>1 flacon/1-2 ml, liofilizat.</p> <p>Certificat de calitate.</p> <p>Valabilitate la livrare minim 1 an.</p> <p>Instrucțiunea de lucru în limba de stat.</p>	
3.6		Tampon Veronal	flacon	<p>5</p> <p>diluant pentru reacția de fixare a complementului, concentrat X5, pH 7.3-7.4</p> <p>1 flacon/100-200 ml, lichid.</p> <p>Certificat de calitate.</p> <p>Valabilitate la livrare minim 1 an.</p> <p>Instrucțiunea de lucru în limba de stat.</p>	
				Total	27860.00

4. LOT cu seturi de diagnostic pentru determinarea LEB. Se va procura de la un producător

4	33100000-1	<p><i>SET DIAGNOSTIC LEB-ELISA</i></p>	Buc. = test	9600	<p>Set de diagnostic prin tehnica ELISA blocking pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine (gp.51) in ser sangvin de la bovine (probe de ser individuale și amestecuri de 10 probe). pentru monitoring .</p> <p>Componența setului:</p> <p>1 set – 2-10 placi/192-960 teste. O placa cu 96 godeuri captușite cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren,</p> <p>control pozitiv – lichid sau liofilizat.</p> <p>control negativ – lichid sau liofilizat.</p> <p>soluție de stopare,</p> <p>substrat.</p> <p>conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat.</p> <p>soluții pentru diluarea probelor examinate. prepararea reactivelor și soluție de spălare concentrată</p> <p>folii adezive pentru plăci.</p> <p>In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captușită</p> <p>DO-450nm</p> <p>ori</p> <p>DO-620nm</p> <p>Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregima), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizate trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare.</p> <p>Sa fie produse si sa detina performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (OIE) editia in vigoare si cerinților prevăzute în Directiva 64/432/CCE (Commission decision din 15 decembrie 2009) actualizat.</p> <p>Serul de refrinta OIE E05 trebuie sa fie pozitiv la o dilutie de 10 ori mai mare decit numarul de seruri individuale in amestic de seruri (10seruri in amestic dilutia 1/100).</p>
---	------------	--	-------------	------	--

				<p>Setul sa contina un certificat,sau alt document care confirma calitatea produsului, de la producator sau de la un laborator international de referinta OIE, in care sa se specifice: sensibilitatea; specificitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului.</p> <p>Instructiunea la limba de stat.</p> <p>Certificat ISO 9001.</p>
		<p><i>SET DIAGNOSTIC LEB-ELISA</i></p>	<p>Buc=test</p>	<p>4800</p> <p>Set de diagnostic prin tehnica ELISA indirect pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine in ser sangvin de la bovine, pentru confirmare.</p> <p>Componenta setului:</p> <p>2-5 placi/192-480 teste. O placa cu 96godeuri captusite cu antigen viral cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren,</p> <p>2-5 placi/192-480 teste. O placa cu 96godeuri captusite cu antigen negativ cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren,</p> <p>control pozitiv – lichid sau liofilizat.</p> <p>control negativ – lichid sau liofilizat.</p> <p>soluție de stopare,</p> <p>substrat,</p> <p>conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat,</p> <p>soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluție de spălare concentrată</p> <p>folii adezive pentru plăci.</p> <p>In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captusită</p> <p>DO-450nm</p> <p>ori</p> <p>DO-620nm</p> <p>Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregima), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizate trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare.</p>

				<p>Sa fie produse si sa detina performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (OIE) editia in vigoare si cerinților prevăzute în Directiva 64/432/CCE (Commission decision din 15 decembrie 2009) actualizat.</p> <p>Serul de refrinta OIE E05 trebuie sa fie pozitiv la o dilutie de 10 ori mai mare decit numarul de seruri individuale in amestec de seruri (10seruri in amestec dilutia 1/100).</p> <p>Setul sa contina un certificat,sau alt document care confirma calitatea produsului, de la producator sau de la un laborator international de referinta OIE, in care sa se specifice: sensibilitatea; specificitatea; reproductibilitatea: limita de detectie a setului.</p> <p>Instructiunea la limba de stat.</p> <p>Certificat ISO 9001.</p>	
				TOTAL LOT	304224.00
Valoarea estimativă totală					371 420.00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru mai multe loturi;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile calendaristice de la incheierea contractului :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 și mai mulți ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 80 % din cel initial pentru produsele cu valabilitate de până la 2 ani.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care po determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minin

(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAЕ	Semnat electronic	Obligativiu
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligativiu
3.	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22	Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligativiu
4.	Specificația de preț, conform anexei nr. 23	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica "Termenul de livrare", semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic	Obligativiu
5.	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor	Semnat electronic	Obligativiu
6.	Garanția pentru ofertă	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
7	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic	Obligativiu
!	Notă	* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără IVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.	Obligativiu la semnarea contractului

		* Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 6 zile, după expirarea termenului de așteptare. În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	
--	--	--	--

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _____ ”

18. Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din _____ ”

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor. prețul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP
- pe: /data/ Conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile calendaristice .
28. Locul deschiderii ofertelor : SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:nu a fost publicat .
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: nu sunt .

Conducătorul grupului de lucru:



elaborare proiect