

## **ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE-modificat**

**privind ACHIZIȚIONAREA dispozitivelor medicale ( paturi multifuncționale  
pentru adulți( 6-8 poziții) caracteristici avansate)**

prin procedura de achiziție\_ cerere ofertelor de preț\_

- 1. Denumirea autorității contractante:** IMSP Spialul Raional Taraclia
- 2. IDNO:** 1003610003215  
-
- 3. Adresa** or.Taraclia, str. Valeriu Cioban, 1
- 4. Numărul de telefon/fax:**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** *sr.taraclia@mail.ru*
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** bugetul CNAM
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:** Cod CPV 33100000-1

Nr. lot	Denumire Lot	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată	Valoarea estimativă fără TVA																																																																												
1	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140402	bucata	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="689 215 1942 252"><b>Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="689 252 1115 288"><b>Cod</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1115 252 1942 288"><b>140402</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 288 1115 325"><b>Descriere</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1115 288 1942 325">Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 325 1373 362"><b>Parametrul</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 325 1942 362"><b>Specificația</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 362 1373 399"><b>Tip</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 362 1942 399">multifuncțional cu 6-8 poziții</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 399 1373 435"><b>Tip pacient</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 399 1942 435">adult</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 435 1115 612" rowspan="3"><b>Controlul pacientului</b></td> <td data-bbox="1115 435 1373 488"><b>tip</b></td> <td data-bbox="1373 435 1942 488">Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 488 1373 526" rowspan="2"><b>Funcționalități</b></td> <td data-bbox="1373 488 1942 526">poziționare sedentară</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1373 526 1942 564">poziționare Trendelenburg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 564 1942 612">poziționare anti-Trendelenburg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 612 1115 651" rowspan="2"><b>Poziționare</b></td> <td data-bbox="1115 612 1373 651"><b>Trendelenburg</b></td> <td data-bbox="1373 612 1942 651">≥ 16 grade</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 651 1373 689"><b>Anti-trendelenburg</b></td> <td data-bbox="1373 651 1942 689">≥ 16 grade</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 689 1373 727"><b>Poziționare CPR</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 689 1942 727">electric (auto-CPR)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 727 1373 766"><b>Spătarul reglabil electric</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 727 1942 766">≥ 70 grade</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 766 1373 804"><b>Înclinarea laterală (Sfînga, dreapta)</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 766 1942 804">Minim 15° / 15°</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 804 1115 842"><b>Controlul de către asistentă</b></td> <td data-bbox="1115 804 1373 842"><b>Blocarea control pacient</b></td> <td data-bbox="1373 804 1942 842">obligatoriu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 842 1115 880"><b>Greutatea maximă admisă de încărcare</b></td> <td data-bbox="1115 842 1373 880"><b>Cu etichetă pe pat</b></td> <td data-bbox="1373 842 1942 880">≥ 250 kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 880 1115 919"><b>Înălțime</b></td> <td data-bbox="1115 880 1373 919"><b>Ajustabilă</b></td> <td data-bbox="1373 880 1942 919">diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 919 1115 957" rowspan="3"><b>Rotile</b></td> <td data-bbox="1115 919 1373 957"><b>Diametru</b></td> <td data-bbox="1373 919 1942 957">≥ 15 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 957 1373 995"><b>Sistem de blocare</b></td> <td data-bbox="1373 957 1942 995">central pentru toate roțile</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 995 1373 1034"><b>Sistem de blocare</b></td> <td data-bbox="1373 995 1942 1034">blocarea roților în o singură direcție</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1034 1373 1072"><b>Parapete de protecție laterale</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1034 1942 1072">formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stînga, dreapta)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1072 1373 1110"><b>Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1072 1942 1110">≥ 35 x 43 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1110 1373 1149"><b>Bampere/roțile pe fiecare colț a patului</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1110 1942 1149">fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1149 1373 1187"><b>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1149 1942 1187">baterie inclusă</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1187 1373 1225"><b>Alimentare</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1187 1942 1225">220 V, 50 Hz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1225 1373 1264"><b>Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1225 1942 1264">obligatoriu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1264 1115 1302"><b>Saltea</b></td> <td data-bbox="1115 1264 1373 1302"><b>ortopedică, lavabilă</b></td> <td data-bbox="1373 1264 1942 1302">min. 14 cm</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar</b>			<b>Cod</b>	<b>140402</b>		<b>Descriere</b>	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare		<b>Parametrul</b>	<b>Specificația</b>		<b>Tip</b>	multifuncțional cu 6-8 poziții		<b>Tip pacient</b>	adult		<b>Controlul pacientului</b>	<b>tip</b>	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice	<b>Funcționalități</b>	poziționare sedentară	poziționare Trendelenburg	poziționare anti-Trendelenburg	<b>Poziționare</b>	<b>Trendelenburg</b>	≥ 16 grade	<b>Anti-trendelenburg</b>	≥ 16 grade	<b>Poziționare CPR</b>	electric (auto-CPR)		<b>Spătarul reglabil electric</b>	≥ 70 grade		<b>Înclinarea laterală (Sfînga, dreapta)</b>	Minim 15° / 15°		<b>Controlul de către asistentă</b>	<b>Blocarea control pacient</b>	obligatoriu	<b>Greutatea maximă admisă de încărcare</b>	<b>Cu etichetă pe pat</b>	≥ 250 kg	<b>Înălțime</b>	<b>Ajustabilă</b>	diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm	<b>Rotile</b>	<b>Diametru</b>	≥ 15 cm	<b>Sistem de blocare</b>	central pentru toate roțile	<b>Sistem de blocare</b>	blocarea roților în o singură direcție	<b>Parapete de protecție laterale</b>	formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stînga, dreapta)		<b>Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic</b>	≥ 35 x 43 cm		<b>Bampere/roțile pe fiecare colț a patului</b>	fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator		<b>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică</b>	baterie inclusă		<b>Alimentare</b>	220 V, 50 Hz		<b>Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii</b>	obligatoriu		<b>Saltea</b>	<b>ortopedică, lavabilă</b>	min. 14 cm	45833,33
<b>Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar</b>																																																																																	
<b>Cod</b>	<b>140402</b>																																																																																
<b>Descriere</b>	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare																																																																																
<b>Parametrul</b>	<b>Specificația</b>																																																																																
<b>Tip</b>	multifuncțional cu 6-8 poziții																																																																																
<b>Tip pacient</b>	adult																																																																																
<b>Controlul pacientului</b>	<b>tip</b>	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice																																																																															
	<b>Funcționalități</b>	poziționare sedentară																																																																															
		poziționare Trendelenburg																																																																															
poziționare anti-Trendelenburg																																																																																	
<b>Poziționare</b>	<b>Trendelenburg</b>	≥ 16 grade																																																																															
	<b>Anti-trendelenburg</b>	≥ 16 grade																																																																															
<b>Poziționare CPR</b>	electric (auto-CPR)																																																																																
<b>Spătarul reglabil electric</b>	≥ 70 grade																																																																																
<b>Înclinarea laterală (Sfînga, dreapta)</b>	Minim 15° / 15°																																																																																
<b>Controlul de către asistentă</b>	<b>Blocarea control pacient</b>	obligatoriu																																																																															
<b>Greutatea maximă admisă de încărcare</b>	<b>Cu etichetă pe pat</b>	≥ 250 kg																																																																															
<b>Înălțime</b>	<b>Ajustabilă</b>	diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm																																																																															
<b>Rotile</b>	<b>Diametru</b>	≥ 15 cm																																																																															
	<b>Sistem de blocare</b>	central pentru toate roțile																																																																															
	<b>Sistem de blocare</b>	blocarea roților în o singură direcție																																																																															
<b>Parapete de protecție laterale</b>	formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stînga, dreapta)																																																																																
<b>Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic</b>	≥ 35 x 43 cm																																																																																
<b>Bampere/roțile pe fiecare colț a patului</b>	fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator																																																																																
<b>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică</b>	baterie inclusă																																																																																
<b>Alimentare</b>	220 V, 50 Hz																																																																																
<b>Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii</b>	obligatoriu																																																																																
<b>Saltea</b>	<b>ortopedică, lavabilă</b>	min. 14 cm																																																																															

				husă cu fermoar			
Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 pozitii) caracteristici medii Cod 140401	bucata	1	<b>Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii</b>			41666,67	
			<b>Cod</b>	<b>140401</b>			
			<b>Descriere</b>	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare			
			<b>Parametrul</b>	<b>Specificația</b>			
			<b>Tip</b>	multifuncțional cu 6-8 poziții			
			<b>Tip pacient</b>	adult			
			<b>Controlul pacientului</b>	<b>tip</b>	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice		
				<b>Funcționalități</b>	poziționare sedentară		
					poziționare Trendelenburg		
			<b>Poziționare</b>	<b>Trendelenburg</b>	≥ 16 grade		
				<b>Anti-trendelenburg</b>	≥ 16 grade		
			<b>Poziționare CPR</b>	electric (auto-CPR)			
			<b>Spătarul reglabil</b>	≥ 70 grade			
			<b>Cîntar încorporat</b>	da			
			<b>Înclinarea laterală (stînga, dreapta)</b>	opțional			
			<b>Controlul de către asistentă</b>	<b>Blocarea control pacient</b>	da		
			<b>Greutatea maximă admisă de încărcare</b>	<b>Cu etichetă pe pat</b>	≥250 kg		
			<b>Înălțime</b>	<b>Ajustabilă</b>	diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm		
			<b>Rotile</b>	<b>Diametru</b>	≥ 15 cm		
				<b>Sistem de blocare</b>	central pentru toate roțile		
					blocarea roților în o singură direcție		
			<b>Parapete de protecție laterale</b>	formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stînga, dreapta)			
			<b>Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic</b>	≥ 35 x 43 cm			
			<b>Bampere/roțile pe fiecare colț a patului</b>	fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator			
			<b>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică</b>	baterie inclusă			
			<b>Alimentare</b>	220 V, 50 Hz			
<b>Saltea</b>	<b>ortopedică, lavabilă</b>	min. 14 cm					
	<b>husă cu fermoar</b>						
<b>TOTAL valoarea estimativă</b>					<b>87500,00</b>		

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se admite
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea se fa efectua pînă la 31.12.2024
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024;
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu  
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție /(Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;	Obligativiu
2	Propunerea tehnică (specificații tehnice)	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu
3	Propunerea financiară (specificații de preț)	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu
4	Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 11.06. 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu
5	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu
6	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu
7	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie originalului eliberat de Inspectoratul fiscal, confirmată prin semnătura și ștampila participantului.	Obligativiu
8	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu

9	Situația financiară	Copia ultimul raport financiar, confirmat cu semnatura electronică de către administratorul	Obligatori
10	Declarație de eligibilitate	Completată conform modelului aprobat prin HG nr.870/2022, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligatori
11	Prezentarea de dovezi privind corespunderea produselor, identificați prin referire la specificații sau standarde relevante	Certificat de conformitate / Certificat de calitate / Declarație de conformitate / ISO / CE - de la producător. Copie originalului confirmați prin semnătura și ștampila ori prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. <b>Manual de utilizare sau catalogul producătorului cu parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</b>	Obligatori
12	Declarație de garanție a bunurilor minim 24 de luni	Declarație pe proprie răspundere conform certificatelor de garanție, eliberate de producător. Certificatul de garanție vor fi eliberat	Obligatori
13	Dovada înregistrării în Lista producătorilor	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obligatori
	Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:	<p>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1</p> <p>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE</p> <p>Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (<a href="https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce">https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce</a>) – întrun singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile oferite în formularul specificațiilor tehnice)</p> <p>– original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente:</p> <p>a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;</p> <p>b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;</p> <p>c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;</p> <p>d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor.</p> <p>Notă: Vor fi transmise în adresa AMDM doar notificările ofertelor calificate.</p> <p>Notă: Notificările recepționate, inclusiv documentele atașate, vor fi transmise în adresa AMDM fără a fi examinate.</p> <p><b>Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</b></p> <p>Pentru dispozitivele medicale înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare.</p>	Obligatori
	<p><b>Nota: Documente anexate: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin de 24 luni), certificat de calitate și conformitate, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrological, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Anul producerii 2024.</b></p>		

**NOTA: In SIA "RSAP" cerem sa fie incarcate la fiecare pozitie numai certificatul respectiv produsului dat, dar nu toate certificatele ofertei**

**Garanția pentru ofertă, după caz\_ NU cuantumul\_NU.**

17. Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu \_, cuantumul NU.
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz\_nu se aplica
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):\_nu \_
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)
21. Ofertele se prezintă în valuta\_ lei moldovenesc MDL\_ \_
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț, în corespundere cu specificațiile tehnice solicitate.**
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă*
24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] \_\_\_\_\_
  - pe: [data] \_\_\_\_\_
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: \_\_\_\_\_60 zile
27. Locul deschiderii ofertelor: \_\_\_\_\_SIA RSAP \_\_\_\_\_  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat și/sau limba rusă
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: \_nu
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):\_nu
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: \_\_\_\_\_
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_\_\_\_\_
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.10.2024
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da                           |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | nu                           |
| Facturarea electronică   | da                           |
| Plățile electronice  | da                           |
37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu \_\_\_\_\_  
(se specifică da sau nu)
38. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_Covaci Artur\_ .