

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Echipament de laborator**

prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://usm.md/wp-content/uploads/2025-10-01-Planul-de-Achizitii-Publice.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: *I.P. Universitatea de Stat din Moldova*

2. IDNO: *1006600064263*

3. Adresa *mun.Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60*

4. Numărul de telefon/fax: *022 241 240*

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usm.md/
<https://usm.md/>

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*


7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *instituție publică de învățământ superior*

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (fără TVA)
Lot 1 Departament Chimie Industrială și Ecologică "acad. Gh. Duca"						
1.1.	38311000-8	Balanță analitică	buc	2	Capacitatea maximă (Max): nu mai mică de 220 g; Unitatea de citire: 0,0001 g; Clasa de precizie: I; Reproductibilitate: 0,2 mg; Liniaritatea: ±0,3 mg. Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.	44 000,00
Lot 2 Institutul de Chimie_Subprogram de cercetare: Studiul chimic al metaboliților secundari din sursele naturale locale și valorificarea potențialului lor aplicativ în baza lărgirii diversității moleculare cu funcționalitate multiplă.						
2.1.	38000000-5	Lampă cu deuteriu cu durata de funcționare extinsă (long life) pentru detector HPLC UV-Vis cu lungimea de undă variabilă (VWD) din seria Agilent 1100	buc	1	Compatibilă cu detectorul UV-Vis al sistemului cromatografic HPLC Agilent seria 1100, Model G1314A VWD, analog echivalent cu lampa model G1314-60100.  Durată de viață garantată – nu mai puțin de 2000 ore. Certificat de testare de la producător la livrare. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.	18 000,00
Lot 3 Institutul de Chimie_Subprogram de cercetare: Cercetări avansate în chimia computațională și ecologică, identificarea procedeele tehnologice de tratare, formare a calității și cantității apelor						

3.1.	38412000-6	Termometru pentru distilări	buc	1	Termometru pentru distilare cu mercur și cu șlif 14/23, intervalul de temperatură 0-300°, diviziune 1°C, diametrul 7 mm Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.	5 000,00
Lot 4 Institutul de Chimie „Sinteza, analiza structurală și designul polimerilor coordinativi ai zincului(II) și cadmiului(II) cu proprietăți fotoluminescente”, cifrul: 25.80012.5007.74SE						
4.1.	38436000-0	Agitator magnetic	buc	1	Agitator magnetic cu încălzire TMA<280°C, 100-1500 rpm, LED display. Placă superioară din oțel inoxidabil acoperită cu ceramică. Control electronic al vitezei. Viteza de rotație min. 1500 rpm. Controlul încălzirii de la temperatură ambiantă la min. 280°C. Volumul de agitație de min. 3 L. Dispozitiv echipat cu sensor de temperatură extreme și tijă de sprijin. Termen de garanție min. 1 an Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.	15 175,00
4.2.	42943200-0	Baie cu ultrasunete si încălzire	buc	1	Capacitate rezervor: 2 litri Puterea ultrasunetelor : max. 150 Watt Controlul puterii ultrasunetelor: 50/75/100% Frecvența ultrasunetelor 45 kHz Puterea termică : 200 W Controlul de încălzirii reglabil: 20 - 80 ° C Cuva dimensiuni interioare (L x W x H): 230x118x80 mm Dimensiuni exterioare (L x W x H): 260x150x210 mm Cos interior inox dimensiuni (L x W x H): 205x100x50 mm Timer: 1-60 min / continuu Clasa de protecție IP 20 Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.	
Lot 5 Institutul de Chimie Laboratorul Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică (I)						
5.1.	42910000-8	Distilator inox	buc	1	Capacitate de distilare: 6-8 L/ora. Volum de apă distilat: 1.0-1.4 L/min. Conductivitate apă distilată la 20C: approx. 1,5 μS/cm. Sistem de control al încălzirii. Sistem de control al debitului. Dispozitiv de întrerupere a distilării în momentul depășirii nivelului de apă sau în cazul nivelului scăzut de apă. Alimentare: 230 V, 50/60 Hz, 26 A. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului Termen de garanție: 1 an;	10 000,00
Lot 6 Institutul de Chimie Laboratorul Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică (II)						
6.1.	42942200-3	Etuvă cu circulație naturală, 110 L	buc	1	Termoregulator digital. Structura rezistentă din oțel inoxidabil. Temperatura maximă 20-200°C. Circulație naturală. Capacitate: 100-110 L, 2 rafturi. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an;	27 500,00
6.2.	42943200-0	Baie cu ultrasunete și încălzire	buc	1	Capacitate rezervor: 2-5 litri. Puterea ultrasunetelor: max. 150 Watt. Controlul puterii ultrasunetelor: 50/75/100%. Frecvența ultrasunetelor: max 45 kHz. Puterea termică: max 200 W. Controlul de încălzire reglabil: 20 - 80 ° C. Timer: 1-60 min / continuu. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an;	
6.3.	38436000-0	Agitator magnetic cu încălzire	buc	3	TMA<20-280 C, 100-1500 rpm Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an;	
Lot 7 Institutul de Chimie Laboratorul Chimie Ecologică						


7.1.	38000000-5	Unitate de schimb 20 mL	buc	1	Unitate de schimb 20 mL. Unitate de schimb cu cip de date integrat, cilindru de sticlă de 20 mL și protecție împotriva luminii. Robinet plat din PCTFE/PTFE, conexiune cu tub FEP, vârf de biuretă antidifuzie și butelie de sticlă pentru reactiv, compatibilă cu titratorul automat 848Titrino plus. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: min. 1 an	30 000,00
Lot 8 Institutul de Chimie _Cercetări avansate în chimia computațională și ecologică, identificarea procedeele tehnologice de tratare, formare a calității și cantității apelor						
8.1.	38000000-5	Tuburi de combustie si reducere	buc	5	Tuburi de combustie si reducere. Material - cuarț Compatibil cu Elementar Vario EL III. Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului e; Termen de garanție: 1 an	71 500,00
8.2.		Tub de protectie	buc	4	Tub de protectie. Material – cuarț. Compatibil cu Elementar Vario EL III . Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an	
8.3.		Tub de suport	buc	3	Tub de suport. Material – cuarț, lungime 65 mm. Compatibil cu Elementar Vario EL III. Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an	
8.4.		Luntre de staniu 6 x 6 x 12 mm	buc	2	Luntre de staniu 6 x 6 x 12 mm. Compatibil cu Elementar Vario EL III. Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an	
Lot 9 Institutul de Fizică Aplicată, proiect 25.80013.5007.08RE, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor “Boris Lazarenko”						
9.1.	38311000-8	Balanță de precizie	buc	1	Balanță de precizie cu afișaj LCD, cu iluminare Capacitate de cântărire: min. 1000 g. Precizie – min 0,001 g. Capacitate minimă: ≤ 20mg. Interfețe PC: RS232, USB. Material platan: oțel inoxidabil. Accesorii: adaptor de rețea: 220/240V AC/50Hz. Echipamentul livrat va fi nou, nu refurbished. Garanție: min. 1 an. Termen de livrare: 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.	18 333,33
Lot 10 Institutul de Fizică Aplicată, proiect 25.80013.5007.08RE , Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor “Boris Lazarenko”						

10.1.	38410000-2	Multimetru	buc	2	Măsurare valoare reală efectivă (True RMS). Domenii de măsurare: tensiune DC: min. 1000V; tensiune AC: min 1000V; curent DC: min 10 A; curent AC: min. 10 A. Rezistență: min. 50 MOhm. Capacitate: min. 50mF; Echipamentul livrat va fi nou, nu refurbished. Garanție: min. 1 an. Termen de livrare: 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.	2 500,00
Lot 11 Institutul de Fizică Aplicată, proiect 25.80012.5007.33TC Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fonică						
11.1.	42942000-1	Element de încălzire plat (Heating strip)	buc	1	Tip: Plat; Forma: dreptunghiulară; Materiale: Nitrură din siliciu; Regim de funcționare: Temperatură maximă de funcționare: 1000 °C; Temperatură maximă admisă la bornele de contact: 500 °C; Tensiune nominală: 230 V; Rezistență la 20 °C: $52 \Omega \pm 25 \%$; Dimensiunea elementului de încălzire: Lungime, lățime: 50x50 mm ± 5 mm Grosimea: 4 mm ± 1 mm; Lungimea totală: 85 mm ± 10 mm; Orificiu lateral pentru termocuplu, lungime: 25mm ± 2 mm , diametru: 1,5 mm ± 0.1 mm.  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	25 833,33
Lot 12 Institutul de Fizică Aplicată, proiect 25.80012.5007.39TC Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fonică						
12.1.	38000000-5	Lamelă retardoare semiundă multi-ordine cu montare	buc	1	Apertură liberă Ø10,0 mm (Ø0,39") Diametru montat 25,4 mm (1,00"); Diametru nemontat $12,7 \pm 0,10$ mm Grosime nemontat 0,97 mm Acoperire Antireflexie AR, lungimea de unda 488 nm. Reflexie (în intervalul de acoperire AR) $<0,25\%$ pe suprafață Deviația fasciculului <10 arcsec Precizie de întârziere (tip.) $<\lambda/100$ Material Cuarț cristalin; Calitatea suprafeței 20-10 Scratch-Dig; Eroare front de undă transmis $\lambda/10$ (rms) la lungimea de unda 633 nm Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	76 458,33
12.2.		Lamelă retardoare semiundă multi-ordine cu montare	buc	1	Apertură liberă Ø10,0 mm (Ø0,39") Diametru montat 25,4 mm (1,00") Diametru nemontat $12,7 \pm 0,10$ mm Grosime nemontat 0,86 mm Acoperire Antireflexie AR pentru lungimea de unda 670 nm Reflexie (în intervalul de acoperire AR) $<0,25\%$ pe suprafață Deviația fasciculului <10 arcsec Precizie de întârziere (tip.) $<\lambda/100$ Material Cuarț cristalin; Calitatea suprafeței 20-10 Scratch-Dig; Eroare front de undă transmis $\lambda/10$ (rms) la 633 nm Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	
12.3.		Suport rotativ pentru component optice	buc	1	Dispozitive pentru Rotație continuă la 360°, blocabil Gradații de 2° pe cadran, etichetate la fiecare 20° Acceptă componente optice de diametru Ø1" (Ø25,4 mm) sau Ø25,0 mm Grosime maximă a componente optice sistemului optic: 0,37" (9,4 mm) Grosime minimă a sistemului optic: 0,31" (7,9 mm) Gaură internă de montare filetată de M4 pentru montare pe stâlpii Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	

12.4.	<i>Cuplor optic cu Menținerea polarizării PM cu bandă largă</i>	buc	1	Fibra optică monomod, interval de transmitere 450 - 600 nm, Diametrul câmpului modului $3,5 \pm 0,5 \mu\text{m}$, diametrul învelișului de cuarț - $\varnothing 125 \mu\text{m}$. Raport de decuplarea 75:25 Toleranță raport de decuplare $\pm 3,75\%$ Lungime de undă centrală 470 nm; Lățime de bandă minimă ± 40 nm; Pierdere de inserție $\leq 1,9 \text{ dB}$ / $\leq 7,1 \text{ dB}$; Pierdere excesivă $< 0,3 \text{ dB}$ (tipic); Uniformitatea $\leq 1,0 \text{ dB}$ Pierdere dependentă de polarizare (PDL) $a \leq 0,2 \text{ dB}$ Pierdere de retur optic (ORL) / Directivitate $\geq 60 \text{ dB}$ Nivel maxim de putere în transmisiunea 50 mW (cu conectori sau fibră goală) / 100 mW (îmbinat) sudate; Lungime de undă de tăiere a fibrei $430 \pm 20 \text{ nm}$; Configurație port 2x2; Lungimea și toleranța cablului de fibră $0,8 \text{ m} + 0,075 \text{ m} / -0,0 \text{ m}$ Conectori 2,0 mm Cheie îngustă FC/PC, Manșon $\varnothing 900 \mu\text{m}$ Sarcină de tracțiune tip pigtail 10 N; Temperatură de funcționare -40 până la 85°C Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului
12.5.	<i>Colimare fibră , conector tip FC/PC</i>	buc	1	Lungime de undă de aliniere 633nm Stratul lentilei Antireflexie AR 650-1050 nm Diametrul taliei 2,8 mm Distanța taliei 14,87 mm Unghi divergent complet 0,016 $\pm 0,01$, apertură numerică NA 0,16 Distanța focală 15,15 mm Colimatoare de fibră cu conector de tip FC/PC (cheie cu lățimea de 2,2 mm) pentru cabluri patch monomod Diametrul exterior al carcasi 11 mm Filetare externă M11 x 0,5g Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului
12.6.	<i>Modul laser compact cu conector USB și cu sursă de alimentare stabilizată</i>	buc	1	Lungime de undă-639 nm; Puterea optică-4.5 mW Laserele sunt acționate în mod de putere constantă, cu feedback de la o fotodiodă internă utilizată pentru a menține puterea de ieșire optică.Funcționare în modul de alimentare constantă Port USB de tip A Ieșirea colimată are un profil al fasciculului rotund cu diametrul de $\varnothing 3 \text{ mm}$ la 50 mm de carcasă. Diametru extern -$\varnothing 11 \text{ mm}$ Compact, Carcasă izolată electric, cablu cu lungimea de 1600 mm (63"). Connector, 639 nm, 4.5 mW. Aceste module laser pot fi montate direct fie în componente cu filet intern SM1 (1.035"), fie în componente mecanice cu un alezaj de $\varnothing 1"$. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului
12.7.	<i>Suport rotativ motorizat pentru optică Ø1", motor pas cu pas, filet pentru fixare internă metric</i>	buc	1	Rotație bidirecțională completă la 360° Filet intern SM1 (1,035"-40) pentru montarea tuburilor de lentile cu diametrul de 1" Patru găuri filetate M4 pentru sisteme de colivie de 30 mm pe fiecare parte a carcasi Dimensiuni compacte: 4,21" x 2,60" x 0,84" (107,0 mm x 66,0 mm x 21,5 mm). Două inele de fixare incluse și adaptoare care permit utilizatorului să monteze montura direct pe o masă, să adauge o platformă filetată sau să o integreze într-un sistem de colivie de 60 mm. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului
12.8.	<i>Manșon de conectare, Cheie de precizie îngustă (2,0 mm), Flanșă pătrată</i>	buc	1	Potrivire posibilă a axelor de polarizare în fibrele optice. Conectori FC cu cheie de precizie îngustă de 2,0 mm sau cu cheie de precizie lățime de 2,2 mm. Pierdere de inserție $< 1,0 \text{ dB}$ (măsurată la lungimea de unda 635 nm cu fibre terminate FC/PC și FC/APC) Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului
12.9.	<i>Adaptor cinematic filetat SM1 pentru pas/gir pentru componente cilindrice cu diametrul de 11 mm</i>	buc	1	Adaptoare cinematice pentru montarea internă de componente cilindrice- cu diametru $\varnothing 11 \text{ mm}$. component lungimea -4,8mm. Două șuruburi de reglare fină de pe placa frontală a adaptorului controlează poziția de înclinare și de înclinare și pot fi rotite folosind o cheie hexagonală de 2,0 mm Rezoluție de rotație $\sim 24 \text{ mrad}$/rotație. Filet exterior SM1 (1.035"-40). Aceste adaptoare cinematice cu filet extern SM1 (1.035"-40) sunt concepute pentru a oferi ajustări de înclinare/deviație de $\pm 6^\circ$ pentru componente cilindrice cu $\varnothing 8 \text{ mm}$ sau $\varnothing 11 \text{ mm}$. 19.7 mm lungimea totală. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului

12.10.		<i>Adaptor filetat pentru componente filetate M11 x 0,5 sau M9 x 0,5</i>	buc	1	Filete externe SM05 (0,535"-40); Filete interne M11 x 0,5 și M9 x 0,5; Compatibil cu multe pachete de colimare și celule de lentile asferice Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	
12.11.		<i>Adaptor filetat pentru componente cilindrice cu lungimea de 8,9 mm Ø12 mm</i>	buc	1	Filet extern SM1 (1.035"-40) Șuruburi de fixare care fixează componenta în adaptor Versiuni pentru colimatoare fixe, diode laser colimate, tuburi de colimare, tije hexagonale de amestecare a luminii și alte componente cilindrice Diametru 12 mm Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	
12.12.		<i>Lentilă diametru Ø1"</i>	buc	1	Sticlă de tip N-BK7. diametru Ø1", distanța focale f = 50 mm, back distanța focală- 46.4 mm, curvatură radius 30.06 mm și -172.0 mm. index de refracție 1.5167 Acoperire Antireflexie ARC pentru lungimea de undă: 350-700 nm Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	
Lot 13 Institutul de Fizică Aplicată, proiect 21.70105.15SD Laboratorul „ Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică”						
13.1.	42636100-4	<i>Set matrițe de presare pătrată pentru presa hidraulică</i>	buc	1	Matrițe de presare sunt destinate obținerii de probe solide (pellete) cu diferite dimensiuni pătrate. Specificații tehnice: Materialul matriței: Cr12MoV (oțel aliat pentru scule). Duritatea părții de presare (indenter): HRC60 – HRC62. Adâncimea cavității: 20 mm. Dimensiunile matriței: diametru 43 mm, înălțime 93 mm Numărul de matrițe în set: 3 buc: 1 buc pentru dimensiunea probelor 5×5 mm; 1 buc pentru dimensiunea probelor 6×6 mm; 1 buc pentru dimensiunea probelor 8×8 mm. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	21 000,00
Lot 14 Institutul de Fizică Aplicată Finanțare complementară						
14.1.	38000000-5	<i>Echipament pentru studierea materialelor în câmpuri magnetice într-un diapazon larg de temperaturi</i>	set	1	Cerințe generale 1. Distribuitorul de utilaj trebuie să posede autorizație de vânzare și service de la producător. 2. Echipamentul va fi furnizat ca un set complet, toate componentele fiind fabricate de un singur producător. 3. Toate componentele trebuie să fie noi (nu se acceptă recondiționate). 4. Echipamentul trebuie să permită efectuarea de măsurători la temperaturi joase și în prezența unui câmp magnetic, prin configurare internă, incluzând cel puțin următoarele: • măsurători optice (spectroscopie), • fotoluminescență în regim de temperatură variabilă, • măsurători electrice 5. Echipamentul trebuie să permită orientarea și poziționarea probei, în vederea integrării cu sisteme magnetice. 6. Garanție 24 luni sau mai mult Specificații tehnice solicitate • Sistem de răcire cu circuit închis – 1 buc. Temperatură minimă: 3K (valori mai mici decât cea indicată se admit) Temperatură maximă: 355K (valori mai mari decât cea indicată se admit) Treapta 1 (destinată răcirii rapide): Puterea de răcire a dispozitivului, minim 8 W la 77 K Putere de răcire a ecranului termic minim 60 W la 77 K. Treapta 2 (destinată răcirii probei experimentale): Puterea de răcire a dispozitivului, minim 0,8 W la 3 K Putere de răcire a ecranului termic minim 1,1 W la 3K. Minim două treceri etanșe pentru instrumentație, compatibile cu conectori cu 10 sau 19 pini. Flanșă NW-25 cu conductanță ridicată pentru evacuare (vidare). Flanșă ISO-160 cu prinderi tip gheară.	2 000 000,00

				Material: inox și aluminu Masa expanderului: cel mult 14,0 Kg • Compressor cu Helium – 1 buc. Compresor de heliu, răcit cu apă Construcție robustă, cu un debit redus de apă necesar pentru răcire. Specificații de tensiune: 380–415 V, trifazat, 50 Hz. Furtunuri de interconectare, 19mm x 6 m • Cap optic pentru sistem de răcire – 1 buc. Tip: pentru măsurari de transmisie optică, fotoluminescență Confecționat din inox Porturi pentru ferestre: min. 5 Câmp de vedere prin fereastră minim 30 mm; Ferestre optice: material Quartz (SiO₂) Cantitate - min 5 buc. Diametru maxim 45 mm; Grosime ferestre: minim 2 mm Flanșe oarbe minim 2 buc. Ecran de protecție împotriva radiației optice - cu minim 4 orificii Material ecran: OFHC Cu, cu acoperire de Ni. • Cap magneto-optic pentru sistem de răcire – 1 buc Tip: pentru măsurari ale proprietăților magneto-optice Confecționat din material neferomagnetic Porturi pentru ferestre: min. 2 Câmp de vedere prin fereastră minim 25 mm; Ferestre optice: material Quartz (SiO₂) Cantitate - min 3 buc. Diametru maxim 40 mm; Grosime ferestre: minim 2 mm Flanșe oarbe minim 2 buc. Ecran de protecție împotriva radiației optice - cu minim 2 orificii Material ecran: OFHC Cu, cu acoperire de Ni. • Cap magnetic pentru sistem de răcire – 1 buc. Tip: pentru măsurari galvanomagnetice Construcție din material neferomagnetic Porturi pentru ferestre: min. 2 Câmp de vedere prin fereastră minim 20 mm; Ferestre optice: material Quartz (SiO₂) Cantitate - min 3 buc. Diametru maxim 38 mm; Grosime ferestre: minim 2 mm Flanșe oarbe minim 2 buc. Ecran de protecție împotriva radiației optice - cu minim 2 orificii Material ecran: OFHC Cu, cu acoperire de Ni. • Controler de temperatură – 1 buc. Cablul de interconectare către criostat – inclus Intrare pentru senzori: minim 2 canale Două bucle de control pentru elementele de încălzire Interfețe de comunicare: IEEE-488 și USB Control PID: Da Funcție de autoajustare automată (autotune): Da Putere pentru elementul de încălzire: minim 75 W A/D rezoluție: minim 16 bit Interval de alimentare: de la 0 la 100% cu o rezoluție de 1% • Sistem de fixare a probelor Suport de probă cu gaură cu 8 pini – 2 buc. Tip: pentru măsurari de transmisie optică Număr de contacte: 8 Diametrul găurii: min 10 mm Material: Cupru OFHC neacoperit Fixare: 1/4-28 atașament cu știft filetat Suport de probă plat cu 8 pini – 2 buc. Tip: pentru măsurari ale proprietăților magneto-optice Număr de contacte: 8	
--	--	--	--	--	--

					Material: Cupru OFHC neacoperit Fixare: 1/4-28 atașament cu știft filetat Suport de probă plat – 2 buc. Tip: pentru măsurari de fotoluminescența Material: Cupru OFHC neacoperit Fixare: 1/4-28 atașament cu știft filetat Suport de probă cu pogo pini – 2 buc. Tip: pentru măsurari ale proprietăților electro-optice Număr de contacte: 12 Tip de contacte: pinuri pogo (pinuri încărcat cu arc) Material: Cupru OFHC neacoperit Fixare: 1/4-28 atașament cu știft filetat • Instrumentație pentru controlul temperaturii probei în câmpuri magnetice intense 1 rezistor de încălzire tip termofoil metalizat, durabil, 50 Ohmi. 1 senzor Cernox calibrat, montat la vârful elementului de răcire, pentru controlul temperaturii 1 senzor Cernox calibrat, cu lungime liberă de 4" (102 mm), pentru măsurarea precisă a temperaturii probei • Suport pentru sistem de răcire -1 buc Suport vertical, cu patru picioare și înălțime reglabilă, special conceput pentru sistemele de racire solicitate • Sistem de pompare, conexiune CF25, format din: Pompă preliminară de vid (care sa scada presiunea inițială din sistem de la ~1000 mbar până la un nivel în care pompa turbo poate funcționa eficient ($< 10^{-2}$ mbar) – 2 bucati Pompă turbomoleculară funcționează pe baza interacțiunii mecanice între moleculele de gaz și paletele rotorului care se rotesc cu viteză mare (aproximativ 90.000 rpm), într-o structură alternantă de rotoiri și statori – 2 buc. Cruce de vid (vacuum cross / cross piece) - permite conectarea simultană a mai multor componente (pompe, senzori, camera de vid etc.) – 2 buc. Joje de vid (vacuum gauges) - joje Pirani sau similar cu unitate de control - 2 buc. Joje cu ioni de tip Bayard-Alpert sau similar cu unitate de control – 2 buc. Termen de livrare: 240 zile; Termen de garanție: min 24;	
Lot 15 Institutul de Fizică Aplicată, proiect 25.80012.5007.39TC						
15.1.	38651600-9	Cameră monocromă cu polarizare, interface USB 3.0 cu declanșator și I/O	buc	1	Cameră monocromă cu polarizare, interface USB 3.0 cu declanșator și I/O, CMOS sensor de 2/3", obturator global, rezoluție min 2448 x 2048 pixels Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	27 500,00
Lot 16 Institutul de Fizică Aplicată Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia", Subprogram 011201						
16.1.	38340000-0	Indentor cu diamant pentru nanoindentare	buc	1	Indentor cu vârf piramidal tetraedric de diamant, compatibil cu instalația de nanoindentare Nanovea CB500 și modulul Nano1800. Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	41 667,00

Lot 17 Institutul de Fizică Aplicată Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului "Tadeusz Malinowski", Subprogram 011202						
17.1.	38000000-5	Set Lampă ultravioletă (UV) cu două lungimi de undă și cameră de vizualizare.	set	1	Set Lampă UV cu cameră de vizualizare conceput pentru a observa reacțiile cristalelor sub radiațiile ultraviolete Lungime de undă lungă-365nm, Lungime de undă scurtă -253,7-254nm), Puterea- 220 – 240V/50 – 60Hz.. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	20 833,00
Lot 18 Institutul de Fizică Aplicată Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice, Subprogram 011203						
18.1.	38311000-8	Cântar	buc	1	Balanță de precizie cu afișaj digital. Capacitate de cântărire: min. 3000 g. Precizie – 0.01 g. Greutatea minimă: maxim 500mg. Afișaj digital, cu iluminare. Dimensiune platan [min]: 120x120mm sau Ø120mm. Material platan: oțel inoxidabil. Calibrare: internă sau externă. (pentru calibrarea externă în set să fie introdus și setul de greutăți) Accesorii: adaptor de rețea. 220/240V AC/50Hz. Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Garanție: min. 1 an. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	10 000,00
Lot 19 Institutul de Fizică Aplicată Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor "Boris Lazarenko", Subprogram 011204 (I)						
19.1.	38636000-2	Modul Diode Laser	buc	1	Modul Diode Laser Puterea emisie (W): min 20 Lungimea de undă(nm): 455; Toleranța (nm): max ±6; Tensiunea de alimentare: AC 100-240V, 50-60Hz . Echipat cu controler și dispozitiv de alimentare" Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	20 333,00
Lot 20 Institutul de Fizică Aplicată Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor "Boris Lazarenko", Subprogram 011204 (II)						
20.1.	38430000-8	Camera cu termoviziune	buc	1	Camera cu termoviziune: Rezoluția senzorului: min 300×200 pixeli; Rata de cadre: min. 16Hz; Sensibilitate la temperatură: mai puțin de 50mK; Temperatura maximă măsurabilă: min. 400°C; Temperatura minimă măsurabilă: până la -20°C; Eroare de măsurare: max. ±2 °C; Compatibilitate OS: Android Conector de sistem: USB-C. Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	5 833,00
Lot 21 IGFP 25.80012.5107.15SE I						
21.1.	38311000-8	Balanță digitală analitică	buc	1	Balanța analitică cu capacitate maximă 220 g, precizia 0,0001g, repetabilitate și linearitate +/- 0,0002 g. Calibrare internă autonomă cu platan inox 90 mm, se asigură cântărire de înaltă precizie. Timp de stabilizare < 5sec., Temperatura de lucru +10 - +35 °C. Scut de protecție din sticlă cu acces facil din trei direcții Afișaj LCD cu iluminare, clasa de precizie I, conform OIML Interfata RS232, USB A, USB B, ceas intern, memorie ALIBI: RS232 conectare la imprimanta sau cititor cod de bare; USB A conectare la imprimanta sau tastura de calculator; USB B conectare la computer Memoria ALIBI pentru activarea a 100000 de măsurători care pot fi discărate în calculator. Se livrează cu CD software AXIS pentru lucrul cu calculatorul Garanția de la producător min – 24 luni Termen de livrare - 30 zile calendaristice de la semnarea contractului	24 000,00
Lot 22 IGFP 25.80012.5107.15SE II						

22.1.	38300000-8	Termometru	buc	2	Termometru verificat metrologic Pentru verificarea și controlul temperaturii în termostate (lipsite de termometru) Diapazonul măsurării temperaturii: de la -30 la +100 °C. Termen de livrare - 30 zile calendaristice de la semnarea contractului	920,00
22.2.		Șubler electronic	buc	1	Unitate de măsură: mm, inch. Precizie: +/- 0,01. Interval măsurare - 150 mm. Instrument de măsurare la diferite intervale Termen de livrare - 30 zile calendaristice de la semnarea contractului	
Lot 23 LCS „Algologie V. Șalaru” 32.70105.7007.07T						
23.1.	38300000-8	Multiparametru pentru monitorizarea continuă a nutrienților	buc	1	Se solicit achiziționarea unui multiparametru pentru monitorizarea continuă a nutrienților (TDS, pH, conductivitate) în soluții cu următoarele caracteristici: - Ecran LCD mare; - Stocarea și înregistrarea datelor măsurate de cel puțin 30 zile; - Sondă preamplificată 3 in 1 (pH, EC, TDS); - Domeniu pH de la 0,00 la 14,00; - Factor de conversie TDS selectabil: 0,5 sau 0,7 - Compensare automată cu temperatura, temperatura afișată în °C sau °F împreună cu citirea pH, EC sau TDS; - Transferul datelor: port USB-C - Alarmă declanșată la nivelul mic sau mare denutrienți detectați; - Soluții de calibrare pentru pH (valorile 7 și 10 cite 500 ml) - Soluție de calibrare pentru TDS (valorile 1413 μS/cm - 6.44 g/L cu volum de 500 ml) Garanție minima pentru funcționare: 12 luni; Termen de livrare –15 zile calendaristice de la semnarea contractului. Producătorul sau distribuitorul trebuie să asigure suport tehnic și mentenanță post-achiziție minim 1 an	55 083,33
23.2.		Oxigenometru de laborator	buc	1	Se solicit achiziționarea unui oxigenometru de laborator pentru determinarea oxigenului dizolvat și a consumului biochimic de oxigen din soluții cu următoarele caracteristici: - Electronul combinat pentru determinarea oxigenului dizolvat și a consumului biochimic de oxigen; - Domeniu de determinare a oxigenului dizolvat 0,00-90,00 mg/L cu saturația de 0,0 -600,0 %; - Măsurarea oxigenului dizolvat – 0,01 mg/L; 0,1% saturație cu acuratețea de ±1,0-2,0%; - Calibrarea oxigenului dizolvat automată în 2 puncte; - Sondă polarografică pentru oxigen dizolvat și consum biochimic de oxigen cu senzor de temperatură încorporat; - Interval de înregistrare 1 secundă - 180 min.; - Conectivitate – USB, cu prezența funcției GLP; - Ecran LCD color cu configurație personalizată a culorilor; - Sursă de current 220 V dotat cu adaptor 12 VDC; - Suport pentru electrod; - Soluție de electrolit (30-50 mL) - Soluție de calibrare în 2 puncte cu volum de 150 ml fiecare; - Membrane suplimentare - 2 Garanție minima pentru funcționare: 12 luni; Termen de livrare – 15 zile calendaristice de la semnarea contractului. Producătorul sau distribuitorul trebuie să asigure suport tehnic și mentenanță post-achiziție minim 1 an	
Lot 24 Institutul de Geologie și Seismologie 25.80012.5007.37TC						
24.1.	38510000-3	Microscop binocular cu camera USB	buc	1	Tip: Stereomicroscop Tip cap optic: Binocular Iluminare: Transmisă și incidentă Magnificare maxima: 10-40x Iluminare: Intensitatea luminii este controlată manual printr-un panou tactil Timpul de functionare a LED-ului: > 65 000 ore Tipul sursei de lumina: LED Putere lumina: 1 W Focalizare: Mecanism coaxial de focalizare grosier și fin, cu oprire la limita, pentru a preveni contactul dintre obiectiv și	11 500,00

					mostra Moduri de observare: Iluminare pe fond clar Platforma: Placa de contrast alb/negru cu diametrul de 60 mm; Clipsuri pentru specimen Alimentare: 100 V - 240 V / 50 - 60 Hz sau baterii reincarcabile Garantie: 12 luni Termen de livrare - 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	
Lot 25 Institutul de Geologie și Seismologie_ 25.80012.7007.28SE „Transformări faunistice și ale condițiilor paleoecologice pe Platforma Moldovenească în contextul fluctuațiilor climatice la limita Miocen – Pliocen”.						
25.1.	38519200-8	Lupa de teren cu braț	buc	3	Caracteristici tehnice: Putere de refracție: 40 dioptrii Mărire: 10x (la distanța de refracție de minim 0,25 m) Diametrul optic efectiv: 13 mm Distanță de utilizare: 20 mm±10 mm Cîmp vizual: 22 mm Tip optică: aplanatic-acromatică, imagine fără distorsiuni și fără erori de culoare Tratament optic: strat antireflex pentru reducerea reflexiilor nedorite Construcție: carcasa robustă, margine de susținere stabilă Design: optic rabatabil, ușor de manevrat și transportat Termen de livrare - 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	6 625,00
Lot 26 Institutul de Geologie și Seismologie proiect cu cifru 23.70105.7007.11						
26.1.	38311000-8	Cîntar de laborator	buc	2	Cîntar de laborator cu precizie înaltă Specificatii 1. Capacitatea maxima 500-1000 g 2. Capacitatea minima 0.5 g 3. Diviziune minimă 0.001g maximă 0.01 g 4. Ajustare internă (automată) 5. Timpul de stabilizare minim 1.5 s – maxim 5s. 6. Dimensiuni platan 128×128 mm 7. Afișaj colour touch screen, 8. Temperatura de operare +10+40 °C 9. Interfete de conectare USB-A, USB-B, RS-232C 10. Sursă de alimentare AC cu adaptor: da 11. Verificat metrologic de producător (posibil de a fi etalonat) Termen de garanție minim 12 luni Termen livrare 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	11 666,67
Valoarea estimativă totală						2 601 260,99

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 în termen de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului la adresa indicata in Anexa 23 din documentatia standard.

lot 9, 10, 21 ,22 în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului la adresa indicata in Anexa 23 din documentatia standard.

lot 14 în termen de 240 zile calendaristice de la semnarea contractului la adresa indicata in Anexa 23 din documentatia standard.

lot 23 în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului la adresa indicata in Anexa 23 din documentatia standard.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 30.09.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
2	DUAЕ	Formularul DUAЕ, aprobat prin Ordinul MF nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor.	Obligativiu
4	Garanția pentru ofertă	Forma garanției – 1%: a) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: <i>IP Universitatea de Stat din Moldova</i> Denumirea Băncii: <i>BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău</i> Codul fiscal: <i>1006600064263</i> IBAN: <i>MD25VI000000225171710MDL</i> Cod bancar: <i>VICBMD2X457</i> sau b) Oferta va fi însoțită de o scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă licențiată) conform Anexei nr.9 din documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 <i>*Termenul de valabilitate al garanției bancare de ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.</i>	Obligativiu
5	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
6	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
Acte solicitate prin DUAЕ, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.			
7	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnată electronic;	Obligativiu
8	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, valabil, în original/copie semnat electronic;	Obligativiu
9	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativiu
10	Pașaport tehnic/Fișă tehnică/Specificație tehnică	Copie confirmată prin semnătura electronică al OE <i>*La livrare obligator se va prezenta originalul pașaportului tehnic/Fișă tehnică de către ofertantul declarat învingător.</i>	La solicitare

11	Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/ distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsă a producătorilor	Completată în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 – prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată.	Obligativ
12	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 – în original semnat electronic; <i>*Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.</i>	Obligativ
13	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12.	Obligativ
14	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 <i>*Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător la semnarea contractului</i>	Obligativ

16. Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA

17. Garanția de bună execuție a contractului, 5% din valoarea contractului inclusiv TVA

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, Numărul rundelor - 3. Pasul minim – 1%

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

21. Ofertele se prezintă în valuta MDL

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot și corespunderea cerințelor caietului de sarcini

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-		
-		

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor

- 27. Locul deschiderii ofertelor:** *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.*
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
- 28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
- 29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *limba română*
- 30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** *nu se aplică*
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
- 31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
- 32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**
OJ S 199/2025 16/10/2025
- 33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** *nu se aplică*
- 34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** BAP nr 81 din 17.10.2025
- 35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** *Conform informației din SIA „RSAP”*
- 36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |
- 37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** *Da*
(se specifică da sau nu)
- 38. Alte informații relevante:**
- *Metoda și condițiile de plată: în decurs de 30 de zile de la acceptarea facturii fiscale și prezentarea Actului de predare – primire semnat de ambele părți.*
 - *Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, în conformitate cu prevederile legale.*
 - *Ofertantul a cărui ofertă este desemnată câștigătoare, are obligația de a semna contractul de achiziții publice în termen de 10 zile de la data înștiințării.*

Conducătorul grupului de lucru,
Prorector pentru activitate economico-financiară
și relații internaționale

_____ Vladimir DOLGHI