

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dispozitiv medical (Masina de anestezie)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP SR Florești
2. IDNO: 1003607150140
3. Adresa: or.Florești str.Ștefan cel Mare 77
4. Numărul de telefon/fax: 0250-2-24-48/2-2-23-59/2-70-09
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:lilea.gram@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ ucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	33100000-1	Masina de anestezie	buc	1	Conform caietului de sarcini	520000.00
Valoarea estimativă totală						520000.00

Caietului de Sarcinii

Mașină de anestezie (caracteristici avansate)	
Cod	110130
Descriere	Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical
Parametru	Specificația
Prize de gaz	O2, Aer
Display mașina de anestezie	≥15", color TFT sau LCD
	touch screen
Debitmetre	tipul electronice

	gaz	O2, Air	
	gama, L/min	≥ 0 - 15	
Vaporizator	tip vaporizator acceptate	Izofluran	da
		Sevofluran	da
		Halothan	da
		Enfluran	da
		Desfluran	da
	număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv	≥ 2 unități	da
		Izofluran	da
		Sevofluran	da
interlock		da	
sistem de absorbtie		da	
Mecanisme de siguranță	siguranța O2	acustică, vizuală	
	siguranță de amestec hipoxic	da	
Ventilator automat	tip pacient	Adult, Pediatric, Neonatal	
	moduri de ventilație	Manual/spontan, IMV, VCV, PCV, PSV, SIMV, PS	
	mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer)	da	
	volumul Tidal, ml	10-1500	
	frecvența respirației/minut	5 - 100	
	fluxul inspirator, L/min	≥ 3-40	
	raportul I:E	minim 4:1 la 1:8	
	pauză de inspirație	da	
	limita de presiune, cmH2O	ajustabilă, ≥ 0-70	
	PEEP, cmH2O	≥ 0-30	
	Sistem de autodiagnostic	testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor	
AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice)		da	
Sistem de management al consumului de agent anestezic		da	
Posibilitate de a schimba tipul gazului principal din meniu		da	
Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului	cu funcție de încălzire a amestecului gazos	da	
	port auxiliar ieșire a amestecului gazos	da	
Parametri monitorizați și afișați pe display	Presiunea de aer	Alarmă de înaltă presiune	da
		Alarma presiune subatmosferică	da
		Continuarea alarma presiune	da
		Presiune scăzută / apnee	da
		Alte alarme de presiune	da
	Volumul expirator / flux		da
	Volumul minut, l/min		da
	Concentrația de O2	Alarmă apnee	da
		Timp de răspuns, sec	<30
	Concentrația de	alarmă apnee	da

	CO2		
	Monitorizare agent	Tipul de agenți	Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran, Desfluran
		Auto indentificarea gazelor anestezice	da
		Alarmă concentrare agent	da
		Determinarea și afișarea valorii MAC	da
	spirometria		da
Modulul de gaze	încorporat la mașina de anestezie		da
	determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici		da
	Celulă determinare O2 tip paramagnetic		da
Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale	display	≥15", color TFT sau LCD	da
		touch screen	da
	monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale		da
	braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie		da
	imprimantă termică încorporată		da
	baterie internă reîncărcabilă		da
	interfață de comunicare cu altele		da
Modulele hemodinamice incluse	Electro-cardio-grama (ECG)	frecvența cardiacă	da
		traseul ECG	da
		analiza și măsurarea segmentului ST	da
		determinarea cel puțin 20 de aritmii	da
	Puls-oximetria (SpO2)	fotopletismografia	da
		valoarea SpO2	da
		indicile de perfuzie	da
			da
	Respirația (impedanța transtoracică)		da
	Temperatura pe 2 canale		da
		da	
Alarmeri prioritare			3
Tensiune de alimentare			220 V, 50 Hz
Prize auxiliare 220 v ≥ 3 buc			da
Baterie internă	reîncărcabilă		da
	autonomie de lucru ≥ 1.5h		da
Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc			da
Frînă centralizată pentru fixarea aparatului			da
Presiune de alimentare cu gaze			3.0 - 6 bar
Accesorii			
Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat			1 buc.
Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen			1 buc.
Circuit de ventilare	Adult, reutilizabil		≥ 2 set.
Plămîn de test	Adult, reutilizabil		≥ 2 buc.

Senzor de flux	Reutilizabil	≥ 2 buc.
Filtru antibacterial	Adult, unică utilizare	≥ 200 buc.
Accesorii modul de gaz	Adult	≥ 2 set.
Cablu ECG	Adult, reutilizabil 5 fire	≥ 2 buc.
Senzor ECG	Adult, unica utilizare	≥ 100 buc.
Senzor SpO2	Adult, reutilizabil	≥ 2 Buc.
Manșete NIBP	Adult, reutilizabilă	≥ 2 buc.
	Adult mare, reutilizabilă	≥ 2 buc.
Senzor de temperatură	Adult, reutilizabil	≥ 2 buc.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile ;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2 luni după semnarea contractului.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează în formațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	DUAE aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020-Complectat și semnat electronic;	Obligativiu
2	Specificatia tehnica (ANEXA NR.22), Specificatia de pret (ANEXA NR.23ord. MF 115 din 15.09.2021)	Complectate și semnate electronic;	Obligativiu
3	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică a Operatorului economic	Obligativiu
4	Informații generale despre ofertant	în original confirmat prin ștampila și semnătura participantului	Obligativiu
5	Formularul ofertei	Confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic.	Obligativiu
6	Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național	Copia confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic.	Obligativiu
7	Garanția pentru oferta 1 %	Copia confirmată prin semnătura electronică a operatorului	Obligativiu

		economic	
8	Certificat de conformitate	Copia confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
9	Certificat de conformitate CE,ISO pentru produsul oferit	Copia confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică.**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mare discount. Prețul cel mai scăzut pe loturi , corespunderea specificației tehnice și prezentarea documentelor solicitate obligativ
19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**
20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *Conform informației SIA RSAP*
 - pe: *Conform informației SIA RSAP*
21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**
23. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat**
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu**
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu**
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu**
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **nu**
32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
-------------------------------------	------------------------------

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
sistemul de comenzi electronice	Se accepta
facturarea electronică	Se accepta
plățile electronice	Se accepta

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

34. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru: Ludmila Capcelea

L.Ș.