

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri

Obiectul achiziției: **Piese de schimb și accesorii necesare pentru
mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019**

Cod CPV: **33000000-0**

Autoritatea Contractantă: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei
Moșneaga”**

Procedura achiziției: **Licitație publică**

CAPITOLUL I

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)

[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

1. Scopul procedurii de achiziție

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițalilor contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

3. Sursa de finanțare

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

4. Participanții la licitație

4.1. Participant la licitație poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de licitație.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

6. Limba de comunicare în cadrul licitației

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba

de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

7. Secțiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

9. Practicile de corupere și alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante și participanții la licitațiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acțiuni:

a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigației, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe

judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;

h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;

i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

12.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate

cu prevederile legale din țara în care este stabilit

13. Capacitatea economică și financiară

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;

c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

14. Capacitate tehnică și/sau profesională

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b. o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

f. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci când acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

15. Standarde de asigurare a calității.

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

16. Standarde de protecție a mediului.

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

17. Calificarea candidaților în cazul asocierii

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

18. Documentele ce constituie oferta

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) Propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) Propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;
- c) Documentul unic de achiziții europene;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea 131/2015.

19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (**F4.1**) și Specificații de preț (**F4.2**). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în **FDA** punctul **3.1** că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a

cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

21. Garanția pentru ofertă

21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă **(F3.2)**, după cum este specificat în **FDA** punctul 3.2.

21.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în **FDA** punctul 3.3, în lei moldovenești, și va fi:

a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

b) transfer pe contul autorității contractante; sau

c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în **FDA** punctul 3.2.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necâștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;

c) suspendarea procedurii de licitație fără încheierea unui contract de achiziții publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

b) ofertantul câștigător refuză:

- să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;

- să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei **(F3.1)** și în Specificațiile de preț **(F4.2)** se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice **(F4.1)** și Specificațiile de preț **(F4.2)**.

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de

Comerț, după cum este menționat în **FDA** punctul **3.4**.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț (**F4.2**).

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în **FDA** punctul **3.7**.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA** punctul **3.8**, de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

24. Valuta ofertei

24.1. Prețurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care **FDA** punctul **3.9**, prevede altfel.

25. Formatul ofertei

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

26. Depunerea ofertelor

26.1. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA “RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUAE** și a garanției pentru ofertă.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

27. Termenul limită de depunere a ofertelor

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

28. Oferte întârziate

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în **FDA** punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

30. Deschiderea ofertelor

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

31. Confidențialitate

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți până la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntâmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

32. Clarificarea ofertelor

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

33. Determinarea conformității ofertelor

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

- a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor specificate în contract;
- b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;
- c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

34. Neconformități, erori și omiteri

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

35. Evaluarea ofertelor

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicînd criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

36. Calificarea ofertantului

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților aceluși ofertant în executarea contractului.

37. Descalificarea ofertantului

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de

achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

38. Anularea procedurii

38.1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

39. Criteriul de adjudecare

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1.** aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decât valoare estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

41.2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

41.3. Ofertanții necâștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru

ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

43. Semnarea contractului

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului **(F5.1)** completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.

44. Dreptul de contestare

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestațiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de până la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică și documentația de atribuire vor fi depuse până la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: Informația o găsiți în SIA RSAP, Licitatie publică</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Bunuri</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>33000000-0</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>CNAM, anul 2019</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>Nu se utilizează</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>Limba română</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire:	<i>SIA RSAP</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate:	<i>Nu se aplică</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>Vânzare-cumpărare</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>Nu se aplică</i>

2. Listă bunurilor și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	33000000-0	Lot 1. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	2	Set	Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

2	33000000-0	Lot 2. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop	Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop	13	Bucată	Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
3	33000000-0	Lot 3. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream	Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream	2	Bucată	Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european.
4	33000000-0	Lot 4. Senzor de oxigen	Senzor de oxigen	20	Bucată	Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
5	33000000-0	Lot 5. Modul analizator de gaze. Multi gas analyser AION	Modul analizator de gaze. Multi gas analyser AION	1	Bucată	Compatibilă cu masina de anestezie Maquet Flow I c20. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
6	33000000-0	Lot 6. Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden	Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden	30	Set	Set conectori NIBP BP17 și BP18 compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
7	33000000-0	Lot 7. Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager	Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager	30	Set	Set conectori NIBP BP12 și BP15 compatibil cu monitorul de pacient Drager. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
8	33000000-0	Lot 8. Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport	Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport	8	Set	Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner și fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 10mm. În set 2 borcane. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
9	33000000-0	Lot 9. Arterial Connection Cable Ref: PC80150	Arterial Connection Cable Ref: PC80150	1	Bucată	Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru conectarea senzorului de temperatura al cateterului la dispozitiv. Ref: PC80150. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
10	33000000-0	Lot 10. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN InvoSoximeter Cerebral/Somatic 5100C	Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN InvoSoximeter Cerebral/Somatic 5100C	100	Bucată	SomaSensor pentru adult compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN InvoSoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.

11	33000000-0	Lot 11. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C	Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C	20	Bucată	SomaSensor pediatric compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
12	33000000-0	Lot 12. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C	Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C	1	Bucată	Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare și SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
13	33000000-0	Lot 13. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C	Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C	1	Bucată	Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare și SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
14	33000000-0	Lot 14. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90	Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90	6	Bucată	Compatibil dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
15	33000000-0	Lot 15. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90	Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90	6	Bucată	Compatibil cu dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
16	33000000-0	Lot 16. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport	Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport	6	Bucată	Compatibil cu Aspirator chirurgical Soring, Sonoca 300. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner și fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
17	33000000-0	Lot 17. Borcan reutilizabil cu capac 2 L + accesorii de suport	Borcan reutilizabil cu capac 2 L + accesorii de suport	4	Bucată	Compatibil cu Aspirator chirurgical Cheiron Victoria Thorax. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner și fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
18	33000000-0	Lot 18. Borcan reutilizabil cu capac 3 L + accesorii de suport	Borcan reutilizabil cu capac 3 L + accesorii de suport	2	Bucată	Compatibil cu Aspirator chirurgical Mizuho, MSP-205A. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner și fixator la troliu. Volum borcan 3 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
19	33000000-0	Lot 19. Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900	Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900	1	Bucată	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligatoriu cu instalare și resetare contor. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție: minim 1000 ore de lucru. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.

20	33000000-0	Lot 20. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	10	Bucată	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
21	33000000-0	Lot 21. Lampă pentru sistem pentru vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor	Lampă pentru sistem pentru vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor	2	Bucată	Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
22	33000000-0	Lot 22. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica	Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica	3	Bucată	Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru $\geq 500h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
23	33000000-0	Lot 23. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice	Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice	2	Bucată	Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON XL-4450, OLYMPUS CLV-S190, RICHARD WOLF Highlight X300. Timpul de lucru $\geq 500h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
24	33000000-0	Lot 24. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie	Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie	1	Bucată	Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
25	33000000-0	Lot 25. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint	Software Upgrade pentru BTL CardioPoint	1	Bucată	Instalare/Upgrade software BTL CardioPoint cu licență și utilizare pe PC minim 12 luni, pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Conform recomandărilor producătorului. Termen de instalare 20 zile din data solicitării.
26	33000000-0	Lot 26. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc.	Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc.	1	Set	Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Reutilizabil. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu accesoriu de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
27	33000000-0	Lot 27. Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000	Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000	1	Bucată	Compatibil cu ultrasonograful SIEMENS Acuson S1000. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător.

28	33000000-0	Lot 28. Traductor Liniar 9L pentru GE Vivid E	Traductor Liniar 9L pentru GE Vivid E	1	Bucată	Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid E. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător.
29	33000000-0	Lot 29. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla	Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla	20	Bucată	Pompa pentru tensiometru mecanic/manual cu supapa dubla. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.
30	33000000-0	Lot 30. Filtru de apă 0,2μm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094	Filtru de apă 0,2μm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094	8	Bucată	Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1. Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm²). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator.
31	33000000-0	Lot 31. Transductor convex 3,5C	Transductor convex 3,5C	1	Bucată	Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător .
32	33000000-0	Lot 32. Transductor linear 10 L	Transductor linear 10 L	1	Bucată	Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător.
33	33000000-0	Lot 33. Transductor linear -7 L	Transductor linear -7 L	1	Bucată	Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător.
34	33000000-0	Lot 34. Accumulator 3-FM-4 (6V, 4AH)	Accumulator 3-FM-4 (6V, 4AH)	1	Bucată	Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.

35	33000000-0	Lot 35. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. 78.02.000)	Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. 78.02.000)	6	Bucată	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M). Material - cupru. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
36	33000000-0	Lot 36. Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. AOB 75.110.00)	Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. AOB 75.110.00)	1	Bucată	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
37	33000000-0	Lot 37. Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. ИТ 129.02.004)	Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. ИТ 129.02.004)	1	Bucată	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
38	33000000-0	Lot 38. Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. ИТ 129.01.009)	Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. ИТ 129.01.009)	1	Bucată	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
39	33000000-0	Lot 39. ICT Module	ICT Module	1	Bucată	Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
40	33000000-0	Lot 40. "O" Ring, ICT	"O" Ring, ICT	1	Set	Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
41	33000000-0	Lot 41. Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc.	Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc.	4	Set	Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
42	33000000-0	Lot 42. Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuș pretratare LC 177)	Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuș pretratare LC 177)	1	Bucată	Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

43	33000000-0	Lot 43. PURIFICATIO N PACK LC 174 (Pachet de purificare)	PURIFICATI ON PACK LC 174 (Pachet de purificare)	2	Bucată	Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garanție 6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
44	33000000-0	Lot 44. Lampa UV (254 nm) LC 105	Lampa UV (254 nm) LC 105	1	Bucată	Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
45	33000000-0	Lot 45. Cartus ultramicrofiltra re LC 109	Cartus ultramicrofiltr are LC 109	1	Bucată	Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
46	33000000-0	Lot 46. Filtru bacterial LC136	Filtru bacterial LC136	1	Bucată	Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
47	33000000-0	Lot 47. 08C94- 87 Tubing/Sensor, Temp, WZ	08C94-87 Tubing/Senso r, Temp, WZ	3	Bucată	Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min.6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
48	33000000-0	Lot 48. 7- 77612-03 Valve, Manifold Kit	7-77612-03 Valve, Manifold Kit	4	Bucată	Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min.6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
49	33000000-0	Lot 49. Recirculation pump	Recirculation pump	1	Bucată	Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
50	33000000-0	Lot 50. Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop	Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop	10	Bucată	Compatibil cu Microscop LOMO. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.
51	33000000-0	Lot 51. Obiectiv MRL00402	Obiectiv MRL00402	1	Bucată	Compatibil cu microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
52	33000000-0	Lot 52. Obiectiv MRL00202	Obiectiv MRL00202	1	Bucată	Compatibil cu microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

53	33000000-0	Lot 53. Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO	Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO	20	Bucată	8V/20W, Tip: PH-8-20-1, L: 58mm, D:21mm. Soclu: B15d/18. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.
54	33000000-0	Lot 54. Membrane Drier IDG1-C06-X467	Membrane Drier IDG1-C06-X467	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AY100340. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
55	33000000-0	Lot 55. Lamp Halogen Assy 12V/50W	Lamp Halogen Assy 12V/50W	1	Bucată	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
56	33000000-0	Lot 56. Reaction cell sets for Cobas C501	Reaction cell sets for Cobas C501	1	Set	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
57	33000000-0	Lot 57. Kit maintenance 2 C501	Kit maintenance 2 C501	1	Set	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
58	33000000-0	Lot 58. Diaphragm vacuum pump	Diaphragm vacuum pump	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
59	33000000-0	Lot 59. Measuring cell with ref. electrod V7.0	Measuring cell with ref. electrod V7.0	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
60	33000000-0	Lot 60. Tube Cell Assy	Tube Cell Assy	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
61	33000000-0	Lot 61. Tube O Assy	Tube O Assy	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
62	33000000-0	Lot 62. Cartridge Na	Cartridge Na	1	Bucată	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
63	33000000-0	Lot 63. Cartridge K	Cartridge K	1	Bucată	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

64	33000000-0	Lot 64. Cartridge Cl	Cartridge Cl	1	Bucată	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
65	33000000-0	Lot 65. Reference Electrode	Reference Electrode	1	Bucată	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
66	33000000-0	Lot 66. Kit mentenanță 1 an	Kit mentenanță 1 an	1	Set	Compatibil cu analizatorul Invitrogen iPrep, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
67	33000000-0	Lot 67. Dispenser bile	Dispenser bile	1	Bucată	Dispenser bile pentru dispozitivul Thrombotimer 4 Channel, Behnk Elektronik. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
68	33000000-0	Lot 68. Tastatura	Tastatura	1	Bucată	Tastatura pentru StarDust MC-15, DiaSys. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
69	33000000-0	Lot 69. Rulment modul de dozare pentru analizator FLEXOR XL	Rulment modul de dozare pentru analizator FLEXOR XL	4	Bucată	Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
70	33000000-0	Lot 70. Membrana pentru electrod pO2	Membrana pentru electrod pO2	1	Set	Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-042. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
71	33000000-0	Lot 71. Membrana pentru electrod pCO2	Membrana pentru electrod pCO2	1	Set	Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-043. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
72	33000000-0	Lot 72. Membrana pentru electrod de referință	Membrana pentru electrod de referință	1	Set	Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-067. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
73	33000000-0	Lot 73. Arc curbat pentru capac centrifuga Nuve NF200	Arc curbat pentru capac centrifuga Nuve NF200	2	Bucată	Compatibil cu centrifuga Nuve NF200. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
74	33000000-0	Lot 74. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400	Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400	1	Set	Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare si mentenanța dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

75	33000000-0	Lot 75. Sample detector	Sample detector	1	Bucată	Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
76	33000000-0	Lot 76. Head of Blade Carrier ER (Product Number: 13-05-02536) pentru Rotary Microtome HM 325	Head of Blade Carrier ER (Product Number: 13-05-02536) pentru Rotary Microtome HM 325	1	Bucată	Compatibil cu Rotary Microtome HM 325. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
77	33000000-0	Lot 77. Vacuum Filter Set (Product Code: 5826) pentru Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM	Vacuum Filter Set (Product Code: 5826) pentru Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM	1	Set	Compatibil cu Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
78	33000000-0	Lot 78. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A	Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A	1	Bucată	Compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
79	33000000-0	Lot 79. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006	5	Bucată	Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
80	33000000-0	Lot 80. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070)	Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070)	5	Bucată	Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
81	33000000-0	Lot 81. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W	3	Bucată	Compatibil cu oftalmoscop Riester ri-scope L1. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
82	33000000-0	Lot 82. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata interna.	Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata interna.	2	Bucată	Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimtata interna, L-120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
83	33000000-0	Lot 83. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata externa.	Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata externa.	2	Bucată	Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimtata externa, L-120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

84	33000000-0	Lot 84. Shaver blade, 41201KK	Shaver blade, 41201KK	2	Bucată	Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, 120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
85	33000000-0	Lot 85. FREZA SINUS 41303 DT	FREZA SINUS 41303 DT	5	Bucată	Freaza diamantata pentru chirurgia sinusurilor paranasale, Ø 3,6 mm-freza, Ø 4mm-axa, curbe 70°, Compatibil Piesa de mana DRILLCUT-XII. Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT . Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
86	33000000-0	Lot 86. Accesoriu miner shaver 40712090	Accesoriu miner shaver 40712090	1	Bucată	Mâner reglabil pentru utilizare DRILL CUT X II. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
87	33000000-0	Lot 87. Piesa de mana DRILLCUT-X. Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT 40712050	Piesa de mana DRILLCUT-X. Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT 40712050	1	Bucată	Piesa de mana DRILLCUT-X II. Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT . Piesa DRILLCUT-X® II- reprezintă o expansiune eficientă a portofoliului de produse KARL STORZ. Optimizat special pentru cele mai înalte viteze. Permite până la 40.000 de rotații pe minut. Poate fi extins pentru a include dispozitivul de urmărire a lamelor de aparat pentru sinusurile nazale. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
88	33000000-0	Lot 88. Sensor de oxigen	Sensor de oxigen	4	Bucată	Compatibil cu dispozitivul mixer de gaze Maquet EGB-40, valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
89	33000000-0	Lot 89. Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender	Kit de mentenanta/ca librare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender	1	Set	Pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Instalare. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
90	33000000-0	Lot 90. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III	Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III	1	Set	Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
91	33000000-0	Lot 91. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System	Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System	1	Set	Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Instalare + mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european

92	33000000-0	Lot 92. Set solenoizi pentru magnetoterapie (8 buc.)	Set solenoizi pentru magnetoterapie (8 buc.)	4	Set	Compatibili cu dispozitivul de magnetoterapie Alimp-1. Termen de livrare 20 zile din data solicitării
93	33000000-0	Lot 93. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP)	Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP)	1	Bucată	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001)
94	33000000-0	Lot 94. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG	Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG	2	Bucată	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur - 105 Litri) seria CLG. Dimensiuni (380x400mm). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: CLG-40L/LDVP
95	33000000-0	Lot 95. Kit Service Plan A - 4000 ore (Compresor ZT45FF)	Kit Service Plan A - 4000 ore (Compresor ZT45FF)	1	Set	Kit Service Plan A - 4000 ore pentru Compresor ZT45FF, care va include: Kit filtre aer/ ulei (1 set), kit aerisire (1 set). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service.
96	33000000-0	Lot 96. Ulei ROTO - Z BUS, 5 litri	Ulei ROTO - Z BUS, 5 litri	1	Bucată	Pentru compresor ZT45FF; Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service.
97	33000000-0	Lot 97. Kit mentenanță 1 an	Kit mentenanță 1 an	1	Set	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
98	33000000-0	Lot 98. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000)	Garnitura usa (Silicone door gasket S1000)	4	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
99	33000000-0	Lot 99. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM)	Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM)	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
100	33000000-0	Lot 100. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM)	Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM)	6	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

101	33000000-0	Lot 101. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTO R MAT LD2314	STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECT OR MAT LD2314	2	Bucată	Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
102	33000000-0	Lot 102. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	4	Bucată	Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
103	33000000-0	Lot 103. Releu de suprasarcina, pentru montarea pe contactor, în panoul electric	Releu de suprasarcina, pentru montarea pe contactor, în panoul electric	1	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. CLASS 10, Ref: 3ZX1012-0RU11-1AA1
104	33000000-0	Lot 104. Air solenoid valve 3-8 bar	Air solenoid valve 3-8 bar	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3.
105	33000000-0	Lot 105. Sistem de duze / injecție H2O2	Sistem de duze / injecție H2O2	1	Set	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
106	33000000-0	Lot 106. Plasma Housing assembly	Plasma Housing assembly	1	Bucată	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
107	33000000-0	Lot 107. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00)	Sterile air filter (Art Nr. 21997.00)	3	Bucată	Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
108	33000000-0	Lot 108. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00)	Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00)	4	Bucată	Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
109	33000000-0	Lot 109. Garnitura capacului (cod 21001)	Garnitura capacului (cod 21001)	2	Bucată	Compatibil cu autoclavul CLG-40L. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
110	33000000-0	Lot 110. Tijă piston 550, DN8	Tijă piston 550, DN8	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010059536).
111	33000000-0	Lot 111. Presostat aer, 250V, 50Hz	Presostat aer, 250V, 50Hz	1	Bucată	Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: A2-796

112	33000000-0	Lot 112. Senzor temperatură la rezervorul preîncălzitorului	Senzor temperatură la rezervorul preîncălzitorului	1	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010112522).
113	33000000-0	Lot 113. Senzor nivel apă pentru generator cu aburi	Senzor nivel apă pentru generator cu aburi	6	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref.:(010085038).
114	33000000-0	Lot 114. Element încălzitor în complex cu O-ring din alamă	Element încălzitor în complex cu O-ring din alamă	6	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.: (000574402). Tip: CEL940
115	33000000-0	Lot 115. Siguranță termică pentru generator cu aburi	Siguranță termică pentru generator cu aburi	1	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
116	33000000-0	Lot 116. Touchscreen (LCD) cu tastatura (panou control) Reno-130D	Touchscreen (LCD) cu tastatura (panou control) Reno-130D	1	Bucată	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
117	33000000-0	Lot 117. Transmitator de presiune 4 bar	Transmitator de presiune 4 bar	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. (Ref:404366/024)
118	33000000-0	Lot 118. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C	Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181)
119	33000000-0	Lot 119. Valva de control pneumatică, G3/4" 20mm	Valva de control pneumatică, G3/4" 20mm	1	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: 182750
120	33000000-0	Lot 120. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate	Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Cod produs: (S18)
121	33000000-0	Lot 121. Gel garnitură ușă (kit mentenanță)	Gel garnitură ușă (kit mentenanță)	10	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
122	33000000-0	Lot 122. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz	Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz	1	Bucată	Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: Z9236
123	33000000-0	Lot 123. Conector pentru aer 4x2,5 mm	Conector pentru aer 4x2,5 mm	5	Bucată	Conector pentru alimentarea cu aer a valvei "Gemu" la sterilizatorul Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.

124	33000000-0	Lot 124. Ventilator 24V ,cod ref : KY634800 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75	Ventilator 24V ,cod ref : KY634800 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75	33	Bucată	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
125	33000000-0	Lot 125. Valva electromagnetica ref: KY 560500 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75	Valva electromagnetica ref: KY 560500 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75	1	set	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
126	33000000-0	Lot 126. Cablu IBP IC-SM1-BB0	Cablu IBP IC-SM1-BB0	28	Bucată	Compatibil cu adaptor cablu-Y (5588095) pentru monitor Drager Infinity Delta, Conector 10 pini p-u Y adapter și conector B-Braun pentru combitrans. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
127	33000000-0	Lot 127. IBP Y-adapter, 10-pin Ref : 5731281	IBP Y-adapter, 10-pin Ref : 5731281	28	Bucată	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
128	33000000-0	Lot 128. Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275	Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275	20	Bucată	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
129	33000000-0	Lot 129. Sensor de CO2 cod Ref: TG-121T,P923	Sensor de CO2 cod Ref: TG-121T,P923	5	Bucată	Compatibil cu adapterul Cap-one CO2, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
130	33000000-0	Lot 130. Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru	Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru	3	Bucată	Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) Compatibila cu Pulsoximetru OxiMax N-65. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.
131	33000000-0	Lot 131. Baterie tip AAA	Baterie tip AAA	20	Bucată	Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.
132	33000000-0	Lot 132. Baterie tip AA	Baterie tip AA	140	Bucată	Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.
133	33000000-0	Lot 133. Baterie tip C	Baterie tip C	51	Bucată	Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.

134	33000000-0	Lot 134. Baterie tip 6F22	Baterie tip 6F22	50	Bucată	Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.
135	33000000-0	Lot 135. Arc curbat pentru capac centrifuga Helmer UltraCW	Arc curbat pentru capac centrifuga Helmer UltraCW	1	Bucată	Compatibil cu centrifuga Helmer UltraCW. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
136	33000000-0	Lot 136. Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh	Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh	3	Bucată	Compatibil cu congelator biomedical Panasonic MDF-U334. 6V(5x1.2V)/1100 mAh. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
137	33000000-0	Lot 137. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS	„Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS	2	Bucată	Pentru centrifuga Hettich Rotixa 50RS, tip:G6 15 120 1 305 GA20 AB09 180N 09/02. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
138	33000000-0	Lot 138. Sticla de protecție	Sticla de protecție	2	Bucată	Sticlă de protecție pentru RevolixDuo (Lisa Laser). Cod de referință 101630012. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
139	33000000-0	Lot 139. Set camera laparoscopica si videoprocessor intercompatibile	Set camera laparoscopica si videoprocessor intercompatibile	1	Set	1. CAMERA LAPAROSCOPICĂ. Cap camera Full HD; // ZOOM optic 2x fara distorsionarea calitatii imaginii; // ZOOM digital 2,5X; // Sensor cu tehnologie 3CCD sau mai mult; //Rezolutia minim 1 920 x 1 080 pixeli, sau mai mult; // Distanța focus - diapazon de la 14 mm pana la 28 mm; //Dimensiuni capul camerei 50 mm x 50 mm x 130 mm (+/- 10 mm); //Lungimea cablului camerei - nu mai mic de 4 metri; // Greutatea capului camerei - nu mai mare de 350 g. 2. VIDEOPROCESSOR. Conexiuni video: DVI 1 080p (x2), HDSI (x2), S-Video; // Obturator automat cu viteza în diapazon minim 1/50 - 1/10 000 sec; // Posibilitate de ajustare a lampii de la sursa de lumina în regim ON sau STANDBY; // Posibilitate presetari si setari individuale - minim 8; // Mod scanare progresiva - minim 50/60 cadre pe secunda; // Dimensiuni 300 mm x 80 mm x 300 mm (+/- 10 mm). // Cerințe de certificare: *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. // În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. // Termen de valabilitate minim 24 luni de la instalarea bunului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	[nu vor fi acceptate]
3.2.	Garanția pentru ofertă:	[forma garanției a/b/c] a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau</i>

		b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> <i>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29</i> <i>Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițanu”, Chișinău</i> <i>Codul fiscal: 1003600150783</i> <i>Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448</i> <i>Codul bancar: MOLDMD2X302:</i> <i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”.</i>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<i>1% din valoarea ofertei fără TVA.</i>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	<i>DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013</i>
3.5.	Termenul de livrare:	<i>La solicitare, în decurs de 20 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019</i>
3.6.	Locul livrării bunurilor:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</i>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. <i>Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide</i>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>60 zile</i>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<i>Nu se acceptă</i>

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1.	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor , este:	<i>SIA RSAP</i>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md</i>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	<i>Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”</i>

5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<i>lei MD</i>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<i>BNM</i>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<i>Data deschiderii ofertelor</i>
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<i>Evaluarea va fi efectuată pe: loturi</i>
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<i>Nu se aplică</i>

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Se va aplica criteriul de evaluare: cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot
------	--	--

6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5%
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	[forma garanției de bună execuție a/b/c] a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29 Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448 Codul bancar: MOLDMD2X302 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	Nu se aplică
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	5 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: _____ Ion BALICA

CAPITOLUL III
FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

Formular	Denumirea
F3.1	Formularul ofertei
F3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare
F3.3	Garanție de bună execuție

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “___” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Anunț de participare Nr.: _____

Către: _____

[numele deplin al autorității contractante]

_____ declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) _____ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și _____ preț, următoarele bunuri _____.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____
[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: _____

În calitate de: _____

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____

Adresa: _____

Data: “___” _____ 20__

Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.]

[Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]

Beneficiar: _____
[numele și adresa autorității contractante]

Data: “ ____ ” _____ 20__

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. _____

_____ a fost informată că
[denumirea băncii]

_____ (numit în continuare „Ofertant”)

[numele ofertantului]
urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ ____ ” _____ 20__ (numită în
continuare „ofertă”) pentru livrarea

_____ [obiectul achiziției]
conform anunțului de participare nr. _____ din “ ____ ” _____
20__.

La cererea Ofertantului, noi, _____, prin prezenta,
[denumirea băncii]

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:
_____ ([suma în cifre] [suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se
specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile
ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după
expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre
adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau
(ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform
condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire,
înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea
de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de
bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de “ ____ ” _____ 20__.

[semnătura autorizată a băncii]

Garanție de bună execuție (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “ ____ ” _____ 20__

Procedura de achiziție publică Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului]* (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile]* conform invitației la procedura de achiziție publică nr. din _____. 201_ *[numărul și data procedurii de achiziție publică]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*,¹ și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului]

¹ Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”

CAPITOLUL IV

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

Formular	Denumirea
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **Conform SIA RSAP** din **Conform SIA RSAP**

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese de schimb și accesorii pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
33000000-0	Lot 1. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon				Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 2. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop				Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 3. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream				Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 4. Sensor de oxigen				Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 5. Modul analizator de gaze. Multi gas analyser AION				Compatibila cu masina de anestezie Maquet Flow I c20. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 6. Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden				Set conectori NIBP BP17 și BP18 compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 7. Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager				Set conectori NIBP BP12 și BP15 compatibil cu monitorul de pacient Drager. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 8. Borcan reutilizabil 2 L cu capac + accesorii de suport				Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner și fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 10mm. În set 2 borcane. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 9. Arterial Connection Cable Ref: PC80150				Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru conectarea senzorului de temperatura al cateterului la dispozitiv. Ref: PC80150. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 10. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoxiometer Cerebral/Somatic 5100C				SomaSensor pentru adult compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invoxiometer Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 11. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invoxiometer Cerebral/Somatic 5100C				SomaSensor pediatric compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invoxiometer Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 12. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C				Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 13. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C				Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 14. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90				Compatibil dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 15. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90				Compatibil cu dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 16. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport				Compatibil cu Aspirator chirurgical Soring, Sonoca 300. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 17. Borcan reutilizabil cu capac 2 L + accesorii de suport				Compatibil cu Aspirator chirurgical Cheiron Victoria Thorax. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 18. Borcan reutilizabil cu capac 3 L + accesorii de suport				Compatibil cu Aspirator chirurgical Mizuho, MSP-205A. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 3 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 19. Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900				Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligatoriu cu instalare și resetare contor. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție: minim 1000 ore de lucru. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 20. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W				Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 21. Lampă pentru sistem pentru vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor				Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 22. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Ref: XBO R 180W				Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru $\geq 500h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 23. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631)				Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON XL-4450, OLYMPUS CLV-S190, RICHARD WOLF Highlight X300. Timpul de lucru $\geq 500h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 24. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie				Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

330000000-0	Lot 25. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint				Instalare/Upgrade software BTL CardioPoint cu licență și utilizare pe PC minim 12 luni, pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Conform recomandărilor producătorului. Termen de instalare 20 zile din data solicitării.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 26. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc.				Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Reutilizabil. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu accesoriu de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 27. Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000				Compatibil cu ultrasonograful SIEMENS Acuson S1000. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 28. Traductor Liniara 9L pentru GE Vivid E				Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid E. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 29. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla				Pompa pentru tensiometru mecanic/manual cu supapa dubla. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 30. Filtru de apă 0,2μm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094				Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1. Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm²). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 31. Transductor convex 3,5C				Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător .		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 32. Transductor linear 10 L				Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 33. Transductor linear -7 L				Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 34. Accumulator 3- FM-4 (6V, 4AH)				Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 35. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. 78.02.000)				Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M). Material - cupru. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 36. Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. AOB 75.110.00)				Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 37. Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. ІТ 129.02.004)				Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 38. Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M) (Art Nr. ІТ 129.01.009)				Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГK-100-3M). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 39. ICT Module				Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 40. "O" Ring, ICT				Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 41. Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc.				Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 42. Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuș pretratare LC 177)				Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 43. PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare)				Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 44. Lampa UV (254 nm) LC 105				Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 45. Cartus ultramicrofiltrare LC 109				Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 46. Filtru bacterial LC136				Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 47. 08C94-87 Tubing/Sensor, Temp, WZ				Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min.6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 48. 7-77612-03 Valve, Manifold Kit				Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min.6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 49. Recirculation pump				Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 50. Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop				Compatibil cu Microscop LOMO. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 51. Obiectiv MRL00402				Compatibil cu microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 52. Obiectiv MRL00202				Compatibil cu microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 53. Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO				8V/20W, Tip: PH-8-20-1, L: 58mm, D:21mm. Soclu: B15d/18. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 54. Membrane Drier IDG1-C06-X467				Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AY100340. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 55. Lamp Halogen Assy 12V/50W				Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 56. Reaction cell sets for Cobas C501				Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 57. Kit maintenance 2 C501				Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 58. Diaphragm vacuum pump				Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 59. Measuring cell with ref. electrode V7.0				Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

330000000-0	Lot 60. Tube Cell Assy				Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 61. Tube O Assy				Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 62. Cartridge Na				Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 63. Cartridge K				Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 64. Cartridge CI				Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 65. Reference Electrode				Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 66. Kit mentenanță 1 an 5100C				Compatibil cu analizatorul Invitrogen iPrep, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 67. Dispenser bile				Dispenser bile pentru dispozitivul Thrombotimer 4 Channel, Behnk Elektronik. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 68. Tastatura				Tastatura pentru StarDust MC-15, DiaSys. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 69. Rulment modul de dozare pentru analizator FLEXOR XL				Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 70. Membrana pentru electrod pO2				Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-042. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 71. Membrana pentru electrod pCO2				Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-043. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 72. Membrana pentru electrod de referință				Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-067. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 73. Arc curbat pentru capac centrifuga Nuve NF200				Compatibil cu centrifuga Nuve NF200. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 74. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400				Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare și mentenanță dispozitiv. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 75. Sample detector				Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 76. Head of Blade Carrier ER (Product Number: 13-05-02536) pentru Rotary Microtome HM 325				Compatibil cu Rotary Microtome HM 325. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 77. Vacuum Filter Set (Product Code: 5826) pentru Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM				Compatibil cu Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 78. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC în: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A				Compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 79. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006				Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru $\geq 50h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 80. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070)				Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru $\geq 500h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 81. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W				Compatibil cu oftalmoscop Riester ri-scope L1. Timpul de lucru $\geq 50h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 82. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata				Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimtata interna, L-120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 83. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB, taiere zimtata externa.				Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimtata externa, L-120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 84. Shaver blade, 41201KK				Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, 120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 85. FREZA SINUS 41303 DT				Freaza diamantata pentru chirurgia sinusurilor paranasale ,Ø 3,6 mm-freza,Ø 4mm-axa, curbe 70°,CompatibilPiesa de mana DRILLCUT-XII. Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT . Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 86. Accesoriu miner shaver 40712090				Mâner reglabil pentru utilizare DRILL CUT X II. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 87. Piesa de mana DRILLCUT-X.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT 40712050				Piesa de mana DRILLCUT-X II.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT . Piesa DRILLCUT-X® II- reprezintă o expansiune eficientă a portofoliului de produse KARL STORZ. Optimizat special pentru cele mai înalte viteze.Permite până la 40.000 de rotații pe minut.Poate fi extins pentru a include dispozitivul de urmărire a lamelor de aparat pentru sinusurile nazale. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 88. Sensor de oxigen				Compatibil cu dispozitivul mixer de gaze Maquet EGB-40, valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 89. Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender				Pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Instalare. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 90. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III				Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 91. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System				Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Instalare + mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 92. Set solenoizi pentru magnetoterapie (8 buc.)				Compatibili cu dispozitivul de magnetoterapie Alimp-1. Termen de livrare 20 zile din data solicitării		Certificat de conformitate european.

330000000-0	Lot 93. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP)				Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001)		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 94. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG				Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur - 105 Litri) seria CLG. Dimensiuni (380x400mm). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: CLG-40L/LDVP		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 95. Kit Service Plan A - 4000 ore (Compresor ZT45FF)				Kit Service Plan A - 4000 ore pentru Compresor ZT45FF, care va include: Kit filtre aer/ ulei (1 set), kit aerisire (1 set). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 96. Ulei ROTO - Z BUS, 5 litri				Pentru compresor ZT45FF; Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 97. Kit mentenanță 1 an				Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 98. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000)				Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 99. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM)				Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 100. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM)				Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 101. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314				Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 102. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314				Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 103. Releu de suprasarcina, pentru montarea pe contactor, în panoul electric				Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. CLASS 10, Ref: 3ZX1012-0RU11-1AA1		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 104. Air solenoid valve 3-8 bar				Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 105. Sistem de duze/ injectie H2O2				Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 106. Plasma Housing assembly				Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

330000000-0	Lot 107. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00)				Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 108. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00)				Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 109. Garnitura capacului (cod 21001)				Compatibil cu autoclavul CLG-40L. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 110. Tijă piston 550, DN8				Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010059536).		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 111. Presostat aer, 250V, 50Hz, 75/30, 115/55				Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: A2-796		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 112. Senzor temperature la rezervorul preîncălzitorului				Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010112522).		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 113. Senzor nivel apă pentru generator cu aburi				Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref.:(010085038).		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 114. Element încălzitor în complex cu O-ring din alarmă				Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.: (000574402). Tip: CEL940		Certificat de conformitate european.

330000000-0	Lot 115. Siguranță termică pentru generator cu aburi				Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 116. Touchscreen (LCD) cu tastatura (panou control) Reno-130D				Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 117. Transmitator de presiune 4 bar				Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. (Ref:404366/024)		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 118. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C				Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181)		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 119. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm				Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: 182750		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 120. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate				Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Cod produs: (S18)		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 121. Gel garnitură ușă (kit mentenanță)				Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 122. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz				Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: Z9236		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 123. Conector pentru aer 4x2,5 mm				Conector pentru alimentarea cu aer a valvei "Gemu" la sterilizatorul Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 124. Ventilator 24V, cod ref: Y634800 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T7				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 125. Valva electromagnetica ref: KY 560500 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 126. Cablu IBP IC-SM1-BB0				Compatibil cu adaptor cablu-Y (5588095) pentru monitor Drager Infinity Delta, Conector 10 pini p-u Y adapter și conector B-Braun pentru combitrans. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 127. IBP Y-adapter, 10-pin Ref : 5731281				Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

330000000-0	Lot 128. Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275				Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 129. Sensor de CO2 cod Ref: TG-121T, P923				Compatibil cu adapterul Cap-one CO2, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 130. Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru				Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) Compatibila cu Pulsoximetru OxiMax N-65. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 131. Baterie tip AAA				Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 132. Baterie tip AA				Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 133. Baterie tip C				Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 134. Baterie tip 6F22				Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.		Certificat de conformitate european.

330000000-0	Lot 135. Arc curbat pentru capac centrifuga Helmer UltraCW				Compatibil cu centrifuga Helmer UltraCW. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 136. Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh				Compatibil cu congelator biomedical Panasonic MDF-U334. 6V(5x1.2V)/1100 mAh. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 137. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS				Pentru centrifuga Hettich Rotixa 50RS, tip:G6 15 120 1 305 GA20 AB09 180N 09/02. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
330000000-0	Lot 138. Sticla de protectie				Sticlă de protectie pentru RevolixDuo (Lisa Laser). Cod de referinta 101630012. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 139. Set camera laparoscopica si videoprosesor intercompatibile				1. CAMERA LAPAROSCOPICĂ. Cap camera Full HD; // ZOOM optic 2x fara distorsionarea calitatii imaginii; // ZOOM digital 2,5X; // Sensor cu tehnologie 3CCD sau mai mult; //Rezolutia minim 1 920 x 1 080 pixeli, sau mai mult; // Distanța focus - diapazon de la 14 mm pana la 28 mm; //Dimensiuni capul camerei 50 mm x 50 mm x 130 mm (+/- 10 mm); //Lungimea cablului camerei - nu mai mic de 4 metri; // Greutatea capului camerei - nu mai mare de 350 g. 2. VIDEOPROCESOR. Conexiuni video: DVI 1 080p (x2), HDSDI (x2), S-Video; // Obturator automat cu viteza in diapazon minim 1/50 - 1/10 000 sec; // Posibilitate de ajustare a lampii de la sursa de lumina in regim ON sau STANDBY; // Posibilitate presetari si setari individuale - minim 8; // Mod scanare progresiva - minim 50/60 cadre pe secunda; // Dimensiuni 300 mm x 80 mm x 300 mm (+/- 10 mm). // Cerințe de certificare: *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. // În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. // Termen de valabilitate minim 24 luni de la instalarea bunului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.		Certificat de conformitate european.
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
 Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din Conform SIA RSAP

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese de schimb și accesorii pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33000000-0	Lot 1. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	Set	2					În decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019	Conform SIA RSAP
33000000-0	Lot 2. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop	Bucată	13						
33000000-0	Lot 3. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream	Bucată	2						
33000000-0	Lot 4. Sensor de oxigen	Bucată	20						
33000000-0	Lot 5. Modul analizator de gaze. Multi gas analyser AION	Bucată	1						
33000000-0	Lot 6. Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden	Set	30						
33000000-0	Lot 7. Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager	Set	30						
33000000-0	Lot 8. Borcan reutilizabil 2 L cu capac + accesorii de suport	Set	8						

33000000-0	Lot 9. Arterial Connection Cable Ref: PC80150	Bucată	1						
33000000-0	Lot 10. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C	Bucată	100						
33000000-0	Lot 11. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C	Bucată	20						
33000000-0	Lot 12. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C	Bucată	1						
33000000-0	Lot 13. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C	Bucată	1						
33000000-0	Lot 14. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90	Bucată	6						
33000000-0	Lot 15. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90	Bucată	6						
33000000-0	Lot 16. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport	Bucată	6						
33000000-0	Lot 17. Borcan reutilizabil cu capac 2 L + accesorii de suport	Bucată	4						
33000000-0	Lot 18. Borcan reutilizabil cu capac 3 L + accesorii de suport	Bucată	2						
33000000-0	Lot 19. Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900	Bucată	1						
33000000-0	Lot 20. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	Bucată	10						
33000000-0	Lot 21. Lampă pentru sistem pentru vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor	Bucată	2						
33000000-0	Lot 22. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Ref: XBO R 180W	Bucată	3						
33000000-0	Lot 23. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631)	Bucată	2						
33000000-0	Lot 24. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie	Bucată	1						

33000000-0	Lot 25. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint	Bucată	1						
33000000-0	Lot 26. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc.	Set	1						
33000000-0	Lot 27. Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000	Bucată	1						
33000000-0	Lot 28. Traductor Linia 9L pentru GE Vivid E	Bucată	1						
33000000-0	Lot 29. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla	Bucată	20						
33000000-0	Lot 30. Filtru de apă 0,2µm pentru dispozitiv de spălare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094	Bucată	8						
33000000-0	Lot 31. Transductor convex 3,5C	Bucată	1						
33000000-0	Lot 32. Transductor linear 10 L	Bucată	1						
33000000-0	Lot 33. Transductor linear -7 L	Bucată	1						
33000000-0	Lot 34. Accumulator 3-FM-4 (6V, 4AH)	Bucată	1						
33000000-0	Lot 35. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ΓK-100-3M) (Art Nr. 78.02.000)	Bucată	6						
33000000-0	Lot 36. Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ΓK-100-3M) (Art Nr. AOB 75.110.00)	Bucată	1						
33000000-0	Lot 37. Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ΓK-100-3M) (Art Nr. IQT 129.02.004)	Bucată	1						
33000000-0	Lot 38. Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ΓK-100-3M) (Art Nr. IQT 129.01.009)	Bucată	1						
33000000-0	Lot 39. ICT Module	Bucată	1						
33000000-0	Lot 40. "O" Ring, ICT	Set	1						
33000000-0	Lot 41. Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc.	Set	4						
33000000-0	Lot 42. Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuş pretratare LC 177)	Bucată	1						

33000000-0	Lot 43. PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare)	Bucată	2						
33000000-0	Lot 44. Lampa UV (254 nm) LC 105	Bucată	1						
33000000-0	Lot 45. Cartus ultramicrofiltrare LC 109	Bucată	1						
33000000-0	Lot 46. Filtru bacterial LC136	Bucată	1						
33000000-0	Lot 47. 08C94-87 Tubing/Sensor, Temp, WZ	Bucată	3						
33000000-0	Lot 48. 7-77612-03 Valve, Manifold Kit	Bucată	4						
33000000-0	Lot 49. Recirculation pump	Bucată	1						
33000000-0	Lot 50. Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop	Bucată	10						
33000000-0	Lot 51. Obiectiv MRL00402	Bucată	1						
33000000-0	Lot 52. Obiectiv MRL00202	Bucată	1						
33000000-0	Lot 53. Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO	Bucată	20						
33000000-0	Lot 54. Membrane Drier IDG1-C06- X467	Bucată	2						
33000000-0	Lot 55. Lamp Halogen Assy 12V/50W	Bucată	1						
33000000-0	Lot 56. Reaction cell sets for Cobas C501	Set	1						
33000000-0	Lot 57. Kit maintenance 2 C501	Set	1						
33000000-0	Lot 58. Diaphragm vacuum pump	Bucată	2						
33000000-0	Lot 59. Measuring cell with ref. electrood V7.0	Bucată	2						
33000000-0	Lot 60. Tube Cell Assy	Bucată	2						
33000000-0	Lot 61. Tube O Assy	Bucată	2						
33000000-0	Lot 62. Cartridge Na	Bucată	1						
33000000-0	Lot 63. Cartridge K	Bucată	1						
33000000-0	Lot 64. Cartridge Cl	Bucată	1						
33000000-0	Lot 65. Reference Electrode	Bucată	1						
33000000-0	Lot 66. Kit mentenanță 1 an 5100C	Set	1						

33000000-0	Lot 67. Dispenser bile	Bucată	1						
33000000-0	Lot 68. Tastatura	Bucată	1						
33000000-0	Lot 69. Rulment modul de dozare pentru analizator FLEXOR XL	Bucată	4						
33000000-0	Lot 70. Membrana pentru electrod pO2	Set	1						
33000000-0	Lot 71. Membrana pentru electrod pCO2	Set	1						
33000000-0	Lot 72. Membrana pentru electrod de referință	Set	1						
33000000-0	Lot 73. Arc curbat pentru capac centrifuga Nuve NF200	Bucată	2						
33000000-0	Lot 74. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400	Set	1						
33000000-0	Lot 75. Sample detector	Bucată	1						
33000000-0	Lot 76. Head of Blade Carrier ER (Product Number: 13-05-02536) pentru Rotary Microtome HM 325	Bucată	1						
33000000-0	Lot 77. Vacuum Filter Set (Product Code: 5826) pentru Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM	Set	1						
33000000-0	Lot 78. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A	Bucată	1						
33000000-0	Lot 79. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006	Bucată	5						
33000000-0	Lot 80. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070)	Bucată	5						
33000000-0	Lot 81. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W	Bucată	3						
33000000-0	Lot 82. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata	Bucată	2						
33000000-0	Lot 83. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB, taiere zimtata externa.	Bucată	2						
33000000-0	Lot 84. Shaver blade, 41201KK	Bucată	2						
33000000-0	Lot 85. FREZA SINUS 41303 DT	Bucată	5						
33000000-0	Lot 86. Accesoriu miner shaver 40712090	Bucată	1						

33000000-0	Lot 87. Piesa de mana DRILLCUT-X.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT 40712050	Bucată	1						
33000000-0	Lot 88. Sensor de oxigen	Bucată	4						
33000000-0	Lot 89. Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender	Set	1						
33000000-0	Lot 90. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III	Set	1						
33000000-0	Lot 91. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System	Set	1						
33000000-0	Lot 92. Set solenoizi pentru magnetoterapie (8 buc.)	Set	4						
33000000-0	Lot 93. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP)	Bucată	1						
33000000-0	Lot 94. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG	Bucată	2						
33000000-0	Lot 95. Kit Service Plan A - 4000 ore (Compresor ZT45FF)	Set	1						
33000000-0	Lot 96. Ulei ROTO - Z BUS, 5 litri	Bucată	1						
33000000-0	Lot 97. Kit mentenanță 1 an	Set	1						
33000000-0	Lot 98. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000)	Bucată	4						
33000000-0	Lot 99. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM)	Bucată	2						
33000000-0	Lot 100. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM)	Bucată	6						
33000000-0	Lot 101. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314	Bucată	2						
33000000-0	Lot 102. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Bucată	4						
33000000-0	Lot 103. Releu de suprasarcina, pentru montarea pe contactor, în panoul electric	Bucată	1						
33000000-0	Lot 104. Air solenoid valve 3-8 bar	Bucată	2						
33000000-0	Lot 105. Sistem de duze/ injecție H2O2	Set	1						
33000000-0	Lot 106. Plasma Housing assembly	Bucată	1						

33000000-0	Lot 107. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00)	Bucată	3						
33000000-0	Lot 108. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00)	Bucată	4						
33000000-0	Lot 109. Garnitura capacului (cod 21001)	Bucată	2						
33000000-0	Lot 110. Tijă piston 550, DN8	Bucată	2						
33000000-0	Lot 111. Presostat aer, 250V, 50Hz, 75/30, 115/55	Bucată	1						
33000000-0	Lot 112. Senzor temperature la rezervorul preîncălzitorului	Bucată	1						
33000000-0	Lot 113. Senzor nivel apă pentru generator cu aburi	Bucată	6						
33000000-0	Lot 114. Element încălzitor în complex cu O-ring din alarmă	Bucată	6						
33000000-0	Lot 115. Siguranță termică pentru generator cu aburi	Bucată	1						
33000000-0	Lot 116. Touchscreen (LCD) cu tastatura (panou control) Reno-130D	Bucată	1						
33000000-0	Lot 117. Transmitator de presiune 4 bar	Bucată	2						
33000000-0	Lot 118. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C	Bucată	2						
33000000-0	Lot 119. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm	Bucată	1						
33000000-0	Lot 120. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate	Bucată	2						
33000000-0	Lot 121. Gel garnitură ușă (kit mentenanță)	Bucată	10						
33000000-0	Lot 122. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz	Bucată	1						
33000000-0	Lot 123. Conector pentru aer 4x2,5 mm	Bucată	5						
33000000-0	Lot 124. Ventilator 24V, cod ref: Y634800 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T7	Bucată	33						
33000000-0	Lot 125. Valva electromagnetica ref: KY 560500 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75	set	1						
33000000-0	Lot 126. Cablu IBP IC-SM1-BB0	Bucată	28						
33000000-0	Lot 127. IBP Y-adapter, 10-pin Ref : 5731281	Bucată	28						
33000000-0	Lot 128. Furtun de interconectare	Bucată	20						

	Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275								
33000000-0	Lot 129. Sensor de CO2 cod Ref: TG-121T, P923	Bucată	5						
33000000-0	Lot 130. Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru	Bucată	3						
33000000-0	Lot 131. Baterie tip AAA	Bucată	20						
33000000-0	Lot 132. Baterie tip AA	Bucată	140						
33000000-0	Lot 133. Baterie tip C	Bucată	51						
33000000-0	Lot 134. Baterie tip 6F22	Bucată	50						
33000000-0	Lot 135. Arc curbat pentru capac centrifuga Helmer UltraCW	Bucată	1						
33000000-0	Lot 136. Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh	Bucată	3						
33000000-0	Lot 137. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS	Bucată	2						
33000000-0	Lot 138. Sticla de protectie	Bucată	2						
33000000-0	Lot 139. Set camera laparoscopica si videoprocesor intercompatibile	Set	1						
	Total								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

CAPITOLUL V
FORMULARUL DE CONTRACT

Formular	Denumirea
F 5.1	Contract-model



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 06-1/_____

**de achiziționare a pieselor de schimb și accesoriilor necesare pentru
menținerea dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019**

Cod CPV: 33000000-0

_____. 2019

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____. reprezentată prin director, dl. _____, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare <i>Vînzător</i> pe de o parte,	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, reprezentată prin director, dl. Anatol CIUBOTARU, care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare <i>cumpărător</i>, pe de alta parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **Pieselor de schimb și accesoriilor necesare pentru menținerea dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019**, denumite în continuare Bunuri, Cod CPV:33000000-0, conform **Licitație publică nr. conform SIA RSAP din conform SIA RSAP**, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. _____ din _____.2019.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificație de preț;
 - c) Garanția de bună execuție.
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă

care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenul de garanție [*valabilitate, după caz*]a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător, în condiții Incoterms 2013, DDP – Franco destinație vămuit, la solicitare, **în decurs de 20 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Act de primire predare;*
- c) *Certificatul de conformitate conform specificației prezentului contract;*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: _____ (_____ , 00 bani) MLD.

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer, **în decurs de 30 de zile după livrarea fiecărei partide.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va da curs rezilierii.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este _____, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor nelivrate. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a datoriei.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele

perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și contabilitatea cumpărătorului.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2019**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, . **2019**.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____	IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”
Adresa poștală:	Adresa poștală: MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29
Tel./Fax:	Telefon: cont: 022 403 484; fax: 022 729 033;
Cod IBAN:	Cod IBAN: MD38TRPCCC518430A00076AA
Banca:	MF - Trezoreria de Stat
Codul băncii:	Adresa: str.Constantin Tănase, 9
Cod fiscal:	Codul băncii: TREZMD2X
Cod TVA:	Cod fiscal: 1003600150783

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____ L.Ș.	Anatol CIUBOTARU: _____ L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data: