



CET-Nord SA

APROB

Şef departament în industria
prelucrătoare, Departamentul TehnicIgor SAVIN
"18" "04" 2024

CAIET DE SARCINI Bunuri

Obiectul

GazoanalizatorEntitatea contractantă S.A. CET-Nord, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 168

1. Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse.

2. Scopul achiziţiei

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziţionarea explozimetruului-analizor de gaze portabil, destinat pentru identificarea, monitorizarea şi semnalizarea simultană a prezenţei în spaţiile subterane a concentraţiilor periculoase ale gazelor şi aerosolurilor combustibile şi/sau toxice în zona de muncă: acetilenă, monoxid de carbon, hidrogen sulfuros, metan, propan, butan, conform cerinţelor legale aplicabile.

3. Cerinţe privind caracteristicile tehnice


3.1 Explozimetru-analizor de gaze trebuie să corespundă scopului, activităţilor prestate, să fie adaptat acestui scop şi să poată fi folosit conform destinaţiei, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea angajaţilor, să îşi păstreze eficacitatea, calitatea, durabilitatea sporită şi siguranţa în raport cu riscurile implicate.

Cerinţele tehnice incluse în prezentul caiet de sarcini sunt minime şi obligatorii. Furnizorii vor prezenta ofertele comerciale, indicând preţurile şi conformându-se caracteristicilor tehnice din tabel. Lipsa sau prezentarea incompletă a informaţiei (etichete, certificate, descrieri tehnice) de însoţire a mostrelor solicitate, va oferi dreptul entităţii contractante de a exclude ofertantul din concurs.

3.2 Explozimetru-analizor de gaze livrat trebuie să fie nou, curat, nefolosit, să permită întreţinerea acestuia în corespundere cu instrucţiunea de utilizare ataşată, să îşi păstreze caracteristicile tehnice pe toată durata de utilizare.

3.3 Pentru viciile ascunse, ofertantul se face direct răspunzător, având obligaţia de a înlocui produsele necorespunzătoare şi/sau neconforme în maxim 20 de zile.

3.4 Explozimetru-analizor de gaze trebuie să posede caracteristicile tehnice specificate în tabelul de mai jos:



Nr. lot	Denumirea bunului	U/M	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată,
Lot 1	Explozimetrul-analizor de gaze portabil	set	1,00	Necesar pentru utilizare mobilă la executarea în siguranță a lucrărilor cu pericol de deflagrație sau intoxicare în instalații subterane și spații închise (fântâni, puncte termice centrale și individuale, cămine termice, recipiente). Destinat pentru controlul concentrațiilor periculoase ale gazelor și aerosolurilor combustibile, explozibile și/sau toxice separat sau cumulativ în aer cu emiterea rapidă (în maxim 20 sec.) a semnalului privind depășirea valorilor-limită admisibile. Identifică și semnalizează simultan prezența în spațiile subterane a 4-6 gaze toxice (acetilenă C_2H_2, monoxid de carbon CO, hidrogen sulfuros H_2S) și combustibile/explozibile (metan CH_4, propan C_3H_8, butan C_4H_{10}). Gamă largă de indicații: 00,0 - 99,9 % concentrație-limită. Execuție antideflagrantă, indică în cifre și memorizează valorile concentrației gazelor. Testare în regim automat, deservire tehnică minimă și facilitare în exploatare. Caracteristici metrologice înalte, posibilitate de control cu detectorul la distanță, acces securizat la parametrii de setare și valorile stării de urgență. Semnalizator individual portabil cu funcționare continuă cu 2 praguri de semnalizare: sonoră și luminoasă, precum și cu 2 regimuri de lucru: semnalizator și explozimetrul. Detector pe suport elastic cu lungimea min. 2,0 m. Greutate maximă totală 0,4 kg. Dimensiuni maxime: 200x100x50mm. Temperaturi de lucru $-40...+55^{\circ}C$. Durata de exploatare 10 ani. În set: cameră de verificare, tijă, cheie, duză pentru prelevarea probelor din locuri greu accesibile, încărcător tensiune 220V, 50 Hz.

4. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

Nu se acceptă oferte alternative.

5. Mostre

5.1 În scopul evaluării caracteristicilor tehnice, ofertantul va asigura posibilitatea de prezentare a mostrei, la solicitare.

5.2 Recepția mostrelor se face în baza unui act de predare-primire a mostrelor, care va cuprinde cel puțin: 1) date despre procedura de achiziție: denumirea achiziției și MTender ID-ul; 2) lista bunurilor, în care se va specifica: denumirea bunului, modelul, mărimea, culoarea (după caz poate fi notat codul produsului), unitatea de măsură și cantitatea; 3) datele de identificare a Părților (partea care predă și partea care primește). Actul va fi emis în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.

5.3 În cazul în care prezentarea mostrei nu este posibilă la depozitul entității contractante, ofertantul va asigura accesul la mostră pe teritoriul Republicii Moldova.

6. Condiții de ambalare, marcare și transport

Până la predarea bunului către beneficiar, asigurarea transportării va fi în sarcina furnizorului. Explozimetru-analizor de gaze trebuie să fie ambalat astfel, încât să se asigure o protecție adecvată în timpul transportării. Bunul va fi marcat astfel, încât să se poată stabili tipul, modelul. Articolele deteriorate în timpul transportării vor fi înlocuite din contul furnizorului.

Explozimetru-analizor de gaze va avea marcaj și pașaport tehnic cu informația completă și veridică în limba de stat și/sau rusă, inclusiv:

- denumirea produsului, destinația, denumirea și marca producătorului (importatorului), standardul de referință,
- domeniul de utilizare, intervalul de temperaturi și umiditate pentru utilizare, păstrare, metode de protecție și caracteristici de lucru,
- specificații tehnice (model, dimensiuni, mărimi, greutate, clasa de protecție etc),
- eventualele riscuri și consecințele acestora, contraindicații pentru utilizare,
- instrucțiuni atașate de asamblare, utilizare în siguranță, întreținere, păstrare, păstrare,
- termenul de garanție, durata de utilizare, perioada de verificare metrologică.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei. Criteriile de calificare și de selecție

Documentele obligatorii la depunerea ofertei vor fi indicate în Anunțul de participare. Explozimetru-analizor de gaze va fi însoțit de pașaport tehnic și buletin de verificare metrologică de stat.

8. Termenii și condițiile de livrare, documente însoțitoare

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul furnizorului, la depozitul cumpărătorului. Explozimetru-analizor de gaze se va livra integral, după semnarea contractului, în termen de 30 zile din momentul semnării contractului. Explozimetru-analizor de gaze livrat va fi însoțit de următoarele documente:

- pașaport tehnic;
- buletin de verificare metrologică, eliberat de autoritatea națională de metrologie;
- certificat de garanție;
- factură fiscală.

9. Garanții

Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

Termenul de garanție - conform informației prezentate de producător.

10. Relații de contact: Manager șef aprovizionare, SA - Grigore Roșca

tel: + 373 (231) 5-33-67

e-mail: office@cet-nord.md

Elaborat:

Șef/șefă serviciu în alte ramuri
(protecție și prevenire), SPP



Tatiana Guțu

Data 17.04.2024

COORDONAT

Șef secție în industria prelucrătoare
(mentenanță rețele termice), SMRT



Andrei Pascari

Manager (șef) aprovizionare, SA



Grigore Roșca