

**Reconstrucția Monumentului de istorie și arhitectură din
str.31 August 1989, nr.157, mun.Chișinău în cadrul renovării
complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Obiect nr.135/18-191-75**

CAIET DE SARCINI: DL nr.2-1-10

Cabina de protecție RF (Faraday Cage)

Protectie RF (Faraday Cage) pentru incaperi EEG (vezi Ob. 135/18-74-SA 36)
incl. calcul protectiei, confectionarea, montarea, conectarea si testarea cabinei

Denumire material	Cantitate	Dimensiuni
Folie de Cupru	1 rulou	~200 kg 3 Oz (0,25 mm) 170 m x 1,32 m
Folie adezivă de cupru	4 rulouri	50 m x 0,05 m
Boxă de Filtrare	1 unitate	~0.5 m x 0.5 m
Panou Electric	1 unitate	0.25 x 0.25 m
Contur împământare p/u Cabina RF 0.2 ohm	1 unitate	~10 m
Ferestre tip: one way mirror	2 unități	~1 x 1 m
Uși metalizate pentru Cabina RF	2 unități	~2 x 1.2 m
Guri de ventilare cu structura celulara HoneyComb	2 unități	0.5 x 0.5 m
Șurupuri din Cupru	1 pachet	~50 mm