

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**

**Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și  
Copilului**

**prin procedura de achiziție: Licitație deschisă**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de  
atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că  
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă  
de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe  
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV 33100000-1**

Nr. lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA
1	Sistem - Mașină de anestezie, Monitor de pacient, Aspirator medical (RMN)	<p>Descriere: Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical</p> <p>MAȘINĂ DE ANESTEZIE 1 UNITATE</p> <p>Parametru Descriere</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Intensitatea câmpului magnetic 1.5</p> <p>Restricția liniilor Gauss 400</p> <p>Display a mașinii de anestezie Minim 6.5", color TFT sau LCD</p> <p>Debitmetre</p> <p>tipul Mecanice/ electronice</p> <p>gaz O2, Air</p> <p>gama, L/min 0 - 10</p> <p>siguranță de amestec hipoxic da</p> <p>siguranța O2 acustică, vizuală</p> <p>Vaporizator</p> <p>tip vaporizatoare acceptate Izofluran</p> <p>Sevofluran</p> <p>Halothan</p> <p>Tip vaporizator instalat Sevofluran, quick fill</p> <p>Vaporizator cu sistem de absorbție Da</p> <p>Specificația ventilatorului</p> <p>tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal</p> <p>Moduri de ventilare Ventilare controlată după volum</p> <p>Ventilare controlată după presiune</p> <p>Ventilare controlată după volum sincronizat</p> <p>Ventilare suport de presiune</p> <p>Tip de ventilare Manual și automat</p> <p>volumul Tidal, ml 20-1600</p> <p>frecvența respirației/minut 4 - 60</p> <p>fluxul inspirator, L/min 0 - 70</p> <p>raportul I:E 1:0.2 la 1:8</p> <p>limita de presiune, cmH2O ajustabilă, 15 - 70</p> <p>PEEP, cmH2O Off, 4 - 20</p> <p>Trigger flux Da</p> <p>Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor</p> <p>Parametri monitorizați</p>	Bucată	1	1 455 000,00

Presiune în căile respiratorii și afișarea alarmelor de presiune Da  
Volum expirat Da  
Volum minut Da  
Concentrația O2 Da  
Timp de răspuns a senzorului O2 16s  
Cerințe față de mașina de anestezie  
AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) da  
Port auxiliar ieșire a oxigenului da  
Sertar pentru depozitare minimum 1  
Frână pentru fixarea aparatului Da  
Conector pentru alimentare cu gaze medicale Tip NIST, O2 și Aer  
Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar  
Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz  
Prize auxiliare 220 v minim 2  
Baterie internă Reîncărcabilă  
Timp de lucru a bateriei Minim 45 min  
Modul de gaze  
Încorporat în mașina de anestezie sau in monitor de pacient din setul livrat Da  
Parametri monitorizați CO2 și agenți anestezici  
Tipul de agent monitorizat Halothan, isofluran, sevofluran  
Auto identificarea gazelor anestezice Da  
Alarmă de concentrație a agentului anestezic Da  
Determinarea și afișarea valorii MAC Da  
**MONITOR DE PACIENT 1 UNITATE**  
Cerințe generale  
Intensitatea câmpului magnetic 1.5 T  
Restricția liniilor Gauss 200 Gauss  
Tip pacient Adult, pediatric, nou născut  
Display  
Diagonala Minim 10.1  
LCD TFT sau LED Da  
Numărul de curbe afișate concomitent Minim 3  
Parametri afișați Semnal ECG  
Pulsul  
SpO2  
Fotopletismograma  
Presiunea sanguină neinvaziv  
Temperatura

<p>Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi da I, II, III da Frecvența cardiacă 30 – 250 bpm Detectarea aritmiei da Protecție împotriva șocurilor de defibrilare da Monitorizare respirație Intervalul frecvenței 0 - 100 Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% <math>\leq 3\%</math> Monitorizarea rata pulsului 30 - 240 bpm Monitorizarea pletismogramei da Modul NIBP Diapazonul Adult/pediatric 25 - 270 mmHg Diapazonul nou născut 10 - 130 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 3, 5, 10, 15, 30 Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adult, pediatric, nou-născut Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult/pediatric 300 mmHg Protecție de suprapresiune la regimului de pacient nou născut 150 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 33 - 44 Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Alarma Tip alarma Vizuala si sonora Alarmer tehnice da Alarmer fiziologice da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Cerințe generale Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Printarea datelor/stocarea datelor da Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz</p>			
---	--	--	--

Baterie interna Da  
Timp de lucru de pe baterie Minim 6.5  
ASPIRATOR COMPATIBIL CU RMN 1 UNITATE  
Funcțional prin sistemul venturi Da  
Buton de pornire oprire Da  
Suport pentru fixarea rezervoarelor aspiratorului Da  
Montare pe troleu separat sau pe mașina de anestezie Da  
Accesorii pentru mașina de anestezie  
Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Cu conector la priza de aer tip DIN  
Furtunul cu conector de  
conectare la sursa de oxigen 1 buc. Cu conector la priza de oxigen tip DIN  
Circuit de ventilare Adult, reutilizabil 2 set.  
Plămân de test Adult, reutilizabil 2 buc.  
Senzor de flux Reutilizabil 2 buc.  
Filtru antibacterian Adult, unică utilizare 100 buc.  
Linie de colectare a gazului și capcană de condens Adult/pediatic 3 set.  
Circuit de ventilare nou născut / pediatic, reutilizabil 4 set.  
Filtru antibacterian pediatic, unică utilizare 100 buc.  
Plămân de test pediatic, de multiplă utilizare 2 buc.  
Plămân de test nou născut, reutilizabil 2 buc.  
Filtru antibacterian nou născut, unică utilizare 100 buc.  
Linie de colectare a gazului și capcană de condens nou născut 3 set.  
Accesorii pentru monitor de pacient  
Cablu ECG cu 3 fire 2 buc.  
Electrozi ECG de unica utilizare adult 300 buc.  
Electrozi ECG de unica utilizare pediatic 300 buc.  
Electrozi ECG de unica utilizare nou născut 300 buc.  
Senzor SpO2 de multipla utilizare adult 2 buc.  
Senzor SpO2 de multipla utilizare pediatic 2 buc.  
Senzor SpO2 de multipla utilizare nou născut 2 buc.  
Senzor de temperatură reutilizabil 1 buc.  
Manșete NIBP adult mare reutilizabil 2 buc  
Manșete NIBP adult reutilizabil 2 buc  
Manșete NIBP pediatic mediu reutilizabil 2 buc  
Manșete NIBP pediatic mic reutilizabil 2 buc  
Manșete NIBP nou născut nr. 1, de unica utilizare 10 buc  
Manșete NIBP nou născut nr. 3, de unica utilizare 10 buc  
Manșete NIBP nou născut nr. 5, de unica utilizare 10 buc  
Troleu pentru monitor cu minim 4 roti, minim 2 cu frână, coș pentru accesorii, minier pentru transportare,  
sistem de fixare a monitorului Da  
Accesorii pentru aspirator

		Rezervor pentru aspirator 1 L cu valva de supra plin, reutilizabil 2 buc. Filtru hidrofob pentru asp.			
2	Sistem de perfuzie (RMN)	<p>Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN este un sistem format din o cutie de protecție a pompelor de infuzie de câmpul magnetic format de sistemul RMN și câteva pompe de infuzie</p> <p>Parametru Descriere</p> <p>Cutie pentru protecție RMN</p> <p>Intensitatea câmpului magnetic 1.5 T</p> <p>Densitatea câmpului magnetic Minim 200 Gauss</p> <p>Indicator pentru densitatea câmpului magnetic Da, codificat prin culori</p> <p>Spațiu pentru stocarea pompelor Minim 4 pompe</p> <p>Lacăt pentru fixarea pompelor Da</p> <p>Fereastră pentru vizualizarea pompelor Da, în partea frontală</p> <p>Ușă de acces Da, în partea frontală</p> <p>Troleu amplasat pe roți Da, cu frână</p> <p>Poliță pentru amplasarea consumabilelor Da</p> <p>Mâner pentru transport Da</p> <p>Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Acumulator integrat Da</p> <p>Timp de lucru de pe baterie Minim 10 ore</p> <p>Alarmă a statutului de încărcare a bateriei Da</p> <p>Pompă de infuzie cu seringă 2 buc.</p> <p>Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.</p> <p>Caracteristici generale</p> <p>Tipul Compatibil cu RMN, conform cerințelor pentru cutia pentru protecție RMN</p> <p>Tipul Cu un canal</p> <p>Display LCD</p> <p>Posibilitatea de ajustare a luminozității Da</p> <p>Posibilitate de amplasare în cutia RMN da</p> <p>Date afișate pe ecran</p> <p>Viteza de infuzie da</p> <p>Volumul de infuzie da</p> <p>Timpul de infuzie da</p> <p>Timpul până la final de infuzie da</p> <p>Mărimea seringii da</p> <p>Producătorul seringii da</p> <p>Nivelul de ocluzie da</p> <p>Rata KVO da</p>	Set	1	450 000,00

Data, ora da			
Nivelul de încărcare a baterii da			
Evenimente da			
Alarmer da			
Parametri de infuzie			
Rata fluxului 0.1 - 999 ml/h			
Pasul de incrementare a fluxului 0.01 mL/h			
Dozarea bolusului 0.01 - 999 ml/h			
Rata KVO 0.1 - 3 ml/h,			
Acuratețea pompei $\leq 2\%$			
Compatibil cu toate mărimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 5 producători			
Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă Da, de către utilizator			
Seringi acceptate 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60			
Detectare automată a seringii da			
Intervalul presiunilor de ocluzie 75 - 900 mmHg			
Numărul nivelelor min. 9 nivele			
Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente da			
Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22			
Moduri de infuzie			
Rata de perfuzie da			
Dozarea în timp da			
Modul crescător și descrescător da			
Dozarea micro-perfuzie da			
Alarmer și indicatori			
Ocluzie da			
Eroare de sistem da			
Seringă goală da			
Perfuzia pe sfârșite da			
Baterie descărcată da			
Volum reglabil da			
Buton mod silențios da			
Memorare evenimente			
Butoane apăstate da			
Coduri de eroare da			
Alarmer da			
Medicamente injectate da			
Cantitatea infuzată da			

		<p>Setări da  Bolus solicitat da  Alimentare electrică  Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz  Baterie reîncărcabilă Da, reîncărcare  Timp de lucru cu baterie Minim 11 h la 5 mL/h  Cerință față de furnizor  Livrare la locul solicitat Da  Asamblare Da  Dare în exploatare Da  Garanție Minim 3 ani  Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da  Manual de utilizare Da, în limba română</p>			
3	Brancardă compatibilă (RMN)	<p>Descriere: Brancardă compatibil cu RMN este un dispozitiv care permite transportarea pacienților în interiorul spitalului și poate să fie adus în camera dispozitivului RMN fără a fi influențat de câmpul magnetic.  Parametru Descriere  Numărul de secțiuni Minim 2  Tipul materialului Non- magnetic  Intensitatea câmpului magnetic Minim 3 T  Capacitatea de transportare Minim 150 kg  Lungime 1800 - 1900 mm  Lățime 800 - 900 mm  Înălțime ajustabilă Da, 650 – 950 mm  Ajustarea unghiului spatelui Da  Ajustarea înălțimii Prin sistem hidraulic  Bare laterale Colapsibile  Bampere la colțuri pentru evitarea coliziunii cu pereții Da  Tapițerie Moale, rezistentă la dezinfectanți chimici, ignifugă, hidrofobă  Amplasată pe roți Da, toate cu frâne  Stativ pentru infuzie Da, cu înălțime ajustabilă  Cerință față de furnizor  Livrare la locul solicitat Da  Asamblare Da  Dare în exploatare Da  Garanție Minim 3 ani  Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da  Manual de utilizare Da, în limba română  Manual de service Da, în limba engleză</p>	Bucată	1	140 000,00
4	Cărucior pentru pacienți	<p>Descriere Scaunul cu roțile este un dispozitiv care permite transportarea pacienților care sunt incapabili de a se mișca de sine stătător.</p>	Bucată	126	340 200,00

		Parametru Descriere Carcasă din oțel Da, inoxidabil sau acoperit cu vopsea sau cromat Tapițerie Moale, lavabilă Cotiere Da Suport pentru picioare și talpa piciorului Da Mâner pentru transportare Da Roțile din spate cu mâner pentru rotire Da Roțile din fata cu rotire 360 grade fata de axul vertical Da Frâna de mâna pe ambele părți a căruciorului Da Anvelope solide Fără camera gonflabilă Greutatea maxima portantă Minim 100 kg Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 2 ani Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da			
5	Scanner oftalmic, ultrasonografic	Descriere: Sistem de ultrasonografie oftalmic, este un dispozitiv conceput pentru examinări complete ale ochiului, inclusiv biometrie, pentru calcularea puterii optice a implanturilor, vizualizarea interiorul ochiului, nervului optic etc. Parametru Descriere Descriere generală Ecran LCD, minim 7 inch, touchscreen Ajustare a luminozității ecranului Da Posibile moduri de scanare Tip A, B, CCT Buton Freeze/run Da Baza de date a pacienților Da Salvare a imaginilor investigațiilor în memorie Da Posibilitate de exportare a imaginilor pe memorie externă Da, cel puțin USB Posibilitate de exportare a rapoartelor Da, PDF Printer integrat Da Suport pentru sonde Da Mod de scanare tip A Transductor de scanare Tip A Frecvența de scanare 12 MHz Raza de scanare Minim 45 mm Rezoluția de scanare clinica Maxim 0.1 mm Rezoluția de scanare electronica ± 0.01 mm Metode de măsurare Prin contact și imersie Posibilități de măsurare și efectuarea mediei Adâncimea camerei vitroase 1.8 – 6 mm, Lungimea axială a ochiului 15 – 40 mm,	Bucată	1	170 000,00

Adâncimea camerei anterioare, grosimea cristalinului 1.5 – 6.5 mm  
Determinarea abaterilor de măsurare Cu corecție manuală  
Măsurări cu viteze de propagare a sunetului individual pentru fiecare zonă Da, Interval de viteze 300 – 3000 m/s  
Tipuri de ochi investigați Normal, cu cataractă, cataractă densă  
Cu cristalin artificial din Silicon, PMMA, Acrylate  
Fără cristalin  
Formule de calculare a puterii cristalinelor intraoculare (IOL) Minim 6, SRK II, SRK T, Holladay, Hoffer-Q, Binkhorst II, Haigis  
Compararea puterii IOL Da  
Formule post refractive Minim 3, Double-K SRKT, Latkany/Flat-K SRKT, Latkany/avg-K SRKT  
Baza de date cu cristaline Da  
Introducere a parametrilor cristalinelor artificiale în baza de date Da  
Ajustarea manuală și automată a constantelor cristalinelor pentru măsurare Da  
Reglare TGC Da  
Reglare Gain Până la minim 110 dB  
Calibrare cu calibratorul atașat Dacă este prevăzut de producător  
Mod de scanare tip B  
Transductor de scanare Tip B  
Frecvența de scanare 12 sau 15 MHz  
Unghi de scanare Minim 50 de grade  
Adâncimea de scanare 20 – 60 mm  
Rezoluția de scanare axială Maxim 0.12 mm  
Rezoluția de scanare laterală Maxim 0.3 mm  
Moduri de afișare B, B+A, B+B  
Vector CV În freeze și run mod  
Reglare TGC Da  
Reglare Gain Până la minim 110 dB  
Nivele de gri Minim 256  
Corecție a gamei dinamice Da  
Procesare a imaginii Da  
Memorarea imaginilor Da  
Măsurări și calculări de pe imagini înregistrate Da  
Funcție Zoom Da  
Ajustarea poziției în zoom a regiunii de interes Da  
Memorie CINE Da, minim 6 sec  
Măsurarea Distanțe, Distanțe axiale, unghiuri  
Ajustare de utilizator Gain, CV, Intervalul, modul de afișare

		<p>Alimentare electrică  Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz  Tipul cablului de alimentare Schuko  UPS Pentru minim 30 min  Accesorii și consumabile  Sondele necesare pentru măsurare în mod A și B Da  Soluție pentru metoda de măsurare prin imersie Da, pentru minim 100 de măsurări  Cerință față de furnizor  Livrare la locul solicitat Da  Asamblare Da  Dare în exploatare Da  Garanție Minim 3 ani  Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da, pregătire de lucru, utilizare, întreținere zilnică, deservire  Manual de utilizare În limba română  Manual de deservire În engleză.</p>			
6	Cântar pediatric	<p>Descriere Cântar este un dispozitiv care măsoară greutatea corpurilor plasate pe el  Parametru Descriere  Interval de măsurare 0.1 kg – 30000 g  Pasul de măsurare 10 g  Unitatea de măsură g/kg  Buton On/Off Da  Buton Tarra Da  Buton zero Da  Cuvă pentru amplasarea pacientului Da  Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz  Cablul de alimentare Tip Schuko  Cerință față de furnizor  Livrare la locul solicitat Da  Asamblare Da  Dare în exploatare Da  Garanție Minim 2 ani  Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da  Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).</p>	Bucată	2	11 000,00
7	Pulsoximetru	<p>Descriere: Pulsoximetru, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care măsoară pulsul, Indicele de perfuzie (PI) și saturația de oxigen (SpO2)  Parametru Descriere  Carcasa rezistentă la șocuri mecanice Da  Tipul dispozitivului Amplasat direct pe deget  Tipul ecranului LED sau LCD  Categoría de pacient Pediatric</p>	Bucată	2	2 700,00

		<p>Interval de măsurare SpO2 70-100%</p> <p>Interval de măsurare a frecvenței cardiace 30-250 bpm</p> <p>Acuratețe de măsurare SpO2 2% in intervalul 70-100%</p> <p>Acuratețe de măsurare a frecvenței cardiace ±3% între 30-250 bpm</p> <p>Rezoluție de vizualizare a SpO2 1%</p> <p>Rezoluție de vizualizare a frecvenței cardiace 1 bpm</p> <p>Afișare pe ecran SpO2, indice de perfuzie, frecvența cardiacă, nivelul bateriei</p> <p>Baterie tip AAA Alkaline</p> <p>Stingerea automată în caz de neutilizare obligatoriu</p> <p>Durata de funcționare în continuu ≥ 10 ore</p> <p>Set de baterii inclus 1 set</p> <p>Cerință față de furnizor</p> <p>Livrare la locul solicitat Da</p> <p>Asamblare Da</p> <p>Dare în exploatare Da</p> <p>Garanție Minim 1 an</p> <p>Instructaj pentru utilizatori și ingineri Da</p> <p>Manual de utilizare Da, în limba română</p> <p>Manual de service Da, în limba engleză.</p>			
8	Taliometru pentru copii/adulți	<p>Descriere: Taliometru este un dispozitiv care permite măsurarea înălțimii unui pacient</p> <p>Parametru Descriere</p> <p>Tipul Mecanic</p> <p>Modul de amplasare Pe podea</p> <p>Precizia de măsurare 1 mm</p> <p>Intervalul de măsurare 800 – 2000 mm</p> <p>Unitatea de măsură mm/ cm/ m</p> <p>Tijă de măsurare Da</p> <p>Cerință față de furnizor</p> <p>Livrare la locul solicitat Da</p> <p>Asamblare Da</p> <p>Dare în exploatare Da</p> <p>Garanție Minim 1 an</p> <p>Instructaj pentru utilizatori și ingineri Da</p> <p>Manual de utilizare Da, în limba română</p> <p>Manual de deservire Da, în limba engleză.</p>	Bucată	2	4 800,00
9	Taliometru pediatric	<p>Descriere: Taliometru este un dispozitiv care permite măsurarea înălțimii unui pacient</p> <p>Parametru Descriere</p> <p>Tipul Mecanic, bandă flexibilă</p> <p>Intervalul de măsurare 550 – 1400 mm</p>	Bucată	2	1 000,00

	Unitatea de măsură mm/ cm/ m Imprimat indicele masei corporale ideale pentru determinarea greutateii Da Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 1 an Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da			
--	--	--	--	--

**Valoarea estimativă: 2 574 700,00 lei fără TVA**

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 <b>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</b> <b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b>	DA

		<p>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</p> <p>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</b></p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</b></p>	DA

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ**

**Cerințe de calificare obligatorii**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare.</b> <b><u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament conform liecărului lot în parte - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către	DA

		administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/intreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	DA
<b>Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<b><u>Garanția de bună execuție</u></b>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b> Codul fiscal: <b>1016601000212</b> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <b><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u></b>	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**  
**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate  
Cod fiscal: 1016601000212  
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat  
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

**sau**  
**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

*Transfer la contul instituției*

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate  
Cod fiscal: 1016601000212  
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat  
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.01%, 3 runde).**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**22. Ofertele se prezintă: în lei.**

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 20.11.2024
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 20.11.2024
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG