

CAPITOLUL II

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 1006601004002</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Reactivi și consumabile pentru laboratorul fizico-chimic</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr. OCDS - 6364104-HD-159654242057</i> <i>Tipul procedurii de achiziție: Licitație deschisă</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>bunuri</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>33140000-3</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Ministerul Finanțelor 2020</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 1006601004002</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	-
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 1006601004002</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 1006601004002</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>Limba de stat</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Prin intermediul SIA RSAP sau email: <u>gera.cercoari.daniel@gmail.com</u> sau Tel: 022 884-346</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>Nu</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>Vînzare-cumpărare</i>

1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	<i>nu se aplică</i>

2. Listă bunurilor și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	33140000-3	(+)-Isomenthone.	ml	1	Conform Ph.Eur. A colourless liquid, very slightly soluble in water, soluble in ethanol (96%). density: about 0.904 ;refractive index: about 1.453; optical activity: about + 93.2. Suitable for Gas chromatografy; Content: minimum 80.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml.
2.	33140000-3	Sabinene	ml	1	Conform Ph.Eur.: A colourless, oily liquid, suitable for Gas chromatografy. Content: minimum 95.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml.
3.	33140000-3	Piperitone	ml	1	mixture of enantiomers, suitable for GC. Ambalaj: 1ml.
4.	33140000-3	tert-Butyl methyl ether	ml	25	Conform Ph.Eur.; $\geq 99,5\%$ for HPLC, GC; Colourless, clear, flammable liquid; Refractive index: about 1.376; density about:0.741; bp: about 55 °C;Absorbance: max.0.30 at 240 nm, 0.10 at 255 nm, 0.01 at 280 nm, determined using water R as compensation liquid. Ambalaj: 25ml.
5.	33140000-3	Conductivity standard solution	ml	300	1.3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ at 25°C. Ambalaj: 300ml.
6.	33140000-3	Dimethylformamide	L	10	Purity $\geq 99,8\%$; Water: max. 0.1%; RESIDUE (EVAPORATION) $\leq 0.001\%$; Ambalaj: 2,5L.
7.	33140000-3	Estragol. (1-Methoxy-4-prop-2-enylbenzene)	ml	5	For GC; min. 98.0% (calculated by the normalisation procedure). Tested according to Eur.Ph. Ambalaj: 5ml.
8.	33140000-3	Sodium Bitartrate Monohydrate	g	25	99-100,5%; Insoluble matter: n.m.t. 0,01%; Chlorides: n.m.t. 0,02%; Heavy metals: n.m.t. 0,001%; Sulfates: n.m.t. 0,02%. Ambalaj: 25g.
9.	33140000-3	Acetonitril	L	150	99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient;corespunde cu Acetonitril pentru cromatografie și Acetonitril R1 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.;filtrat prin filtru de 0,2 μm ;corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC;colorație: ≤ 10 Hazen;apă: $\leq 0,02\%$; reziduu după

					evaporare: $\leq 2,0$ mg/l; aciditate: $\leq 0,0002$ meq/g; alcalinitate: $\leq 0,0002$ meq/g; densitate: 0,78 (la 20 °C); indice de refracție (n 20/D): 1,344, se distilează la 80 – 82 °C: $\geq 95\%$ (v/v); Gradul gradient la 210 nm: $\leq 1,0$ mAU, la 254 nm: $\leq 0,5$ mAH; Absorbanță: $\leq 0,10$ (la 200 nm); Transmisie:- la 193 nm: $\geq 60\%$;- la 195 nm: $\geq 80\%$;- la ≥ 230 nm: $\geq 98\%$, Fluorescență (ca chinină la 254 nm): $\leq 1,0$ ppb, $\leq 0,5$ ppb (ca chinină la 365 nm); Ambalaj: 2,5 litri
10.	33140000-3	Acetic acid glacial	L	15	99-100,5% m/m; Reducing substances-comply Ph.Eur.; Chlorides-max.25mg/L; Sulfates- max.50mg/L; Iron- max.5ppm; Residue on evaporation: max. 0.01%; Ambalaj: 2,5L.
11.	33140000-3	Tetrahydrofuran	L	2,5	Clear, colourless, flammable liquid, miscible with water, with ethanol (96 per cent); Content: $\geq 99,8\%$; Test for peroxides-comply. Ambalaj: 0,5L.
12.	33140000-3	Bufer 1,68 pH	L	1,5	pH 1,68 (25°C). Ambalaj: 500ml.
13.	33140000-3	Polyamide-6	g	100	tip PIA6-210/310 sau PIA6-120/321. Ambalaj: 100g.
14.	33140000-3	Set pentru calificarea refractometrului	buc	1	1-Methyl-naphthalene/apă; testat la 20°C; cu incertitudinea măsurării.
15.	33140000-3	Ethanol 96%	L	50	conform Ph.Eur.; Absorbtion: max. 0.40 at 240 nm, 0.30 between 250 nm and 260 nm, and 0.10 between 270 nm and 340 nm. Ambalaj: 1 L.
16.	33140000-3	Eter de petrol R3	L	2	conform Ph.Eur.; density: about 0.720; Distillation range: 100-120°C. Water: max.0,03%; Ambalaj: 1L.
17.	33140000-3	Nicotinic acid	g	1	CRS for qualification of UV-VIS spectrophotometers. Absorbanța specifică trebuie să fie indicată în CoA. Ambalaj: 0,1 g.
18.	33140000-3	Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate	g	10	conform Ph.Eur.; min.98,0%; Absorbance: max.0,10 la 200nm, 0,01 la 250nm; Suitable for HPLC; Ambalaj: 10 g.
19.	33140000-3	Sodium hexanesulfonate monohydrate	g	50	min. 99,0%; for chromatography; Ambalaj: 25g.
20.	33140000-3	Tetrabutylammonium hydrogen sulfate	g	200	extra pure; Absorbance: : max. 0.02, between 215 nm and 300 nm; Ambalaj: 50g.
21.	33140000-3	Tetraheptylammonium bromide	g	25	for chromatography. Ambalaj: 25g.
22.	33140000-3	Etanol anhidru	ml	50	standart pentru GC; corespunde cerintelor Ph.Eur. pentru Ethanol, Ethanol R1. Ambalaj: 5ml
23.	33140000-3	Acid fosforic	L	2	84,0-90,0% m/m; Cloruri: max.50 ppm; Sulfati: max.100ppm; Arsenic:

					max.2ppm; Fier: max.50ppm; conform Ph.Eur. Ambalaj: 1 L.
24.	33140000-3	Uracil	g	1	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%, pharmaceutical secondary standard; numărul CAS: 66-22-8; temperatura de topire: >300 °C;
25.	33140000-3	Toluene	ml	150	Reagent Ph. Eur., ≥99.9%, dried, densitate: 0.87 g/mL (20 °C); temperatura de fierbere: 110.6 °C; max. 0.005% H ₂ O; ambalaj: 150 ml.
26.	33140000-3	Phenol	g	100	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%, for synthesis, temperatura de topire: 40.8 °C; temperatura de fierbere: 181.8 °C; ambalaj:100 g
27.	33140000-3	N,N-diethyl-m-toluamide	g	10	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%; CAS: 91-67-8; densitate: 0.922 g/ml (20 C); indice de refracție: n ₂₀ /D 1.536; temperatura de fierbere: 231-232 °C; ambalaj: 10 g.
28.	33140000-3	Naphthalen	g	100	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%, for synthesis; CAS: 91-20-3; temperatura de topire: 79-82 °C; temperatura de fierbere: 218 °C; ambalaj: 100 g.
29.	33140000-3	Acetophenone	ml	100	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%; for synthesis; CAS: 98-86-2; indice de refracție: n ₂₀ /D 1.534; densitate: 1.03 g/mL la 20 °C; temperatura de topire: 19-20 °C; temperatura de fierbere: 202 °C; ambalaj: 100 ml.
30.	33140000-3	4-Cl-nitrobenzene	g	10	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%, CAS: 100-00-5; densitate: 1.298 g/mL (20 °C); temperatura de topire: 80-83 °C; temperatura de fierbere: 242 °C; ambalaj:10 g
31.	33140000-3	Diethyl phthalat	ml	100	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%, CAS: 84-66-2; indice de refracție: n ₂₀ /D 1.502; temperatura de topire: -3 °C; temperatura de fierbere: 298-299 °C; ambalaj: 100 ml.
32.	33140000-3	Dimethyl phthalat	ml	100	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%; for sythesis; CAS: 131-11-3; indice de refracție: n ₂₀ /D 1.515; densitate: 1.19 g/mL (20 °C); temperatura de topire: 6 °C; temperatura de fierbere: 283 °C; ambalaj: 100 ml.
33.	33140000-3	Cytosin	g	1	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%; pharmaceutical secondary standard; CAS: 71-30-7; temperatura de topire: >300 °C; ambalaj: 500 mg.
34.	33140000-3	Intermediate Polar Column Test Mix	ml	2	Certified reference material, ampule of 2 mL, concentration 500 µg/mL each component in dichloromethaneapplication(s) HPLC: suitable; gas chromatography (GC): suitable. Cu conținut de:Decane; 2,6-Dimethylaniline; 2,6-Dimethylphenol; Dodecane; 1-Octanol; 2-Octanone;

					Tetradecane; Tridecane; Undecane. Ambala: fiole 2 ml.
35.	33140000-3	Nonpolar Column Test Mix	ml	2	Certified reference material, ampule of 2 mL, concentration 500 µg/mL each component in dichloromethane application(s) HPLC: suitable; gas chromatography (GC): suitable. Cu conținut de: Decane; 2,6-Dimethylaniline; 2,6-Dimethylphenol; Dodecane; 1-Octanol; 2-Octanone; Tetradecane; Tridecane; Undecane. Ambala: fiole 2 ml.
36.	33140000-3	Polar Column Test Mix	ml	2	Certified reference material, ampule of 2 mL concentration 500 µg/mL each component in dichloromethane application(s) HPLC: suitable; gas chromatography (GC) suitable; Cu conținut de: 2,6-Dimethylaniline; 2,6-Dimethylphenol; Eicosane; Heptadecane; Hexadecane; Octadecane; 1-Octanol; 2-Octanone; Pentadecane. Ambalaj fiole 2 ml.
37.	33140000-3	Trometamol	g	100	volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM); Reag. Ph Eur. Ambalaj: 100g.
38.	33140000-3	Biux (flacon de cântărire)	buc	30	Material: DURAN® (sticlă borosilică); formă: joasă; șlif: NS 50/12; dimensiuni: 30 mm (înălțime), 50 mm (diametru)
39.	33140000-3	Mănuși pentru lucru cu solvenți organici	perechi	5	Material: neopren; in interior cu tesut; marimea M.
40.	33140000-3	Conductivity flow cell	buc	1	suitable for Consort C3010; with temperature compensation; CC(constanta celulei)=0,1.
41.	33140000-3	Biux cu capac	buc	20	Material: DURAN® (sticlă borosilică); dimensiuni: diametru=50mm; înălțimea=20mm;
42.	33140000-3	Chromatography columns without filter	buc.	3	Manufactured from borosilicate glass without filter. Supplied with an interchangeable PTFE stopcock. Diameter-10mm, length-200mm.
43.	33140000-3	Molecular sieves	g	25	Pore size: 4Å; with moisture indicator. Ambalaj: 25g.
44.	33140000-3	Stainless steel Wire Basket	buc.	1	compatibil cu baie cu ultrasunet WUC-A06H
45.	33140000-3	Suport colbe A301/2	buc.	1	compatibil cu mașina de spălat Miele
46.	33140000-3	Mini-tastatura	buc.	2	Dimensiuni: ~218 x 102 x 14mm; Conectare: USB; Compatibilă cu Titroline 7000;
47.	33140000-3	Prelungitor USB 2.0	buc.	4	cu posibilitate de a conecta 2 dispozitive(USB-Flash) simultan.
48.	33140000-3	Clește de metal	buc.	1	lungimea: 500mm; Diametru: 35mm.

49.	33140000-3	Filtu MILLIPAK EXPRESS 40 pentru instalatia de obtinere a apei	buc.	3	Filtru compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8/Elix Advantage 15
50.	33140000-3	Modul electrodeionizare pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15	buc.	1	Compatibil cu instalatia Elix Advantage 15
51.	33140000-3	Tifon medical	m	50	Lățime 90 - 100 cm
52.	33140000-3	Vata	buc	50	Vată
53.	33140000-3	Microseringă 2 µl pentru autosampler la CG Agilent 7890	buc	1	Microseringa, volum 2 µm, plunjour cu cap de Teflon (PTFE), ac îngustat 23-26s, pentru autosampler la CG Agilent
54.	33140000-3	Septe, capace fiole de 2 ml, 100/pk	buc	1	Compatibil cu cromatograful de gaze Agilent 7890A
55.	33140000-3	Cartuş p/u apă 20 µm	buc	30	Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 20 µm. Temperatura maximă a apei +40° C. Resursele până la 20000 litri apă.
56.	33140000-3	Cartuş p/u apă 50 µm	buc	30	Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 50 µm. Temperatura maximă a apei +40° C. Resursele până la 20000 litri apă.
57.	33140000-3	seinga 10 ml	buc	100	Seringi de unică folosință fără lubrifiant pe suprafața interioară
58.	33140000-3	seinga 5 ml	buc	100	Seringi de unică folosință fără lubrifiant pe suprafața interioară
59.	33140000-3	Cuve pentru spectrofotometru	perechi	3	H×W×D: 45mm×12.5mm×12.5mm; layer thickness -10 mm; material: quartz;
60.	33140000-3	Balon cotat cu volumul 20ml, clasa A(sticlă brună)	buc	30	Balon cotat sticla borosilicat, cu dop (NS10/19) din polipropilenă , 20 ml, Clasa A, toleranta ± 0.04 ml, diametrul intern al gâtului 20 mm, autoclavabil.

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau</i> b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i>