

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

**privind Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină
Urgentă pentru anul 2022
prin procedura de achiziție: Licitatie publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV : 33100000-1

Nr. d/o	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Specificația tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimativă fără TVA
1	Balon de ocluzie hipercompliant	2	Buc	Cerințe obligatorii fixe: (<i>Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</i>): Baloane de ocluzie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru o navigare remarcabilă și un grad superior de conformare anatomică Baloanele hipercompliance create cu un plus de maleabilitate pentru a se conforma geometriilor vasculaturii asimetrice, neregulate și complexe. Constă într-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010” pentru ocluzionarea lumenului central, în vederea umflării balonului. Atunci când vârful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de vârful cateterului, acesta ocluzionează gaurile de umflare, permitând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului. Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sânge ale vasculaturii periferice și neurologice atunci când se dorește o ocluzie temporară, oferind o tehnică de selectare a vasului sanguin prin ocluzie vasculară temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin. Pot fi utilizate și la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene și tratarea vasospasmului. Eficiența dovedită în vasculatura asimetrică, asigurând o conformare suplă pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal și în anatomii unice și neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcație. Asigură stabilitate în aplicațiile pe vasculatura mare și mică, fiind concepute pentru o acoperire sigură și pentru a crea ocluzii stabile pe lumenele dificile întâlnite în vasculatura mare și mică. Caracteristici: • Manevrabilitate datorată multiplelor grade de libertate • Trasabilitate excelentă și cuplu solid până în anatomia distală • Etansare mecanică pentru un control sigur al umflării Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichidă. <i>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i> Dimensiuni obligatorii: Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10” în set. lungime utilizabilă: 150 cm	23 000

				diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm lungime varf: 2 mm diametru extern proximal: 2.8 F diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F compatibilitate ghid: .010" max.	
2	Balon de ocluzie hipercompliant alungit	2	Buc	Cerințe obligatorii fixe: <i>(Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</i> Baloane alungite de ocluzie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru o navigare remarcabilă și un grad superior de conformare anatomică Baloane compliante, concepute pentru anevrisme ale peretilor laterali și pentru ocluziile solide Constă într-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru ocluzionarea lumenului central, în vederea umflării balonului. Atunci când varful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de varful cateterului, acesta ocluzionează gaurile de umflare, permitând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului. Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sânge ale vasculaturii periferice și neurologice atunci când se dorește o ocluzie temporară, oferind o tehnică de selectare a vasului sanguin prin ocluzie vasculară temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin. Pot fi utilizate și la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene și tratarea vasospasmului. Eficiența dovedită în vasculatura asimetrică, asigurând o conformare suplă pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal și în anatomii unice și neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcație. Asigură stabilitate în aplicațiile pe vasculatura mare și mică, fiind concepute pentru o acoperire sigură și pentru a crea ocluzii stabile pe lumenele dificile întâlnite în vasculatura mare și mică. Caracteristici: • Manevrabilitate datorată multiplelor grade de libertate • Trasabilitate excelentă și cuplu solid până în anatomia distală • Etansare mecanică pentru un control sigur al umflării Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichidă. Cerințe minime obligatorii: <i>(oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i>	23 000

				Dimensiuni obligatorii: Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10" in set. · lungime utilizabila: 150 cm · diametru balon: 3 mm; 4 mm; 5 mm · lungime balon: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 30 mm · lungime varf: 4 mm · diametru extern proximal: 2.8 F · diametru extern distal: 2.2 F · compatibilitate ghid: .010" max	
3	Ghid periferic CTO	10	Buc	Cerințe obligatorii fixe: <i>(Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</i> Ghid de utilizare in CTO periferic. . Design vârf - o varietate de modele de vârfuri pentru a facilita selecția ramificațiilor sau capacitatea de penetrare. Ghidul oferă firul potrivit pentru orice leziune. Acoperiri: o varietate de acoperiri care oferă fie o lubrifiere superioară, fie un feedback tactil, fie o combinație optimă a celor două. de ghidare de la capătul proximal până la cel distal. Acest design transmite cuplul firului de ghidare de la un capăt la altul, fără pierderi. Fir de ghidare PTCA Sudură Rezistență îmbunătățită a vârfului ■ Combinație de flexibilitate și forță de torsiune ■ Reducerea răsucirii firului datorită răspunsului superior al cuplului. <i>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i> Dimensiuni obligatorii: Diametre de 0.018 si 0.014 inch	40 500
4	Microcateter livrare spirale (coils)	5	Buc	Cerințe obligatorii fixe: <i>(Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</i> Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu 4 zone distincte de impletire progresiva. Compatibil cu ghid 0.014" Varfdreptsauangulat 45° / 90° Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezinta marker fluoro safe situat la 90 cm de markerul distal Prezinta 2 markeri distali radioopaci	31 500

				Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu str thirdrofilic pentru lubricitate Rezistenta superioara la kinking si ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suporta o presiune de injectare 600 psi <i>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i> Dimensiuni obligatorii Diametru intern 0.017” , Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Lungime de lucru 150 cm / lungime totala 155 cm	
5.	Microcateter: Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	5	Buc	Cerințe obligatorii fixe: (<i>Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</i>): Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular - Sa fie compatibil DMSO - Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila - Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE - Realizat din otel inoxidabil ranforsat - Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular - Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate - Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular - Sa fie compatibil DMSO - Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila - Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE - Realizat din otel inoxidabil ranforsat - Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular - Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate - Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape <i>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i> Dimensiuni obligatorii Microcateter diametru intern 0.015” , diametru extern proximal 2.3F / distal 1.7F , lungime totala 158 cm	33500

				Microcateter diametru intern 0.017” , diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totala 158 cm Microcateter diametru intern 0.021” , diametru extern proximal 2.4F / distal 2.7F , lungime totala 135 sau 158cm Microcateter diametru intern 0.027” , diametru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totala 115 /135 sau 158cm	
6.	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	Buc	Cerințe obligatorii fixe: (<i>Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</i>): Spirale flaming 3D. Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa(open-loop) pentru mentinerea formei. Prima bucla formata sa fie cu 25% mai mica fata de diametrul nominal al implantului. Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instantă. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani <i>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i> Dimensiuni obligatorii Spirale din platina cu diametru variabil al filtrului primar- 0.0115", 0.0135", 0.0145". Dimensiuni: diametru 3-25mm, lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile).	150800
7	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	Buc	Cerințe obligatorii fixe: (<i>Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</i>): Spirale filing(super-soft) 3D & helical.. Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instantă. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani <i>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i> Dimensiuni obligatorii Spire din platina cu diametru variabil al vfiltrului primar- 0.0115",0.0125",0.0135",0.0145". Dimensiuni: diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile)	150800
8	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	Buc	Cerințe obligatorii fixe: (<i>Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</i>): Spirale finishing(extra-soft) 3D & helical. Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instantă. Prevazute cu marker pentru detasare manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani	150800

				<i>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i> Dimensiuni obligatorii Spire din platina cu diametru variabil al firului primar- 0.0115",0.0125",0.0135",0.0145". Dimensiuni: diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, lungime 2-10mm (minim 30 dimensiuni disponibile).	
9.	Ghid pentru CTO	10	Buc	Cerințe obligatorii fixe: (<i>Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</i>): Tehnologia metalică duală (hybrid), combinând avantajele oțelului inoxidabil și nitinolului oferă echilibrul optim de control și ușurință de navigare pentru procedurile BTK. Firul de ghidare Hi-Torque este un fir de ghidare dirijabil,. Extremitatea distală este profilabilă. Marcajul brahial și cel femural care sunt amplasate pe segmentul proximal al firului de ghidare de 0,014” (0,36 mm) sau 0,018” (0.48 mm) ajută la aprecierea poziției firului de ghidare față de extremitatea distală a cateterului de ghidare atunci când se utilizează tehnica cu firul „la vedere“. Atunci când este umezit, învelisul hidrofilic crește gradul de lubrifiere a suprafeței firului de ghidare. Capătul distal de nitinol pentru super flexibilitate și durabilitate a vârfului. • Mai puțin traumatizant și mai ușor de navigat în anatomii sinuoase • Hidrofilizarea pe un radioopac de polimer pentru lubrifiere îmbunătățită, alunecare și vizibilitate. Pentru ghidurile de 0.014 tip load - 1.0g/1.1g/2.8 g/3.5 g/5.1g/11 g/11.3g/14 g/14.3g. Pentru ghidurile de 0.018 tip load - 2.4g/4.0g/4.4g/4.6g/5.8g/14.9g/38.1g <i>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i> Dimensiuni obligatorii disponibil la lungimi de 190 și 300 cm	17000
10.	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	20	Buc	Cerințe obligatorii fixe: (<i>Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</i>): Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; conexiune prin tehnologie dual core. Vârf conic, atraumatic. Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei. <i>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i> Dimensiuni obligatorii	69400

				Lungimi: 180 cm, 260 cm, 300 cm. Diametre: 0,014", 0,018", 0,035". Configurație: Ghid de 180 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 155 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Ghid de 260 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 235 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Ghid de 300 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 275 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Configurații vârf: angled – curbură 45o, straight. Lungimea vârfului flexibil: 10 mm, 50 mm.	
11.	Ghid tip extrasuport	10	Buc	Cerințe obligatorii fixe: (<i>Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</i>): Varf de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o manevrare sporită în cazurile complicate, drept sau în J. Radioopacitate: 3 cm Distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Cerințe minime obligatorii: (<i>oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni</i>): Dimensiuni obligatorii Diametrul nu mai mare de 0.014". Lungimi cuprinse între: 180cm și 300cm	11700
12.	Balon semicompliant coronarian	5	Buc	Cerințe obligatorii fixe: (<i>Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</i>): Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii" kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previnîncrêțireaîn cute pe lățimeabalonului. Compatibilitateghid: 0,014" (0,36 mm). Acoperirehidrofilică cu proprietățisimilaremucoasei. Presiunenominală: 6 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm înfuncție de diametrulbalonului. Cerințe minime obligatorii: (<i>oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni</i>): Dimensiuni obligatorii Lungime shaft: 145 cm. Diametrebalon: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm.Lungimibalon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm.Markeriradiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din PtIr. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm).	7150

				Distal:2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 – 2.00 mm;2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 – 3.00 mm.2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 – 4.00 mm.Diametru de înțrăreînleziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restulmărimilor.	
13.	Balon semicompliant pentru pre si posdilatate	20	Buc	Cerinte obligatorii fixe: (<i>Oferta va fi respinsa daca va contine bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</i>): Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Nylon cu acoperirea hidrofilica, markeri din Platinum iridium - 2; Presiunea nominala - 12 atm, presiune de rupere - 20 atm; <i>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i> Dimensiuni obligatorii Lungimea cateterului 142 cm; dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75 mm - proximal 1.9F, distal 2.5F; pentru diametrele 4.0-5.0 - distal 2.7F, Profilul de intrare – 0.015 in Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm	21000
14.	Lichid embolic	2	Buc	Lichid neadeziv Compozitie EVOH (Ethylene-vinyl alcohol copolymer) Solvent Dimethyl Sulfoxide (DMSO) Microparticule de Talc in suspensie Administrare controlata prin injectare directa si livrare prin microcateter compatibil. Vizibilitate superioara sub control angiografic si artefacte minime la CT de control. Precipitare in mediu apos cu solidificare dinspre suprafata externa spre cea interna Posibilitate de intrerupere si reluarea injectarii in orice moment pe parcursul procedurii. Referinte si Studii de cazuri publicate in literartura internationala de specialitate pentru indicatiile de folosire. Ambalat kit complet. Posibilitatea livrarii seturilor cu concentratii de 2 tipuri: -pentru penetrarea maxima -pentru ocluziile cu current inalt Ambalat kit complet pregatit pentru lucru. - flacon 6.0 ml EVOH - flacon 6.0 ml DMSO - seringi de 1 ml 3 buc. - adapter pentru microcateter	32954

15.	Flow-diverter	2	Buc	Cerințe obligatorii fixe: (<i>Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</i>): Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului prelucrată electrochimic (pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă); capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de repoziționare în teacă, minim 3 markeri distali din platină și iridiu, compatibil cu microcateter 0,027". Suport în 3D reconstrucție morfologică și alegerea mărimilor. Referințe la studii clinice - obligatoriu. <i>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i> Dimensiuni obligatorii Diametre stent solicitate: 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0. Lungimi stent - de la 15mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2.5-6.0mm.	300000
-----	---------------	---	-----	--	--------

Valoarea estimativă fără TVA: 1 063 104 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă beneficiarului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.03.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente **OBLIGATORII** care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). **Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA
3	Specificația de preț	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat	DA

		<i>neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 60 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (60 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA
7	Declarație de la ofertant cu privire înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. <i>* Neprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei</i> <i>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.</i> Notă: *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale și care corespund cerințelor tehnice solicitate.	DA
<u>Cerinte de calificare obligatorii</u>			
8	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de	DA

	țară în care ofertantul este stabilit	vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
10	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
12	Declarație de la ofertant	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
13	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
14	Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit Numărului de lot oferit. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	DA
15	Declarație de la ofertant	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea	DA

		mostrelor (pentru produsele noi, necunoscute de medici) în termen de 5 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. Mostrele vor fi prezentate în termen de 5 zile de la solicitare, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018. Notă: Mostrele prezentate după termenul după termenul limită nu vor fi acceptate sau neprezentarea mostrelor va constitui temei de respingere a ofertelor.	
16	Notă	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.	DA
17	Notă	În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA
18	<u>Notă:</u>	<u>Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 30.04.2023.</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2 % la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 30.04.2023.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2022.

37. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 15.09.2022

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 15.09.2022

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG