

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reagenților pentru investigații imunologice, metoda imunoenzimatică ELISA la analizatorul semiautomat „Stat -Fax 4700”, pentru laboratorul diagnostic, conform necesităților instituției prin procedura licitație deschisă.

- 1. Denumirea autorității contractante: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana**
- 2. IDNO: 1003600152743**
- 3. Adresa: Vadul lui Vodă,80**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022477266**
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: eugenia.danu@mail.ru**
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pe lot)
1	33696000-5	Anticorpi al virusului hepatic B (AntiHBs)	bucată	1248	<p style="text-align: center;">Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	8550.00
2	33696000-5	Anticorpi al virusului hepatic C (HCV sumar)	bucată	1248	<p style="text-align: center;">Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe</p>	6250,00

					<p>etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	
3	33696000 -5	Anticorpi al virusului hepatic C IgM (HCV IgM)	bucată	96	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	850
4	33696000 -5	Anticorpi al virusului hepatic D (HDV)	bucată	1152	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	10700
5	33696000 -5	Anticorpi al virusului hepatic D IgM (HDV IgM)	bucată	96	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa</p>	12340,00

					coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
6	33696000 -5	Anticorpi al virusului hepatic Bcor sumar (Hbcor sumar)	bucată	2112	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	11400,00
7	33696000 -5	Anticorpi la virusului hepatic Bcor IgM (Anti Hbcor IgM)	bucată	96	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	1210,00
8	33696000 -5	CEA	bucată	288	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale	2200,00

					<p>produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	
9	33696000-5	Cancer gastrointestinal (CA-199)	bucată	288	<p>Ceriințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	3320,00
10	33696000-5	Cancer ovarian (CA-125)	bucată	576	<p>Ceriințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	5190,00
11	33696000-5	Cancer sbn (CA-153)	bucată	192	<p>Ceriințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii</p>	2400,00

					de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigider sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
12	33696000 -5	Cancer gastric (CA-724)	bucată	192	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigider sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	2400,00
13	33696000 -5	Alfa-fetoproteina (AFP)	bucată	480	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigider sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	2880,00
14	33696000 -5	Cancer pancreatic (CA-242)	bucată	384	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate	9250,00

					(denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on tara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
15	33696000-5	Anticorpi ai virusului herpes simplex tip I IgG (HSV I IgG)	bucată	768	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on tara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	4610,00
16	33696000-5	Anticorpi ai virusului herpes simplex tip II IgG (HSV II IgG)	bucată	768	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on tara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	4610,00
17	33696000-5	Anticorpi ai virusului herpes simplex tip I IgM (HSV I IgM)	bucată	576	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și	4050,00

					<p>etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	
18	33696000 -5	Anticorpi ai virusului herpes simplex tip II IgM (HSV II IgM)	bucată	576	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	3450,00
19	33696000 -5	Anti citomegalovirus IgG (CMV IgG)	bucată	576	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	3480,00

20	33696000 -5	Anti citomegalovirus IgM (CMV IgM)	bucată	576	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on tara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	3460,00
21	33696000 -5	Anticorpi anti-Chlamidia Trahomatis IgG	bucată	576	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on tara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	3460,00
22	33696000 -5	Anticorpi anti-Chlamidia Trahomatis IgM	bucată	480	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on tara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	2880,00

23	33696000 -5	Anticorpi anti-Chlamidia Pneumoniae IgG	bucată	96	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	2200,00
24	33696000 -5	Anticorpi anti-Chlamidia Pneumoniae IgM	bucată	96	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	2200,00
25	33696000 -5	Anticorpi anti-Micoplasma hominis IgG	bucată	672	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu</p>	7660,00

					echipament specific, etc.) .	
26	33696000 -5	Anticorpi anti-Micoplasma hominis IgM	bucată	672	<p>Ceriințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	7660,00
27	33696000 -5	Anticorpi anti-Micoplasma pneumoniae IgG	bucată	96	<p>Ceriințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	1410,00
28	33696000 -5	Anticorpi anti-Micoplasma pneumoniae IgM	bucată	96	<p>Ceriințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la</p>	1410,00

					frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
29	33696000 -5	Anticorpi anti-Toxoplasma gondii IgG	bucată	576	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	3800,00
30	33696000 -5	Anticorpi anti-Toxoplasma gondii IgM	bucată	576	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	3460,00
31	33696000 -5	Anticorpi anti-Ureoplasma urealiticum IgG	bucată	672	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare</p>	7800,00

					on condițiile prevăzute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
32	33696000 -5	Anticorpi anti-Ureoplasma urealiticum IgM	bucată	672	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on tara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevăzute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	7800,00
33	33696000 -5	Anticorpi anti-Helicobacter Pylory IgG	bucată	576	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on tara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevăzute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	4035,00
34	33696000 -5	Helicobacter Pylory Antigen	bucată	1920	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții,</p>	32640,00

					seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
35	33696000 -5	Prolactin	bucată	288	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	2270,00
36	33696000 -5	Progesteron	bucată	192	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	1920,00
37	33696000 -5	Calcitonin	bucată	384	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p>	21120,00

					2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevăzute de producător (la frigider , frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
38	33696000 -5	System 20 testeSistema pentru detectarea, enumerarea si aprecierea sensibilitatii la antibiotic la mycoplasmele urogenitale si microorganismele patogenice 24 de aprecieri pentru fiecare pacient AF Genital	bucată	100	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevăzute de producător (la frigider , frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	250000,00
39	33696000 -5	Estradiol	bucată	192	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevăzute de producător (la frigider , frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	1730,00
40	33696000 -5	Hormon luteinizant (AI)	bucată	192	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți ,</p>	2000.00

					adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
41	33696000 -5	Giardia lamblia Antigen	bucată	192	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	7470,00
42	33696000 -5	Ascaris lumbricoides Ab	bucată	2880	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	50400,00
43	33696000 -5	Toxocara canis IgG	bucată	2880	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele</p>	44640,00

					trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigidier , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
44	33696000 -5	Taenia Solium IgG	bucată	1440	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigidier , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	15400,00
45	33696000 -5	Trichinella IgG	bucată	1440	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigidier , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	
46	33696000 -5	Anticorpi anti-Lambliia	bucată	2880	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara</p>	26640,00

					<p>on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	
47	33696000 -5	Hormon foliculo-stimulator (FSH)	bucată	192	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	1350,00
48	33696000 -5	Antigenul specific de prostată total (TPSA)	bucată	960	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	7200,00
49	33696000 -5	Antigenul specific de prostată liber (FPSA)	bucată	96	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie</p>	1250,00

					onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
50	33696000 -5	Testosterone	bucată	384	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	2880,00
51	33696000 -5	Hormon tireotrop (TSH)	bucată	1920	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	11520,00
52	33696000 -5	Triiodotironina totala (T3)	bucată	480	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de</p>	2380,00

					<p>valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	
53	33696000-5	Tiroxina totala (T4)	bucată	576	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	2860,00
54	33696000-5	Triiodotironina libera (FT3)	bucată	384	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	2500,00
55	33696000-5	Tiroxina libera (FT4)	bucată	480	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți</p>	3120,00

					cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
56	33696000 -5	Anticorpi tirioglobulinei (Anti-TG)	bucată	192	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	1344.00
57	33696000 -5	Anticorpi tiroid-peroxidazei (Anti-TPO)	bucată	480	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	3840,00
58	33696000 -5	Multiligand control	set	2	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota :</p>	1520,00

					1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
59	33696000 -5	(HbsAg)	bucată	4032	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	12100.00
		Suma totală				685 000.00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *din 01.01.2020-31.12.2020*

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul ofertei (F3.1.)	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	DA
2	Specificația de preț, tehnică	Formularul F4.1,4.2. din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	DA
3	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice-confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	DA
4	Neimplicarea on practici frauduloase și de corupere	Declarația privind conduita etică a și neimplicarea on practici frauduloase și de corupere (F3.4) - original – potrivit modelului din documentele de licitație, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	DA
5	Licența s de activitate	Copie,confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	DA
6	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr. 131 din 03.05.2015	Original semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA
7	Informații generale despre ofertant	semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA
8	Lista fondatorilor sau ex.din Registrul de Stat	copie-semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA
9	Certificat de calitate ISO-9001,CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător	copie-semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA

10	Autorizație de la producător sau echivalentul	copie-semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA
11	DUAЕ	Semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA
12	Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei, fără TVA	– prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante – ordin de plată – copie, cu ștampila băncii, autentificat prin semnătura electronică a Participantului	DA
13	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de IF(valabilitatea certificatului, conform cerințelor IF RM)	– copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului;	DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe lot.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *conform BAP*
- pe: *conform BAP*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

24. Locul deschiderii ofertelor: _____ SIA RSAP _____

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

28.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): _____ nu se aplica _____

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____ nu se aplica _____

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _ a fost publicat planul ___

32.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __ conform BAP __

33.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	DA
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

35.Alte informații relevante: Conform Anexei 1

Conducătorul grupului de lucru _____

Vasile Pociumban

