

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	Lotul 1						
33124130-5	Senzor de oxigen				<p>Senzor de Oxigen compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda Aestiva/5, anul de producere 2005.</p> <p>Senzorul trebuie sa fie livrat nou, în ambalaj sigilat cu certificatele de rigoare de la producător .</p> <p>Data de producere a senzorului nu trebuie sa depășească termenul de 60 de zile la data livrării.</p>		CE, ISO și alte standard

	TOTAL									
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de:

Ofertantul: _____ Adresa: _____