

Cerințele pentru dezinfectante, necesare cabinetului de endoscopie, anul 2019 (se subînțelege volumul total de aproximativ 100 litre de soluție de lucru pentru sterilizare de baza, masa aproximativ 5,0 kg. de dezinfectante pentru etapă de prelucrare primară):

1) Sterilizant de bază (100 litre)

- Sterilizant la rece pentru instrumentar și endoscoape
- Pe bază de glutaraldehidă
- Expoziția nu mai mult de 10 minute pentru dezinfecție de tip înalt și 60 de minute pentru sterilizare
- Termenul de valabilitate pentru soluție de lucru nu mai puțin de 30 zile
- Acceptat de producător de endoscoape
- Evaporare limitată.

2) Sterilizant pentru prelucrare primară (5 kg.)

- Pulbere pe bază de acid peracetic
- Timpul de expoziție nu mai mare de 5 minute
- Termenului de valabilitate nu mai puțin de 24 ore
- Acceptat de producător de endoscoape
- Cu proprietăți de autodegradare a soluției expirate
- Cu proprietăți de curățare și dezinfectare.

3) Complexul de fermenți (5 litre)

- Conțin cel puțin 4 tipuri de fermenți (amilaza, lipaza, proteaza, gluconaza)
- Activ de la 2-5 minute de la pregătire
- Component spumant minim
- Proprietăți bacteriostatice și fungistatice
- Nontoxic, necoroziv
- Termenul de valabilitate a soluției active nu mai puțin de 7 zile
- Autodegradabil.

Șef cabinetului de endoscopie

Șcureac A

