

Caiet de sarcini

Obiectul de achiziție *Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (lista suplimentară 4)*

Tipul procedurii de achiziție: *Licitație publică*

Denumirea autorității contractante: *Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate*

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Canțitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimată
3310000-1	1	Autoclav cu vacuum, V – 60 L	buc	2	<p>Autoclav 60 L, cu vacuum, clasa B</p> <p>Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă, ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Clasa autoclavului Calsa B</p> <p>Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox</p> <p>Exterior Metalic galvanizat sau oțel inox au alte materiale rezistent la acțiunea substanțelor de prelucrare sanitară.</p> <p>Securitate suprâncălzire da</p> <p>Securitate suprapresiune da</p> <p>Alarmă acustică vizuală</p> <p>Durata sterilizării reglabilă</p> <p>Control microprocesor</p> <p>Sistem de blocare a ușii autoclavului, care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da</p> <p>Ușa rămâne blocată până la finisarea ciclului de sterilizare da</p> <p>Suprafața exterioară să nu se încălzească</p> <p>Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit da</p> <p>Imprimantă da</p> <p>Afișaj alfanumeric</p> <p>Ciclu de sterilizare ciclu de presiune pozitivă</p> <p>Ciclu de vacuum da</p> <p>Pre și post vacuum selectabil</p> <p>Sistem de uscare da</p> <p>Facilități de setare timp</p> <p>temperatură</p> <p>eliberare autonomă a vaporilor , printare a rezultatelor</p> <p>răcire rapidă</p> <p>Voluim interior 60 L - 65 L</p>	160000

				<p>Precizie timp de sterilizare 1 min</p> <p>Rafturi da, min. 4</p> <p>Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri</p> <p>Temperatura de sterilizare 121 grade C; 134 grade C</p> <p>Gama de temperatură 115 - 134 grade C</p> <p>Cicluri preprogramate sterilizare și uscare</p> <p>Înregistrator date da, - timp, data, presiune</p> <p>Rezervor pentru apă distilată da</p> <p>Suport pentru autoclav da</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p>	
2		buc	2	<p>Sistem de garou pneumatic, cu accesorii</p> <p>Descriere: pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sângelui la nivelul membrilor</p> <p>Aplicații Specificația</p> <p>Presiune minim/maxim 50/800 mmHg</p> <p>Interval de timp 5 - 180 min</p> <p>Ecran LCD grafic operare touchscreen</p> <p>2 canale (4 porturi pentru 2 mansete duble sau mansete simple) da</p> <p>Senzor LOP pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime da</p> <p>Autotestare a presiunii și verificarea sistemului da</p> <p>Calibrare automată a senzorului de presiune da</p> <p>Sistem de alarmă da</p> <p>Baterie încorporată (12-72 ore) da</p> <p>Interfață de utilizare a ecranului tactil da</p> <p>Suport pentru masa sau stîlp da</p>	240000
3		buc	14	<p>Descriere "Carucior cu roțile pliabile pentru transport pacienti adulti, construit pe cadru din oțel, varianta de sezut: de la 50 cm până la 55 cm; cu antrenare manuala pentru uz exterior; buzunar spate pentru transportul actelor; manere rabatabile; capionate cu burete pentru un confort sport.</p> <p>Sezut si spătar din material sintetic moale de culoare neagră, lavabil. Roți din față cu diametrul ≥ 18cm, roțile din spate cu diametrul ≥ 56 cm</p> <p>Suport picioare detasabil, cu miscare de rotatie antero-posterioara, reglabil in lungime, cu pedala din plastic si curea fixare călcăi." Scarcina maximă de transportare minim 120 kg</p> <p>Suprafața rezistentă la soluții de prelucrare</p>	58333,33
4	Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III	buc	1	<p>Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III</p> <p>Cod Anexa 2</p> <p>Descriere Fibrobronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori, compatibil cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120 grade</p>	208333,3

				<p>Inclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3-100 mm Capul distal ≤ 6 mm Diametrul exterior $\leq 6,2$ mm Înclinarea capului distal/sus/jos 180/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente $\geq 2,7$ mm Complectarea Piesă bucală -2 unit. Pensă de biopsie- 2 unit.</p> <p>Compatibilitatea Compatibili cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III, CV-190 Olympus Metode de sterilizare Chimic</p> <p>Compatibili cu masina de spalat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare</p>	
5	Baie de apă circulară pentru histologie	buc	15	<p>Baie de apă circulară pentru histologie Cod Anexa 3</p> <p>Descriere Este întrebunătă la îndepărtarea țesutului în parafina care vine din microtom, cu izolare termica pentru a minimiza pierderile de temperatură. Temperatura poate fi reglată și controlată.</p> <p>Parametru Specificație Volumul maxim a vasului 2,5 - 3,5 litri Temperatura setare de la +30°C...la +80°C Precizie $\pm 1,5$ °C Acoperire antimicrobiană da Indicator de temperatura da Deconectare automată la supraîncălzire da Alimentare 220V, 50Hz</p>	250000
6	Brancarda sanitară cu targă detașabilă	buc	1	<p>Brancarda sanitară cu targă detașabilă Cod Anexa 4</p> <p>Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților, cu targă detașabilă"</p> <p>Parametru Specificație Poziționare Tredejinburg ≥ 15 grade Control manual/mechanic Caracteristici Bare laterale da Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm "Minere pentru transportarea</p>	23333,33

				brancardei" da Targa sanitară da, detașabilă Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da	
7		buc	1	Sistem pentru dezghetarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge Cod Anexa 5 Descriere Dispozitiv medical pentru dezghetarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge cu caldura uscata Parametrul Specificația Metoda de lucru cu caldura uscata Capacitatea de încărcare 4-6 pungi Temperatura mentinuta constant 37 °C Puterea 600-900 W Agitator opțional Controlul temperaturii componentelor sanguine Ecran LED Da Afișarea temperaturii componentelor sanguine Da Alimentare de la rețea 220V 50 Hz	100000
8		buc	1	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Cod Anexa 6 Descriere Dispozitiv pentru vizualizarea venelor in timp real, neinvaziv Parametrul Specificația Acumulator intern da Timp de funcționare minim 2 ore Material Plastic Sursa luminii lămpi infraroșii Distanța optimă a imaginii 200mm±50mm Rezoluție imagine ≤1024x768 Precizia alinierii ≤0.5mm Tehnologia de proiecție da	23333,33
9		buc	4	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descriere Microscopapele cu lumină sînt folosite în laboratoarele clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, cu camera digitală video. Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanței interpușilor în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Sistem de achiziționare a imaginilor Camera video Digitală Modul de montare Integrată în carcasă sau montată top	166666,7

				<p>Tehnologia camerei CCD Minimum Full HD</p> <p>Calitatea imaginii furnizate Minimum 30 fps</p> <p>Frecvența maximă de citire a imaginilor Minimum 3,4 μm</p> <p>Dimensiunea pixelului Minimum 3,4 μm</p> <p>Posibilitatea conectării la PC da</p> <p>Modul de conectare la calculator USB 3.0 sau Cablu FireWire 800</p> <p>Unitatea de alimentare încorporată</p> <p>Sursa de alimentare 220V, 50Hz</p> <p>Accesorii Ulei de imersie – o sticlăută</p> <p>Lampă halogen sau LED - 3 bucăți</p>	
10	Unitate de crio-chirurgie portativă	buc	2	<p>Descriere Crioterapia cu azot lichid reprezintă tratamentul de elecție sau o metodă alternativă de tratament pentru o varietate de leziuni ale pielii, tratamentul se efectuează la o temperatură de -196°C, atât prin contact direct cât și prin pulverizare.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Crioagent Azot lichid</p> <p>Temperatura -196°C</p> <p>Capacitatea rezervorului ≥ 500 ml</p> <p>Set conuri, 5-8 unități de dimensiuni diferite Da</p>	125000
11		buc	1	<p>Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul tubului digestiv și a arborelui bronșic, tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei compatibile cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tubul de inserție Lungimea totală ≥1990</p> <p>Lungimea de lucru ≥ 1680 mm</p> <p>Diametrul exterior ≤ 12.8 mm</p> <p>Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7 mm</p> <p>Optica Unghiul câmpului de vedere >140</p> <p>Înclinarea câmpului vizual 0 grade</p> <p>Adâncimea câmpului vizual 3-100</p> <p>Rata de deflecție sus/jos 180 grade</p> <p>sînga/dreapta 160 grade</p> <p>Compatibilitatea CV-190 Olympus Compatibil cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III,</p> <p>Imersibil da</p> <p>Metode de sterilizare Chimic</p> <p>Compatibil cu masina de spalat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus</p> <p>Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare</p>	383333,3
12	Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III	buc	4	<p>Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan</p> <p>Parametrul Specificația</p>	400000
	Lampă chirurgicală cu 1 satelit				

	(caracteristici de baza)			<p>Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes)</p> <p>da</p> <p>Numărul de sateliți 1</p> <p>Temperatura culorii 4,500 ±500 K</p> <p>Indexul de culoare ≥95</p> <p>Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm</p> <p>Adîncimea ≥ 80 cm</p> <p>Distanța de lucru 0.7-1.4 m</p> <p>Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux</p> <p>Rotatiya 270 grade</p> <p>Ajustare pe verticală, cm ≥ 70</p> <p>Cresterea temperaturii în câmpul operator < 1° C</p> <p>Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz</p> <p>Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h</p> <p>Mînere detașabile sterilizabile</p> <p>Panou de control integrat în lampa principal</p> <p>Înălțimea podului 3-4 m</p>	
13	Lampa chirurgicala cu 2 sateliți (caracteristici de baza)	buc	2	<p>Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes)</p> <p>da</p> <p>Numărul de sateliți 2</p> <p>Temperatura culorii 4,500 ±500 K</p> <p>Indexul de culoare > 95</p> <p>Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul 14-25 cm</p> <p>Adîncimea ≥ 80 cm</p> <p>Distanța de lucru 0.7-1.5 m</p> <p>Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 ≥ 120 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 120 000 lux"</p> <p>Rotatiya 270 grade</p> <p>Ajustare pe verticală, cm ≥ 70</p> <p>Cresterea temperaturii în câmpul operator < 1° C</p> <p>Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz</p> <p>Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h</p> <p>Mînere detașabile sterilizabile</p> <p>Panou de control integrat în lampa principal</p> <p>Înălțimea podului 3-4 m</p>	360000

Valoarea estimată totală: 2 498 333,333

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER).

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligati vitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din <i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> , valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA

Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente ce atestă calitatea bunurilor	Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat de conformitate CE, declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire (cu excepția lotului nr.3 Carucior (seaua cu roțile) pentru transportarea pacienților);	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
12	Declarație de la Ofertant	Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit și a <u>parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u> cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin	DA

		aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Pentru echipamentele electrice și electronice se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Declarație de la ofertant	în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora. Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziției Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către	DA

	participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
21	Notă	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
22	Notă	În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

3. 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 31.12.2022.**

1. **Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: **Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.***

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei
sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

2. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.


Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Conducătorul grupului de lucru:



Gheorghe GORCEAG

