

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind : Achiziționarea aparatului de angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie
prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;**
www.capcs.gov.md;
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**
Cod CPV 33100000-1

Tabela nr. 1

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă																													
1	Aparat de Angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice	Bucată	1	<p>A. Specificații tehnice</p> <table border="1"> <tr><td>Sistem monoplan cu detector plat pentru aplicații cardiace</td></tr> <tr><td>Se vor ofera doar echipamente noi produse (in totalitate) nu mai târziu de 2024</td></tr> <tr><td><i>Parametrii tehnici</i></td></tr> <tr><td>1. Braț C monoplan</td></tr> <tr><td>Brat C monoplan montat pe podea</td></tr> <tr><td>Rotire RAO/LAO min. +/- 105 grade</td></tr> <tr><td>Rotire brat L min +/- 90 grade</td></tr> <tr><td>Sistem anti-coliziune si sistem de protecție pentru mișările brațului C</td></tr> <tr><td>Distanta focar-detector reglabilă în intervalul minim 90-115 cm.</td></tr> <tr><td>Comenzi ale sistemului de monitorizare hemodinamica integrate în ecranul tactil montat pe lateralul mesei</td></tr> <tr><td>2. Masa pacient</td></tr> <tr><td>Montata pe podea</td></tr> <tr><td>Interval deplasare motorizata verticala: min 80 - 100 cm</td></tr> <tr><td>Deplasare laterală: min +/- 14 cm</td></tr> <tr><td>Blatul mesei deplasabil în minim 8 direcții</td></tr> <tr><td>Comenzile laterale să poată fi atașate pe ambele laturi ale mesei</td></tr> <tr><td>Rotirea mesei (în jurul axei verticale): min +/-90 grade</td></tr> <tr><td>Ecran tactil multifuncțional cu butoane programabile</td></tr> <tr><td>3. Generator de raze X:</td></tr> <tr><td>Frecvența înaltă</td></tr> <tr><td>Putere maxima generator: min. 100 kW (fara echivalente)</td></tr> <tr><td>Putere continuă în modul fluoro: min. 3000W</td></tr> <tr><td>Interval kVp: min. 50 - 125 kVp</td></tr> <tr><td>Interval mA: min. 10 – 1000 mA</td></tr> <tr><td>Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu sistem de control automat al expunerii.</td></tr> <tr><td>Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu sistem de calcul al produsului doză-arie</td></tr> <tr><td>4. Tub de raze X:</td></tr> <tr><td>Dimensiune pata focală mică: max 0.4 m ($\pm 0.2\text{mm}$)</td></tr> <tr><td>Rata de racire carcasa min: 250 kHu/min</td></tr> </table>	Sistem monoplan cu detector plat pentru aplicații cardiace	Se vor ofera doar echipamente noi produse (in totalitate) nu mai târziu de 2024	<i>Parametrii tehnici</i>	1. Braț C monoplan	Brat C monoplan montat pe podea	Rotire RAO/LAO min. +/- 105 grade	Rotire brat L min +/- 90 grade	Sistem anti-coliziune si sistem de protecție pentru mișările brațului C	Distanta focar-detector reglabilă în intervalul minim 90-115 cm.	Comenzi ale sistemului de monitorizare hemodinamica integrate în ecranul tactil montat pe lateralul mesei	2. Masa pacient	Montata pe podea	Interval deplasare motorizata verticala: min 80 - 100 cm	Deplasare laterală: min +/- 14 cm	Blatul mesei deplasabil în minim 8 direcții	Comenzile laterale să poată fi atașate pe ambele laturi ale mesei	Rotirea mesei (în jurul axei verticale): min +/-90 grade	Ecran tactil multifuncțional cu butoane programabile	3. Generator de raze X:	Frecvența înaltă	Putere maxima generator: min. 100 kW (fara echivalente)	Putere continuă în modul fluoro: min. 3000W	Interval kVp: min. 50 - 125 kVp	Interval mA: min. 10 – 1000 mA	Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu sistem de control automat al expunerii.	Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu sistem de calcul al produsului doză-arie	4. Tub de raze X:	Dimensiune pata focală mică: max 0.4 m ($\pm 0.2\text{mm}$)	Rata de racire carcasa min: 250 kHu/min
Sistem monoplan cu detector plat pentru aplicații cardiace																																	
Se vor ofera doar echipamente noi produse (in totalitate) nu mai târziu de 2024																																	
<i>Parametrii tehnici</i>																																	
1. Braț C monoplan																																	
Brat C monoplan montat pe podea																																	
Rotire RAO/LAO min. +/- 105 grade																																	
Rotire brat L min +/- 90 grade																																	
Sistem anti-coliziune si sistem de protecție pentru mișările brațului C																																	
Distanta focar-detector reglabilă în intervalul minim 90-115 cm.																																	
Comenzi ale sistemului de monitorizare hemodinamica integrate în ecranul tactil montat pe lateralul mesei																																	
2. Masa pacient																																	
Montata pe podea																																	
Interval deplasare motorizata verticala: min 80 - 100 cm																																	
Deplasare laterală: min +/- 14 cm																																	
Blatul mesei deplasabil în minim 8 direcții																																	
Comenzile laterale să poată fi atașate pe ambele laturi ale mesei																																	
Rotirea mesei (în jurul axei verticale): min +/-90 grade																																	
Ecran tactil multifuncțional cu butoane programabile																																	
3. Generator de raze X:																																	
Frecvența înaltă																																	
Putere maxima generator: min. 100 kW (fara echivalente)																																	
Putere continuă în modul fluoro: min. 3000W																																	
Interval kVp: min. 50 - 125 kVp																																	
Interval mA: min. 10 – 1000 mA																																	
Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu sistem de control automat al expunerii.																																	
Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu sistem de calcul al produsului doză-arie																																	
4. Tub de raze X:																																	
Dimensiune pata focală mică: max 0.4 m ($\pm 0.2\text{mm}$)																																	
Rata de racire carcasa min: 250 kHu/min																																	

				<p>Capacitatea de stocare termica a anodei: minim 3 MHU</p> <p>Puterea nominală de intrare a anodei pe pata focală mare: min. 90 kW</p> <p>Putere minima în modul fluoro continuu: 3000 W (în regim de lungă durată)</p>
			5.	<p>Colimator</p> <p>Sistem colimator vascular optimizat pentru detector patrat plat</p> <p>Sistem filtru spectral</p> <p>Sistem filtru contur</p> <p>Grila detasabila</p> <p>Pozitionare colimator pe monitoare fara raze X</p>
			6.	<p>Sistem de achizitie imagini detector plat</p> <p>Detector plat digital din siliciu amorf CsI</p> <p>Matrice detector min. 1000 x 1000 pixeli</p> <p>Dimensiuni campuri active disponibile (min. 3)</p> <p>DQE la 0 LP/mm cel putin 70%</p>
			7.	<p>Sistem de vizualizare - monitoare</p> <p>Rezolutie: min. 3840 x 2160 (8 MP)</p> <p>Min. 10 canale de intrare video</p> <p>Min. 2 monitoare de rezerva de minim 19 inch pentru imagine live si de referinta in spatele monitorului mare in camera de examinare</p> <p>Controlul modului de afisare a imaginii disponibil pe ecranul tactil situat pe latarala mesei</p> <p>Luminozitate: min. 450 cd/m²</p> <p>Min. 2 monitoare minim 19 inch alb/negru (imagine live si referinta) in camera de comanda</p> <p>Rezolutie: min. 1280 x 1024</p> <p>Luminozitate: min. 700 cd/m²</p>
			8.	<p>Statie de lucru post-procesare si arhivare independenta</p> <p>Instrumente de procesare a imaginilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edge, - contrast, - luminozitate, - subtractie, - pixel shift, - roam/zoom.
				Posibilitate de export imagini AVI si JPEG

				Capacitati DICOM complete (storage, push, query/ retrieve)
			9.	Imagistica digitala post-procesare
				Fluoroscopie pulsata:
				Cel putin 4 frame-rate-uri variabile de la 3.75 pana la 30 fps
				Fluoroscopia pulsata de tip "grid-switch"
				2D Roadmap cu selectia imaginii de referinta
				Pixelshift automat in timp real, care poate fi activat sau dezactivat in functie de necesitate
				Achizitie cardiaca si afisare in matrice /bit cel putin 1024x1024/12 biti, capacitate de stocare in min. 8 biti
				Achizitie DSA cu min. 0.5-7 fps si afisare in matrice/bit de cel putin 1024 x 1024 / 12 biti, capacitate de stocare in min. 12 biti
				Pachet software planificare proceduri TAVI/TAVR
				Pachet software pentru analiza stenozelor si a ventriculului stang
				Angiografie de rotatie 3D
				Achizitie de tip CT
				Comenzi 3D roadmapping disponibile la masa de examinare: reajustare suprapunere, afisare imagine, zoom etc.
				Substractie automata de os si caracterizarea vaselor pe imaginile CT pre-achizitionate
				Software pentru vizualizarea imbunatatita a stenturilor cu si fara substractia firelor de ghidare
				Pachet software pentru vizualizarea dispozitivelor de tip stent sau balon in arterele coronare in timpul procedurilor interventionale precum si evaluarea pre si post procedura, inclusiv functie de amplificare si reducere a vizualizarii stentului; masuratori pentru determinarea obturarii ramase dupa plasarea stentului; Controlul acestei aplicatii de la nivelul modulelor atasate la nivelul mesei.
				Vizualizarea imbunatatita a stenturilor prin afisarea acestora in raport cu imaginea obtinuta cu substanta de contrast prin fuziune de imagini
				Imagistica de flux vascular cu coduri de culoare (perfuzie 2D in angiografie cu substractie digitala)
				Posibilitate de stocare sechente in mod fluoro
		10.		Retea/Conectivitate/Documentatie
				Trimite sau ruleaza imaginile: DICOM Push
				Primire confirmare arhiva
				Imprimare imagini: Printare DICOM
				Extragere imagini din arhiva: DICOM Query/Retrieve
				Capacitate arhivare USB/CD/DVD in format DICOM
		11.		Reducerea dozei de radiatie
				Masuri de reducerea dozei de iradiere pentru operator si pacient
				Afisarea produsului arie-doză măsurat și a dozei de intrare calculate a pacientului

				Rapoarte DICOM structurate pentru dozele de radiatii Sistemul trebuie sa permita configurarea pragului de doza cumulata care este afisat si avertizarea operatorului atunci cand acest prag este depasit Doza absorbita la nivelul pielii – functie ce permite informarea utilizatorului cu privire la doza absorbita la nivelul pielii pacientului pentru a evita supraexpunerea
			12.	Accesorii
				Pedala wireless
				Scut de radioprotectie la nivelul inferior al corpului 0.5 mm echivalent Pb
				Scut de radioprotecție transparent la nivelul superior al corpului 0.5 mm echivalent Pb
				Saltea si suport cap pe masa de lucru pentru pacient
				Sistema audio pentru comunicare sala de comanda – sala de examinare (interfon)- tip wireless
				Suport de brat autoreglabile cu posibilitatea de ajustarea dupa pozitia necesara din material radiotransparent 2 buc.
				3 seturi echipament radioprotecție fiecare constând din: fustă, vestă, protecție tiroidă, ochelari și bonetă toate confectionate din material ușor lavabil. a. Fustă - Echivalent de Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) Greutate redusa (<5,0 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile. Sistem de prindere cu „arici”. Dimensiuni: - Inaltime: 110 ±5 cm, lungime: 60 ±5 cm. b. Vestă - Echivalent de Pb: 0,50 mm. Greutate redusa (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile. Sistem de prindere cu centură. Dimensiuni: - Inaltime : 105 ±5 cm, lungime: 60 ±5 cm. c. Protecție tiroidă - Echivalent de Pb: 0,50 mm. Greutate redusa (<0,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile. Sistem de prindere cu „arici”, marime: unica. Sub forma de L. d. Ochelari - Prevazuti cu sistem de protective laterala. Echivalent in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral). Greutate< 0,05 kg, şiret de fixare spate. e. Bonetă - Marime universal, ajustabilă cu şiret. Suprafață antibacterială, durabilă. Echivalent de Pb 0,35 Pb.
				Lampă sală de operație cu minim 50000 lux
				Injector substanță de contrast
				Fereastră cu ecran de plumb cu ramă și rotile cu dimensiuni de minim 100x 80cm
				UPS pentru stația de achiziție, pentru stația de post procesare și dispozitivul principal

Sistem de alimentare cu energie neîntreruptă (UPS) compatibil cu sistemul angiografic propus, care să asigure finisarea intervenției în caz de pană de curent.
 Caracteristici tehnice:
 Tensiune intrare: 380 – 415 VAC;
 Frecvență: 50/60 H.z;
 Puterea de ieșire: min 20 kVA
 Teziunea de ieșire: 380/ 400 / 415VAC
 Afisare digitală a stării bateriilor și timpului de lucru pe baterii rămas;
 Posibilitate de comutare în regim By-Pass de urgență;
 Alarne vizuale și audio;
 Posibilitate de vizualizare a log-urilor;

A. Sistem de inregistrare hemodinamica

1.	Hardware: Sistemul hemodinamic integrat care rulează pe calculator și permite efectuarea tuturor tipurilor de proceduri hemodinamice pe stația de lucru Platforma disponibila pentru upgrade-uri in vederea efectuarii de măsurători de electrofiziologie (pe aceeași platformă, același PC). DVD sau card de stocare SD pentru arhivare A se menționa capacitatea sistemului de stocare a datelor Imprimarea imaginilor cu o imprimantă laser. A se specifica viteza și mărimea hârtiei Indicatori acustici Sistemul sa includa o imagine live (dinamică) de captare pentru a furniza mai multe rapoarte prin includerea imaginilor cu raze X, ultrasunete sau de cartografiere a imaginilor captate în timpul cazului cu minimum 3 întrări video.
2.	Masuratori Înregistrări hemodinamice complexe care includ procedurile coronariene, pediatrice și vasculare Sistem pentru măsurători hemodinamice complete pentru toate tipurile de examinări Amplificator cu design modular de transport Măsurarea 12 canale de suprafață ECG (10 electrozi) Măsurarea presiunii invazive a sângeului cu minimum 3 canale Măsurare SpO2 Măsurarea CO (debit cardiac). Termodiluție, metode calculate și estimare Fick.

Măsurarea tensiunii arteriale neinvazive
Temperatura de măsurare
Măsurare Respirație cu metoda impedanței
Macro-uri configurate de catre utilizator pentru simplificarea documentației și configurarea rapida a sistemului
Fereastra de analiză continuă a segmentului ST
Modul diagramă coronariană
FFR real integrat (măsurarea directă inclusă în amplificatorul modular al sistemului)
Set de pornire cu toate opțiunile necesare pentru prima examinare: minim 2 sonde IBP cu 10 transductori presiune invaziva reutilizabili + cablu de conectare, 1 senzor SpO ₂ reutilizabil adult, 2 manșete NBP și electrozi ECG "liberi" (disponibili) cu 5 seturi cabluri ECG

B. Sistem integrat de determinarea rezervei fractionale de flux si ecografie intravasculară IVUS

Specificatii tehnice minime

1. Caracteristici mod de operare FFR

Inregistrare a presiunii aortice prin conexiune wireless cu sistemul de înregistrare hemodinamica

Presiune de operare intre 30 si 300 mm Hg, acuratețe +/- 3%

Oscilație maxima a presiunii: <2mmHg

Interval de frecventa radio: 2.4000-2.4835GHz

Tip emisie radio, Frequency hopping spread spectrum (FHSS)

Interval 0-4m

Timp de latenta: <20ms

Unitate mobila, cu posibilitate de wireless pentru modul de operare FFR, in vederea utilizării funcției de FFR simultan in mai multe laboratoare de angiografie

Ghidare a intervențiilor prin afișare pe ecranul unității prin interfața utilizator unitară

Bază de date integrată

posibilitate de stocare si export pe CD, DVD, HDD, USB Flash, DICOM

2. Tehnologie de investigare prin ecografie intravasculară IVUS digital

Proceduri de tip IVUS digital pentru patologia coronariană pentru obtinerea de informatii de la nivelul arterelor coronariene referitoare la compozitia plăcii de aterom, lungimea/structura trombusului obstructiv, informatii referitoare la dispozitivul de tip stent (respectiv pozitionare corespunzătoare), cât si detalii relevante pentru selectarea cât mai corectă a dispozitivului de tip stent si evaluare post-stentare.

Modul de control touch screen la nivelul mesei pacientului, ce permite înregistrarea imaginilor, manipularea acestora, vizualizarea selectivă, măsurători diverse

				Vizualizarea imaginilor IVUS pe monitorul din camera de examinare 10 catetere disponibile.	
				Certificate:	
				Certificat de calitate ISO, CE	
				Training personal calificat la producator si in clinici de specialitate cu experienta in utilizarea si interpretarea FFR/IVUS	
				Set accesorii instalare si kit de pregatire personal calificat	

Valoarea estimativă totală 12 500 000 lei fără TVA

- 9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
1) Pentru un singur lot;
- 10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
- 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație văruit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;**
- 12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.**
- 13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
- 14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**
- 15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**
- 16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). 	DA

		<p style="color: red;">În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimitera la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferăți, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAE	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>- În cazul în care garanției bancare urmează să fie prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i></p>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferit. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea finanțiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ

Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind quantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei		DA

	accesoriilor echipamentului oferit	indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitati în documentatia de atribuire.	
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 36 luni,- originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/intreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și menenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire;	DA

18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a stampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și stampilei ofertantului:</p> <p>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“</p> <p><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u></p>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în quantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în quantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertei;**
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**
- c) nu se depune garantia de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în quantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânsă și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate-preț

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

Aplicabil achiziționării produselor precum: Sistem monoplan cu detector plat pentru aplicații cardiace

Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate.

Note de bună practică: Alegerea produsului principal/primar (la momentul achiziției publice) se bazează în principal pe prețul produsului principal, alte caracteristici tehnice și în funcție de costurile acestui produs în perioada următoare de post garanție, (*consumabile/piese de schimb, serviciile de asistență tehnică și menenanță (modul*

(de mențenanță preventivă, corectivă și/sau evolutivă de verificare dispozitivelor medicale), ale serviciilor postvânzare asociate acestora.)

Criteriul de atribuire a contractului: **cel mai bun raport calitate - pret.**

Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos:

1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte;
2. Criterii de performanță (Punctaj tehnic): 40 puncte.

Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare.

Algoritmul de calcul al ofertei:

Punctajul total va fi calculat astfel:

$$\textbf{Punctaj total} = \text{Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare} + \text{Punctaj tehnic}$$

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei:

Descriere: Componența financiară

Pondere: 60.00 %

Punctaj maxim 60.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

- a) Pentru prețul cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat;
- b) Pentru alt preț decât cel mai scăzut, punctajul financiar se calculează proporțional, astfel: $P_1 = (\text{preț minim}/P_n) * P_{max}$

Unde:

P_1 =punctaj factor de evaluare al ofertei financiare.

Preț minim=prețul cel mai scăzut oferit de ofertanți pentru realizarea contractului.

P_n = prețul ofertei curente

P_{max} (Punctajul maxim alocat) = 60 puncte

2. Denumire factor evaluare: Criterii de performanță

Descriere: Se vor evalua mai întâi ofertele în vederea determinării corespunderii în mod obligatoriu a tuturor cerințelor tehnice solicitate în **tabelul nr. 1**. Ofertele care nu vor corespunde cerințelor tehnice din **tabelul nr. 1 – Cerinte tehnice minime obligatorii**, vor fi respinse în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, iar cele care vor corespunde cerințelor tehnice din tabelul nr. 1 vor trece în etapa de evaluare în vederea aplicării factorilor de evaluare conform **tabelului nr. 2**

Ulterior, în vederea aplicării factorilor de evaluare, se vor totaliza punctele obținute de fiecare ofertant pentru caracteristicile tehnice ofertate conform tabelului nr. 2, după cum urmează:

Pondere: 40.00 %

Punctaj maxim 40.00 puncte

Punctajul se acordă astfel: Se punctează caracteristicile tehnice înscrise în tabelul de mai jos - Detalierea privind punctajul acordat. **Punctaj tehnic** (Numărul total de puncte pentru caracteristicile tehnice și de performanță) se va calcula însumând punctele obținute pentru fiecare cerință tehnică, iar nr. de cerințe tehnice este **30**.

Parametri tehnici	Punctaj
Reducerea dozei de radiație	3,0
Brat C monoplan	5,0
Masa pacient	5,0

Tub de raze X:	4,0
Sistem de achiziție imagini detector plat	3,0
Sistem de vizualizare - monitoare	3,0
Stație de lucru post-procesare si arhivare independenta	5,0
Imagistica digitala post-procesare	4,0
Hardware:	4,0
Garanția suplimentară oferită față de cea de bază	4,0
Total punctaj:	40

Tabelul nr. 2

Nr.	Sistem monoplan cu detector plat pentru aplicații cardiace		Cost eficiență	Punctaj
Se vor oferta doar echipamente noi produse (in totalitate) nu mai târziu de 2024				
	<i>Parametri tehnici</i>			
1.	Reducerea dozei de radiație			
	1	DLP (Dose-Length Product), max. 400-1000 mGy/cm	max. 400-1000 mGy/cm	3
2.	Brat C monoplan			
	2	Adâncimea brațului C: min. 90 cm	min. 90 cm	1
	3	Angulatie CRA/CAU: min. +/- 45 grade	min. +/- 45 grade	1
	4	Viteza angulatiei brațului C: min. 20 grade/sec	min. 20 grade/sec	1
	5	Poziționări programabile ale brațului C: min. 50 poziții	min. 50 poziții	1
	6	Viteza de rotație pentru coronarografie: min 40°/sec	min 40°/sec	1
3.	Masa pacient			
	7	Lungimea blatului mesei: min 275 cm	min. 275 cm	0,5
	8	Greutate maxima pacient: min 220 kg (fără accesorii suplimentare)	min. 220 kg	1
	9	Lățimea blatului mesei: min 45 cm	min. 45 cm	0,5
	10	Deplasare longitudinala a blatului mesei: min. 120 cm	min. 120 cm	1
	11	Acoperire fluoroscopie: min.185 cm	min.185 cm	1

	12	Masa pacient / Atenuarea maxima a blatului: max. 1.4 mm echivalent Al	max. 1.4 mmAl	1
4.		Tub de raze X:		
	13	Număr pete focale: min 2	Min. 2	4
5.		Sistem de achiziție imagini detector plat		
	14	Dimensiune minima a zonei active a detectorului: minim 20 x 20 cm	min. 20 x 20 cm	2
	15	Detector plat / Dimensiune pixel: max. 200 µm	max. 200 µm	1
6.		Sistem de vizualizare - monitoare		
	16	Monitor color de înaltă rezoluție suspendat de tavan cu diagonala de min. 50 inch in sala de examinare	min. 50 inch	3
7.		Stație de lucru post-procesare si arhivare independenta		
	17	Stație independenta multimodalitate cu min. doua monitoare color LCD de min. 19" pentru post-procesare (ex.: imagistica 3D, imagistica CT)	min. 2 x 19 inch	1
	18	Memorie min. 32 GB RAM	Memorie min. 32 GB RAM	1,5
	19	Procesor Min 8 x 2,8 GHz, 8 nuclee	Procesor Min 8 x 2,8 GHz, 8 nuclee	1,5
	20	Capacitate hard disc: min. 2 TB	Capacitate hard disc: min. 2 TB	0,5
	21	Memorie imagini in matrice 1024 x 1024: min 450 000	min 450 000	0,5
8.		Imagistica digitala post-procesare		
	22	Viteza de achiziție pentru imagini de tip CT: min. 30 cadre pe secunda	min. 30 cadre	2
	23	Metoda automata de optimizare a afisarii imaginilor cadre cu cadre	Cu opțiunea inclusă	0,2
	24	Roadmapping 3D cu fuziune automata a imaginii pentru proceduri de tip TAVI/TAVR	Roadmapping 3D cu fuziune automata a imaginii pentru proceduri de tip TAVI/TAVR	0,7
	25	Fuziune 3D de imagini provenite de la oricare 2 modalitati: CT, RM, PET, angiografie, angiografie cu substractie	Cu opțiunea inclusă	0,2
	26	Analiza afisata pe ecranul tactil al mesei de examinare a stenozelor din cadrul selectat al imaginii	afisata pe ecranul tactil al mesei de examinare	0,7
	27	Revizuirea imaginilor achizitionate in "slow motion", cadre cu cadre inainte si inapoi	Cu opțiunea inclusă	0,2
9.		Hardware:		

	28	Două monitoare în camera de control min 20" și afișarea imaginilor în sala de examinare pe monitorul mare.	Min 19 inch	3
	29	Transferul semnalelor și datelor de la sistemul angiografic: min. datele pacenților, datele demografice, doza globală pacient	Opțiunea inclusă	1
10		Garanția suplimentară oferită față de cea de bază		
11	30	Garanția suplimentară oferită față de cea de bază		4

Punctajul pentru fiecare criteriu se va calcula după formula:

1. Pentru criterul tehnice cu cea mai înaltă performanță se va acorda punctajul maxim;

Pentru criterul tehnic cu o performanță mai interioară față de cea mai înaltă ofertată, se va acorda punctajul după formula:

$$P = V_{of}/V_{max} * \text{Punctaj maxim, unde}$$

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

V_{of} - reprezintă valoarea criteriului ofertat;

V_{max} - reprezintă valoarea maximă ofertată;

Punctaj maxim - punctajul maxim acordat pentru criteriul respectiv.

2. Pentru criterul tehnic unde valoarea minimă este mai favorabilă se va acorda punctajul maxim.

Pentru criterul tehnic unde valoarea minimă este mai favorabilă, se va acorda punctajul după formula:

$$P = \text{Punctaj maxim}/V_{of} * V_{min}, \text{unde}$$

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

V_{min} - reprezintă valoarea criteriului minim ofertat;

V_{of} - reprezintă valoarea criteriului ofertat;

Punctaj maxim = reprezintă punctajul maxim pentru criteriul respectiv.

Punctajul tehnic total se va calcula după formula:

$$P_{of} = P_{c1} + P_{c2} + \dots + P_{c30}, \text{unde}$$

P_{of} – reprezintă punctajul ofertei;

P_{c1} – reprezintă criteriului nr. 1;

P_{c2} - reprezintă criteriului nr. 2;

P_{c30} - reprezintă criteriului nr. 30;

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare 15.10.2024

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 15.10.2024

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da_____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG