

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziția Trolu laparoscopic 3D + accesorii conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 (repetat).**

**prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md); [www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă
1	<b>Troliu laparoscopic 3D + accesorii</b>	bucată	1	<p>Troliu laparoscopic 3D+ accesorii</p> <p><b>"DESCRIERE GENERALĂ</b></p> <p>Laparoscopia 3D oferă chirurgilor o vedere care seamănă foarte mult cu cea a intervenției chirurgicale deschise. Oferind un câmp vizual larg și imagini de înaltă calitate, reducerea timpului de operare și sporirea siguranței pacientului și confortului chirurgului.</p> <p>Laparoscopia 3D iti permite sa vizualizezi foarte clar si sa operezi in apropierea unor structuri vitale, cum ar fi vasele si nervii, sa faci suturi de organ si disectii ganglionare in profunzimea pelvisului, fiind in mod special utila in operatii complexe, ca de exemplu și anume urologia laparoscopică oncologică, chirurgia oncoginecologica, etc."</p> <p><b>Unitate de procesare video digitală – 1 buc.</b></p> <p>Redare imagine 3D si 2D</p> <p>posibilitatea de comutare rapida din modul 3D in 2D</p> <p>Sistem 3D, 4K Ultra HD format 3840x2160 pixel</p> <p>Aspect imagine: raport 16/9 („wide-screen format”)</p> <p>Sa asigure reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină in regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe camera video</p> <p>Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 3</p> <p>Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate inalta minim 1080p</p> <p>Posibilitatea de stocare prin port USB pe unitate de memorie externa sau pe un sistem de inregistrare extern</p> <p>Functia „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocessorului si un buton setabil de pe camera video.</p> <p>Reglare automată a culorilor</p> <p>Cu functie de lucru NIR/ICG</p> <p>Cu filtre specifice pentru optimizarea imaginii: accentuarea culorilor structurilor pe suprafata organelor și mucoaselor, creșterea contrastului pentru diferențierea anumitor detalii anatomice..etc</p> <p><b>Cap-camera endoscopică UHD – 1 buc.</b></p> <p>Tip tehnologie minim 2 cip-uri CCD sau CMOS, lumina albă și infraroșu</p> <p>format imagine 16/9</p> <p>Rezoluție format 4K ULTRA HD: minim 3840x2160 pixeli</p> <p>ZOOM minim 1.2X digital</p> <p>Cu minim 2 butoane cu functii programabile</p> <p>focalizare cu interval de la 16 mm la 26 mm</p> <p>Cuplare automata pe telescop</p>	4 400 000

			<p>Spectru luminos fluorescent NIR/ICG  Total imersibilă in solutii de dezinfectare  Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece in substante chimice sau/și la gaz/plasma și la rece in substante chimice.</p> <p><b>Monitor Medical 3D, 4K Ultra HD – 1 buc.</b>  Dimensiune diagonală: minim 50" Afișaj activ cu matrice TFT sau LED  Aspect imagine pe ecran: raport 16/9 („wide-screen format")  Rezoluție: minim 3840 x 2160 pixel  Strălucire: minim 520 cd/m2  Suport pentru monitor montat pe trolu sau pe suport aparte pe roți care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stinga, anterior – posterior (de ex: tip VESA 200x200 sau 300x300).</p> <p><b>Videolaparoscop 3D, FHD – 1 buc.</b>  Tip tehnologie minim 2 cip-uri CCD sau CMOS  Directie de vedere: min 30°  Rezoluție minim FullHD (1920 x 1080 pixeli) / 4K (3840 x 2160 pixeli)  "În cazul rezoluției FHD să existe funcție de conversie ce permite imaginii 3D să fie observată la o calitate aproape de 4K"  Cu functie de autorotatie  Minim 3 butoane de comanda, cu alocarea functiilor de comanda/fiecare buton la alegerea utilizatorului  Comutare 3D/2D, setabil și de la buton  Captura de imagine/secvente video  Cablul de conectare video min 2,6 metri  Diametru 10 – 10,3 mm  Lungime 30 – 37 cm  Cap flexibil, articulată, cu angulație până la 80° - opțional  Cu Funcție de lucru in mod NIR /ICG - opțional  Imersibil in solutii de dezinfectare  Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece in substante chimice sau/și la gaz/plasma și la rece in substante chimice.  Container tip coș de sterilizare si depozitare</p> <p><b>Ochelari 3D – 6 buc.</b>  <b>Sursă lumină rece – 1 buc</b>  Separat sau integrat de videoprocesor, tehnologie LED sau Xenon  Mod de lucru dedicat pentru vizualizare fluorescena (NIR/ICG)  cu lungime de unda in domeniul lumina alba de minim 400-700 nm</p>	
--	--	--	--	--

			<p>cu lungime de unda in domeniul lumina infraroșu de minim 700-800 nm  reglarea intensitatii de lumină minim diapazon 5-100%  ecran tip touchscreen sau display digital - opțional  timp prognozat de funcționare a modulului LED: minim 15.000 ore  Cu conectorul pentru cablul optic universal sau adaptor cu minim 3 tipuri de conectori: Olympus, K. Storz, Richard Wolf, etc.</p> <p><b>Cablu optic – 3 buc.</b>  4 – 5 mm diametru  Lungime - minim 260 cm  rezistent la căldura, autoclavabil 134 grade</p> <p>Insuflator electronic CO2 – 1 buc.  debit minim necesar: 2 - 45 L/min  presiunea in mod standart: minim diapazon 3-25mmHg  cu functie de incalzire a gazului la portul de iesire catre pacient  alarma acustica presiune depășită  afisare digitala a volumului de gaz comsumat  funcție de evacuare fum - opțional</p> <p>Furtun de conectare la sursa centralizată CO2(de presiune joasă), cu conectare DIN pe perete, lungime minim 3 metri - 1 buc  tub de insuflare reutiliabil (din cauciuc siliconic) – 2 buc  set de insuflare (tub, filtru etc.) de unică folosință – minim 40 buc  Butelie CO2 minim 8 litri, cu furtun de conectare la insuflator (de ex: prin furtun de presiune înaltă) - 1 buc</p> <p><b>Pompă irigare – aspirare – 1 buc.</b>  pentru chirurgie laparoscopica, urologie, ginecologie pompa multifuncționala  debit irigare de minim 1200 ml/min  presiune de irigare min 450 mmHg  presiunea de aspirație minim -59 kPa  set tuburi irigare de unica folosință – 40 buc și 2 unități reutilizabile în caz că sunt alte seturi  seturi suplimentare de tuburi, filtre, minim câte 10 unități pentru utilizarea completă a funcțiilor pompei (de.ex: set aspirare, set vaccum, FC, PC,) în dependență de producător</p> <p><b>Canulă lavaj și aspirație – 2 buc</b>  compatibil cu seturile pompei de irigare  confectionata din metal,  Tub de aspirație și irigare, cu orificii laterale  suprafață antireflex, cu robinet  cu două căi pentru control cu o singură mână,</p>	
--	--	--	---	--

cu sistem de oprire flux de fluide  
control monocomandă, cu maneta, al irigației și aspirației control cu o singură mână  
diametru: 5mm  
lungime 33-37 cm  
Notă: Se acceptă oferirea unui sistem alternativ de aspirare și irigare (cu mâner, tub, valve)  
compatibil cu seturile pompei de irigare-aspirare.

**Troliu mobil – 1 buc.**  
carucior mobil cu roți pivotante, dintre care min 2 cu sistem de frânare stalpi cu casete închise  
blat retractabil pentru tastatură  
minim 4 rafturi  
mâner manipulare  
suport cap camera video  
minim 9 prize alimentare dispozitive ( 220 – 240 V)  
suport butelie CO2  
Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu Sistem de  
distributie al energiei electrice încorporat în troliu pentru a exclude conectarea multiplă al  
modulelor trolului la surse externe de energie electrică.

**Telescope optic 30° – 1 buc**  
Posibilitate de vizualizare NIR/ICG 4K  
diametru 10 mm  
lungime 30 -33 cm  
transmisie lumină prin fibra optică încorporată compatibil cu sursa de lumină și camera video  
endoscopica

**Aplicator clipuri L – XL , 1 buc**  
Diametru 10 mm  
Lungime 33-36 cm  
Autoclavabil  
fâlcii rotative  
Cleme pentru ligaturare, non absorbabile, sterile, mărimea L(6 cleme per cartuș) – 1400 cartușe.  
Cleme pentru ligaturare, non absorbabile, sterile, mărimea XL(6 cleme per cartuș) - 1400 cartușe

**Instrumentar laparoscopic:**  
**Trocar 5 mm – 6 buc**  
confectionat din metal  
lungime: 10-11 cm  
diametru: 5-6 mm  
alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapă, trocar propriu zis  
vârf trocar piramidal

			<p>corp supapa compact, nedemontabil  cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor  supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare  clapeta interioara, din metal  cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare  <b>Trocar 10 mm – 4 buc</b>  confectionat din metal  lungime: 10-11 cm  diametru: 10-11 mm  alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis  vârf trocar piramidal  corp supapa compact, nedemontabil  cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor  supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare  clapeta interioara, din metal  cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare  <b>Set de instrumente pentru aplicatii laparoscopice, 5mm, lungime 33-37 cm, care să conțină  minim 5 instrumente diferite - 2 seturi</b>  Pensa pentru prehensiune mare, fenestrată (de ex: Johann, atraumatică)  Pensa pentru prehensiune, fenestrată (de ex: tip flat)  Pensa disecție (de ex: Maryland, Kelly)  Pensa disecție mare (de ex: Maryland, Kelly)  Foarfeca (de ex: Metzenbaum)  Cablul monopolar HF  Box, tray pentru depozitare  Caracteristici minime instrumente:  rotative 360 grade  demontabile în maxim 3 părți componente: maner, teaca, element de lucru  fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente  cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet,  teaca izolata  mâner cu conector, monopolar  <b>Pensă de prehensiune fenestrată bipolară (de ex: tip Clermont-Ferrand, Johann) – 2 buc</b>  rotativă 360 grade  demontabilă în maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru  vârf rotunjit  fenestrată pe toată lungimea fălcilor</p>	
--	--	--	---	--

			<p>atraumatică  mâner cu conector bipolar, din plastic  teaca izolată, cu suport spălare cu dop  dimensiunile 5 mm  lungime 33-37 cm  <b>Container pentru autoclavare/sterilizare instrumente laparoscopice</b>  autoclavabil  cu durata de viața nelimitată, din material rezistent la un ciclu infinit de sterilizări  <b>Platformă energetică electrochirurgicală cu accesorii (dispozitiv avansat de energie și electrochirurgie) cu accesorii – 1 buc</b>  Platformă energetică electrochirurgicală, care furnizează energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și aplicație generală.  montare pe raft trolu sau pe energy cart suplimentar oferit  Canale de ieșire minim:  Monopolar cu conectare internațională 3-pin - 2 ieșiri  Bipolar și sigilare vase - 2 ieșiri  Comutator de mână - da  Comutator de picior bipolar și sigilare vase - da  Comutator de picior monopolar - da  Moduri de lucru:  <b>Monopolar</b>  Tăiere pură <math>\geq 300</math> W  Tăiere blend <math>\geq 200</math> W  Coagulare Fulguratie <math>\geq 120</math> W  Coagulare Soft <math>\geq 120</math> W  Spray pentru hemostaza <math>\geq 100</math> W  <b>Bipolar</b>  Tăiere pură (rezeecție sau vaporizare) <math>\geq 300</math> W  Tăiere cu coagulare (rezeecție sau vaporizare) <math>\geq 150</math> W  Coagulare <math>\geq 90</math> W  Sigilare vase ("Ligasure" sau "EnSeal", sau "Thunderbeat și/sau PowerSeal")  Sigileaza vase de sânge și limfatice până la și inclusiv 7 mm în diametru, cu arsuri colaterale minime ale țesuturilor  Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut ("Tissue Sensing Technology" sau "Adaptive Tissue Technology" sau "Intelligent Tissue Monitoring și/sau Advanced Bipolar Technology")</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Aplicații chirurgicale minim 60 de programe.  Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite ( Monopolar, Bipolar, Sigilare vase, Laparoscopic)  Afișare separat în minim 4 cadrane  Funcție de autotestare - da  Indicatoare - acustic, vizual.  Control volum sunet - da  Soft încorporat de rezecție bipolară în mediul salin</p> <p><b>Funcții suplimentare:</b>  Prize de lucru tip «plug and play» recunosc automat instrumentarul de lucru și cu configurare de energie automată  Recunoaștere automată a finalizării ciclului de Sigilare vase ("Ligasure" sau "EnSeal" sau "Thunderbeat și/sau PowerSeal") și sunet de finalizare a ciclului  Comunicare interactivă de eroare, inclusiv acțiunile corective afișate pe ecranul în caz de nefinalizare a ciclului de Sigilare vase</p> <p><b>Accesorii:</b>  Cablul de alimentare - 2 buc  Comutator de picior cu un singur circuit pentru control bipolar, cu cablu de conectare inclus - 2 buc.  Comutator de picior cu 2 circuite pentru control monopolar/bipolar cu cablu de conectare inclus - 2 buc.  Electrod neutru reutilizabil, cu cablu de minim 3 m inclus - 3 buc  Mâner monopolar (creion) reutilizabil pentru electrod, cu minim două butoane de operare, cablu de min. 3 m, minim 50 de cicluri de autoclavare - 20 buc  Set de electrozi (min 5 buc.) de diferite dimensiuni și forme (minge, buclă, lama, ac..etc), reutilizabili - 5 seturi  Cablul monopolar HF cu lungimea de minim 3 m (pentru cuplare instrumente clasice), reutilizabil - 2 buc.  Cablul bipolar HF, cu lungimea de minim 3 m (pentru cuplare instrumente clasice), reutilizabil - 2 buc.  Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 35-40 cm, diametru 5mm, fălci tocite drepte (în caz că sunt, sau deja curbate), lungimea cut-seal minim 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 30 buc  Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 35-40 cm, diametru 5mm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal minim 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 30 buc</p>	
--	--	--	---	--



				<p>Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în operații deschise și laparoscopie, lungime 20-25 cm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal minim 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 12 buc.</p> <p>Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 43-46 cm, diametru 5mm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal minim 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 18 buc</p>	
--	--	--	--	---	--

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare/ instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;
12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 <b>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</b> <b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;	DA

		<p>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</b></p>	DA

6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA
---	--	---	----

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE**

**Cerinte de calificare obligatorii**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA

		Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare. <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform	DA

		programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: <b>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</b>	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
<b>Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<b><u>Garanția de bună execuție</u></b>	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE	DA

	Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b> Codul fiscal: <b>1016601000212</b> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u><b>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</b></u>	
--	--	--

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**22. Ofertele se prezintă: în lei.**

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
- conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: bap nr. 7 din 26.01.2024  
[https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap\\_nr\\_7\\_1.pdf](https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_7_1.pdf)
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 31.07.2024
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| Facturarea electronică   | Se va utiliza                |
| Plățile electronice  | Se va utiliza                |
39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da \_\_\_\_\_  
(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

*semnat electronic*

**Gheorghe GORCEAG**