

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1755167088459 din 22.10.2025									
Obiectul de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	27	Glucometru (caracteristici avansate) 151210	Glucometru (caracteristici avansate) 151210	ON CALL® SURE BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM OGM-211 (G115-10U)+ON CALL® SURE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS OGS-211 (G135-10U)+ON CALL® LANCETS (G124-10A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Venos Volumul minimal al probei ≤ 1 µL Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 20-65 % Timpul de măsurare ≤ 7 sec. Ecran LCD obligatoriu Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată obligatoriu Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu Baterie internă obligatoriu Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată obligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu Baterie ≥ 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste) obligatoriu Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strângere obligatoriu Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni ≥ 400 buc.	Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Venos, da, broșura p.4 Volumul minimal al probei ≤ 1 µL, da - 0,6 µL, Broșura p.4. Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L, da - 0,6-30.0 mmol/L, Broșura p.4. Gama hematocritului 20-65 %, da - 10-70%, Broșura p.4. Timpul de măsurare ≤ 7 sec., da - 5 secunde, Broșura p.4. Ecran LCD obligatoriu, da, manual p.7 Calibrarea calibrare automată, manual p.46 Oprire automată obligatoriu - da, broșura p.4 Memoria numărul de teste = 1000, broșura p.4 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu, da, broșura p.4 Baterie internă obligatoriu, da, broșura p.4 Autonomie de la baterie = 3000, broșura p.4 Indicator baterie descărcată obligatoriu, da, manual p.9 Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu, da Accesorii, consumabile, da Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu, da Baterie 2 buc. (CR2032 3.0V), broșura p.4 Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste) obligatoriu, da, broșura p4. Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strângere obligatoriu, da, broșura p4. Ace sterile de unică utilizare = 400 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni = 400 buc. Broșura se anexează.	Nr. de înregistrare AMDM - DM000415323+DM0007852 52+DM000785260