

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație Publică nr. 21016496			Data: „17” Ianuarie 2020			Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației: "Reactivi de laborator pentru dispozitive medicale de tip închis pentru anul 2020"			Lot: _____			Pagina: __ din __		
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 5 - Reactivi pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis								
5.1.	33696500-0	Set pentru determinarea timpului de protrombină (TP), liofilizat, ISI nu mai mult de 1,1, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis.	A0230-100	Germania	TECO	Ambalaj 10X10ml (2000 teste). Conținut tromboplastină liofilizată cu activ. 13-18 s. și ISI nu mai mult de 1,1 și calciu clorid. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 10X10ml (2000 teste). Conținut tromboplastină liofilizată cu activ. 13-18 s. și ISI nu mai mult de 1,1 și calciu clorid. Reactivii dispun de certificat CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii sunt în ambalajul producătorului. Dispunem de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător.	Certificat CE; ISO
5.2.	33696500-0	Set pentru determinarea fibrinogenului, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis.	A0511-050	Germania	TECO	Ambalaj 10X5ml (2000 teste). Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 10X5ml (2000 teste). Reactivii dispun de certificat CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii sunt în ambalajul producătorului. Dispunem de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător.	Certificat CE; ISO
5.3.	33696500-0	IBS Buffer 1fl 125 ml (1000 teste), pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis.	A0590-125	Germania	TECO	Ambalaj 1flX125ml (1000 teste). Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 1flX125ml (1000 teste). Reactivii dispun de certificat CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii sunt în ambalajul producătorului. Dispunem de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător.	Certificat CE; ISO

5.4.	33696500-0	Calibrator universal la PT, FIB, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis.	P8001-010	Germania	TECO	Ambalaj 1ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 1ml. Reactivii dispun de certificat CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii sunt în ambalajul producătorului. Dispunem de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător.	Certificat CE; ISO
5.5.	33696500-0	Plasma de control normal pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis.	P6001-010	Germania	TECO	Ambalaj 1ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 1ml. Reactivii dispun de certificat CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii sunt în ambalajul producătorului. Dispunem de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător.	Certificat CE; ISO
5.6.	33696500-0	Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis.	P6101-010	Germania	TECO	Ambalaj 1ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 1ml. Reactivii dispun de certificat CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii sunt în ambalajul producătorului. Dispunem de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător.	Certificat CE; ISO
5.7.	33696500-0	Cuva de reacție pentru coagulometru "Teco Coatron X Pro" cu codul de bare originale de la producător.	24 100 00	Germania	TECO	Ambalaj 1*500 cu codul de bare originale de la producător la fiecare cutie. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	Ambalaj 1*500 cu codul de bare originale de la producător la fiecare cutie.	Certificat CE; ISO
5.8.	33696500-0	Agitator magnetic, set. 4 buc.	80 050 06	Germania	TECO	Set 4 buc.Compatibil cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis).	Set 4 buc.Compatibil cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis).	Certificat CE; ISO
5.9.	33696500-0	Container reagent 22.5mm	80 525 00	Germania	TECO	Compatibil cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis). Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	Compatibil cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis).	Certificat CE; ISO
5.10.	33696500-0	Tub reagent 11mm	80 531 00	Germania	TECO	Compatibil cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis). Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	Compatibil cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis).	Certificat CE; ISO
Lotul 7 - Reactivi pentru analizator de urină Mission U 500, sistem închis (ACON, United States)								
7.1.	33696500-0	Glicoză, bilirubină, cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen, nitrite, leucocite.	Mission 10U	SUA	ACON	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500	Certificat CE; ISO
7.2.	33696500-0	Material pentru controlul calității urinei cu 2 nivele (normal și patologic) (2fl.*5ml)	U021-011	SUA	ACON	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500 (Glicoză, bilirubină, cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen, nitrite, leucocite)	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500 (Glicoză, bilirubină, cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen, nitrite, leucocite)	Certificat CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9