

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1663154467108
Obiectul achiziției	Produse parafarmaceutice

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	LOT 1 Cateter de aspirație						
1.1	Cateter de aspirație CH 14	Cateter de aspirație CH 14 REF: SO03	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Cateter de aspirație CH 14 1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	Cateter de aspiratie CH 14 1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapa	CE, ISO
1.2	Cateter de aspirație CH 16, cu supapa	Cateter de aspirație CH 16, cu supapa REF: SO03	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Cateter de aspirație CH 16, cu supapă 1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	Cateter de aspirație CH 16, cu supapă 1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	CE, ISO
1.3	Cateter de aspirație CH 18	Cateter de aspirație CH 18 REF: SO03	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Cateter de aspirație CH 18 1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	Cateter de aspirație CH 18 1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	CE, ISO

 Numele, Prenumele
În calitate de

Ecaterina Chitic
Director

 Reprezentantul solicitantului
Telefonul solicitantului
E-mailul solicitantului

Corina Cebuc
022-55-96-46
centrulmamei@gmail.com

 Ofertantul
Adresa
Contact

"Lismedfarm" SRL
sos. Muncesti 167/B, Chișinău
022-56-94-91, 022-55-64-38

 Semnatura
(electronica) ofertantului