

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
3310000-1	7	Monitor Holter ECG	"Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimal monitorizând parametrii în timpul repausului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-300 Hz Impedanța de intrare $\geq 60 \text{ MOhm}$ Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $> 85 \text{ dB}$ Detectare pacemaker da Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție $\geq 1000 \text{ Hz}$ Frecvența ajustabilă da Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) $\geq 24 \text{ bit}$ Ecran LCD / TF T $\geq 2.2''$ Rezoluție $\geq 240 \times 320$ lumină fundal da Date ecran ora da statut baterie da Identificarea automată a tipului de cablu folosit 5,7,10 fire da Memorie Internă $\geq 16 \text{ GB}$ Timpul maximal de înregistrare a semnalului ECG 24h, 48h, 7 zile Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Buton marcare evenimente da Înregistrare voce/comentarii da Buton navigare meniu da Blocarea automată a butoanelor da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Baterie reîncărcabilă da tip baterie AA sau AAA	walk400h, Cardioline, Italia da da da da, 0.05-300 Hz da, 60 Ohm da, $>85 \text{ dB}$ da da da da, 24 biti da, 2.2'' da, 240x320 da da da da da, 16Gb da da da da Da Da Da da da, AA

		Tip operare autonomă ≥ 48 h	da
		Posibilitatea de schimbare a bateriilor fara a intrerupe inregistrarea	da
		Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact	da
		status sistem	da
		deconectare alimentare	Da
		baterie descărcată	Da
		Posibilități soft PC de interpretare	Da, CubeHolter WS
		Introducere date pacient	da
		Adnotare eveniment ECG	Da
		Clasificarea de evenimente	da
		Analiza RR	Da
		Analiza ST	da
		Analiza QT	da
		Analiza PQ	da
		Analiza PM	da
		Analiza aritmiilor	da
		Variabilitate ritm cardiac după timp	da
		Variabilitate ritm cardiac după frecvență	Da
		Reprezentarea grafică a datelor	Da
		Reprezentarea tabelară a datelor	da
		Raport presetabil de utilizator	Da
		Interfața presetabilă utilizator	Da
		Posibilitate printare raport	Da
		Accesorii	
		Cablu ECG cu 10 fire 2 unități	da, 2 buc
		Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc.	da, 500 buc
		Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc.	da, 500 buc
		Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare	da
		Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor	da