

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21663521 / ocds-b3wdp1-MD-1785918163813 , din 13/08/2026		Data: 13/08/2026	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 27962 din 26.09.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1741961027962 din 14.03.2025 privind Achiziționarea consumabilelor medicale chirurgicale pentru anul 2026 (Subsecvent 5)		Lot: 113;	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	113	Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger)	Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) (003415)	REF: 112325	Germania	Primed® Halberstadt Medizintechnik GmbH	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârful în “J” și aplicator cu vârful detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonaș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigură o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârful conic rotunjit. - Obturator cu vârful conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la inserție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimile canulei traheostomice 8,0	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârful în “J” și aplicator cu vârful detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonaș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigură o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârful conic rotunjit. - Obturator cu vârful conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la inserție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimile canulei traheostomice 8,0	DM000848932
33100000-1			Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) (003416)	REF: 112325 REF: 112326	Germania	Primed® Halberstadt Medizintechnik GmbH	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârful în “J” și aplicator cu vârful detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonaș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigură o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârful conic rotunjit. - Obturator cu vârful conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la inserție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimile canulei traheostomice 8,5	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârful în “J” și aplicator cu vârful detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonaș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigură o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârful conic rotunjit. - Obturator cu vârful conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la inserție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimile canulei traheostomice 8,0; 9,0.	DM000848932; DM000848933

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
-----------	---------	--------------	--------------------	-----------------------	-----------------	--------------	---	---	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L., Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova