

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1729242120165 din 18.10.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 28)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 7 Saltea ortopedica pentru pat medical						
Lot nr. 7 Saltea ortopedica pentru pat medical	Saltea ortopedica pentru pat medical Model MT 01 AMDM DM000669987	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Saltea pentru pat medical Dimensiuni 197,5cm (±2,5cm) x 87,5cm(±2,5cm), înălțime ≥ 14cm Ortopedică, lavabilă Fabricată din spumă poliuritanică Husă cu fermoar	Saltea pentru pat medical - DA ; Dimensiuni 195cm x 85cm, înălțimea - 14cm - DA ; Ortopedică, lavabilă - DA ; Fabricată din spumă poliuritanică - DA ; Husă cu fermoar - DA ; A se vedea broșura	
Lot nr. 23 Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120						
Lot nr. 23 Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Model Sonotronic US2 AMDM DM000674819	Polonia	ELEKTRO NIKA I ELEKTRO MEDYCY NAM. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120 Descriere este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Parametru Specificație Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen Frecvența de lucru diapazon min1-3MHz Puterea maxima ≥ 15W Moduri de operare continuu sau pulsatoriu Funcția de comutarea automata a frecvenței obligatoriu	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Descriere este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Parametru Specificație Ecran color, tactil - dimensiune 4,3inch pag 18 Catalog; Frecvența de lucru diapazon 1MHz și 3MHz - DA, pag 18 Catalog; Puterea maxima 12,5W pag 18 Catalog; Moduri de operare continuu sau pulsatoriu - DA, pag 18 Catalog; Funcția de comutarea automata a frecvenței - DA, pag 18 Catalog; Testarea automata - DA, pag 18 Catalog; Suprafața de contact a sondei min.5 cm2 - Sonda SU - 5 - DA, pag 18 - 19 Catalog;	

				Testarea automata da Suprafata de contact a sondei min.5 cm2 Posibilitatea reglarii puterii de pe aplicator obligatoriu Timpul de tratament 1-30 min. Alarma finalizare tratament obligatoriu Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 30 Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50 Tensiune 220V 50Hz Accesorii Sonda cu ultrasunet, 1 buc., să se indice codul produsului Gel contact, să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Posibilitatea reglarii puterii de pe aplicator - DA, pag 18 Catalog; Timpul de tratament 30sec - 30min - DA, pag 18 Catalog; Alarma finalizare tratament - DA, pag 18 Catalog; Alarma sonora si vizuala contact sonda - DA, pag 18 Catalog; Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 30 - DA, pag 18 Catalog; Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator -50 - DA, pag 18 Catalog; Tensiune 220V 50Hz - - DA, pag 18 Catalog; <u>Accesorii</u> Sonda cu ultrasunet,1buc - Sonda SU-5 - pag 19 Catalog; Gel contact - 0,5l (nu este indicat de producator codul) Troleu dispozitiv 1 buc Model - SM 1, pag 32 Catalog.	
Lot nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610						
Lot nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Model EN-S7 Smart AMDM DM000350501	China	SHENZHEN ENMIND TECHNO LOGY CO., LTD.	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare obligatoriu Display Date afișate Viteza de infuzie obligatoriu Volumul de infuzie obligatoriu Timpul de infuzie obligatoriu Timpul pînă la final de infuzie obligatoriu	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display 4,3 inch LCD color - da, pag 2 fișa teh; Posibilitatea de ajustare a luminozitatii - da, pag 1 fișa teh; Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare - da, pag 1 fișa teh; Display Date afișate Viteza de infuzie - da, pag 1 fișa teh; Volumul de infuzie - da, pag 2 fișa teh; Timpul de infuzie - da, pag 2 fișa teh, pag 33 user manual; Timpul pînă la final de infuzie - da, pag 2 fișa teh; Mărimea seringei - da, pag 2 fișa teh;	

			Mărimile seringei obligatoriu Producatorul seringei obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Rata KVO obligatoriu Data, ora obligatoriu Nivelul de încărcare a baterii obligatoriu Evenimente obligatoriu Alarmer obligatoriu Proprietățile pompei Rata fluxului diapazon 0.01 - 999 ml/h Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h Dozarea bolusului diapazon min. 1 - 1800 ml/h Rata KVO diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h Acuratețea $\leq 2\%$ Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă obligatoriu Seringi acceptate 2,3,5,10,20,30,50,60 Detectare automată a seringei obligatoriu Nivelul presiunii de ocluzie maxime min. 75 - 880 mmHg min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente obligatoriu Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP23 Moduri de infuzie Rata de perfuzie obligatoriu Dozarea în timp obligatoriu Modul crescător și descrescător obligatoriu Dozarea micro-perfuzie obligatoriu Alarmer și indicatori Ocluzie obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu	Producatorul seringei - da, pag 2 fișa teh; Nivelul de ocluzie - 12 nivele da, pag 2 fișa teh, pag 36 user manual; Rata KVO - da, pag 2 fișa teh, pag 2,15,30,36 user manual; Data, ora - da, pag 2 fișa teh, pag 39 user manual; Nivelul de încărcare a baterii - da, pag 2 fișa teh; Evenimente - da, pag 2 fișa teh, pag 44 user manual; Alarmer - da, pag 2 fișa teh; Proprietățile pompei Rata fluxului Diapazon 0.01 - 2000 ml/h - da, pag 2 fișa teh; Pasul de incrementare 0.01 mL/h - da, pag 2 fișa teh; Dozarea bolusului diapazon 1 - 2000 ml/h - da, pag 2 fișa teh; Rata KVO diapazon 0.01 - 5 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h - da, pag 2 fișa teh; Acuratețea $\leq 2\%$ - da, pag 2 fișa teh; Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători – pag 38-39,49 user manual; 1.B.Braun 5. Fresenius 2. Becton Dickinson 6. Kendall 3. Terumo 7. HSW normject 4. Omnifix 8. Kindly Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă - da, pag 2 fișa teh; Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 - da, pag 2 fișa teh; Detectare automată a seringei - da, pag 2 fișa teh; Nivelul presiunii de ocluzie max 75 - 880 mmHg , 12 nivele - da, pag 2 fișa teh; Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente - da, pag 2 fișa teh; Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP34 - da, pag 2 fișa teh; Moduri de infuzie Rata de perfuzie - da, pag 2 fișa teh; Dozarea în timp - da, pag 2 fișa teh; Modul crescător și descrescător - da, pag 2 fișa teh; Dozarea micro-perfuzie - da, pag 2 fișa teh;	
--	--	--	---	---	--

				Seringă goală obligatoriu Perfuzia pe sfârșite obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Alarmă sonoră Volum reglabil obligatoriu Buton mod silențios obligatoriu Numărul de evenimente memorate min. 1000 Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate obligatoriu Coduri de eroare obligatoriu Alarmer obligatoriu Medicamente injectate obligatoriu Cantitatea infuzată obligatoriu Setări obligatoriu Bolus solicitat obligatoriu Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă Reîncărcabilă obligatoriu Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Seringi 50 ml 100 buc. , să se indice codul produsului oferit Circuite circuit de interconectare a seringii 100 buc. , să se indice codul produsului oferit	Alarmer și indicatori Ocluzie - da, pag 2 fișa teh, pag 36-37 user manual; Eroare de sistem - da, pag 2 fișa teh; Seringă goală - da, pag 2 fișa teh; Perfuzia pe sfârșite - da, pag 2 fișa teh; Baterie descărcată - da, pag 2 fișa teh; Alarmă sonoră Volum reglabil - da, pag 2 fișa teh; Buton mod silențios - da, pag 2 fișa teh, pag 45 user manual; Numărul de evenimente memorate - 5000 da, pag 2 fișa teh; Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate - da, pag 2 fișa teh; Coduri de eroare - da, pag 2 fișa teh; Alarmer - da, pag 2 fișa teh; Medicamente injectate - da, pag 2 fișa teh; Cantitatea infuzată - da, pag 2 fișa teh; Setări - da, pag 2 fișa teh; Bolus solicitat - da, pag 2 fișa teh; Alimentarea Rețea electrică 110 – 240V, 50/60Hz - da, pag 2 fișa teh; Baterie internă Reîncărcabilă - da, pag 2 fișa teh; Timp de operare mai mult decât 12 h la 5 mL/h - da, pag 2 fișa teh; <u>Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă</u> <u>Suport sistem de fixare</u> a pompei de stativul de infuzie - da; <u>Seringi 50ml Cod 8728844F-04 BBraun 100buc.</u> <u>Circuite de interconectare a seringii - Cod 8722935 BBraun - 100 buc.</u>	
TOTAL						

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3