

		Specificații tehnice											
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]										
Numărul licitației:			LP nr. 21051356							Data: „ 07 ” februarie 2022	Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat)							Lot: _____	Pagina: 1 din 1		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință	
1		2	3	4	5	6			7	8			
24111 500-0	2	Oxigen medical lichid (O2 -criogenic) mun. Bălți (SC Bălți)	Oxigen medical lichid (O2 -criogenic) mun. Bălți (SC Bălți)	tone	RM	RM	Oxigen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C, concentrația nu mai puțin de 99,2%, densitatea: 1,429 kg/m³. Cerințele tehnice conform GOST 6331-78			Oxigen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C, concentrația nu mai puțin de 99,2%, densitatea: 1,429 kg/m³. Cerințele tehnice conform GOST 6331-78			
24111 500-0	4	Oxigen medical gazos (O2 -gazos) mun. Bălți (SC Balti, SPsihiatrie Bălți)	Oxigen medical gazos (O2 -gazos) mun. Bălți (SC Balti, SPsihiatrie Bălți)	m3	RM	RM	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) și 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78			Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) și 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78			
24111 500-0	16	Oxigen medical gazos (O2 -gazos) (SR Drochia)	Oxigen medical gazos (O2 -gazos) (SR Drochia)	m3	RM	RM	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST-5583-78			Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST-5583-78			
24111 500-0	31	Dioxid de carbon medical (CO2) (SC Balti)	Dioxid de carbon medical (CO2) (SC Balti)	butelie	RM	RM	Butelii de dioxid de carbon în stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-85			Butelii de dioxid de carbon în stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-85			

Semnat:



Numele, Prenumele: Dilion Veaceslav

În calitate de: Director

Ofertantul: SC Dirove-Nord SRL Adresa: or. Falesti, str. Cernauti,1