

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765799567612 / 21523684 din 24.12.2025_, conform SIA RSAP / M-Tender						
Denumirea procedurii de achiziție: Gaze medicale – 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde
1	2	3	4	5	6	7
1. Oxigen medical lichid (O2 - criogenic)				1. Oxigen medical lichid (O2 - criogenic). Punctul de fierbere: - 183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m3. Cerințe tehnice conform GOST 6331 -78 sau alt standard relevant aplicabil.		
2. Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri				2. Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri cu titlu gratuit în folosință. Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583 -78 sau alt standard relevant aplicabil.		
3. Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 10 litri (6 kg per butelie)	Dioxid de carbon medical (CO2) 99,99%	Polonia	Linde Gaz	3. Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 10 litri (6 kg per butelie) cu titlu gratuit în folosință. Cerințe tehnice conform GOST 8050 -85 sau alt standard relevant aplicabil.	Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 10 litri (6 kg per butelie) Cerințe tehnice conform GOST 8050 -85	
4. Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 40 litri (25 kg per butelie)	Dioxid de carbon medical (CO2) 99,99%	Polonia	Linde Gaz	4. Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 40 litri (25 kg per butelie) cu titlu gratuit în folosință. Cerințe tehnice conform GOST 8050 -85 sau alt standard relevant aplicabil.	Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 40 litri (25 kg per butelie). Cerințe tehnice conform GOST 8050 -85	
5. Argon (Ar) medical în stare gazificată (butelie 5 litri)	Gaz Argon Puritate 99,998%	România	Linde Gaz	5. Argon (Ar) medical în stare gazificată (butelie 5 litri). Oferirea buteliilor cu titlu gratuit în folosință. Volum butelie 5 L, Puritatea ≥ 99,993% (Argon 4.8), presiunea - 150 bar. Cerințe tehnice conform GOST 10157-79 sau alt standard relevant aplicabil.	Gaz Argon (Ar) medical în stare gazificată (butelie 5 litri). Volum butelie 5 L, Puritatea ≥ 99,993% (Argon 4.8), presiunea - 150 bar. Cerințe tehnice conform GOST 10157-79	

Semnat: Autorizat

Numele, Prenumele: Galbur Igor

În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: ICS ACSEAL GAZ SRL

Adresa: mun. Chisinau str.Padurii 13