

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1674661176158 din 2 febr 2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2023 (repetat)									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică	Buc.	50	610,00	658,80	30500,00	32940,00	DDP IMSP SCTO În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023	
	TOTAL					30500,00	32940,00		

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1674661176158 din 2 febr 2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2023 (repetat)									

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică	EM07100/ EM07150	Italia	Medax srl	Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică, lungimea acului de 10-15cm, cu mandren cu diametrul lumenului 2.0-5.0mm sterile, bambulate separat. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului	Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă. Material: oțel medical inoxidabil de înaltă performanță, lungimea acului de 10/15cm diametrul lumenului 4.5 mm. Mandren cu vîrf trocar, canula cu varf foarte ascuțit pentru recolare sigură și în siguranță mare. Conector Luer Lock pentru seringă+Ghid de îndepărtare prevăzut cu indicatoare pentru a facilita expulzare esanționului și pentru a verifica lungimea acestuia în timpul procedurii. Prevăzut un capac special pentru îndepărtarea în siguranță a esanționului. Sterile ETO, termen de valabilitate - 5ani. Dispozitivele sunt ambalate individual, sterile etichetate conform normelor medicale în vigoare și sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare, depozitare, distrugere. Getabile.	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801,**

mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia