

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1772460772887 din 13.03.2026

Obiectul achiziției: Gaze medicale și deservirea buteliilor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 .1.Oxigen Medical Gazos		MD	S.C. DIOVE-NORD S.R.L.	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 40l ce conține 6,3m3 de gaz cu presiune 150 bar. Concentrația nu mai puțin de 99.5%. Standarde de referință ce atestă calitatea produsului GOST 5583-78. Transportarea, încărcarea și descărcarea buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător.	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 40l ce conține 6,3m3 de gaz cu presiune 150 bar. Concentrația nu mai puțin de 99.5%. Standarde de referință ce atestă calitatea produsului GOST 5583-78. Transportarea, încărcarea și descărcarea buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător.	GOST 5583-78 ISO 2046-73
Lot 2. Oxigen medical lichid		MD	S.C. DIOVE-NORD S.R.L.	Oxigen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C , concentrația nu mai puțin de 99.5%, densitatea: 1.429 kg/m3. Standarde de referință ce atestă calitatea produsului GOST 6331-78.	Oxigen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C , concentrația nu mai puțin de 99.5%, densitatea: 1.429 kg/m3. Standarde de referință ce atestă calitatea produsului GOST 6331-78.	GOST 6331-78 ISO 2046-73
Lot 3. Dioxid de carbon		MD	S.C. DIOVE-NORD S.R.L.	Butelii de dioxid de carbon, în stare gazificată de 40 litri sau ambalaj butelii a câte 25kg. Standarde de referință ce atestă calitatea	Butelii de dioxid de carbon, în stare gazificată de 40 litri sau ambalaj butelii a câte 25kg. Standarde de referință ce atestă	ISO 14175 GOST 8050-85

				produsului GOST 8050-85. Transportarea, încărcarea și descărcarea buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător.	calitatea produsului GOST 8050-85. Transportarea, încărcarea și descărcarea buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător.	
Lotul 4. Servicii de testare a buteliilor de oxigen și dioxid de carbon						
4.1 Servicii de testare a buteliilor de oxigen, Volum 40L		MD	S.C. DIOVE-NORD S.R.L.	Intervenții necesare 1. Înlocuirea ventilului - Ieșire din ventil G3/4 Presiune maximă de lucru 200bar, Tip material alama/inox 2. Testare, certificare tehnică butelii de oxigen 3. Curățare interioară buteliilor 4. Vopsirea buteliilor în culoarea albastră Oxigen medical cu puritate min 99.9% Termen de executare lucrări - 21 zile de la momentul solicitării. Transportarea buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrărilor solicitate. Garanție la lucrări 24 luni.	Intervenții necesare 1. Înlocuirea ventilului - Ieșire din ventil G3/4 Presiune maximă de lucru 200bar, Tip material alama/inox 2. Testare, certificare tehnică butelii de oxigen 3. Curățare interioară buteliilor 4. Vopsirea buteliilor în culoarea albastră Oxigen medical cu puritate min 99.9% Termen de executare lucrări - 21 zile de la momentul solicitării. Transportarea buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrărilor solicitate. Garanție la lucrări 24 luni.	
4.1 Servicii de testare a buteliilor de oxigen, Volum 40L		MD	S.C. DIOVE-NORD S.R.L.	Intervenții necesare 1. Înlocuirea ventilului - Ieșire din ventil DIN447 Presiune maximă de lucru 200bar, Tip material alama/inox 2. Testare, certificare tehnică butelii de oxigen 3. Curățare interioară buteliilor 4. Vopsirea buteliilor în sură sau neagră	Intervenții necesare 1. Înlocuirea ventilului - Ieșire din ventil DIN447 Presiune maximă de lucru 200bar, Tip material alama/inox 2. Testare, certificare tehnică butelii de oxigen 3. Curățare interioară buteliilor 4. Vopsirea buteliilor în sură sau neagră	

				Termen de executare lucrări - 21 zile de la momentul solicitării. Transportarea buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrărilor solicitate. Garanție la lucrări 24 luni.	Termen de executare lucrări - 21 zile de la momentul solicitării. Transportarea buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrărilor solicitate. Garanție la lucrări 24 luni.	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dilion Veaceslav În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.C. DIROVE-NORD S.R.L. Adresa: or. Fălești , str. Cernăuți 1