

Certificat de calitate №2121 din 28.02.2026
Dioxid de carbon (CO₂) de calitate superioara, în stare gazificată
GOST 8050-85

Gaz: **Dioxid de Carbon (CO₂)**
 Livrat în : **Butelie 40L**
 Presiune îmbuteliere : **150 bar**
 Continutul gaz / butelie : **25kg**
 Termen de valabilitate : **1 ani**
 Societatea Furnizoare : **SC DIROVE-NORD SRL**
 Beneficiar : **Agenția Națională pentru Sănătate Publică**

№	Denumirea indicatorilor	Document normativ GOST 8050-85	Rezultatele analizei
1	Concentratia de CO ₂ , in %, nu mai putin de	99.9	99.9
2	Concentratia vaporilor de apa, la 20 și o presiune de 101,3 kPa (760 mm Hg),gr/m ³ nu mai mult de	Max. 250 ppm	Max. 250 ppm
3	Concentratia de O ₂ + Ar + N ₂	Max. 500 ppm	Max. 500ppm
4	Concentrația de Hidrocarburi	Max. 50 ppm	Max. 50ppm
	Continutul de CO	retinut conform aliniatului 4.4	retinut
5	Prezența hidrogenului sulfurat	retinut conform aliniatului 4.6	retinut
6	Prezența acidului clorhidric	retinut conform aliniatului 4.7	retinut
7	Prezența compușilor cu sulf și azot, și acizi organici	retinut conform aliniatului 4.8	retinut
8	Prezența amoniacului și a etanolaminei	retinut conform aliniatului 4.9	retinut
9	Prezența mirosului și gustului	retinut conform aliniatului 4.10	retinut
10	Continutul de apa, in %, nu mai mult de	lipsește	
11	Prezența hidrocarburilor aromatice (inclusiv benzen)	retinut conform aliniatului 4.13	retinut
12	Prezența oxidului de vanadiu	retinut conform aliniatului 4.14	retinut

Dioxidul de carbon corespunde calitatii superioare

Inginer superior,

Bulban V.

