

Lot	Denumire lot	Specificația tehnică	Specificația tehnică propusa
71	Lampa scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină	<p>Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o 2 sateliți/lămpi chirurgicale.</li> <li>o fiecare lampa a cite 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan.</li> <li>o Lungimea brațelor : 70-95 cm.</li> <li>o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral</li> <li>o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 85°-vertical.</li> <li>o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral.</li> <li>o Tehnologia “ Depth of field” sau o tehnologie analogica, integrata in sistemul de control al iluminării.</li> <li>o Posibilitatea integrării ulterioare a unui sistem de telemedicina și a sistemelor de afișare si înregistrare video pentru sistemul ofertat - fapt confirmat prin scrisoare de la producător.</li> <li>o Setul de accesorii pentru instalarea pe tavan.</li> </ul>	<p><b>Producător: SHANGHAI PAX MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.</b>  <b>Țara de origine: China</b>  <b>Model: PANALEX 2 + Accesorii si opțiuni conform cerințelor</b></p> <p>Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o 2 sateliți/lămpi chirurgicale. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o fiecare lampa a cite 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Lungimea brațelor : 70-95 cm. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 85°-vertical. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Tehnologia “ Depth of field” sau o tehnologie analogica, integrata in sistemul de control al iluminării. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Posibilitatea integrării ulterioare a unui sistem de telemedicina și a sistemelor de afișare si înregistrare video pentru sistemul ofertat - fapt confirmat prin scrisoare de la producător. – <b>DA, Corespunde.</b></li> </ul> <p><b>Scrisoare cu confirmare de la producător este anexata</b></p>

	<p>Lampa 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos.</li> <li>o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz.</li> <li>o Iluminare de tip LED.</li> <li>o Durata medie de viață : 50,000 ore ± 10,000 ore.</li> <li>o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 160.000 lux ± 10.000 lux.</li> <li>o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului.</li> <li>o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila.</li> <li>o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final</li> <li>o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100.</li> <li>o Index R9&gt; 90.</li> <li>o Dimensiunea câmpului luminos: 25 - 30 cm.</li> <li>o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm.</li> <li>o Diametrul capului luminos: 50-70 cm.</li> <li>o Mâner demontabil sterilizabil si autoclavabil : 4 buc .</li> </ul> <p>Lampa 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos.</li> <li>o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz.</li> <li>o Iluminare de tip LED.</li> <li>o Durata medie de viață: 50,000 ore ± 10,000 ore.</li> <li>o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 130.000 lux ± 10.000 lux.</li> <li>o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare</li> </ul>	<p><b>la oferta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Setul de accesorii pentru instalarea pe tavan. – <b>DA, Corespunde. Vine in acomodare cu dispozitivul</b></li> </ul> <p>Lampa 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Iluminare de tip LED. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Durata medie de viață : 50,000 ore ± 10,000 ore. – <b>DA, Corespunde. 60,000 ore</b></li> <li>o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 160.000 lux ± 10.000 lux. – <b>DA, Corespunde. 160.000 lux</b></li> <li>o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila. – <b>DA, Corespunde. ≥ 4500K</b></li> <li>o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Index R9&gt; 90. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Dimensiunea câmpului luminos: 25 - 30 cm. – <b>DA, Corespunde. 15-30 cm</b></li> <li>o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Diametrul capului luminos: 50-70 cm. – <b>DA,</b></li> </ul>
--	--	--

	<p>comoda utilizatorului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila.</li> <li>o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final</li> <li>o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100.</li> <li>o Index R9&gt; 90.</li> <li>o Diametru câmp luminos: 30 - 50cm.</li> <li>o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm.</li> <li>o Diametrul capului luminos: 40-50 cm.</li> <li>o Mâner demontabil și sterilizabil- 4 buc.</li> </ul> <p>Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției. Ofertanții au posibilitatea de a efectua măsurări suplimentare la încăperi in incinta instituției pentru a formula oferta comerciala finala.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022.</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</p> <p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>În cazul defectiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defectiune minim 24h.</p>	<p><b>Corespunde. 70 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mâner demontabil sterilizabil si autoclavabil : 4 buc .</li> </ul> <p><b>– DA, Corespunde. 4 buc. Include in acomodare</b></p> <p>Lampa 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Iluminare de tip LED. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Durata medie de viață: 50,000 ore ± 10,000 ore. – <b>DA, Corespunde. 60,000 ore</b></li> <li>o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 130.000 lux ± 10.000 lux. – <b>DA, Corespunde 160.000 lux</b></li> <li>o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila. – <b>DA, Corespunde. ≥ 4500K</b></li> <li>o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Index R9&gt; 90. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Diametru câmp luminos: 30 - 50cm. – <b>DA, Corespunde. 15-30 cm</b></li> <li>o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. – <b>DA, Corespunde</b></li> <li>o Diametrul capului luminos: 40-50 cm. – <b>DA,</b></li> </ul>
--	---	--

		<p>Documente confirmative:</p> <p>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p> <p>Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	<p><b>Corespunde. Superior: 70 cm</b> o Mâner demontabil și sterilizabil- 4 buc. – <b>DA,</b> <b>Corespunde. 4 buc. Include în acomodare</b> Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției. – <b>DA,</b> <b>Corespunde</b> Ofertanții au posibilitatea de a efectua măsurări suplimentare la încăperi în incinta instituției pentru a formula oferta comercială finală. – <b>DA, Corespunde</b> Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. – <b>DA, Corespunde</b> Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. – <b>DA, Corespunde</b> Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu – <b>DA, Corespunde</b> Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. – <b>DA, Corespunde</b> În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. – <b>DA, Corespunde</b> Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. – <b>DA, Corespunde</b> Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză – <b>DA,</b> <b>Corespunde</b> Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. – <b>DA, Corespunde</b></p>
--	--	--	---

			<p>Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. – <b>DA, Corespunde</b></p> <p>***Nota: Copia Cererii de Notificare, acceptata de AMDM spre inregistrare, este anexata la oferta</p>
--	--	--	--